

מחלקת מכרזים

טל': 03-5303558, פקס: 03-5303568

מכרז לאספקת מיטות אשפוז ייחודיות

(מכרז מס' 10002750)

1. בית חולים ע"ש שיבא, תל השומר (להלן: "המשרד" או "המזמין") מזמין בזאת ספקים להגיש הצעות מחיר עבור רכש ואספקת מיטות אשפוז ייחודיות (להלן: "הטובין") עפ"י הדרישות המופיעות במסמכי המכרז.
2. **ניתן לעיין ולהדפיס את מסמכי המכרז באתר מנהל הרכש הממשלתי**
<https://mr.gov.il/ilgstorefront/he/search/?s=TENDER>
3. הצעת המחיר תהיה בתוקף לפחות 6 חודשים, מהיום האחרון שנקבע להגשת ההצעה.
4. יש לשים לדרישות סף המופיעות במפרט המכרז.
5. מועד אחרון להגשת שאלות ספקים בנושא המכרז עד 09.03.2026 יום ב' שעה 16:00, לאחר מועד זה לא יתאפשר להגיש שאלות נוספות.
6. **על המציע לצרף את המסמכים הבאים (סעיפים א'-ח' דרישות סף):**
 - א. ערבות בנקאית בגובה 30,000 ₪ ותהיה בתוקף עד לתאריך 23.07.2026.
לא יתקבלו תחליפים לערבות הבנקאית כגון: צ'ק, מזומן או "הקפאת כספים".
 - ב. האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלומי חובת מס) התשל"ו-1976, בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים.
 - ג. אישור על היותו של המציע אזרחי ישראל או חברה הרשומה כדין בישראל.
 - ד. תצהיר המציע על היעדר הרשעות.
 - ה. התחייבות המציע למניעת ניגוד עניינים.
 - ו. אישור אמ"ר בתוקף. במידה והוגשה בקשה לחידוש רישום יש לצרף אישור קודם וטופס אישור קליטת הבקשה באמ"ר.
 - ז. אישור תקינה כמפורט בכל אחד מן המפרטים הטכניים.
 - ח. חתימה + חותמת על נספח טיוטת החוזה.
 - ט. אישור רו"ח בדבר שיעור המרכיב הישראלי במחיר ההצעה, באם קיים.
7. תקופת ההתקשרות הינה ל- 12 חודשים עם אופציה להארכה של 4 תקופות נוספות בנות שנה כל אחת.

מחלקת מכרזים

טל': 03-5303558, פקס: 03-5303568

8. תינתן העדפה במסגרת אמות המידה של המחיר לרכישת טובין מתוצרת הארץ שמחירם אינו עולה על מחיר ההצעות לרכישת טובין מיובאים בתוספת 15% ובתנאי כי יצורף להצעה אישור רו"ח בדבר שיעור מחיר המרכיב הישראלי במחיר ההצעה.
9. במסגרת ניקוד האיכות ו/או במקרה של שוויון בין מציעים, תינתן העדפה לספקים/ מוצרים ירוקים בעלי תו תקן אקולוגי לדוגמת: Energy Star, EPEAT, Green Seal, EcoLogo, USDA, Cradle to Cradle, וכד'.
10. המזמין שומר לעצמו את הזכות לנהל מו"מ עם המתמודדים במכרז בהתאם לתקנה 7(א) ו/או לקיים הליך תחרותי נוסף בהתאם לתקנה 17ה' לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993 (היה והפער הכספי בין ההצעות המובילות יהיה קטן מ 10%, או תהיה חריגה מהאומדן שנקבע) וכן שומר המזמין לעצמו את הזכות לפצל את הרכישה בין מספר ספקים.
11. אין אנו מתחייבים לקבל ההצעה הזולה ביותר, או כל חלק ממנה, או כל הצעה שהיא. אנו רשאים לפצל את ההזמנה, וכן אנו רשאים לבטל המכרז או להרחיב או לצמצם את היקפו עקב סיבות תקציביות ו/או מינהליות ו/או אירגוניות.
12. את הצעות המחיר בצרוף כל המסמכים הנדרשים (למעט הערבות הבנקאית שיש להגישה פיזית לתיבת המכרזים מס' 1 שבמחלקת המכרזים, ביתן 65) יש להגיש באופן דיגיטלי עפ"י הקישור שיצורף למסמכי המכרז שיפורסם באתר מנהל הרכש הממשלתי, **לא יאוחר מתאריך: 23.03.2026 יום ב', שעה 11:00.**

THE STATE OF ISRAEL
MINISTRY OF HEALTH
THE CHIME SHEBA MEDICAL CENTER
Affiliated to the Tel-Aviv University
Sackler School of Medicine
TEL-HASHOMER 52621, ISRAEL

משרד בריאות

מדינת ישראל
המרכז הרפואי המשולב ע"ש חיים שיבא
מסונף לבית הספר לרפואה ע"ש סאקלר
באוניברסיטת תל-אביב
תל-השומר 52621, ישראל



מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

המרכז הרפואי ע"ש חיים שיבא, תל-השומר

מכרז לאספקת מיטות אשפוז ייחודיות

מכרז מס' 10002750

מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פרק 1 – מבוא

1. מטרת המכרז

- 1.1. המרכז הרפואי שיבא מעוניין בהתקשרות לרכש ואספקת מיטות ייחודיות המפורטות בהמשך המכרז במפרטים המיטות ומתן שירותי תחזוקה (להלן: "הספק").
- 1.2. מכרז זה מאגד את כל דרישות אספקת הציוד והשירותים עבור אספקה, התקנה ותחזוקת עבור המרכז הרפואי שיבא, תל-השומר (להלן "המזמין").
- 1.3. מטרת המכרז הנה איתור ספק אשר יהא אחראי על:
 - 1.3.1. אספקה.
 - 1.3.2. המשך ביצוע אחזקה ותחזוקה באיכות ובזמינות הנדרשת.
 - 1.3.3. מתן סיוע והמלצות מקצועיות למזמין בשעת הצורך.

2. הגדרות:

- 2.1. המזמין / "הלקוח" - המרכז הרפואי ע"ש חיים שיבא, תל-השומר.
- 2.2. "מציע" - גוף המתמודד על זכייה במכרז זה.
- 2.3. "הספק / הזוכה / זכיין" - המציע אשר הצעתו תזכה במכרז זה.
- 2.4. "בית החולים" / "המתקן" - מרכז רפואי "שיבא" / בית חולים תל השומר.
- 2.5. "שעת חירום / תקופת חירום" - פרק זמן המוגדר כמצב חירום על פי מנכ"ל המרכז הרפואי ע"ש חיים שיבא או ע"י משרד הבריאות או ע"י ממשלת ישראל.
- 2.6. "היועץ" - נציג חברת ייעוץ חיצונית, המועסקת ע"י הלקוח.

מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

3. לוחות הזמנים למכרז:

3.1. מועד אחרון להגשת שאלות/הבהרות עד תאריך 09.03.2026 שעה 16:00.

3.2. מועד אחרון למענה עד תאריך 16.03.2026.

3.3. הגשת הצעות מחיר עד תאריך 23.03.2026 שעה 11:00.

4. תנאי סף:

4.1. צירוף המכרז על כלל נספחיו עם חתימה של מורשה חתימה וחותרת בתחתית כל עמוד אשר יעידו על קריאת המכרז ונספחיו והתחייבות לעמוד בכלל הנדרש.

4.1.1. אישור רו"ח / עו"ד על בעלי הזכות החתימה של המשתתף במכרז.

4.2. תנאי סף מנהליים להשתתפות:

4.2.1.1. האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלומי חובת מס) התשל"ו-1976, בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים.

4.2.2. אישור על היותו של המציע אזרח ישראל או חברה הרשומה כדין בישראל.

4.2.3. תצהיר המציע על היעדר הרשעות.

4.2.4. התחייבות המציע למניעת ניגוד עניינים.

4.2.5. אישור אמ"ר בתוקף. במידה והוגשה בקשה לחידוש רישום יש לצרף אישור קודם וטופס אישור קליטת הבקשה באמ"ר.

4.2.6. אישור תקינה כמפורט בכל אחד מן המפרטים הטכניים.

4.2.7. אישור רו"ח בדבר המרכיב הישראלי בהצעה, באם קיים.

4.3. הצגת האישורים הנדרשים הינה תנאי סף וכי הצעת החברה אשר לא תציג אישורים עלולה להיפסל.

4.4. לוועדת המכרזים יש את שיקול הדעת המלא לאפשר בכל שלב של המכרז הגשת מסמכים משלימים לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף.

5. הערכת הצעות ואמות מידה:

- 5.1. בשלב ראשון יבחנו ההצעות לקיימות המסמכים.
- 5.2. בשלב שני, יבדקו המפרטים הטכניים של הציווד כפי שהצהיר הספק בהצעתו.
- 5.3. בשלב הבא תסופק מיטה לבחינת המזמין.
 - 5.3.1. על הספק לספק את הפריט בתוך 10 ימי עבודה מרגע בקשת המזמין.
 - 5.3.2. הפריט יישאר ברשות המזמין עד חודש ימים.
 - 5.3.3. בזמן זה ייבדק הפריט כמפורט בטפסים.
- 5.4. בשלב אחרון ייבדקו מחירי הפריטים.
- 5.5. במכרז זה יכול המזמין להחליט האם לבחור בספק יחיד להצעה המשתלמת בכללותה או בספק על פי הצעה המשתלמת למזמין על פי כל פריט בנפרד.

5.6. אמות מידה:

- 5.6.1. אמות המידה העקרוניות לבחירת הזוכה תהיינה מורכבות מציוני העלות והאיכות שיינתנו לכל משתתף.
- 5.6.2. הניקוד המשוקלל יינתן לפי ניקוד כל אמת מידה כאשר עלות מהווה 70 נקודות ואיכות מהווה 30 נקודות, סה"כ עד 100 נקודות. ספק שלא יעבור במדדי האיכות 21 נקודות (מתוך 30), הצעתו הכספית לא תפתח ולא תובא בחשבון בשקלול.

פרק 2 – רקע ותנאי המכרז

6. הסבר למכרז:

- 6.1. במידת הצורך מתחייב הספק לספק את השירותים גם בעתות חרום, ברמת שירות גבוהה וזהה לזו המסופקת בזמני שגרה וזאת על פי דרישת המזמין, כל זאת, ללא תוספת עלות. אי מתן שירותים נדרשים בעתות חירום עלול להוביל לקנסות כמפורט בהמשך באמנת השירות – SLA.
- 6.2. ששת החודשים הראשונים לאחר אספקת מוצר יחשבו שלב ניסיון למתן השירותים במהלכם או בסיומם יהיה רשאי ביה"ח להפסיק ההתקשרות עם הספק לפי שיקול דעתו הבלעדי.
- 6.3. במקרה בו הוחלט על הפסקת השירותים, המזמין יהיה רשאי להמשיך את ההתקשרות עם הספק בעל ההצעה השנייה בטיבה ובלבד שעומד בכלל דרישות הסף.
- 6.4. בכל מצב של אי עמידה בדרישות המכרז יכול המזמין להחליט על חילוט הערבות ו / או נקיטת הליכים משפטיים כנגד הספק.
- 6.5. במידה ומתקיימת אי עמידה בתנאי המכרז או אי שביעות רצון מעבודת הספק ולא חל שיפור מטעם הספק בזמנים הנדרשים על פי המזמין, יכול המזמין בהודעה של 10 ימי עבודה לבטל את ההתקשרות.
- 6.6. במקרים אלו יכול המזמין לעבור לאופציה ב' במכרז.

7. מסגרת לתקופת ההתקשרות:

- 7.1. תקופת ההתקשרות תחל עם חתימת הסכם זה עם הספק ותהא לתקופה של שנה מיום החתימה על החוזה ובהתאם לשיקול דעתו של ביה"ח עם אופציה להארכה לארבע תקופות נוספות בנות שנה בכל פעם ועד לתקופה מקסימאלית של 5 שנים.



מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

7.2. תקופת ההתקשרות תוארך אוטומטית למעט אם התקבלה הודעה מראש מאחד הצדדים לסיום התקשרות.

7.3. הודעה מראש מטעם המזמין על סיום התקשרות הינה 30 יום מראש.

הזכיון מחויב במתן הודעה כזו 120 יום לפחות סיום שנת השירות (לעיל ולהלן: "תקופת השירות"), זאת על מנת לאפשר פרסום מכרז חלופי.

8. נוהל העברת שאלות הבהרה:

8.1. המציע רשאי לפנות לנציג שיבא לקבלת הבהרות ו/או פרטים הקשורים למסמך זה אך ורק באמצעות מערכת יהלום. שאלות שיופנו בעל פה, במייל או בטלפון לא יענו ולא יחייבו את המזמין.

8.2. שאלות הבהרה יתקבלו עד לתאריך **09.03.2026 יום ב' בשעה 16:00**.

8.3. תשובות לשאלות יישלחו באופן מרוכז באמצעות מערכת יהלום בתאריך **16.03.2026**.

8.4. מובהר, כי בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין מסמכי המכרז לתשובות לשאלות הבהרה, תגברנה התשובות לשאלות הבהרה.

8.5. כמו כן, מובהר כי בכל מקרה של פגם או חסר במכרז או מסמכיו, חובה על המציע ליתן למזמין הודעה בכתב בדבר האמור מיד עם גילויה על ידו ועל פי המפורט לעיל, שאם לא כן יהא מושתק מלטעון כל טענה בהקשר זה

8.6. הפנייה תכלול את הפרטים הבאים: שם המכרז, מספר המכרז, נושא הפנייה, פרטי השואל, טלפון, פקס וכתובת דואר אלקטרוני. השאלות יוגשו בתצורה הבאה: עמוד ומספר הסעיף במכרז, פרוט השאלה.



מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

להלן המבנה:

מס"ד	עמוד במכרז	מספר סעיף במכרז	פירוט השאלה
------	------------	-----------------	-------------

9. אופן הגשת הצעות:

- 9.1. המכרז יוגש באמצעות תיבה דיגיטאלית שתיפתח באתר מנהל הרכש הממשלתי, כאשר יצורף קישור אוטומטי ומכתב הסבר למציעים על אופן ההגשה.
- 9.2. המועד האחרון להגשת הצעות המחיר לא יאוחר מתאריך: **23.03.2026 יום ב', עד השעה 11:00.**
- 9.3. את ההצעות יש לערוך לפי ההוראות ולפי סדר הדברים במכרז. הצעה חלקית או במתכונת שונה מהמתכונת המפורטת במכרז עלולה לא להיבדק ואף להיפסל.
- 9.4. כל עמוד בעותק המקורי של ההצעה יוחתם בר"ת של המורשה לחתום מטעמו.
- 9.5. בכל מקום שבו נדרשת חתימת המציע יחתום מורשה חתימה מטעמו בצירוף חותמת המציע.
- 9.6. הגשת ההצעה במועד המצוין לעיל היא על אחריות המציע לבדו. הצעה שתוגש במועד מאוחר יותר לא תיבחן על-ידי ועדת המכרזים ותוחזר לשולחה.
- 9.7. יודגש, הגשת ההצעה החתומה מהווה ראייה חלוטה לכך שהמציע קרא את כלל האמור במסמכי המכרז והחוזה המצורף לו, הבין את האמור במסמכים אלה ונתן לכך את הסכמתו הבלתי מסויגת.
- 9.8. הצעה שתוגש בכל דרך אחרת, לרבות פקס / או מעטפה, לא תתקבל.



מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

10. שינויים והסתייגויות:

לגבי כל שינוי, תוספת או הסתייגות שייעשו על ידי המציע ביחס למסמכי המכרז, בין בגוף המסמכים בין במסמך לוואי ובין בדרך אחרת, תהיה ועדת המכרזים רשאית, בהתאם לשיקול דעתה המוחלט בנדון, לפעול באחת או יותר מהדרכים הבאות: לפסול או לדחות את הצעתו של המציע; לראות את הצעת המציע כאילו לא נעשו בה השינויים כלל; לדרוש הבהרות מן המציע בעניין השינוי שנעשה.

11. תוקף ההצעות:

ההצעות למכרז יישארו בתוקף עד לבחירת זוכה. במידה ובתקופה זו, לא נתקבלה החלטה סופית בדבר בחירת הזוכה על ידי ועדת המכרזים, רשאי יהיה המזמין לדרוש מהמציעים להאריך את תוקף הצעותיהם עד לתאריך שיקבע על ידו.

12. זכויות המזמין:

- 12.1. אין אנו מתחייבים לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא, כמו כן אנו רשאים לנהל מו"מ עם המתמודדים במכרז בהתאם לתקנה 7(א) ו/או לקיים הליך תחרותי נוסף בהתאם לתקנה 17' לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993.
- 12.2. המזמין שומר לעצמו את הזכות לבחור את ההצעה עם מירב היתרונות, אך לאו דווקא הזולה ביותר.
- 12.3. המזמין רשאי לצמצם או להרחיב את היקף המכרז מסיבות ארגוניות / תקציביות או אחרות, ללא צורך בנימוק החלטתו וללא כל פיצוי.
- 12.4. במהלך בדיקת ההצעות שמורה למזמין הזכות לפנות אל המציע לבדיקה ולבקשת הבהרות.
- 12.5. רשאי המזמין להחליט על פיצול המכרז בין ספקים נוספים באחוזים או על פי מבנים בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.



מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

- 12.6. המזמין רשאי לבחור זוכה ראשון, שני ושלישי.
- 12.7. המזמין שומר לעצמו את הזכות לקיים מו"מ עם כל אחד מהמציעים.
- 12.8. המזמין רשאי לשקול את חוסנה הכלכלי של החברה המציעה כשיקול נוסף לצורך בחירת הזוכה במכרז.
- 12.9. המזמין רשאי לפסול או לקבל הצעה אשר מחירה נמוך ממחירי השוק, על פי שקלול כדאיות והמלצות גורמי המקצוע של המזמין.
- 12.10. המזמין שומר על זכותו לבטל "הזמנת עבודה/רכש" גם אם הועברה כבר הזמנה לספק. הקבלן לא יזכה לפיצוי על ביטול "הזמנת עבודה/רכש".
- 12.11. המזמין שומר על הזכות להקטין או להגדיל מימוש ההיקף השנתי על פי צורך ואין מחובתו לממש את כל הניתן במכרז פתוח שנתי.
- 12.13. למזמין שמורה הזכות שלא לבצע שימוש, בסעיף כזה או אחר, במחירוני המכרז, מבלי לנמק זאת. לא תהיינה לזכיון שום תביעות כספיות או אחרות עקב השינויים הנ"ל.
- 12.14. למזמין שמורה הזכות לפנות במהלך בדיקת ההצעות אל המציעים (כולם או חלקם) כדי לקבל הבהרות או כדי להסיר אי בהירויות, ו/או לבקר במתקני המציע ו/או באתרים בהם סיפק הטובין/ השירות ולזמן לראיון נוסף מי מהמציעים ו/או לדרישת השלמות, שימצא לנכון על פי שיקול דעתו הבלעדי.
- 12.15. המשתתף במכרז לא יהיה זכאי לכל תשלום בגין הוצאות מכל מין וסוג שהוא שנגרמו או יגרמו לו בגין השתתפותו במכרז בין במקרה והמכרז יבוטל ובין במקרה ולא יזכה בו.
- 12.16. למזמין שמורה הזכות לפנות במהלך בדיקת ההצעות אל המציעים (כולם או חלקם) כדי לקבל הבהרות או כדי להסיר אי בהירויות, ו/או לבקר במתקני המציע ו/או באתרים בהם סיפק הטובין/ השירות ולזמן לראיון נוסף מי מהמציעים, שימצא לנכון על פי שיקול דעתו הבלעדי.
- 12.17. לזוכה לא תהיה בלעדיות מהמזמין והמזמין יוכל לקבל שירותים מסוג נשוא מכרז זה ומכל סוג אחר ומכל גורם אחר כלשהו. כמו כן רשאי המזמין שלא לבקש מהזוכה או מכל גורם אחר כלשהו שירותים כלל ולבצע שירותים אלו בעצמו, הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי של המזמין.
- 12.18. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לבטל מכרז זה ולפרסם מכרז חוזר בתנאים דומים או שונים מתנאי מכרז זה וכן אנו עשויים לנהל משא ומתן עם המציעים כולם או עם חלק מהם.



מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

12.19. הרחבת או צמצום של היקף ההתקשרות המזמין שומר לעצמו את הזכות לדרוש מן הספק להרחיב או לצמצם את היקף ההתקשרות והספק מתחייב לפעול בהתאם לנדרש תוך 7 ימים מעת שקיבל לכך דרישה בכתב מהמזמין.

13. עיון בהצעת הזוכה:

13.1. בהתאם לתקנה 21(ה) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993, עומדת למציעים הזכות לעיין בהצעה הזוכה.

13.2. במידה והמציע סבור כי פרטים בהצעתו מהווים סודות מקצועיות או מסחריות שלגביהם שהוא מבקש שיהיו חסויים בפני הצגה למציעים אחרים, עליו לפרט במפורש אלו פרטים בהצעתו הוא מבקש שיהיו חסויים ואת הנימוקים לכך. מציע שלא יציין פרטים שכאלה, ייראה כמי שהסכים לחשיפת הצעתו כולה. ההחלטה הסופית על חיסיון סעיפים תהא בשיקול דעת וועדת המכרזים של המזמין בלבד. בהגשת הצעתו מסכים ומאשר המציע מראש כי אין ולא יהיו לו כל טענות, דרישות או תביעות כנגד המזמין בגין כל החלטה בנדון.

13.3. סימון חלקים בהצעה כסודיים מהווה הודאה בכך שחלקים אלה בהצעה סודיים גם בהצעותיהם של המציעים האחרים, ומכאן שהמציע מוותר מראש על זכות העיון בחלקים אלה של הצעות המציעים האחרים.

13.3. יובהר כי בכל מקרה הצעת המחיר של המציע תהיה גלויה למציעים האחרים, ובמסגרת הליך העיון בהצעות ניתן יהיה להציגה כאמור.

13.4. עיון במסמכי המכרז יעשה בהתאם לחוק חובת המכרזים, ולאחר תאום מראש עם וועדת המכרזים.

THE STATE OF ISRAEL
MINISTRY OF HEALTH
THE CHIME SHEBA MEDICAL CENTER
Affiliated to the Tel-Aviv University
Sackler School of Medicine
TEL-HASHOMER 52621, ISRAEL



מחלקת מכרזים
טל: 03-5303558

מכרז מס' 10002750

משרד בריאות

מדינת ישראל
המרכז הרפואי המשולב ע"ש חיים שיבא
מסונף לבית הספר לרפואה ע"ש סאקלר
באוניברסיטת תל-אביב
תל-השומר 52621, ישראל

14. שוויון בהצעות:

14.1. במקרה של שוויון בהצעות, נתון שיקול הדעת המוחלט והבלעדי למזמין, לקבוע, האם לערוך הליך התמחרות נוסף, (Best & Final) או האם לנקוט באופן אחר על מנת להשיג את מירב היתרונות למזמין.

14.2. הוחלט לתת יתרון של 15% יינתן ליצרן ישראלי בכפוף להמצאת אישורים בהתאם תקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) תשנ"ה-1995.



מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פרק 3 – דרישות תקינה, מפרטי המכרז, אמנת שירות – SLA

דרישות תקינה עבור מכרז מיטות אשפוז / טיפול נמרץ / כוויות עבור מבוגרים / אלונקות מיון וחדרי ניתוח / מיטות ילדים ותינוקות - שיבא

1. תקן איכות עבור מציע :

1.1 למציע נדרש תקן איכות ISO 13485 ו/או ISO 9001 במהדורתו האחרונה, מעודכן ובתוקף במועד האחרון להגשת הצעות ומאושר על-ידי גוף התעדה ישראלי או בינלאומי.

1.2 יצרן או ספק מורשה: המציע הינו יצרן של המוצר או ספק מורשה של היצרן או של בעל המותג של הציוד המוצע על-ידו.

2. תנאי סף לציוד המוצע

המציע רשאי להציע במכרז רק מוצרים העונים במועד הגשת ההצעה על כל התנאים המפורטים בסעיף זה. מוצר שאינו עומד בכל תנאי הסף המפורטים להלן- יפסל.

2.1 תקן איכות ליצרן המוצר או לבעל המותג: תקן האיכות נדרש על פי אחת החלופות הבאות :

2.1.1 ליצרן המוצר המוצע או לבעל המותג תקן איכות ISO 13485 ו/או ISO 9001 מעודכן ובתוקף במועד האחרון להגשת הצעות במכרז ומאושר על-ידי גוף התעדה מאחת המדינות שלהלן: אוסטריה, אוסטרליה, איטליה, איסלנד, אירלנד, ארה"ב, בלגיה, בריטניה, גרמניה, דנמרק, הולנד, יוון, ישראל, נורבגיה, ניו זילנד, ספרד, פורטוגל, פינלנד, צרפת, קנדה, שבדיה ושוויץ (להלן "מדינות מוכרות").

או

2.1.2 יצרן המוצר או בעל המותג פנה לגוף התעדה מוסמך במדינה מוכרת והחל בהליך לשם השגת תקן איכות ISO 13485 ו/או ISO 9001.



מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

או

2.1.3 יצרן המוצר או בעל המוצג מיישם מערכת אבטחת איכות (Quality Management System) לביקורת קבלה (incoming inspection), ביקורת תהליך (in-process inspection), ביקורת סופית (final inspection), טיפול בתלונות לקוח והודעה לרשויות (complaints and vigilance) (handling) ובקרה על שינויים הנדסיים (control of engineering changes).

2.2 דרישות תקינה למוצרים מיובאים עבור אלונקות ועריסות לתינוקות:

2.2.1 ארה"ב: המוצר רשום במאגר הנתונים של ה-FDA בארה"ב - Establishment Registration and Device Listing לפי FDA CFR 807 ;

המוצר עומד בדרישות התקינה בארה"ב

אירופה: הצהרת יצרן (Declaration of Conformity) לפי הדירקטיבה האירופאית למכשור רפואי (MDD) 93/42/EEC או הרגולציה למכשור רפואי (MDR) 2017/745.

2.3 דרישות תקינה למוצרים מיובאים עבור מיטות חשמליות לילדים ומבוגרים: המוצר עומד בדרישות התקינה בארה"ב או באיחוד האירופי (לצורך מכרז

זה ובמסגרת דרישות הרגולציה בלבד, בריטניה תחשב כחלק מהאיחוד האירופי), כמפורט להלן:

ארה"ב

2.3.1 המוצר רשום במאגר הנתונים של ה-FDA בארה"ב - Establishment Registration and Device Listing לפי FDA CFR 807 ;

2.3.2 המוצר עומד בדרישות התקינה בארה"ב (Consensus Standards) ובעל התקנים הבאים לגבי מיטות חשמליות:

2.3.2.1 תקן IEC 60601-2-52 Edition 1.0 2009-12 או IEC 60601-2-52 Consolidated Version 2015-3 Edition 1.1

2.3.2.2 תקן ES60601-1: 2005/(R)2012 and A1: 2012 + A2: 2010/(R)2012

2.3.2.3 תקן IEC 60601-1-2: 2014(AMD 1: 2021) או

מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

; IEC 60601-1-2 Edition 4.1 2020-09

2.3.2.4 תקן IEC60601-1-11 (בטיחות חשמלית למוצרים לשימוש ביתי)

2.3.2.5 כחלופה לסעיפים 2.2.2.2 – 2.2.2.4 אפשר להביא אישור של מת"י לנושא החשמל

או

אירופה

2.3.3 הצהרת יצרן (Declaration of Conformity) לפי הדירקטיבה האירופאית למכשור רפואי (MDD) 93/42/EEC או הרגולציה למכשור רפואי (MDR) 2017/745.

2.3.4 המוצר עומד בדרישות התקינה באירופה (Harmonized Standards) לגבי מיטות חשמליות:

2.3.4.1 תקן EN 60601-2-52: 2010/AC: 2011 ;

2.3.4.2 תקן IEC 60601-1: 2005/A1: 2012, 2006/AC: 2010, 2006/A1: 2013 ;

2.3.4.3 תקן EN 60601-1-2: 2015 או IEC60601-1-2: 2014

2.3.5 כחלופה לסעיפים 2.2.4.2 – 2.2.4.3 אפשר להביא אישור של מת"י לנושא החשמל

2.3.6 **הערה:** עבור מיטות אשפוז/טיפול נמרץ **לתינוקות** (CRIB) נדרש תקן

2.3.7 EN 50637:2017 במקום תקנים EN 60601-2-52: 2010/AC: 2011 או

. IEC 60601-2-52 Edition 1.0 2009-12



מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

2.3.8 מהדורות התקנים המוזכרים לעיל הם המהדורות העדכניות לזמן פרסום המכרז. ניתן להציע מוצר העומד בדרישות התקינה של מהדורות מעודכנות יותר של התקנים המוזכרים לעיל, ובלבד שהמהדורה המעודכנת מתייחסת למוצר המוצע. ניתן להציע מוצר העומד בדרישות התקינה של מהדורות קודמות של התקנים המוזכרים לעיל, ובלבד שאין בשינוי המהדורה כדי להשפיע על הבטיחות, יעילות והביצועים של המוצר.

2.4 דרישות תקינה למוצרים מייצור מקומי עבור מיטות חשמליות למבוגרים וילדים : המוצר עומד בדרישות התקינה בישראל, כמפורט להלן :

2.4.1 המוצר עומד בדרישות התקינה הבאות לגבי מיטות חשמליות למבוגרים וילדים :

2.4.2 תקנים ישראלים מחייבים ו/או תקנים אזוריים : התקינה בארה"ב (Consensus Standards) או התקינה באירופה (Harmonized Standards) שהוזכרו לעיל.

2.4.3 תקינה בינלאומית הכוללת את תקני IEC או תקני ISO.

3. רישום בפנקס אמ"ר : המוצר נרשם בפנקס אמ"ר או הוגשה בקשה לרישום בפנקס אמ"ר לפי הנחיות הענף למכשור רפואי במשרד הבריאות. באישור אמ"ר נדרשת התוויה לשימוש ביתי.

3.1 יצרן מקומי המבקש לרשום בפנקס אמ"ר מוצר ושאינו בידו אישורים רגולטוריים המעידים על עמידתו בדרישות התקינה בארה"ב או באיחוד האירופי - ערך ניסויים קליניים או סקר ספרות השקולה לו וכן ביצע סקר ניהול סיכונים (RISK MANAGEMENT).

3.2 מוצר שלא נאסר לשימוש : בשנתיים שקדמו למועד הגשת ההצעה, לא נאסר השימוש במוצר על ידי רשויות תקינה כלשהן בארץ או בעולם, מסיבות בטיחותיות.



מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

הנדון: אפיון טכני עבור מיטת טיפול נמרץ

עבור ביה"ח שיבא תל השומר

יש לצרף את המסמכים הרלוונטיים, התייחסות למפרט הטכני, כמו כן יש לצרף פרוספקט עם ספציפיקציות של המיטה.

יש לציין אופציות לצבע של המיטה – לבחירת ביה"ח שיבא.

מפרט הטכני עבור מיטת ט.נ.:

(1) דגם המיטה: _____

(2) יצרן המיטה: _____

(3) ספק המיטה: _____



מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט הנתונים של הדגם המוצע	תנאי סף	תכונה/ערך נדרש ע"י שיבא	נתונים טכניים – מיטת טיפול נמרץ
			<u>1. אישורי תקינה</u>
	תנאי סף	יש לצרף	1.1. אישור אמ"ר בתוקף
	תנאי סף	יש לצרף	1.2. תקן EN60601-2-52
			<u>2. מבנה המיטה ונתונים טכניים לציון:</u>
רוחב בס"מ: _____		כ-85 ÷ 95 cm נא לציין בס"מ	2.1. רוחב מצע



מחלקת מכרזים
 טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט הנתונים של הדגם המוצע	תנאי סף	תכונה/ערך נדרש ע"י שיבא	נתונים טכניים – מיטת טיפול נמרץ
אורך בס"מ: _____		כ- 200 ÷ 210 cm נא לציין בס"מ	2.2. אורך מצע
מידת אורך בס"מ: _____ מידת רוחב בס"מ: _____		נא לציין בס"מ	2.3. מידות חיצוניות של המיטה
	תנאי סף עבור 30% מהמיטות יסופקו מזרנים למאריך	20 ס"מ לפחות. נא לציין בס"מ	2.4. מיטה ניתנת להארכה (מנגנון הארכה מובנה במיטה כולל תוספת מזרון)



מחלקת מכרזים
 טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט הנתונים של הדגם המוצע	תנאי סף	תכונה/ערך נדרש ע"י שיבא	נתונים טכניים – מיטת טיפול נמרץ
סוג החומר: _____ סוג הצבע: _____	תנאי סף	נא לציין סוג החומר, סוג הצבע (אלקטרוסטטי, בתנור וכדומה)	2.5. מיטה עשויה מחומרים לא מחלידים כגון פלסטיק קשיח, מתכת צבוע
	תנאי סף		2.6. על מצע המיטה להיות עשוי מארבע חלקים - Full:Fowler
			2.7. משענת גב (Back Rest) (Section



מחלקת מכרזים
טל: 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט הנתונים של הדגם המוצע	תנאי סף	תכונה/ערך נדרש ע"י שיבא	נתונים טכניים – מיטת טיפול נמרץ
			2.8. משענת גב תחתון-ישבן (Seat Section)
			2.9. משענת ירכיים (Thigh Section)
			2.10. ממשענת שוקיים (Foot Section)
	תנאי סף		2.11. משענת גב שקיפה לצילומי X-ray
	תנאי סף		2.12. במשענת גב קיים מקום לקסטה X-ray



מחלקת מכרזים
 טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט הנתונים של הדגם המוצע	תנאי סף	תכונה/ערך נדרש ע"י שיבא	נתונים טכניים – מיטת טיפול נמרץ
חומר מצע מזרן: _____	תנאי סף	נא לציין סוג החומר. העדפה לחומר אנטו-בקטריאלי	2.13. ממצע המיטה עשוי מחומר פלסטי: ABS בשיטת Vacuum Forming או Molding Blow או HPL
	תנאי סף		2.13.1. חלקים לא קבועים של המצע ניתנים לשליפה לצורך ניקוי(למעט חלק של משענת גב שקיף X-ray)
		נא לציין קיים/לא קיים	2.13.2. חלקי המצע כוללים חללים לצורך ניקוז נוזלים ואוורור
	תנאי סף במידה וקיימים		2.13.2.1. חללים של המצע לא גדולים מ-5x18 cm



מחלקת מכרזים
 טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט הנתונים של הדגם המוצע	תנאי סף	תכונה/ערך נדרש ע"י שיבא	נתונים טכניים – מיטת טיפול נמרץ
	תנאי סף		2.14. ההגנה בפינות המיטה (Bumper Wheels)
סוג החומר: _____	תנאי סף	נא לציין סוג החומר	2.14.1. עשויים מחומר גמיש (Vinyl, גומי, פלסטיק) ולא משאיר סימנים על הקיר
	תנאי סף		2.14.2. מחובר בצורה מובטחת
	תנאי סף		2.14.3. ניתנים להחלפה
קיים/לא קיים		נא לציין קיים/לא קיים	2.14.4. מיטה עמידה לניקוי בקיטור
			3. <u>תנועות המיטה:</u>



מחלקת מכרזים
 טל: 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט הנתונים של הדגם המוצע	תנאי סף	תכונה/ערך נדרש ע"י שיבא	נתונים טכניים – מיטת טיפול נמרץ
	תנאי סף		3.1. תנועות המיטה חשמליות: Hi-Lo, משענת גב, משענת רגלים (ירכיים), משענת שוקיים, Trendelenburg / Reverse Trendelenburg
			3.2. פעולת Hi-Lo חשמלית :
גובה בס"מ : _____	תנאי סף	לא יעלה על-43 ס"מ נא לציין בס"מ	3.2.1. הגובה המינימאלי מהרצפה עד מצע המיטה
גובה בס"מ : _____	תנאי סף	לא פחות מי-75 ס"מ נא לציין בס"מ	3.2.2. הגובה המקסימאלי מהרצפה עד מצע המיטה



מחלקת מכרזים
 טל: 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט הנתונים של הדגם המוצע	תנאי סף	תכונה/ערך נדרש ע"י שיבא	נתונים טכניים – מיטת טיפול נמרץ
זווית במע': _____	תנאי סף	מ-0° עד 63° לפחות נא לציין זווית	3.3. פעולת משענת הגב החשמלית של המיטה
Retraction בס"מ: _____	תנאי סף	נא לציין בס"מ	3.4. פעולת משענת הגב עם Retraction (נסיגת משענת גב תוך כדי תנועה)
			3.5. פעולת משענת הרגליים:
זווית במע': _____	תנאי סף	מ-0° עד 20° לפחות נא לציין זווית	3.5.1. קיימת תנועת משענת ירכיים חשמלית



מחלקת מכרזים
 טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט הנתונים של הדגם המוצע	תנאי סף	תכונה/ערך נדרש ע"י שיבא	נתונים טכניים – מיטת טיפול נמרץ
זווית במע': _____	נא לציין מה קיים		3.5.2. קיימת תנועת משענת שוקיים חשמלית או מכנית נגררת לאחר משענת ירכיים.
			3.5.3. שינוי זווית משענת שוקיים מכני מתבצע באופן הבא:
	תנאי סף	מנגנון Ratchet עם 4 תחנות לפחות לאורך תנוע נא לציין כמות תחנות <u>או</u>	3.5.3.1. ניתן לשנות תנוחה (זווית) של משענת שוקיים באופן ידני ע"י הפעלת מנגנון מסוג Ratchet (מנגנון Ratchet כפול – משני צדי המיטה)



מחלקת מכרזים
 טל: 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט הנתונים של הדגם המוצע	תנאי סף	תכונה/ערך נדרש ע"י שיבא	נתונים טכניים – מיטת טיפול נמרץ
	תנאי סף	מנגנון פנאומטי כולל Gas Spring וידית הפעלה	3.5.3.2. ניתן לשנות תנוחה (זווית) של משענת שוקיים באופן ידני ע"י הפעלת מנגנון פניאומטי כולל Gas Spring וידית הפעלה
זווית: _____	תנאי סף	±12° לפחות נא לציין זווית	3.6. פעולות Reverse Trendelenburg ו Trendelenburg
	תנאי סף		3.7. Cardiac Chair position
	תנאי סף		3.8. CPR Position



מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט הנתונים של הדגם המוצע	תנאי סף	תכונה/ערך נדרש ע"י שיבא	נתונים טכניים – מיטת טיפול נמרץ
תנועות נוספות: _____ _____		נא לציין, במידה וקיימות	3.9. תנועות נוספות
			4. מראשות ומרגלות
	תנאי סף		4.1. על המראשות להיות ניתנות לשליפה מהירה, ובעלות מנגנון חיבור מהיר וללא ברגים
קיים/לא קיים		נא לציין קיים/לא קיים	4.2. המרגלות ניתנות לשליפה



מחלקת מכרזים
 טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט הנתונים של הדגם המוצע	תנאי סף	תכונה/ערך נדרש ע"י שיבא	נתונים טכניים – מיטת טיפול נמרץ
	תנאי סף	נא לציין אופן/תמונה	4.3. המראשות והמרגלות כוללות ידיות/מקומות אחיזה לדחיפה
	תנאי סף		4.4. המראשות והמרגלות בעלות פינות מעוגלות
	תנאי סף		4.5. המראשות והמרגלות עשויות כחלק אחד ללא לוח פריק
סוג החומר: _____	תנאי סף	נא לציין סוג החומר. העדפה לחומר אנטי בקטריאלי	4.6. המראשות והמרגלות עשויות מחומר פלסטי: ABS בשיטת Blow Molding או שווה ערך



מחלקת מכרזים
 טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט הנתונים של הדגם המוצע	תנאי סף	תכונה/ערך נדרש ע"י שיבא	נתונים טכניים – מיטת טיפול נמרץ
			5. דפנות צד:
	תנאי סף		5.1. דפנות צד מפוצלות (Split side rails) – קדמיות (אזור ראש וגוף של המטופל) ואחוריות (אזור אגן ורגליים של המטופל)
	תנאי סף		5.2. מתקפלות כלפי מטה
סוג מנגנון בלימה: _____	תנאי סף	נא לציין אופן עבודה של מנגנון בלימה	5.2.1. פתיחת הדפנות שקטה – קיים מנגנון בלימת הדפנות בעת פתיחתן
	תנאי סף		5.3. מרווח בין הדפנות המפוצלות לא יותר מ-6 ס"מ



מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט הנתונים של הדגם המוצע	תנאי סף	תכונה/ערך נדרש ע"י שיבא	נתונים טכניים – מיטת טיפול נמרץ
	תנאי סף		5.4. מרווח בין דפנות קדמיות ומראשון לא יותר מ-6 ס"מ
מרווח בס"מ: _____	תנאי סף	נא לציין סוג הדפנות – סגירה מלאה, סגירה 3/4	5.5. מרווח בין דפנות אחוריות ומרגלות לא יותר מ-6 ס"מ או לא פחות מ-32 ס"מ
גובה בס"מ: _____	תנאי סף	נא לציין בס"מ	5.6. גובה הדפנות – 40 ס"מ לפחות מעל מצע המזרן
	תנאי סף		5.7. נעילת הדפנות היא בטיחותית – לא ניתנות לפתיחה ע"י המטופל



מחלקת מכרזים
 טל: 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט הנתונים של הדגם המוצע	תנאי סף	תכונה/ערך נדרש ע"י שיבא	נתונים טכניים – מיטת טיפול נמרץ
חומר של דפנות: _____ _____	תנאי סף	נא לציין סוג החומר. העדפה לחומר אנטי בקטריאלי	5.8. על דפנות הצד להיות עשויות מחומר פלסטי – ABS Blow Molding או שווה ערך
	תנאי סף		5.9. דפנות כוללות ידיות/בליטות לאחיה
	תנאי סף		5.10. מד זווית מובנה בדפנות קדמיות
			6. <u>גלגלים</u> :
	תנאי סף	6" (inch)	6.1. קוטר הגלגלים



מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט הנתונים של הדגם המוצע	תנאי סף	תכונה/ערך נדרש ע"י שיבא	נתונים טכניים – מיטת טיפול נמרץ
	תנאי סף	נא לציין אופן הפעלה מצד המראשות והמרגלות	6.2. קיימת נעילה מרכזית של כל הגלגלים באמצעות מעצור דריכת רגל או בר דריכה בצד המרגלות וגם בצד המראשות
	תנאי סף		6.2.1. על הגלגלים לכלול אפשרות לנעילה לצידוד וגלגול
	תנאי סף		6.2.2. מעצור של נעילה מרכזית כולל שלושה מצבים: נעילת הגלגלים, נעילת כיוון הגלגלים, שחרור הגלגלים



מחלקת מכרזים
 טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט הנתונים של הדגם המוצע	תנאי סף	תכונה/ערך נדרש ע"י שיבא	נתונים טכניים – מיטת טיפול נמרץ
	תנאי סף		6.2.3. גלגל עם נעילת הכיוון נמצא בצד המראשות, או מרגלות – בהתאם לדרישת ביה"ח
יצרן הגלגל : _____	תנאי סף	נא לציין תוצרת ולצרף מפרט הטכני של הגלגל	6.3. על גלגלי המיטה להיות מתוצרת יצרנים : TENTE, ROMBUS, COLSON, STEINCO או שווה ארץ
	תנאי סף		6.4. על מסב הגלגל להיות מסב כדורי
	תנאי סף		6.5. גלגלים הם אנטיסטטיים



מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט הנתונים של הדגם המוצע	תנאי סף	תכונה/ערך נדרש ע"י שיבא	נתונים טכניים – מיטת טיפול נמרץ
	תנאי סף		6.6. עבור כלל פדלי/מעצור דריכת רגל/בר דריכה להפעלת נעילה מרכזית קיימים סימונים גראפיים על גבי גוף המיטה עמידים לשטיפה
			7. <u>שלטי הפעלה מובנים בדפנות:</u>



מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט הנתונים של הדגם המוצע	תנאי סף	תכונה/ערך נדרש ע"י שיבא	נתונים טכניים – מיטת טיפול נמרץ
	תנאי סף נא לציין באיזה דופן נמצא שלט חיצוני: בדופן קדמי או אחורי		7.1. שלט מובנה בתוך שתי הדפנות הקדמיות או אחוריות משני הכיוונים: מצד המטופל ומצד המשתמש



מחלקת מכרזים
 טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט הנתונים של הדגם המוצע	תנאי סף	תכונה/ערך נדרש ע"י שיבא	נתונים טכניים – מיטת טיפול נמרץ
פונקציות הקיימות בשלט המטופל: _____ _____ _____	תנאי סף	נא לציין את הפונקציות הקיימות	7.1.1. מצד פנימי (שלט של המטופל) הפעלת פונקציות בסיסיות בלבד : משענת גב, משענת רגליים, Hi-Lo , לפחות. פעולות נוספות כגון Cardiac Chair Position, Auto Contour (במידה וקיימת)



מחלקת מכרזים
 טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט הנתונים של הדגם המוצע	תנאי סף	תכונה/ערך נדרש ע"י שיבא	נתונים טכניים – מיטת טיפול נמרץ
פונקציות הקיימות בשלט המטפל: _____ _____ _____	תנאי סף	נא לציין את הפונקציות הקיימות	7.1.2. מצד חיצוני (שלט של המטפל) הפעלת פונקציות: Hi-Lo, משענת גב, משענת רגליים, Trendelenburg/Reverse CPR, Trendelenburg לפחות.
	תנאי סף		7.1.2.1. כפתור יציאה מהמיטה בשלט המותקן בצד חיצוני של הדופן
			8. <u>שלט הפעלה ע"י צוות:</u>



מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט הנתונים של הדגם המוצע	תנאי סף	תכונה/ערך נדרש ע"י שיבא	נתונים טכניים – מיטת טיפול נמרץ
	תנאי סף	יש לציין אופן ואופציות הקיימות	8.1. נמצא במרגלות המיטה (מובנה במרגלות או בתלייה במרגלות, או במגירה ייעודית מתחת למצע המזרון), או מובנה בדפנות אחוריות
	תנאי סף		8.2. מאפשר הפעלה של כלל פונקציות החשמליות
	תנאי סף		8.3. מאפשר נעילת כול פונקציה בודדת בשלט המטופל
	תנאי סף		8.4. מאפשר נעילת הפעלה של השלט המטופל



מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט הנתונים של הדגם המוצע	תנאי סף	תכונה/ערך נדרש ע"י שיבא	נתונים טכניים – מיטת טיפול נמרץ
	תנאי סף		Cardiac Chair position 8.5 או/או Auto contour בלחיצת כפתור
	תנאי סף		8.6 CPR Position בלחיצת כפתור
	נא לציין במידה וקיים		8.7 איפוס המיטה בלחיצת כפתור אחד
	תנאי סף		8.8 פדל רגל משני צדי המיטה להפעלת פונקציית Hi-Lo
			9. <u>בבטיחות:</u>



מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט הנתונים של הדגם המוצע	תנאי סף	תכונה/ערך נדרש ע"י שיבא	נתונים טכניים – מיטת טיפול נמרץ
	תנאי סף		9.1. משענת גב ניתנת לאפוס ידני (מכאני) למצב CPR משני צדי המיטה
	תנאי סף	נא לצרף הצהרת היצרן	9.2. על החלקים הפלסטיים של המיטה להיות מחומר מעכב בעירה
נתוני הסוללה: _____	תנאי סף	נא לציין פרמטרים/טווח זמן/כמות פעולות	9.3. סוללת גיבוי
			10. דרישות כלליות:



מחלקת מכרזים
 טל: 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט הנתונים של הדגם המוצע	תנאי סף	תכונה/ערך נדרש ע"י שיבא	נתונים טכניים – מיטת טיפול נמרץ
כושר נשיאה בק"ג: _____	תנאי סף	220 kg לפחות, נא לציין SWL	10.1. כושר נשיאה מקסימאלי (Safety Work Load-SWL):
רמת אטימות: _____	תנאי סף	רמת אטימות IPX4 לפחות	10.2. רמת אטימות של מערכת החשמלית
	תנאי סף		10.3. פין הארקה להשוואת פוטנציאלים (Grounding pin)
	תנאי סף		10.4. מיטה מוזנת מרשת חשמל 220 V



מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט הנתונים של הדגם המוצע	תנאי סף	תכונה/ערך נדרש ע"י שיבא	נתונים טכניים – מיטת טיפול נמרץ
	תנאי סף	נא לציין סוג הכבל (רגיל, מסולסל) ואופציות קיימות	10.5. כבל הזנת החשמל כולל תקע יצוק ישראלי
	תנאי סף		10.6. על המיטה לכלול הכנה ל-4 עמודי עירווי בכל אחת מפנינות המיטה : בצדי המראשות (2 יח') ובצדי המרגלות (2 יח') כולל בידוד מחומר פלסטי (Nylon או שווה ערך)
	תנאי סף		10.7. על המיטה לכלול הכנה לטרפז בצד מראשות



מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט הנתונים של הדגם המוצע	תנאי סף	תכונה/ערך נדרש ע"י שיבא	נתונים טכניים – מיטת טיפול נמרץ
	תנאי סף	4 וויס מכל צד לפחות, נא לציין אורך מתקן תלייה	10.8. על מיטה לכלול מתקן תלייה לנקזים משני הצדדים בחלק התחתון של המיטה
	תנאי סף		10.9. תאורת לילה
		נא לציין מה קיים	10.10. פונקציות, אביזרים נוספים – דוגמת איפוס מלא באמצעות כפתור אחת, תאורת גובה מינימום וכדומה



מחלקת מכרזים
 טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט הנתונים של הדגם המוצע	תנאי סף	תכונה/ערך נדרש ע"י שיבא	נתונים טכניים – מיטת טיפול נמרץ
יש לצרף הצהרת היצרן	תנאי סף		10.11. מיטה עמידה בשטיפה ע"י חומרי ניקוי וחיתוי המאושרים ע"י משרד הבריאות (חוזר מנהל רפואה מספר 12.2006 – הנחיות לניקוי וחיתוי במוסדות רפואיים) ובחומר מאושר בשיבא: כלור עד 1,000 ppm
יש לצרף הצהרת היצרן	אמות מידה		10.11.1. מיטה עמידה בשטיפה ע"י חומרי ניקוי וחיתוי המאושרים ע"י משרד הבריאות ובחומר מאושר בשיבא: כלור עד 5,000 ppm
			11. אביזרים



מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט הנתונים של הדגם המוצע	תנאי סף	תכונה/ערך נדרש ע"י שיבא	נתונים טכניים – מיטת טיפול נמרץ
			11.1. הערה: אביזרים עם סימון "אביזר מדף חובה" הם אביזרים אשר לא מסופקים ביחד עם המיטה, אך ספק מחויב לאספקתם בהתאם לדרישת המוסד ובהתאם למחיר שנקבע
	אביזר מדף חובה		11.2. Trapeze : ידית מחומר פלסטי מתכווננת לגובה (אביזר מדף חובה)
			11.2.1. משקל נשיאה מרבי מותר 150 kg לפחות



מחלקת מכרזים
טל: 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט הנתונים של הדגם המוצע	תנאי סף	תכונה/ערך נדרש ע"י שיבא	נתונים טכניים – מיטת טיפול נמרץ
			11.2.2. Trapeze לא בולט מהמסגרת המיטה
	אביזר מדף חובה	יש לצרף תמונה ולציין עובי העמוד	11.3. עמוד עירוני טלסקופי נשלף, מכופף (קצה העמוד מרוחק מפס אספקה או מוניתור). חיבור עמוד עירוני למיטה ללא ברגים או פרפרים.
	אביזר מדף חובה		11.4. גיליון למטופל עם אפשרות סגירת שם המטופל
	אביזר מדף חובה		11.5. מגש למוניטור

THE STATE OF ISRAEL
MINISTRY OF HEALTH
THE CHIME SHEBA MEDICAL CENTER
Affiliated to the Tel-Aviv University
Sackler School of Medicine
TEL-HASHOMER 52621, ISRAEL

משרד בריאות

מדינת ישראל
המרכז הרפואי המשולב ע"ש חיים שיבא
מסונף לבית הספר לרפואה ע"ש סאקלר
באוניברסיטת תל-אביב
תל-השומר 52621, ישראל



מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט הנתונים של הדגם המוצע	תנאי סף	תכונה/ערך נדרש ע"י שיבא	נתונים טכניים – מיטת טיפול נמרץ
	אביזר מדף חובה		11.6 מתקן למיכל חמצן



מחלקת מכרזים
 טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט הנתונים של הדגם המוצע	תנאי סף	תכונה/ערך נדרש ע"י שיבא	נתונים טכניים – מיטת טיפול נמרץ
<p>יש לצרף דו"ח מעבדה בנושא עיכוב בעירה עבור חומר המזרן ועבור כיסוי של המזרן או עבור כל המזרן בכללותו:</p> <p>תעודה ממכון התקנים המעידה על עמידה בדרישות התקן ישראלי ת"י 5418/518, או עמידה בתקן עיכוב בעירה מהמדינות הבאות: מדינות מערב אירופה/יפן/אוסטרליה/מדינות צפון אמריקה</p>	<p>אביזר מדף חובה</p>	<p>יש לצרף מפרט המזרון: ממדים, סוג החומר, צפיפות החומר, סוג כיסוי וכולל כלל אישורי תקינה מתאימים</p>	<p>11.7. מזרן רפואי מקורי מסוג ויסקו-אלסטי מותאם לממדים של המיטה בעובי של 15 ס"מ עשוי משכבה תחתונה (ספוג בצפיפות 32 kg/m³ לפחות בעובי 7-8 ס"מ ושכבה עליונה עשויה מחומר ויסקו אלסטי).</p> <p>מזרון כולל כיסוי עשוי מחומר אנטי בקטריאלי, בלתי חדיר לנוזלים, נמתח לכל הכיוונים, עמיד בשטיפה עד 80 מע"צ, עמיד נגד שריפה וכולל רוכסן, אשר מוסתר ע"י בד (חצאית).</p>

מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

למען הסר ספק, המחיר המוצע למיטת טיפול נמרץ כולל את הפריטים בטבלה לרבות תנאים לאספקה:

פירוט לגבי הדגם המוצע	כמות	תיאור לאספקה – מיטת טיפול נמרץ
	1 יח'	1. מיטת אשפוז ט.נ. לפי מפרט טכני כוללת הארכה
	1 יח'	2. אחריות 5 שנים כולל חלקי חילוף, עבודה וטיפולים תקופתיים בהתאם להוראות היצרן
	1 יח'	3. עמוד עירוני - סעיף 11.3 של המפרט הטכני לעיל
	1 יח'	4. מזרון רפואי – סעיף 11.4 של המפרט הטכני לעיל

מחלקת מכרזים
טל: 03-5303558

מכרז מס' 10002750

	1 יח'	5. גיליון למטופל עם אפשרות סגירת שם המטופל
	1 יח'	6. מגש למוניטור
	3 יח' עבור כל 10 מיטות	7. מזרן להשלמה בעת הארכת המיטה
	1 יח'	8. קיים מספר זיהוי נגיש של היצרן המיטה
		9. <u>דרישות לאספקה:</u>
	נדרש נא לצרף	9.1. אישורי תקינה שבסעיף 1 של המפרט הטכני לעיל
	נדרש נא לצרף	9.2. הוראות החזקה (Service Manual) של המיטה
	נדרש נא לצרף	9.3. הוראות הפעלה ושימוש (User Manual) של המיטה

מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

	נדרש נא לצרף	9.4. התחייבות היצרן לאספקת חלקי חילוף 7 שנים לפחות לאחר תום יצור הדגם
	נדרש	9.5. הדרכה של הצוות עד לקבלת שביעות רצון מלאה
	נדרש נא לצרף	9.6. שרטוט המיטה עם כלל החלקים הקיימים – "שרטוט פצה" (שרטוט מבט מפורק)
	נדרש נא לציין	9.7. עלות הסכם שירות שנתי לאחר תום תקופת האחריות בת 5 שנים כולל חלקי חילוף, עבודה וטיפולים תקופתיים בהתאם להוראות היצרן
	נדרש נא לציין	9.8. עלות שעת עבודה של טכנאי הספק לקריאת שירות בשעות עבודה רגילות (בין שעות 8 עד 17:00 בימים א' – ה')



מחלקת מכרזים
 טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

	נדרש נא לציין	9.9. עלות שעת נסיעה של טכנאי הספק לקריאת שירות בשעות עבודה רגילות (בין שעות 8 עד 17:00 בימים א' – ה')
	נדרש נא לציין	9.10. עלות שעת עבודה של טכנאי הספק לקריאת שירות בשעות עבודה חריגות (לאחר 17:00 בימים א' – ה' ובסופי שבוע וחגים)
	נדרש נא לציין	9.11. עלות שעת נסיעה של טכנאי הספק לקריאת שירות בשעות עבודה חריגות (לאחר 17:00 בימים א' – ה' ובסופי שבוע וחגים)
	נדרש נא לצרף	9.12. התחייבות ל-SLA – 24 שעות במקרה של תקלה לא משביתה
	נדרש נא לצרף	9.13. התחייבות ל-SLA – 12 שעות במקרה של תקלה משביתה

מחלקת מכרזים
טל: 03-5303558

מכרז מס' 10002750

	נדרש נא לצרף	9.14. התחייבות הספק להחזיק כלל החלקים החיוניים במלאי ארצי (חלקים שהשבתתם מובילה להשבתת המיטה, דוגמת חלקים של מערכת חשמלית, גלגלים, שלטים וכדומה)
	נדרש נא לציין	9.15. השתתפות במכרז כוללת בדיקה פיזית של המיטה ע"י צוות הבודקים. מיטה תיבדקנה לעמידה בתנאי סף ובאופן פונקציונלי (ראה סעיף ה' מתה - אמות מידה).



מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

אביזרים ואביזרים אופציונליים - עלויות:

פירוט לגבי הדגם המוצע	מחיר (ללא מע"מ)	תנאי סף	אביזרים ואביזרים אופציונליים – מיטת טיפול נמרץ
	מחירון ספק		1. גלגל חמישה לנסיעה
	מחירון ספק נא לציין אופן פעולה		2. מערכת הנעה עבור המיטה
	מחירון ספק		3. גלגלים כפולים 6" (inch)



מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט לגבי הדגם המוצע	מחיר (ללא מע"מ)	תנאי סף	אביזרים ואביזורים אופציונליים – מיטת טיפול נמרץ
	מחירון ספק	אביזר חובה	4. גיליון למטופל עם אפשרות סגירת שם המטופל
	מחירון ספק	אביזר חובה	5. מגש למוניטור
	מחירון ספק		6. כפתור זיכרון 30 מע' עבור משענת גב בשלט של הצוות/חולה
	מחירון ספק	אביזר חובה	7. מתקן למיכל חמצן



מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט לגבי הדגם המוצע	מחיר (ללא מע"מ)	תנאי סף	אביזרים ואביזורים אופציונליים – מיטת טיפול נמרץ
	מחירון ספק		8. התראה לגובה נמוך
	מחירון ספק		9. התראה על שחרור נעילת הגלגלים
	מחירון ספק		10. נעילה אוטומטית של הגלגלים בעת חיבור לחשמל
	מחירון ספק	אביזר חובה	11. מערכת שקילה מובנת במיטה



מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט לגבי הדגם המוצע	מחיר (ללא מע"מ)	תנאי סף	אביזרים ואביזורים אופציונליים – מיטת טיפול נמרץ
	מחירון ספק	אביזר חובה	12. Trapeze : ידית מחומר פלסטי מתכווננת לגובה – לפי סעיף 11.2 של המפרט הטכני לעיל
	מחירון ספק	אביזר חובה	13. עמוד עירוני טלסקופי נשלף – לפי מפרט הטכני – סעיף 11.3 של המפרט הטכני לעיל



מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט לגבי הדגם המוצע	מחיר (ללא מע"מ)	תנאי סף	אביזרים ואביזורים אופציונליים – מיטת טיפול נמרץ
	מחירון ספק		14. גימור המיטה עבור מחלקת אורטופדיה: הכנות מובנות עבור מערכת Traction, הכנות מובנות עבור Trapeze ב-4 פינות המיטה, מראשות ומרגלות מותאמות לצידוד הנ"ל
	מחירון ספק	אביזר חובה	15. מזרון רפואי וויסקו-אלסטי בהתאם לסעיף 11.6 של המפרט הטכני לעיל



מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט לגבי הדגם המוצע	מחיר (ללא מע"מ)	תנאי סף	אביזרים ואביזורים אופציונליים – מיטת טיפול נמרץ
	מחירון ספק		16. מזרון להארכת המיטה (השלמת מזרון קיים)
	מחירון ספק		17. תומך לצורך יציאה מהמיטה
	מחירון ספק		18. התראה במקרה של תנועה לא רצויה של החולה (Bed Exit Alarm)
	מחירון ספק		19. עצירה אוטומטית ב- 30° בעת הפעלת משענת גב



מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט לגבי הדגם המוצע	מחיר (ללא מע"מ)	תנאי סף	אביזרים ואביזורים אופציונליים – מיטת טיפול נמרץ
	מחירון ספק	לציין באיזה שלט קיים	20. כפתור מצב בדיקה (Examination Position)
	מחירון ספק	לציין באיזה שלט קיים	21. כפתור יציאה מהמיטה (Mobilization Position)



מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט לגבי הדגם המוצע	מחיר (ללא מע"מ)	תנאי סף	אביזרים ואביזורים אופציונליים – מיטת טיפול נמרץ
	מחירון ספק יש לציין תוספת עלות במידה וקיים ולציין נתון IP		22. מיטה ברמת אטימות של מערכת החשמלית IPX6 לפחות
			23. אביזרים ופונקציות אופציונליים נוספים: במידה וקיימים יש לציין בהמשך הטבלה
			23.1

THE STATE OF ISRAEL
MINISTRY OF HEALTH
THE CHIME SHEBA MEDICAL CENTER
Affiliated to the Tel-Aviv University
Sackler School of Medicine
TEL-HASHOMER 52621, ISRAEL

משרד בריאות



מדינת ישראל
המרכז הרפואי המשולב ע"ש חיים שיבא
מסונף לבית הספר לרפואה ע"ש סאקלר
באוניברסיטת תל-אביב
תל-השומר 52621, ישראל

מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט לגבי הדגם המוצע	מחיר (ללא מע"מ)	תנאי סף	אביזרים ואביזורים אופציונליים – מיטת טיפול נמרץ
			23.2
			23.3
			23.4
			23.5
			23.6
			23.7



מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

חלקי חילוף – עלויות:

פירוט לגבי הדגם המוצע	פרוט הנתונים – חלקי חילוף מיטת טיפול נמרץ
	1. מנוע חשמלי (בוכנה) עבור משענת גב
	2. מנוע חשמלי עבור פעולת Hi Lo
	3. מנוע חשמלי עבור משענת רגליים (ירכיים)
	4. מנוע חשמלי עבור משענת שוקיים (במידה וקיים)
	5. בוכנת גז עבור משענת שוקיים (במידה וקיימת)
	6. מנגנון Ratchet עבור משענת שוקיים (במידה וקיים)
	7. פיקוד של מערכת החשמלית



מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט לגבי הדגם המוצע	פרוט הנתונים – חלקי חילוף מיטת טיפול נמרץ
	8. גלגל קומפלט
	9. גלגל כפול קומפלט
	10. דופן קדמית שמאלית קומפלט
	11. דופן קדמית ימנית קומפלט
	12. דופן אחורית שמאלית קומפלט
	13. דופן אחורית ימנית קומפלט
	14. מגן קיר קומפלט
	15. שלט המטופל מובנה בדופן (פנימי)



מחלקת מכרזים
טל: 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט לגבי הדגם המוצע	פרוט הנתונים – חלקי חילוף מיטת טיפול נמרץ
	16. שלט של משתמש מובנה בדופן (חיצוני)
	17. שלט של צוות ממוקם במרגלות (מובנה או תלוי, או מובנה בדפנות אחוריות)
	18. כבל הזנה עם תקע יצוק ישראלי
	19. פדל רגל קומפלט מצד המיטה להפעלה חשמלית פונקציה Hi-Low
	20. חלקי חילוף נוספים: במידה וקיימים יש לציין בהמשך הטבלה
	20.1 מראשות ראש + מראשות רגליים
	20.2



מחלקת מכרזים
טל: 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט לגבי הדגם המוצע	פרוט הנתונים – חלקי חילוף מיטת טיפול נמרץ
	.20.3
	.20.4
	.20.5
	.20.6
	.20.7
	.20.8
	.20.9
	.20.10

THE STATE OF ISRAEL
MINISTRY OF HEALTH
THE CHIME SHEBA MEDICAL CENTER
Affiliated to the Tel-Aviv University
Sackler School of Medicine
TEL-HASHOMER 52621, ISRAEL

משרד בריאות

מדינת ישראל
המרכז הרפואי המשולב ע"ש חיים שיבא
מסונף לבית הספר לרפואה ע"ש סאקלר
באוניברסיטת תל-אביב
תל-השומר 52621, ישראל



מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט לגבי הדגם המוצע	פרוט הנתונים – חלקי חילוף מיטת טיפול נמרץ
	.20.11

מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

אמות המידה לניקוד איכות – מיטת טיפול נמרץ

במכרז זה אמות מידה מהוות 30% מהציון המשוקלל, כאשר עלות המיטה מהווה 70% מהציון המשוקלל. מוצר שהניקוד שיינתן לו יהיה נמוך מציון הסף שנקבע לרכיב מסוים - ייפסל. הניקוד בסעיפים להלן ייקבע כדלקמן: בודקים מקצועיים מטעם ביה"ח שיבא יעריכו את המוצר, כ"א בנפרד ללא התייעצות הדדית. הניקוד שיינתן למוצר יקבע לפי נוסחת חישוב בהתבסס על ממוצע ציוני הבודקים.

פירוט לגבי הדגם המוצע	ציון	ציון סף	סעיף במפרט	תיאור אמות מידה – מיטת טיפול נמרץ
				1. תנועת משענת שוקיים:
	5 או			1.1 באמצעות בוכנת גז
	9			1.2 באמצעות מנוע חשמלי



מחלקת מכרזים
 טל: 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט לגבי הדגם המוצע	ציון	ציון סף	סעיף במפרט	תיאור אמות מידה – מיטת טיפול נמרץ
	8		2.13, 4.6, 5.8	2. חלקים פלסטיים של המיטה (מראשות, מרגלות, דפנות) עשויות מחומר אנטי בקטריאלי
	8		10 דרישות אופציונליות	3. התראה על שחרור נעילת הגלגלים
				4. כושר נשיאה של המיטה:
	5 או		10.1	5. יותר מ-220 ק"ג ופחות מ-240 ק"ג
	9		10.1	6. יותר מ-240 ק"ג
	9		10.11.1	7. מיטה עמידה בשטיפה ע"י חומרי ניקוי וחיטוי המאושרים ע"י משרד



מחלקת מכרזים
 טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט לגבי הדגם המוצע	ציון	ציון סף	סעיף במפרט	תיאור אמות מידה – מיטת טיפול נמרץ
				הבריאות ובחומר מאושר בשיבא: כלור עד 5,000 ppm
	9	6		8. נוחות בהובלת המיטה
	10	6		9. נוחות בניקוי של המיטה
	10	6	4.1, 4.2	10. מידת הקושי בשליפת מראשות לצורך ביצוע CPR
	9	6	5	11. מידת הקושי בהפעלת דפנות צד
	9	6	6.2	12. מידת הקושי ונוחיות בהפעלה ושחרור נעילה מרכזית

THE STATE OF ISRAEL
MINISTRY OF HEALTH
THE CHIME SHEBA MEDICAL CENTER
Affiliated to the Tel-Aviv University
Sackler School of Medicine
TEL-HASHOMER 52621, ISRAEL



משרד בריאות

מדינת ישראל
המרכז הרפואי המשולב ע"ש חיים שיבא
מסונף לבית הספר לרפואה ע"ש סאקלר
באוניברסיטת תל-אביב
תל-השומר 52621, ישראל

מחלקת מכרזים
טל: 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט לגבי הדגם המוצע	ציון	ציון סף	סעיף במפרט	תיאור אמות מידה – מיטת טיפול נמרץ
	10	6	9.1	13. מידת הקושי בהפעלה ידנית של CPR
	100			14. סה"כ



מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

טופס בדיקה למיטת טיפול נמרץ

דגם מיטת אשפוז: _____

יצרן מיטת אשפוז: _____

שם המציע: _____

שם הבודק: _____

דרג/י בסולם מ-1 עד 5, את הפרמטרים הבאים בהתאם לטבלת נקודות איכות עבור מיטת טיפול נמרץ,
כאשר 1 מייצג את הציון הנמוך ביותר ו-5 מייצג את הציון הגבוה ביותר.

פירוט לגבי הדגם המוצע	הערות	5	4	3	2	1	תיאור
							1. נוחות בהובלת המיטה
							2. נוחות בניקוי של המיטה

מחלקת מכרזים
טל: 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט לגבי הדגם המוצע	הערות	5	4	3	2	1	תיאור
							3. מידת הקושי בשליפת מראשות לצורך ביצוע CPR
							4. מידת הקושי בהפעלת דפנות צד
							5. מידת הקושי ונוח'ות בהפעלה ושחרור נעילה מרכזית
							6. מידת הקושי בהפעלה ידנית של CPR

THE STATE OF ISRAEL
MINISTRY OF HEALTH
THE CHIME SHEBA MEDICAL CENTER
Affiliated to the Tel-Aviv University
Sackler School of Medicine
TEL-HASHOMER 52621, ISRAEL



מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

משרד בריאות

מדינת ישראל
המרכז הרפואי המשולב ע"ש חיים שיבא
מסונף לבית הספר לרפואה ע"ש סאקלר
באוניברסיטת תל-אביב
תל-השומר 52621, ישראל

_____ חתימת הבודק:

_____ תאריך:

THE STATE OF ISRAEL
MINISTRY OF HEALTH
THE CHIME SHEBA MEDICAL CENTER
Affiliated to the Tel-Aviv University
Sackler School of Medicine
TEL-HASHOMER 52621, ISRAEL



מחלקת מכרזים
טל: 03-5303558

מכרז מס' 10002750

משרד בריאות

מדינת ישראל
המרכז הרפואי המשולב ע"ש חיים שיבא
מסונף לבית הספר לרפואה ע"ש סאקלר
באוניברסיטת תל-אביב
תל-השומר 52621, ישראל

ריכוז סיכום בדיקת מיטת טיפול נמרץ

דגם מיטת אשפוז: _____

יצרן מיטת אשפוז: _____

שם המציע: _____

– הציון המשוקלל מחושב לפי משוואה –

$$finalGrade = \frac{meanGrade}{max Grade} \cdot Score$$

– כאשר –

$finalGrade$ - מייצג את הציון המשוקלל הסופי.

$meanGrade$ - מייצג את הציון הממוצע מבין הבודקים.

$max Grade$ - מייצג את הציון המקסימאלי - 5

$Score$ - מייצג את הניקוד המתאים לפי טבלת נקודות איכות



מחלקת מכרזים
טל: 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט לגבי הדגם המוצע	הערות	ציון סף לפי טבלת נקודות איכות	תיאור
		6	1. נוחות בהובלת המיטה
		6	2. נוחות בניקוי של המיטה
		6	3. מידת הקושי בשליפת מראשות לצורך ביצוע CPR
		6	4. מידת הקושי בהפעלת דפנות צד
		6	5. מידת הקושי ונוחות בהפעלה ושחרור נעילה מרכזית

THE STATE OF ISRAEL
MINISTRY OF HEALTH
THE CHIME SHEBA MEDICAL CENTER
Affiliated to the Tel-Aviv University
Sackler School of Medicine
TEL-HASHOMER 52621, ISRAEL

משרד בריאות

מדינת ישראל
המרכז הרפואי המשולב ע"ש חיים שיבא
מסונף לבית הספר לרפואה ע"ש סאקלר
באוניברסיטת תל-אביב
תל-השומר 52621, ישראל



מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט לגבי הדגם המוצע	הערות	ציון סף לפי טבלת נקודות איכות	תיאור
		6	.6 מידת הקושי בהפעלה ידנית של CPR



מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

הנדון: אפיון טכני עבור מיטת טיפול נמרץ עם הטיה צידית

עבור ביה"ח שיבא תל השומר

יש לצרף את המסמכים הרלוונטיים, התייחסות למפרט הטכני, כמו כן יש לצרף פרוספקט עם ספציפיקציות של המיטה.

יש לציין אופציות לצבע של המיטה – לבחירת ביה"ח שיבא.

מפרט הטכני עבור מיטת טיפול נמרץ עם הטיה צידית:

(1) דגם המיטה: _____

(2) יצרן המיטה: _____

(3) ספק המיטה: _____



מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט הנתונים של הדגם המוצע	תנאי סף	תכונה/ערך נדרש ע"י שיבא	נתונים טכניים – מיטת טיפול נמרץ עם הטיה צידית
			1. <u>אישורי תקינה</u>
	תנאי סף	יש לצרף	1.1. אישור אמ"ר בתוקף
	תנאי סף	יש לצרף	1.2. תקן EN60601-2-52
			2. <u>מבנה המיטה ונתונים טכניים לציון:</u>
רוחב מצע בס"מ : _____		כ- 85 ÷ 95 cm נא לציין בס"מ	2.1. רוחב מצע



מחלקת מכרזים
 טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט הנתונים של הדגם המוצע	תנאי סף	תכונה/ערך נדרש ע"י שיבא	נתונים טכניים – מיטת טיפול נמרץ עם הטיה צידית
אורך מצע בס"מ: _____		כ- 200 ÷ 210 cm נא לציין בס"מ	2.2. אורך מצע
אורך מצע בס"מ: _____ רוחב מצע בס"מ: _____		נא לציין בס"מ	2.3. מידות חיצוניות של המיטה
הארכה בס"מ: _____	תנאי סף עבור 30% מהמיטות יסופקו מזרנים למאריך	20 ס"מ לפחות. נא לציין בס"מ	2.4. מיטה ניתנת להארכה (מנגנון הארכה מובנה במיטה כולל תוספת מזרון)



מחלקת מכרזים
 טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט הנתונים של הדגם המוצע	תנאי סף	תכונה/ערך נדרש ע"י שיבא	נתונים טכניים – מיטת טיפול נמרץ עם הטיה צידית
סוג החומר: _____ _____ _____	תנאי סף	נא לציין סוג החומר, סוג הצבע (אלקטרוסטטי, בתנור וכדומה)	2.5. מיטה עשויה מחומרים לא מחלידים כגון פלסטיק קשיח, מתכת צבוע
	תנאי סף		2.6. על מצע המיטה להיות עשוי מארבע חלקים - Full Fowler
			2.7. משענת גב (Back Rest) (Section

מחלקת מכרזים
טל: 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט הנתונים של הדגם המוצע	תנאי סף	תכונה/ערך נדרש ע"י שיבא	נתונים טכניים – מיטת טיפול נמרץ עם הטיה צידית
			2.8. משענת גב תחתון-ישבן (Seat Section)
			2.9. משענת ירכיים (Thigh Section)
			2.10. ממשענת שוקיים (Foot Section)
	תנאי סף		2.11. משענת גב שקיפה לצילומי X-ray
	תנאי סף		2.12. במשענת גב קיים מקום לקסטה X-ray



מחלקת מכרזים
 טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט הנתונים של הדגם המוצע	תנאי סף	תכונה/ערך נדרש ע"י שיבא	נתונים טכניים – מיטת טיפול נמרץ עם הטיה צידית
סוג החומר: _____	תנאי סף	נא לציין סוג החומר. העדפה לחומר אנטי-בקטריאלי	2.13. ממצע המיטה עשוי מחומר פלסטי: ABS בשיטת Vacuum Forming, או Molding Blow או HPL
	תנאי סף		2.13.1. חלקים לא קבועים של המצע ניתנים לשליפה לצורך ניקוי(למעט חלק של משענת גב שקיף X-ray)
		נא לציין קיים/לא קיים	2.13.2. חלקי המצע כוללים חללים לצורך ניקוז נוזלים ואוורור
	תנאי סף במידה וקיימים		2.13.2.1. חללים של המצע לא גדולים מ-5x18 cm



מחלקת מכרזים
 טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט הנתונים של הדגם המוצע	תנאי סף	תכונה/ערך נדרש ע"י שיבא	נתונים טכניים – מיטת טיפול נמרץ עם הטיה צידית
	תנאי סף		2.14. ההגנה בפינות המיטה (Bumper Wheels)
	תנאי סף	נא לציין סוג החומר	2.14.1. עשויים מחומר גמיש (Vinyl, גומי, פלסטיק) ולא משאיר סימנים על הקיר
	תנאי סף		2.14.2. מחובר בצורה מובטחת
	תנאי סף		2.14.3. ניתנים להחלפה
		נא לציין קיים/לא קיים	2.14.4. מיטה עמידה לניקוי בקיטור
			3. <u>תנועות המיטה:</u>



מחלקת מכרזים
 טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט הנתונים של הדגם המוצע	תנאי סף	תכונה/ערך נדרש ע"י שיבא	נתונים טכניים – מיטת טיפול נמרץ עם הטיה צידית
	תנאי סף		3.1. תנועות המיטה חשמליות: Hi-Lo, משענת גב, משענת רגלים (ירכיים), משענת /Trendelenburg, שוקיים, Reverse Trendelenburg
			3.2. פעולת Hi-Lo חשמלית :
גובה בס"מ: _____	תנאי סף	לא יעלה על-45 ס"מ נא לציין בס"מ	3.2.1. הגובה המינימאלי מהרצפה עד מצע המיטה
גובה בס"מ: _____	תנאי סף	לא פחות מי-75 ס"מ נא לציין בס"מ	3.2.2. הגובה המקסימאלי מהרצפה עד מצע המיטה



מחלקת מכרזים
 טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט הנתונים של הדגם המוצע	תנאי סף	תכונה/ערך נדרש ע"י שיבא	נתונים טכניים – מיטת טיפול נמרץ עם הטיה צידית
זווית במעלות: _____	תנאי סף	מ-0 עד 63 מע' לפחות נא לציין זווית	3.3. פעולת משענת הגב החשמלית של המיטה
Retraction בס"מ: _____	תנאי סף	נא לציין בס"מ	3.4. פעולת משענת הגב עם Retraction (נסוגת משענת גב תוך כדי תנועה)
			3.5. פעולת משענת הרגליים:
	תנאי סף	25° לפחות נא לציין זווית	3.5.1. קיימת תנועת משענת ירכיים חשמלית
	תנאי סף	20° לפחות נא לציין זווית	3.5.2. קיימת תנועת משענת שוקיים חשמלית



מחלקת מכרזים
 טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט הנתונים של הדגם המוצע	תנאי סף	תכונה/ערך נדרש ע"י שיבא	נתונים טכניים – מיטת טיפול נמרץ עם הטיה צידית
	תנאי סף	$\pm 12^\circ$ לפחות נא לציין זווית	3.6 פעולות Reverse ו Trendelenburg Trendelenburg
	תנאי סף	מיטה בעלת יכולת הטיה צידית (לא של מזרן) $\pm 12^\circ$ לפחות נא לציין זווית	3.7 הטיה צידית של המיטה (Tilt)
		נא לציין במידה וקיים	3.7.1 אפשרות לתכנון הטיה צידית אוטומטית (CPM)
	תנאי סף		3.8 Cardiac Chair position



מחלקת מכרזים
 טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט הנתונים של הדגם המוצע	תנאי סף	תכונה/ערך נדרש ע"י שיבא	נתונים טכניים – מיטת טיפול נמרץ עם הטיה צידית
	תנאי סף		CPR Position .3.9
תנועות נוספות: _____ _____		נא לציין, במידה וקיימות	.3.10 תנועות נוספות
			4. מראשות ומרגלות
	תנאי סף		4.1. על המראשות להיות ניתנות לשליפה מהירה, ובעלות מנגנון חיבור מהיר וללא ברגים
		נא לציין קיים/לא קיים	4.2. המרגלות ניתנות לשליפה



מחלקת מכרזים
 טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט הנתונים של הדגם המוצע	תנאי סף	תכונה/ערך נדרש ע"י שיבא	נתונים טכניים – מיטת טיפול נמרץ עם הטיה צידית
	תנאי סף	נא לציין אופן/תמונה	4.3. המראשות והמרגלות כוללות ידיות/מקומות אחיזה לדחיפה
	תנאי סף		4.4. המראשות והמרגלות בעלות פינות מעוגלות
	תנאי סף		4.5. המראשות והמרגלות עשויות כחלק אחד ללא לוח פריק
סוג החומר: _____ _____ _____	תנאי סף	נא לציין סוג החומר. העדפה לחומר אנטי בקטריאלי	4.6. המראשות והמרגלות עשויות מחומר פלסטי: ABS בשיטת Blow Molding או שווה ערך



מחלקת מכרזים
 טל: 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט הנתונים של הדגם המוצע	תנאי סף	תכונה/ערך נדרש ע"י שיבא	נתונים טכניים – מיטת טיפול נמרץ עם הטיה צידית
			5. דפנות צד:
	תנאי סף		5.1. דפנות צד מפוצלות (Split side rails) – קדמיות (אזור ראש וגוף של המטופל) ואחוריות (אזור אגן ורגליים של המטופל)
	תנאי סף		5.2. מתקפלות כלפי מטה
מנגנון בלימה: _____	תנאי סף	נא לציין אופן עבודה של מנגנון בלימה	5.2.1. פתיחת הדפנות שקטה – קיים מנגנון בלימת הדפנות בעת פתיחתן
	תנאי סף		5.3. מרווח בין הדפנות המפוצלות לא יותר מ-6 ס"מ



מחלקת מכרזים
 טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט הנתונים של הדגם המוצע	תנאי סף	תכונה/ערך נדרש ע"י שיבא	נתונים טכניים – מיטת טיפול נמרץ עם הטיה צידית
	תנאי סף		5.4. מרווח בין דפנות קדמיות ומראשון לא יותר מ-6 ס"מ
מרווח בס"מ: _____	תנאי סף	נא לציין סוג הדפנות – סגירה מלאה, סגירה 3/4	5.5. מרווח בין דפנות אחוריות ומרגלות לא יותר מ-6 ס"מ או לא פחות מ-32 ס"מ
	תנאי סף	נא לציין בס"מ	5.6. גובה הדפנות – 40 ס"מ לפחות מעל מצע המזרן
	תנאי סף		5.7. נעילת הדפנות היא בטיחותית – לא ניתנות לפתיחה ע"י המטופל



מחלקת מכרזים
 טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט הנתונים של הדגם המוצע	תנאי סף	תכונה/ערך נדרש ע"י שיבא	נתונים טכניים – מיטת טיפול נמרץ עם הטיה צידית
סוג החומר: _____ _____	תנאי סף	נא לציין סוג החומר. העדפה לחומר אנטי בקטריאלי	5.8. על דפנות הצד להיות עשויות מחומר פלסטי – ABS Blow Molding או שווה ערך
	תנאי סף		5.9. דפנות כוללות ידיות/בליטות לאחיזה
	תנאי סף		5.10. מד זווית מובנה בדפנות קדמיות
			<u>6. גלגלים:</u>
קוטר בס"מ או "_____ _____	תנאי סף	6" (inch)	6.1. קוטר הגלגלים



מחלקת מכרזים
 טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט הנתונים של הדגם המוצע	תנאי סף	תכונה/ערך נדרש ע"י שיבא	נתונים טכניים – מיטת טיפול נמרץ עם הטיה צידית
	תנאי סף	נא לציין אופן הפעלה מצד המראשות והמרגלות	6.2. קיימת נעילה מרכזית של כל הגלגלים באמצעות מעצור דריכת רגל או בר דריכה בצד המרגלות וגם בצד המראשות
	תנאי סף		6.2.1. על הגלגלים לכלול אפשרות לנעילה לצידוד וגלגול
	תנאי סף		6.2.2. מעצור של נעילה מרכזית כולל שלושה מצבים: נעילת הגלגלים, נעילת כיוון הגלגלים, שחרור הגלגלים

מחלקת מכרזים
טל: 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט הנתונים של הדגם המוצע	תנאי סף	תכונה/ערך נדרש ע"י שיבא	נתונים טכניים – מיטת טיפול נמרץ עם הטיה צידית
	תנאי סף		6.2.3. גלגל עם נעילת הכיוון נמצא בצד המראשות, או מרגלות – בהתאם לדרישת ביה"ח
יצרן הגלגל: _____	תנאי סף	נא לציין תוצרת ולצרף מפרט הטכני של הגלגל	6.3. על גלגלי המיטה להיות מתוצרת יצרנים: TENTE, ROMBUS, COLSON, STEINCO או שווה ארץ
	תנאי סף		6.4. על מסב הגלגל להיות מסב כדורי
	תנאי סף		6.5. גלגלים הם אנטיסטטיים



מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט הנתונים של הדגם המוצע	תנאי סף	תכונה/ערך נדרש ע"י שיבא	נתונים טכניים – מיטת טיפול נמרץ עם הטיה צידית
	תנאי סף		6.6. עבור כלל פדלי/מעצור דריכת רגל/בר דריכה להפעלת נעילה מרכזית קיימים סימונים גראפיים על גבי גוף המיטה עמידים לשטיפה
			7. <u>שלטי הפעלה מובנים בדפנות:</u>



מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט הנתונים של הדגם המוצע	תנאי סף	תכונה/ערך נדרש ע"י שיבא	נתונים טכניים – מיטת טיפול נמרץ עם הטיה צידית
	תנאי סף נא לציין באיזה דופן נמצא שלט חיצוני: בדופן קדמי או אחורי		7.1. שלט מובנה בתוך שתי הדפנות הקדמיות או אחוריות משני הכיוונים: מצד המטופל ומצד המשתמש



מחלקת מכרזים
 טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט הנתונים של הדגם המוצע	תנאי סף	תכונה/ערך נדרש ע"י שיבא	נתונים טכניים – מיטת טיפול נמרץ עם הטיה צידית
פונקציות הקיימות בשלט המטופל: _____ _____ _____	תנאי סף	נא לציין את הפונקציות הקיימות	7.1.1. מצד פנימי (שלט של המטופל) הפעלת פונקציות בסיסיות בלבד : משענת גב, משענת רגליים, Hi-Lo , לפחות. פעולות נוספות כגון Cardiac Chair Position, Auto Contour (במידה וקיימת)



מחלקת מכרזים
 טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט הנתונים של הדגם המוצע	תנאי סף	תכונה/ערך נדרש ע"י שיבא	נתונים טכניים – מיטת טיפול נמרץ עם הטיה צידית
פונקציות הקיימות בשלט המטפל: _____ _____ _____	תנאי סף	נא לציין את הפונקציות הקיימות	7.1.2. מצד היצוני (שלט של המטפל) הפעלת פונקציות: Hi-Lo, משענת גב, משענת רגליים, Trendelenburg/Reverse CPR , Trendelenburg לפחות.
	תנאי סף		7.1.2.1. כפתור יציאה מהמיטה בשלט המותקן בצד היצוני של הדופן
			8. <u>שלט הפעלה ע"י צוות:</u>



מחלקת מכרזים
 טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט הנתונים של הדגם המוצע	תנאי סף	תכונה/ערך נדרש ע"י שיבא	נתונים טכניים – מיטת טיפול נמרץ עם הטיה צידית
	תנאי סף	יש לציין אופן ואופציות הקיימות	8.1. נמצא במרגלות המיטה (מובנה במרגלות או בתלייה במרגלות, או במגירה ייעודית מתחת למצע המזרון), או מובנה בדפנות אחוריות
	תנאי סף		8.2. מאפשר הפעלה של כלל פונקציות החשמליות
	תנאי סף		8.3. מאפשר נעילת כול פונקציה בודדת בשלט המטופל
	תנאי סף		8.4. מאפשר נעילת הפעלה של השלט המטופל



מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט הנתונים של הדגם המוצע	תנאי סף	תכונה/ערך נדרש ע"י שיבא	נתונים טכניים – מיטת טיפול נמרץ עם הטיה צידית
	תנאי סף		Cardiac Chair position .8.5 ו/או Auto contour בלחיצת כפתור
	תנאי סף		.8.6 CPR Position בלחיצת כפתור
	נא לציין במידה וקיים		.8.7 איפוס המיטה בלחיצת כפתור אחד
	תנאי סף		.8.8 פדל רגל משני צדי המיטה להפעלת פונקציות Hi-Lo והטיה צדית
			.9 בטיחות:



מחלקת מכרזים
 טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט הנתונים של הדגם המוצע	תנאי סף	תכונה/ערך נדרש ע"י שיבא	נתונים טכניים – מיטת טיפול נמרץ עם הטיה צידית
	תנאי סף		9.1. משענת גב ניתנת לאפוס ידני (מכאני) למצב CPR משני צדי המיטה
	תנאי סף	נא לצרף הצהרת היצרן	9.2. על החלקים הפלסטיים של המיטה להיות מחומר מעכב בעירה
נתוני הסוללה: _____	תנאי סף	נא לציין פרמטרים/טווח זמן/כמות פעולות	9.3. סוללת גיבוי
		נא לציין האם קיים	9.4. נעילת בלמים אוטומטית בעת יציאה מהמיטה
			10. דרישות כלליות:



מחלקת מכרזים
 טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט הנתונים של הדגם המוצע	תנאי סף	תכונה/ערך נדרש ע"י שיבא	נתונים טכניים – מיטת טיפול נמרץ עם הטיה צידית
כושר נשיאה בק"ג: _____	תנאי סף	220 kg לפחות, נא לציין SWL	10.1. כושר נשיאה מקסימאלי (Safety Work Load-SWL):
רמת אטימות: _____	תנאי סף	רמת אטימות IPX4 לפחות	10.2. רמת אטימות של מערכת החשמלית
	תנאי סף		10.3. פין הארקה להשוואת פוטנציאלים (Grounding pin)
	תנאי סף		10.4. מיטה מוזנת מרשת חשמל 220 V



מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט הנתונים של הדגם המוצע	תנאי סף	תכונה/ערך נדרש ע"י שיבא	נתונים טכניים – מיטת טיפול נמרץ עם הטיה צידית
	תנאי סף	נא לציין סוג הכבל (רגיל, מסולסל) ואופציות קיימות	10.5. כבל הזנת החשמל כולל תקע יצוק ישראלי
	תנאי סף		10.6. על המיטה לכלול הכנה ל-4 עמודי עירווי בכל אחת מפינות המיטה: בצדי המראשות (2 יח') ובצדי המרגלות (2 יח') כולל בידוד מחומר פלסטי (Nylon או שווה ערך)
	תנאי סף		10.7. על המיטה לכלול הכנה לטרפז בצד מראשות



מחלקת מכרזים
 טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט הנתונים של הדגם המוצע	תנאי סף	תכונה/ערך נדרש ע"י שיבא	נתונים טכניים – מיטת טיפול נמרץ עם הטיה צידית
	תנאי סף	4 וויס מכל צד לפחות, נא לציין אורך מתקן תלייה	10.8. על מיטה לכלול מתקן תלייה לנקזים משני הצדדים בחלק התחתון של המיטה
	תנאי סף		10.9. תאורת לילה
		נא לציין מה קיים	10.10. פונקציות, אביזרים נוספים – דוגמת איפוס מלא באמצעות כפתור אחת, תאורת גובה מינימום וכדומה



מחלקת מכרזים
 טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט הנתונים של הדגם המוצע	תנאי סף	תכונה/ערך נדרש ע"י שיבא	נתונים טכניים – מיטת טיפול נמרץ עם הטיה צידית
יש לצרף הצהרת היצרן	תנאי סף		10.11. מיטה עמידה בשטיפה ע"י חומרי ניקוי וחיטוי המאושרים ע"י משרד הבריאות (חוזר מנהל רפואה מספר 12.2006 – הנחיות לניקוי וחיטוי במוסדות רפואיים) ובחומר מאושר בשיבא: כלור עד 1,000 ppm
יש לצרף הצהרת היצרן	אמות מידה		10.11.1. מיטה עמידה בשטיפה ע"י חומרי ניקוי וחיטוי המאושרים ע"י משרד הבריאות ובחומר מאושר בשיבא: כלור עד 5,000 ppm



מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט הנתונים של הדגם המוצע	תנאי סף	תכונה/ערך נדרש ע"י שיבא	נתונים טכניים – מיטת טיפול נמרץ עם הטיה צידית
			11. אביזרים
			11.1. הערה: אביזרים עם סימון "אביזר מדף חובה" הם אביזרים אשר לא מסופקים ביחד עם המיטה, אך ספק מחויב לאספקתם בהתאם לדרישת המוסד ובהתאם למחיר שנקבע
	אביזר מדף חובה		11.2. Trapeze : ידית מחומר פלסטי מתכווננת לגובה (אביזר מדף חובה)



מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט הנתונים של הדגם המוצע	תנאי סף	תכונה/ערך נדרש ע"י שיבא	נתונים טכניים – מיטת טיפול נמרץ עם הטיה צידית
			11.2.1. משקל נשיאה מרבי מותר 150 kg לפחות
			11.2.2. Trapeze לא בולט מהמסגרת המיטה
	אביזר מדף חובה	יש לצרף תמונה ולציין עובי העמוד	11.3. עמוד עירוני טלסקופי נשלף, מכופף (קצה העמוד מרוחק מפס אספקה או מוניטור). חיבור עמוד עירוני למיטה ללא ברגים או פרפרים.
	אביזר מדף חובה		11.4. גיליון למטופל עם אפשרות סגירת שם המטופל



מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט הנתונים של הדגם המוצע	תנאי סף	תכונה/ערך נדרש ע"י שיבא	נתונים טכניים – מיטת טיפול נמרץ עם הטיה צידית
	אביזר מדף חובה		11.5 מגש למוניטור
	אביזר מדף חובה		11.6 מתקן למיכל חמצן



מחלקת מכרזים
 טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט הנתונים של הדגם המוצע	תנאי סף	תכונה/ערך נדרש ע"י שיבא	נתונים טכניים – מיטת טיפול נמרץ עם הטיה צידית
<p>יש לצרף דו"ח מעבדה בנושא עיכוב בעירה עבור חומר המזרן ועבור כיסוי של המזרן או עבור כל המזרן בכללותו:</p> <p>תעודה ממכון התקנים המעידה על עמידה בדרישות התקן ישראלי ת"י 5418/518, או עמידה בתקן עיכוב בעירה מהמדינות הבאות: מדינות מערב אירופה/יפן/אוסטרליה/מדינות צפון אמריקה</p>	<p>אביזר מדף חובה</p>	<p>יש לצרף מפרט המזרון: ממדים, סוג החומר, צפיפות החומר, סוג כיסוי</p>	<p>11.7. מזרן רפואי מקורי מסוג ויסקו-אלסטי מותאם לממדים של המיטה בעובי של 15 ס"מ עשוי משכבה תחתונה (ספוג בצפיפות 32 kg/m³ לפחות בעובי 7-8 ס"מ ושכבה עליונה עשויה מחומר ויסקו אלסטי).</p> <p>מזרון כולל כיסוי עשוי מחומר אנטי בקטריאלי, בלתי חדיר לנוזלים, נמתח לכל הכיוונים, עמיד בשטיפה עד 80 מע"צ, עמיד נגד שריפה וכולל רוכסן, אשר מוסתר ע"י בד (חצאית).</p>



מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

למען הסר ספק, המחיר המוצע למיטת טיפול נמרץ כולל את הפריטים בטבלה לרבות תנאים לאספקה:

פירוט לגבי הדגם המוצע	כמות	תיאור לאספקה – מיטת טיפול נמרץ עם הטיה צידית
	1 יח'	1. מיטת אשפוז ט.נ. עם הטיה צידית לפי מפרט טכני כוללת הארכה
	1 יח'	2. אחריות 5 שנים כולל חלקי חילוף, עבודה וטיפולים תקופתיים בהתאם להוראות היצרן
	1 יח'	3. עמוד עירווי - סעיף 11.3 של המפרט הטכני לעיל
	1 יח'	4. מזרון רפואי – סעיף 11.4 של המפרט הטכני לעיל
	1 יח'	5. גיליון למטופל עם אפשרות סגירת שם המטופל



מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

	1 יח'	6. מגש למוניטור
	3 יח' עבור כל 10 מיטות	7. מזרן להשלמה בעת הארכת המיטה
	1 יח'	8. קיים מספר זיהוי נגיש של היצרן המיטה
		9. <u>דרישות לאספקה:</u>
	נדרש נא לצרף	9.1. אישורי תקינה שבסעיף 1 של המפרט הטכני לעיל
	הוראות החזקה (Service Manual) של הכורסא	9.2. הוראות החזקה (Service Manual) של המיטה
	הוראות הפעלה ושימוש (User Manual) של הכורסא	9.3. הוראות הפעלה ושימוש (User Manual) של המיטה
	התחייבות היצרן לאספקת חלקי חילוף 7 שנים לפחות לאחר תום יצור הדגם	9.4. התחייבות היצרן לאספקת חלקי חילוף 7 שנים לפחות לאחר תום יצור הדגם
	הדרכה של הצוות עד לקבלת שביעות רצון מלאה	9.5. הדרכה של הצוות עד לקבלת שביעות רצון מלאה



מחלקת מכרזים
 טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

	שרטוט הכורסא עם כלל החלקים הקיימים – "שרטוט פצצה" (שרטוט מבט מפורק)	9.6. שרטוט המיטה עם כלל החלקים הקיימים – "שרטוט פצצה" (שרטוט מבט מפורק)
	עלות הסכם שירות שנתי לאחר תום תקופת האחריות בת 5 שנים כולל חלקי חילוף, עבודה וטיפולים תקופתיים בהתאם להוראות היצרן	9.7. עלות הסכם שירות שנתי לאחר תום תקופת האחריות בת 5 שנים כולל חלקי חילוף, עבודה וטיפולים תקופתיים בהתאם להוראות היצרן
	נדרש נא לציין	9.8. עלות שעת עבודה של טכנאי הספק לקריאת שירות בשעות עבודה רגילות (בין שעות 8 עד 17:00 בימים א' – ה')
	נדרש נא לציין	9.9. עלות שעת נסיעה של טכנאי הספק לקריאת שירות בשעות עבודה רגילות (בין שעות 8 עד 17:00 בימים א' – ה')
	נדרש נא לציין	9.10. עלות שעת עבודה של טכנאי הספק לקריאת שירות בשעות עבודה חריגות (לאחר 17:00 בימים א' – ה' ובסופי שבוע וחגים)
	נדרש נא לציין	9.11. עלות שעת נסיעה של טכנאי הספק לקריאת שירות בשעות עבודה חריגות (לאחר 17:00 בימים א' – ה' ובסופי שבוע וחגים)



מחלקת מכרזים
טל: 03-5303558

מכרז מס' 10002750

	נדרש נא לצרף	9.12. התחייבות ל-SLA – 24 שעות במקרה של תקלה לא משביתה
	נדרש נא לצרף	9.13. התחייבות ל-SLA – 12 שעות במקרה של תקלה משביתה
	נדרש נא לצרף	9.14. התחייבות הספק להחזיק כלל החלקים החיוניים במלאי ארצי (חלקים שהשבתתם מובילה להשבתת המיטה, דוגמת חלקים של מערכת חשמלית, גלגלים, שלטים וכדומה)
	נדרש נא לציין	9.15. השתתפות במכרז כוללת בדיקה פיזית של המיטה ע"י צוות הבודקים. מיטה תיבדקנה לעמידה בתנאי סף ובאופן פונקציונלי (ראה סעיף ה' מתה - אמות מידה).



מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

אביזרים ואביזרים אופציונליים - עלויות:

פירוט לגבי הדגם המוצע	מחיר (ללא מע"מ)	תנאי סף	אביזרים ואביזרים אופציונליים – מיטת טיפול נמרץ עם הטיה צידית
	מחירון ספק		1. גלגל חמישה לנסיעה
	מחירון ספק		2. מערכת חשמלית להנעת המיטה
	מחירון ספק נא לציין אופן פעולה		3. מערכת הנעה עבור המיטה



מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט לגבי הדגם המוצע	מחיר (ללא מע"מ)	תנאי סף	אביזרים ואביזורים אופציונליים – מיטת טיפול נמרץ עם הטיה צידית
	מחירון ספק		4. גלגלים 6" (inch) כפולים
	מחירון ספק	אביזר חובה	5. גיליון למטופל עם אפשרות סגירת שם המטופל
	מחירון ספק	אביזר חובה	6. מגש למוניטור
	מחירון ספק		7. כפתור זיכרון 30 מע' עבור משענת גב בשלט של הצוות/חולה



מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט לגבי הדגם המוצע	מחיר (ללא מע"מ)	תנאי סף	אביזרים ואביזורים אופציונליים – מיטת טיפול נמרץ עם הטיה צידית
	מחירון ספק	אביזר חובה	8. מתקן למיכל חמצן
	מחירון ספק		9. התראה לגובה נמוך
	מחירון ספק		10. התראה על שחרור נעילת הגלגלים
	מחירון ספק		11. נעילה אוטומטית של הגלגלים בעת חיבור לחשמל
	מחירון ספק	אביזר חובה	12. מערכת שקילה מובנת במיטה



מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט לגבי הדגם המוצע	מחיר (ללא מע"מ)	תנאי סף	אביזרים ואביזורים אופציונליים – מיטת טיפול נמרץ עם הטיה צידית
	מחירון ספק	אביזר חובה	13. Trapeze : ידית מחומר פלסטי מתכווננת לגובה – לפי סעיף 11.2 של המפרט הטכני לעיל
	מחירון ספק	אביזר חובה	14. עמוד עירווי טלסקופי נשלף – לפי מפרט הטכני – סעיף 11.3 של המפרט הטכני לעיל



מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט לגבי הדגם המוצע	מחיר (ללא מע"מ)	תנאי סף	אביזרים ואביזורים אופציונליים – מיטת טיפול נמרץ עם הטיה צידית
	מחירון ספק		15. גימור המיטה עבור מחלקת אורטופדיה: הכנות מובנות עבור מערכת Traction, הכנות מובנות עבור Trapeze ב-4 פינות המיטה, מראשות ומרגלות מותאמות לציוד הנ"ל
	מחירון ספק	אביזר חובה	16. מזרון רפואי וויסקו-אלסטי בהתאם לסעיף 11.6 של המפרט הטכני לעיל



מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט לגבי הדגם המוצע	מחיר (ללא מע"מ)	תנאי סף	אביזרים ואביזורים אופציונליים – מיטת טיפול נמרץ עם הטיה צידית
	מחירון ספק		17. מזרון להארכת המיטה (השלמת מזרון קיים)
	מחירון ספק		18. תומך לצורך יציאה מהמיטה
	מחירון ספק		19. התראה במקרה של תנועה לא רצויה של החולה (Bed Exit Alarm)
	מחירון ספק		20. עצירה אוטומטית ב- 30° בעת הפעלת משענת גב



מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט לגבי הדגם המוצע	מחיר (ללא מע"מ)	תנאי סף	אביזרים ואביזורים אופציונליים – מיטת טיפול נמרץ עם הטיה צידית
	מחירון ספק	לציין באיזה שלט קיים	21. כפתור מצב בדיקה (Examination Position)
	מחירון ספק	לציין באיזה שלט קיים	22. כפתור יציאה מהמיטה (Mobilization Position)



מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט לגבי הדגם המוצע	מחיר (ללא מע"מ)	תנאי סף	אביזרים ואביזורים אופציונליים – מיטת טיפול נמרץ עם הטיה צידית
	מחירון ספק יש לציין תוספת עלות במידה וקיים ולציין נתון IP		23. מיטה ברמת אטימות של מערכת החשמלית IPX6 לפחות
			24. אביזרים ופונקציות אופציונליים נוספים: במידה וקיימים יש לציין בהמשך הטבלה
			24.1

THE STATE OF ISRAEL
MINISTRY OF HEALTH
THE CHIME SHEBA MEDICAL CENTER
Affiliated to the Tel-Aviv University
Sackler School of Medicine
TEL-HASHOMER 52621, ISRAEL

משרד בריאות



מדינת ישראל
המרכז הרפואי המשולב ע"ש חיים שיבא
מסונף לבית הספר לרפואה ע"ש סאקלר
באוניברסיטת תל-אביב
תל-השומר 52621, ישראל

מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט לגבי הדגם המוצע	מחיר (ללא מע"מ)	תנאי סף	אביזרים ואביזורים אופציונליים – מיטת טיפול נמרץ עם הטיה צידית
			24.2
			24.3
			24.4
			24.5
			24.6
			24.7



מחלקת מכרזים
טל: 03-5303558

מכרז מס' 10002750

חלקי חילוף – עלויות:

פירוט לגבי הדגם המוצע	פירוט הנתונים – חלקי חילוף מיטת טיפול נמרץ עם הטיה צידית
	1. מנוע חשמלי עבור משענת גב
	2. מנוע חשמלי עבור פעולת Hi Lo
	3. מנוע חשמלי עבור משענת רגליים (ירכיים)
	4. מנוע חשמלי עבור משענת שוקיים
	5. פיקוד של מערכת החשמלית
	6. גלגל קומפלט



מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט לגבי הדגם המוצע	פרוט הנתונים – חלקי חילוף מיטת טיפול נמרץ עם הטיה צידית
	7. גלגל כפול קומפלט
	8. דופן קדמית שמאלית קומפלט
	9. דופן קדמית ימנית קומפלט
	10. דופן אחורית שמאלית קומפלט
	11. דופן אחורית ימנית קומפלט
	12. מגן קיר קומפלט
	13. שלט המטופל מובנה בדופן (פנימי)
	14. שלט של משתמש מובנה בדופן (חיצוני)



מחלקת מכרזים
טל: 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט לגבי הדגם המוצע	פרוט הנתונים – חלקי חילוף מיטת טיפול נמרץ עם הטיה צידית
	15. שלט של צוות ממוקם במרגלות (מובנה או תלוי, או מובנה בדפנות אחוריות)
	16. כבל הזנה עם תקע יצוק ישראלי
	17. פדל רגל קומפלט מצד המיטה להפעלה חשמלית פונקציה Hi-Low
	18. חלקי חילוף נוספים: במידה וקיימים יש לציין בהמשך הטבלה
	18.1 מראשות ראש + מראשות רגליים
	18.2
	18.3

THE STATE OF ISRAEL
MINISTRY OF HEALTH
THE CHIME SHEBA MEDICAL CENTER
Affiliated to the Tel-Aviv University
Sackler School of Medicine
TEL-HASHOMER 52621, ISRAEL

משרד בריאות

מדינת ישראל
המרכז הרפואי המשולב ע"ש חיים שיבא
מסונף לבית הספר לרפואה ע"ש סאקלר
באוניברסיטת תל-אביב
תל-השומר 52621, ישראל



מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט לגבי הדגם המוצע	פרוט הנתונים – חלקי חילוף מיטת טיפול נמרץ עם הטיה צידית
	.18.4
	.18.5
	.18.6
	.18.7
	.18.8
	.18.9
	.18.10
	.18.11



מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

אמות המידה לניקוד איכות – מיטת טיפול נמרץ עם הטיה צידית

במכרז זה אמות מידה מהוות 30% מהציון המשוקלל, כאשר עלות המיטה מהווה 70% מהציון המשוקלל. מוצר שהניקוד שיינתן לו יהיה נמוך מציון הסף שנקבע לרכיב מסוים - ייפסל. הניקוד בסעיפים להלן ייקבע כדלקמן: בודקים מקצועיים מטעם ביה"ח שיבא יעריכו את המוצר, כ"א בנפרד ללא התייעצות הדדית. הניקוד שיינתן למוצר יקבע לפי נוסחת חישוב בהתבסס על ממוצע ציוני הבודקים.

פירוט לגבי הדגם המוצע	ציון	ציון סף	סעיף במפרט	תיאור אמות מידה – מיטת טיפול נמרץ עם הטיה צידית
				1. אחריות מוגדלת:
	9		2.13, 4.6, 5.8	2. חלקים פלסטיים של המיטה (מראשות, מרגלות, דפנות) עשויות מחומר אנטי בקטריאלי



מחלקת מכרזים
 טל: 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט לגבי הדגם המוצע	ציון	ציון סף	סעיף במפרט	תיאור אמות מידה – מיטת טיפול נמרץ עם הטיה צידית
	9		10 דרישות אופציונליות	3. התראה על שחרור נעילת הגלגלים
				4. כושר נשיאה של המיטה:
	6 או		10.1	5. יותר מ-220 ק"ג ופחות מ-240 ק"ג
	10		10.1	6. יותר מ-240 ק"ג
	10		10.11.1	7. מיטה עמידה בשטיפה ע"י חומרי ניקוי וחיטוי המאושרים ע"י משרד הבריאות ובחומר מאושר בשיבא: כלור עד 5,000 ppm



מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט לגבי הדגם המוצע	ציון	ציון סף	סעיף במפרט	תיאור אמות מידה – מיטת טיפול נמרץ עם הטיה צידית
	10	6		8. נוחות בהובלת המיטה
	11	7		9. נוחות בניקוי של המיטה
	10	6	4.1, 4.2	10. מידת הקושי בשליפת מראשות לצורך ביצוע CPR
	10	6	5	11. מידת הקושי בהפעלת דפנות צד
	10	6	6.2	12. מידת הקושי ונוחות בהפעלה ושחרור נעילה מרכזית
	11	7	9.1	13. מידת הקושי בהפעלה ידנית של CPR

THE STATE OF ISRAEL
MINISTRY OF HEALTH
THE CHIME SHEBA MEDICAL CENTER
Affiliated to the Tel-Aviv University
Sackler School of Medicine
TEL-HASHOMER 52621, ISRAEL



משרד בריאות

מדינת ישראל
המרכז הרפואי המשולב ע"ש חיים שיבא
מסונף לבית הספר לרפואה ע"ש סאקלר
באוניברסיטת תל-אביב
תל-השומר 52621, ישראל

מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט לגבי הדגם המוצע	ציון	ציון סף	סעיף במפרט	תיאור אמות מידה – מיטת טיפול נמרץ עם הטיה צידית
	100			14. סה"כ

THE STATE OF ISRAEL
MINISTRY OF HEALTH
THE CHIME SHEBA MEDICAL CENTER
Affiliated to the Tel-Aviv University
Sackler School of Medicine
TEL-HASHOMER 52621, ISRAEL



מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

משרד בריאות

מדינת ישראל
המרכז הרפואי המשולב ע"ש חיים שיבא
מסונף לבית הספר לרפואה ע"ש סאקלר
באוניברסיטת תל-אביב
תל-השומר 52621, ישראל

טופס בדיקה למיטת טיפול נמרץ עם הטיה צידית

דגם מיטת אשפוז: _____

יצרן מיטת אשפוז: _____

שם המציע: _____

שם הבודק: _____

דרג/י בסולם מ-1 עד 5, את הפרמטרים הבאים בהתאם לטבלת נקודות איכות עבור מיטת אשפוז,
כאשר 1 מייצג את הציון הנמוך ביותר ו-5 מייצג את הציון הגבוה ביותר.

פירוט לגבי הדגם המוצע	הערות	5	4	3	2	1	תיאור
							1. נוחות בהובלת המיטה
							2. נוחות בניקוי של המיטה

מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט לגבי הדגם המוצע	הערות	5	4	3	2	1	תיאור
							3. מידת הקושי בשליפת מראשות לצורך ביצוע CPR
							4. מידת הקושי בהפעלת דפנות צד
							5. מידת הקושי ונוחיות בהפעלה ושחרור נעילה מרכזית
							6. מידת הקושי בהפעלה ידנית של CPR

חתימת הבודק: _____

תאריך: _____

THE STATE OF ISRAEL
MINISTRY OF HEALTH
THE CHIME SHEBA MEDICAL CENTER
Affiliated to the Tel-Aviv University
Sackler School of Medicine
TEL-HASHOMER 52621, ISRAEL



מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

משרד בריאות

מדינת ישראל
המרכז הרפואי המשולב ע"ש חיים שיבא
מסונף לבית הספר לרפואה ע"ש סאקלר
באוניברסיטת תל-אביב
תל-השומר 52621, ישראל

ריכוז סיכום בדיקת מיטת טיפול נמרץ עם הטיה צידית

דגם מיטת אשפוז: _____

יצרן מיטת אשפוז: _____

שם המציע: _____

הציון המשוקלל מחושב לפי משוואה –

$$finalGrade = \frac{meanGrade}{max Grade} \cdot Score$$

– כאשר

$finalGrade$ - מייצג את הציון המשוקלל הסופי.

$meanGrade$ - מייצג את הציון הממוצע מבין הבודקים.

$max Grade$ - מייצג את הציון המקסימאלי - 5

מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

- מייצג את הניקוד המתאים לפי טבלת נקודות איכות

Score

פירוט לגבי הדגם המוצע	הערות	ציון סף לפי טבלת נקודות איכות	תיאור
		6	1. נוחות בהובלת המיטה
		7	2. נוחות בניקוי של המיטה
		6	3. מידת הקושי בשליפת מראשות לצורך ביצוע CPR
		6	4. מידת הקושי בהפעלת דפנות צד
		6	5. מידת הקושי ונוחות בהפעלה ושחרור נעילה מרכזית

THE STATE OF ISRAEL
MINISTRY OF HEALTH
THE CHIME SHEBA MEDICAL CENTER
Affiliated to the Tel-Aviv University
Sackler School of Medicine
TEL-HASHOMER 52621, ISRAEL

משרד בריאות

מדינת ישראל
המרכז הרפואי המשולב ע"ש חיים שיבא
מסונף לבית הספר לרפואה ע"ש סאקלר
באוניברסיטת תל-אביב
תל-השומר 52621, ישראל



מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט לגבי הדגם המוצע	הערות	ציון סף לפי טבלת נקודות איכות	תיאור
		7	.6 מידת הקושי בהפעלה ידנית של CPR



מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

הנדון: אפיון טכני למיטת אשפוז לכוויות מבוגרים
עבור ביה"ח שיבא תל השומר

יש לצרף את המסמכים הרלוונטיים, התייחסות למפרט הטכני, כמו כן יש לצרף פרוספקט עם ספציפיקציות של המיטה.
יש לציין אופציות לצבע של המיטה – לבחירת ביה"ח שיבא.

א. מפרט הטכני עבור מיטת אשפוז לכוויות מבוגרים:

(1) דגם המיטה: _____

(2) יצרן המיטה: _____

(3) ספק המיטה: _____

פרוט הדגם המוצע	תנאי סף	תכונה/ערך נדרש	נתונים טכניים – מיטת אשפוז לכוויות מבוגרים
			1. <u>אישורי תקינה</u>



מחלקת מכרזים
 טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פרוט הדגם המוצע	תנאי סף	תכונה/ערך נדרש	נתונים טכניים – מיטת אשפוז לכוויות מבוגרים
	תנאי סף	יש לצרף	1.1. אישור אמ"ר בתוקף
	תנאי סף	יש לצרף	1.2. תקן EN60601-2-52
			2. <u>מבנה המיטה ונתונים טכניים לציון:</u>
רוחב בס"מ: _____		כ-85 ÷ 95 cm נא לציין בס"מ	2.1. רוחב מצע
אורך בס"מ: _____		כ-195 ÷ 205 cm נא לציין בס"מ	2.2. אורך מצע
מידת אורך בס"מ: _____ מידת רוחב בס"מ: _____		נא לציין בס"מ	2.3. מידות חיצוניות של המיטה



מחלקת מכרזים
 טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פרוט הדגם המוצע	תנאי סף	תכונה/ערך נדרש	נתונים טכניים – מיטת אשפוז לכוויות מבוגרים
	תנאי סף עבור 30% מהמיטות יוסופקו מזרנים למאריך	נא לציין בס"מ	2.4 מיטה ניתנת להארכה (מנגנון הארכה מובנה במיטה כולל תוספת מזרון)
סוג החומר: _____ סוג הצבע: _____	תנאי סף	נא לציין סוג החומר, סוג הצבע (אלקטרוסטטי, בתנור וכדומה)	2.5 מיטה עשויה מחומרים לא מחלידים כגון פלסטיק קשיח, מתכת צבוע
	תנאי סף		2.6 על מצע המיטה להיות עשוי מארבע חלקים - Full Fowler :
			2.7 משענת גב (Back Rest Section)
			2.8 משענת גב תחתון-ישבן (Seat Section)
			2.9 משענת ירכיים (Thigh Section)



מחלקת מכרזים
 טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פרוט הדגם המוצע	תנאי סף	תכונה/ערך נדרש	נתונים טכניים – מיטת אשפוז לכוויות מבוגרים
			2.10. משענת שוקיים
	תנאי סף		2.11. משענת גב שקיפה לצילומי X-ray
	תנאי סף		2.11.1. במשענת גב קיים מקום לקסטה X-ray
חומר מצע מזרן: _____	תנאי סף	נא לציין סוג החומר. העדפה לחומר אנטי- בקטריאלי	2.11.2. ממצע המיטה עשוי מחומר פלסטי: ABS בשיטת Vacuum Forming, או Molding Blow או HPL
	תנאי סף		2.11.2.1. חלקים לא קבועים של המצע ניתנים לשליפה לצורך ניקוי (למעט חלק של משענת גב שקיף X-ray)
		נא לציין קיים/לא קיים	2.12. חלקי המצע כוללים חללים לצורך ניקוז נוזלים ואוורור
	תנאי סף במידה וקיימים		2.12.1. חללים של המצע לא גדולים מ-5x18 cm
	תנאי סף		2.12.2. ההגנה בפינות המיטה (Bumper Wheels)



מחלקת מכרזים
 טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פרוט הדגם המוצע	תנאי סף	תכונה/ערך נדרש	נתונים טכניים – מיטת אשפוז לכוויות מבוגרים
סוג החומר: _____	תנאי סף	נא לציין סוג החומר	2.12.3. עשויים מחומר גמיש (Vinyl, גומי, פלסטיק) ולא משאיר סימנים על הקיר
	תנאי סף		2.13. מחובר בצורה מובטחת
	תנאי סף		2.14. ניתנים להחלפה
			3. תנועות המיטה:
	תנאי סף		3.1. תנועות המיטה חשמליות: Hi-Lo, משענת גב, משענת רגלים (ירכיים), משענת שוקיים, Trendelenburg / Reverse Trendelenburg
			3.2. פעולת Hi-Lo חשמלית:
גובה בס"מ: _____	תנאי סף	לא יעלה על-43 ס"מ נא לציין בס"מ	3.2.1. הגובה המינימאלי מהרצפה עד מצע המיטה
גובה בס"מ: _____	תנאי סף	לא פחות מי-75 ס"מ נא לציין בס"מ	3.2.2. הגובה המקסימאלי מהרצפה עד מצע המיטה
זווית במע': _____	תנאי סף	מ-0 עד 63 מע' לפחות נא לציין זווית	3.3. פעולת משענת הגב החשמלית של המיטה



מחלקת מכרזים
 טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פרוט הדגם המוצע	תנאי סף	תכונה/ערך נדרש	נתונים טכניים – מיטת אשפוז לכוויות מבוגרים
Retraction בס"מ : _____	תנאי סף	נא לציין בס"מ	3.4 . פעולת משענת הגב עם Retraction (נסיוגת משענת גב תוך כידי תנועה)
			3.5 . פעולת משענת הרגליים :
זווית במע' : _____	תנאי סף	מ-0 עד 20 מע' לפחות נא לציין זווית	3.5.1 . קיימת תנועת משענת ירכיים חשמלית
זווית במע' : _____	תנאי סף	מ-0 עד 15 מע' לפחות נא לציין זווית	3.5.2 . קיימת תנועת משענת שוקיים חשמלית
	נא לציין מה קיים		3.5.3 . קיימת תנועת משענת שוקיים חשמלית או מכנית נגררת לאחר משענת ירכיים.
			3.5.4 . שינוי זווית משענת שוקיים מכני מתבצע באופן הבא :



מחלקת מכרזים
 טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פרוט הדגם המוצע	תנאי סף	תכונה/ערך נדרש	נתונים טכניים – מיטת אשפוז לכוויות מבוגרים
	תנאי סף	מנגנון Ratchet עם 4 תחנות לפחות לאורך תנוע נא לציין כמות תחנות או	3.5.4.1. ניתן לשנות תנוחה (זווית) של משענת שוקיים באופן ידני ע"י הפעלת מנגנון מסוג Ratchet (מנגנון Ratchet כפול – משני צדי המיטה)
	תנאי סף	מנגנון פנאומטי כולל Gas Spring וידית הפעלה	3.5.4.2. ניתן לשנות תנוחה (זווית) של משענת שוקיים באופן ידני ע"י הפעלת מנגנון פניאומטי כולל Gas Spring וידית הפעלה
זווית: _____	תנאי סף	נא לציין זווית	3.6. פעולות Reverse Trendelenburg ו Trendelenburg
	תנאי סף		3.7. Cardiac Chair position
	תנאי סף		3.8. CPR Position
תנועות נוספות: _____		נא לציין, במידה וקיימות	3.9. תנועות נוספות
			4. מראשות ומרגלות



מחלקת מכרזים
 טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פרוט הדגם המוצע	תנאי סף	תכונה/ערך נדרש	נתונים טכניים – מיטת אשפוז לכוויות מבוגרים
	תנאי סף		4.1. על המראשות להיות ניתנות לשליפה מהירה, ובעלות מנגנון חיבור מהיר וללא ברגים
קיים/לא קיים		נא לציין קיים/לא קיים	4.2. המרגלות ניתנות לשליפה
	תנאי סף	נא לציין אופן/תמונה	4.3. המראשות והמרגלות כוללות ידיות/מקומות אחיזה לדחיפה
	תנאי סף		4.4. המראשות והמרגלות בעלות פינות מעוגלות
	תנאי סף		4.5. המראשות והמרגלות עשויות כחלק אחד ללא לוח פריק
סוג החומר: _____	תנאי סף	נא לציין סוג החומר. העדפה לחומר אנטי בקטריאלי	4.6. המראשות והמרגלות עשויות מחומר פלסטי: ABS בשיטת Blow Molding או שווה ערך
			5. דפנות צד:
	תנאי סף		5.1. דפנות צד מפוצלות (Split side rails) – קדמיות (אזור ראש וגוף של המטופל) ואחוריות (אזור אגן ורגליים של המטופל)
	תנאי סף		5.2. מתקפלות כלפי מטה



מחלקת מכרזים
 טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פרוט הדגם המוצע	תנאי סף	תכונה/ערך נדרש	נתונים טכניים – מיטת אשפוז לכוויות מבוגרים
סוג מנגנון בלימה: _____	תנאי סף	נא לציין אופן עבודה של מנגנון בלימה	5.2.1. פתיחת הדפנות שקטה – קיים מנגנון בלימת הדפנות בעת פתיחתן
	תנאי סף		5.3. מרווח בין הדפנות המפוצלות לא יותר מ-6 ס"מ
	תנאי סף		5.4. מרווח בין דפנות קדמיות ומראשון לא יותר מ-6 ס"מ
מרווח בס"מ: _____	תנאי סף	נא לציין סוג הדפנות – סגירה מלאה, סגירה 3/4	5.5. מרווח בין דפנות אחוריות ומרגלות לא יותר מ-6 ס"מ או לא פחות מ-32 ס"מ
גובה בס"מ: _____	תנאי סף	נא לציין בס"מ	5.6. גובה הדפנות – 40 ס"מ לפחות מעל מצע המזרון
	תנאי סף		5.7. נעילת הדפנות היא בטיחותית – לא ניתנות לפתיחה ע"י המטופל
חומר של דפנות: _____	תנאי סף	נא לציין סוג החומר. העדפה לחומר אנטי בקטריאלי	5.8. על דפנות הצד להיות עשויות מחומר פלסטי – ABS Blow Molding או שווה ערך



מחלקת מכרזים
 טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פרוט הדגם המוצע	תנאי סף	תכונה/ערך נדרש	נתונים טכניים – מיטת אשפוז לכוויות מבוגרים
	תנאי סף		5.9. דפנות כוללות ידיות/בליטות לאחיזה
	תנאי סף		6. מד זוויית מובנה בדפנות קדמיות
			6.1. <u>גלגלים</u> :
קוטר הגלגל: _____	תנאי סף	6" (inch)	6.2. קוטר הגלגלים
	תנאי סף	נא לציין אופן הפעלה מצד המראשות והמרגלות	6.3. קיימת נעילה מרכזית של כל הגלגלים באמצעות מעצור דריכת רגל או בר דריכה בצד המרגלות וגם בצד המראשות
	תנאי סף		6.3.1. על הגלגלים לכלול אפשרות לנעילה לצידוד וגלגול
	תנאי סף		6.3.2. מעצור של נעילה מרכזית כולל שלושה מצבים: נעילת הגלגלים, נעילת כיוון הגלגלים, שחרור הגלגלים
	תנאי סף		6.3.3. גלגל עם נעילת הכיוון נמצא בצד המראשות, או מרגלות – בהתאם לדרישת ביה"ח



מחלקת מכרזים
 טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פרוט הדגם המוצע	תנאי סף	תכונה/ערך נדרש	נתונים טכניים – מיטת אשפוז לכוויות מבוגרים
יצרן הגלגל : _____	תנאי סף	נא לציין תוצרת ולצרף מפרט הטכני של הגלגל	6.4. על גלגלי המיטה להיות מתוצרת יצרנים : TENTE, ROMBUS, COLSON, STEINCO או שווה ארך
	תנאי סף		6.5. על מסב הגלגל להיות מסב כדורי
	תנאי סף		6.6. גלגלים הם אנטיסטטיים
	תנאי סף		6.7. עבור כלל פדלי/מעצור דריכת רגל/בר דריכה להפעלת נעילה מרכזית קיימים סימונים גראפיים על גבי גוף המיטה עמידים לשטיפה
			7. <u>שלטי הפעלה מובנים בדפנות:</u>



מחלקת מכרזים
 טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פרוט הדגם המוצע	תנאי סף	תכונה/ערך נדרש	נתונים טכניים – מיטת אשפוז לכוויות מבוגרים
	תנאי סף נא לציין באיזה דופן נמצא שלט חיצוני: בדופן קדמי או אחורי		7.1. שלט מובנה בתוך שתי הדפנות הקדמיות או אחוריות משני הכיוונים: מצד המטופל ומצד המשתמש
	תנאי סף	נא לציין את הפונקציות הקיימות	7.1.1. מצד פנימי (שלט של המטופל) הפעלת פונקציות בסיסיות בלבד: משענת גב, משענת רגליים לפחות. Cardiac Chair Position (במידה וקיימת) Hi-Lo ,Auto Contour ,
	תנאי סף	נא לציין את הפונקציות הקיימות	7.1.2. מצד חיצוני (שלט של המטופל) הפעלת פונקציות: Hi-Lo ,משענת גב, משענת רגליים, Trendelenburg/Reverse Trendelenburg לפחות. Cardiac Chair Position or Auto Contour (במידה וקיים)
			8. <u>שלט הפעלה ע"י צוות:</u>



מחלקת מכרזים
 טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פרוט הדגם המוצע	תנאי סף	תכונה/ערך נדרש	נתונים טכניים – מיטת אשפוז לכוויות מבוגרים
	תנאי סף	יש לציין אופן ואופציות הקיימות	8.1. נמצא במרגלות המיטה (מובנה במרגלות או בתלייה במרגלות, או במגירה ייעודית מתחת למצע המזרון), או מובנה בדפנות אחוריות
	תנאי סף		8.2. מאפשר הפעלה של כלל פונקציות החשמליות
	תנאי סף		8.3. מאפשר נעילת כול פונקציה בודדת בשלט המטופל
	תנאי סף		8.4. מאפשר נעילת הפעלה של השלט המטופל
	תנאי סף		8.5. Cardiac Chair position ו/או Auto contour בלחיצת כפתור
	תנאי סף		8.6. CPR Position בלחיצת כפתור
			9. <u>בטיחות:</u>
	תנאי סף		9.1. משענת גב ניתנת לאפוס ידני (מכאני) למצב CPR משני צדי המיטה



מחלקת מכרזים
 טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פרוט הדגם המוצע	תנאי סף	תכונה/ערך נדרש	נתונים טכניים – מיטת אשפוז לכוויות מבוגרים
	תנאי סף	נא לצרף הצהרת היצרן	9.2. על החלקים הפלסטיים של המיטה להיות מחומר מעכב בעירה
נתוני הסוללה: _____	תנאי סף	נא לציין פרמטרים/טווח זמן/כמות פעולות	9.3. סוללת גיבוי
			10. דרישות כלליות:
כושר נשיאה בק"ג: _____	תנאי סף	220 kg לפחות, נא לציין SWL	10.1. כושר נשיאה מקסימאלי (Safety Work Load-SWL):
רמת אטימות: _____	תנאי סף	רמת אטימות IPX66 לפחות	10.2. רמת אטימות של מערכת החשמלית
	תנאי סף		10.3. פין הארקה להשוואת פוטנציאלים (Grounding pin)
	תנאי סף		10.4. מיטה מוזנת מרשת חשמל 220 V



מחלקת מכרזים
 טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פרוט הדגם המוצע	תנאי סף	תכונה/ערך נדרש	נתונים טכניים – מיטת אשפוז לכוויות מבוגרים
	תנאי סף	נא לציין סוג הכבל (רגיל, מסולסל) ואופציות קיימות	10.5. כבל הזנת החשמל כולל תקע יצוק ישראלי
	תנאי סף		10.6. על המיטה לכלול הכנה ל-4 עמודי עירווי בכל אחת מפנינות המיטה : בצדי המראשות (2 יח') ובצדי המרגלות (2 יח') כולל בידוד מחומר פלסטי (Nylon או שווה ערך)
	תנאי סף		10.7. על המיטה לכלול הכנה לטרפז בצד מראשות
	תנאי סף	4 וויס מכל צד לפחות, נא לציין אורך מתקן תלייה	10.8. על מיטה לכלול מתקן תלייה לנקזים משני הצדדים בחלק התחתון של המיטה
		נא לציין מה קיים	10.9. פונקציות, אביזרים נוספים – דוגמת תאורת לילה, איפוס מלא באמצעות כפתור אחת, תאורת גובה מינימום וכדומה
נא לצרף הצהרת היצרן	תנאי סף		10.10. מיטה עמידה בשטיפה ע"י חומרי ניקוי וחיטוי המאושרים ע"י משרד הבריאות (חוזר מנהל רפואה מספר 12.2006 – הנחיות לניקוי וחיטוי במוסדות רפואיים) ובחומר מאושר בשיבא : כלור עד 1,000 ppm



מחלקת מכרזים
 טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פרוט הדגם המוצע	תנאי סף	תכונה/ערך נדרש	נתונים טכניים – מיטת אשפוז לכוויות מבוגרים
נא לצרף הצהרת היצרן	אמות מידה		10.10.1. מיטה עמידה בשטיפה ע"י חומרי ניקוי וחיתוי המאושרים ע"י משרד הבריאות ובחומר מאושר בשיבא: כלור עד 5,000 ppm
			11. אביזרים
			11.1. הערה: אביזרים עם סימון "אביזר מדף חובה" הם אביזרים אשר לא מסופקים ביחד עם המיטה, אך ספק מחויב לאספקתם בהתאם לדרישת המוסד ובהתאם למחיר שנקבע
	אביזר מדף חובה		11.2. Trapeze : ידית מחומר פלסטי מתכווננת לגובה (אביזר מדף חובה)
			11.2.1. משקל נשיאה מרבי מותר 150 kg לפחות
			11.2.2. Trapeze לא בולט מהמסגרת המיטה
	אביזר מדף חובה	יש לצרף תמונה ולציין עובי העמוד	11.3. עמוד עירוני טלסקופי נשלף, מקופף (קצה העמוד מרוחק מפס אספקה או מוניטור). חיבור עמוד עירוני למיטה ללא ברגים או פרפרים.



מחלקת מכרזים
 טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פרוט הדגם המוצע	תנאי סף	תכונה/ערך נדרש	נתונים טכניים – מיטת אשפוז לכוויות מבוגרים
	אביזר מדף חובה		11.4. גיליון למטופל עם אפשרות סגירת שם המטופל
	אביזר מדף חובה		11.5. מגש למוניטור
	אביזר מדף חובה		11.6. מתקן למיכל חמצן
יש לצרף דו"ח מעבדה (ישראלי או אירופאי, או אמריקאי) בנושא עיכוב בעירה עבור חומר המזרן ועבור כיסוי של המזרן או עבור כל המזרן בכללותו	אביזר מדף חובה	יש לצרף מפרט המזרן: ממדים, סוג החומר, צפיפות החומר, סוג כיסוי	11.7. מזרן רפואי מקורי מותאם לממדים של המיטה בעובי של 15 ס"מ עשוי מספוג בצפיפות 32 kg/m ³ לפחות. מזרן כולל כיסוי עשוי מחומר אנטי בקטריאלי, בלתי חדיר לנוזלים, נמתח לכל הכיוונים, עמיד בשטיפה עד 80 מע"צ, עמיד נגד שריפה וכולל רוכסן, אשר מוסתר ע"י בד (חצאית).



מחלקת מכרזים
 טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פרוט הדגם המוצע	תנאי סף	תכונה/ערך נדרש	נתונים טכניים – מיטת אשפוז לכוויות מבוגרים
<p>יש לצרף דו"ח מעבדה בנושא איכות בעירה עבור חומר המזרן ועבור כיסוי של המזרן או עבור כל המזרן בכללותו:</p> <p>תעודה ממכון התקנים המעידה על עמידה בדרישות התקן ישראלי ת"י 5418/518, או עמידה בתקן עיכוב בעירה מהמדינות הבאות: מדינות מערב אירופה/יפן/אוסטרליה/מדינות צפון אמריקה</p>	<p>אביזר מדף חובה</p>	<p>יש לצרף מפרט המזרן: ממדים, סוג החומר, צפיפות החומר, סוג כיסוי</p>	<p>11.8. מזרן רפואי מקורי מותאם לממדים של המיטה בעובי של 15 ס"מ עשוי High Density Pressure Reducing Visco Elastic/ Visco Jel/Foam (לא פחות מ-60 kg/m³) מזרן כולל כיסוי עשוי מחומר אנטי בקטריאלי, בלתי חדיר לנוזלים, נמתח לכל הכיוונים, עמיד בשטיפה עד 80 מע"צ, עמיד נגד שריפה וכולל רוכסן, אשר מוסתר ע"י בד (חצאית).</p>



מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

למען הסר ספק, המחיר המוצע למיטת אשפוז כולל את הפריטים בטבלה לרבות תנאים לאספקה:

פרוט הדגם המוצע	כמות	תיאור לאספקה – מיטת אשפוז לכויות מבוגרים
	1 יח'	1. מיטת אשפוז לפי מפרט טכני כוללת הארכה
	1 יח'	2. אחריות 5 שנים כולל חלקי חילוף, עבודה וטיפולים תקופתיים בהתאם להוראות היצרן
	1 יח'	3. עמוד עירוני - סעיף 11.3 של המפרט הטכני לעיל
	1 יח'	4. מזרון רפואי – סעיף 11.8 של המפרט הטכני לעיל
	3 יח' עבור כל 10 מיטות	5. מזרון להשלמה בעת הארכת המיטה
	1 יח'	6. קיים מספר זיהוי נגיש של היצרן המיטה
		7. <u>זרישות לאספקה:</u>



מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

	נדרש נא לצרף	7.1 אישורי תקינה שבסעיף 1 של המפרט הטכני לעיל
	<u>מיטה תאושר להמשך תהליך מכרזי בהתאם לתוצאות מבחן בלבד</u>	7.2 <u>מיטה תעבור מבחן עליה לרמפה של אמבולנס שיבא והעמדה בתוך הרכב</u>
	נדרש נא לצרף	7.3 הוראות החזקה (Service Manual) של המיטה
	נדרש נא לצרף	7.4 הוראות הפעלה ושימוש (User Manual) של המיטה
	נדרש נא לצרף	7.5 התחייבות היצרן לאספקת חלקי חילוף 7 שנים לפחות לאחר תום יצור הדגם
	נדרש	7.6 הדרכה של הצוות עד לקבלת שביעות רצון מלאה



מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

	נדרש נא לצרף	7.7. שרטוט המיטה עם כלל החלקים הקיימים – "שרטוט פצצה" (שרטוט מבט מפורק)
	נדרש נא לציין	7.8. עלות הסכם שירות שנתי לאחר תום תקופת האחריות בת 5 שנים כולל חלקי חילוף, עבודה וטיפולים תקופתיים בהתאם להוראות היצרן
	נדרש נא לציין	7.9. עלות שעת עבודה של טכנאי הספק לקריאת שירות בשעות עבודה רגילות (בין שעות 8 עד 17:00 בימים א' – ה')
	נדרש נא לציין	7.10. עלות שעת נסיעה של טכנאי הספק לקריאת שירות בשעות עבודה רגילות (בין שעות 8 עד 17:00 בימים א' – ה')
	נדרש נא לציין	7.11. עלות שעת עבודה של טכנאי הספק לקריאת שירות בשעות עבודה חריגות (לאחר 17:00 בימים א' – ה' ובסופי שבוע וחגים)



מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

	נדרש נא לציין	7.12. עלות שעת נסיעה של טכנאי הספק לקריאת שירות בשעות עבודה חריגות (לאחר 17:00 בימים א' – ה' ובסופי שבוע וחגים)
	נדרש נא לצרף	7.13. התחייבות ל-SLA – 24 שעות במקרה של תקלה לא משביתה
	נדרש נא לצרף	7.14. התחייבות ל-SLA – 12 שעות במקרה של תקלה משביתה
	נדרש נא לצרף	7.15. התחייבות הספק להחזיק כלל החלקים החיוניים במלאי ארצי (חלקים שהשבתתם מובילה להשבתת המיטה, דוגמת חלקים של מערכת חשמלית, גלגלים, שלטים וכדומה)
	נדרש נא לציין	7.16. השתתפות במכרז כוללת בדיקה פיזית של המיטה ע"י צוות הבודקים. מיטה תיבדקנה לעמידה בתנאי סף ובאופן פונקציונלי (ראה סעיף ה' מתה - אמות מידה).



מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

אביזרים ואביזרים אופציונליים - עלויות:

פרוט הדגם המוצע	מחיר (ללא מע"מ)	תנאי סף	אביזרים ואביזרים אופציונליים – מיטת אשפוז לכוויות מבוגרים
	מחירון ספק		1. גלגל חמישה לנסיעה
	מחירון ספק		2. גלגלים (inch) 6" כפולים
	מחירון ספק		3. מנוע חשמלי לפעולת Hi-Lo
	מחירון ספק		4. מנוע חשמלי לפעולת משענת גב
	מחירון ספק		5. מנוע חשמלי לפעולת משענת רגליים
	מחירון ספק		6. מנוע חשמלי לפעולת משענת שוקיים
	מחירון ספק		7. מערכת פיקוד חשמלי



מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פרוט הדגם המוצע	מחיר (ללא מע"מ)	תנאי סף	אביזרים ואביזורים אופציונליים – מיטת אשפוז לכוויות מבוגרים
	מחירון ספק	אביזר חובה	8. גיליון למטופל עם אפשרות סגירת שם המטופל
	מחירון ספק	אביזר חובה	9. מגש למוניטור
	מחירון ספק		10. כפתור זיכרון 30 מע' עבור משענת גב בשלט של הצוות/חולה
	מחירון ספק	אביזר חובה	11. מתקן למיכל חמצן
	מחירון ספק		12. התראה לגובה נמוך
	מחירון ספק		13. התראה על שחרור נעילת הגלגלים



מחלקת מכרזים
 טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פרוט הדגם המוצע	מחיר (ללא מע"מ)	תנאי סף	אביזרים ואביזורים אופציונליים – מיטת אשפוז לכוויות מבוגרים
	מחירון ספק		14. מעצור דריכת רגל לנעילה מרכזית של המיטה מצד המראשות
	מחירון ספק		15. תאורת לילה
	מחירון ספק		16. פדל רגל משני צדי המיטה לפונקציה Hi- Low
	מחירון ספק	אביזר חובה	17. Trapeze : ידית מחומר פלסטי מתכווננת לגובה – לפי סעיף 11.2 של המפרט הטכני לעיל
	מחירון ספק		18. Trapeze : ידית מחומר פלסטי לא מתכווננת לגובה



מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פרוט הדגם המוצע	מחיר (ללא מע"מ)	תנאי סף	אביזרים ואביזורים אופציונליים – מיטת אשפוז לכוויות מבוגרים
	מחירון ספק		19. גימור המיטה עבור מחלקת אורטופדיה : הכנות מובנות עבור מערכת Traction, הכנות מובנות עבור Trapeze ב-4 פינות המיטה, מראשות ומרגלות מותאמות לציוד הנ"ל
	מחירון ספק	אביזר חובה	20. עמוד עירווי טלסקופי – לפי מפרט הטכני – סעיף 11.3 של המפרט הטכני לעיל



מחלקת מכרזים
 טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פרוט הדגם המוצע	מחיר (ללא מע"מ)	תנאי סף	אביזרים ואביזורים אופציונליים – מיטת אשפוז לכוויות מבוגרים
	מחירון ספק	אביזר חובה	21. מזרן רפואי מקורי מותאם לממדים של המיטה בעובי של 15 ס"מ עשוי מספוג – לפי מפרט הטכני בסעיף 11.7 לעיל
	מחירון ספק	אביזר חובה	22. מזרן רפואי ברמת וויסקו-אלסטי (שילוב של ספוג וחומר וויסקו-אלסטי) בעובי 15 ס"מ, יש לצרף מפרט הטכני של המזרון
	מחירון ספק		23. מזרון להארכת המיטה (השלמת מזרון קיים)



מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פרוט הדגם המוצע	מחיר (ללא מע"מ)	תנאי סף	אביזרים ואביזורים אופציונליים – מיטת אשפוז לכוויות מבוגרים
במידה ומערכת מאזניים קיימת יש לציין האם היא עומדת בתקו IPX6	מחירון ספק		24. מערכת מאזניים מובנת במיטה
	מחירון ספק		25. עצירה אוטומטית ב- 30° בעת הפעלת משענת גב
	מחירון ספק	לציין באיזה שלט קיים	26. כפתור מצב בדיקה (Examination Position)
	מחירון ספק	לציין באיזה שלט קיים	27. כפתור יציאה מהמיטה (Mobilization Position)



מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פרוט הדגם המוצע	מחיר (ללא מע"מ)	תנאי סף	אביזרים ואביזורים אופציונליים – מיטת אשפוז לכוויות מבוגרים
			28. אביזרים ופונקציות אופציונליים נוספים: במידה וקיימים יש לציין בהבמשך הטבלה
			28.1 אפשרות לבסיס מיטה ממתכת אל חלד
			28.2 אפשרות לשלט LCD ידני נוסף עבור מטופל וצוות
			28.3 קופסאת נעילה – מאפשרת שינוי הגדרות של מנחים שונים, עדכון מצב סוללה. מוסתרת במגירה מתחת למזרון

THE STATE OF ISRAEL
MINISTRY OF HEALTH
THE CHIME SHEBA MEDICAL CENTER
Affiliated to the Tel-Aviv University
Sackler School of Medicine
TEL-HASHOMER 52621, ISRAEL

משרד בריאות

מדינת ישראל
המרכז הרפואי המשולב ע"ש חיים שיבא
מסונף לבית הספר לרפואה ע"ש סאקלר
באוניברסיטת תל-אביב
תל-השומר 52621, ישראל



מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פרוט הדגם המוצע	מחיר (ללא מע"מ)	תנאי סף	אביזרים ואביזורים אופציונליים – מיטת אשפוז לכוויות מבוגרים
			28.4 אפשרות לשלט גמיש מעל ראש המטופל
			28.5
			28.6
			28.7



מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

חלקי חילוף – עלויות:

פרוט הדגם המוצע	פרוט הנתונים – חלקי חילוף מיטת אשפוז לכוויות מבוגרים
	1. מנוע חשמלי עבור משענת גב
	2. מנוע חשמלי עבור פעולת Hi Lo
	3. מנוע חשמלי עבור משענת רגליים
	4. מנוע חשמלי עבור משענת שוקיים
	5. פיקוד של מערכת החשמלית
	6. גלגל קומפלט
	7. דופן קדמית שמאלית קומפלט
	8. דופן קדמית ימנית קומפלט
	9. דופן אחורית שמאלית קומפלט
	10. דופן אחורית ימנית קומפלט
	11. מגן קיר קומפלט



מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פרוט הדגם המוצע	פרוט הנתונים – חלקי חילוף מיטת אשפוז לכוויות מבוגרים
	12. שלט המטופל מובנה בדופן (פנימי)
	13. שלט של משתמש מובנה בדופן (חיצוני)
	14. שלט של צוות ממוקם במרגלות (מובנה או תלוי, או מובנה בדפנות אחוריות)
	15. מנגנון Ratchet כפול עבור משענת שוקיים
	16. Gas Spring עבור משענת שוקיים
	17. Power Replacement Kit
	18. Battery Replacement Kit
	19. חלקי חילוף נוספים: במידה וקיימים יש לציין בהמשך הטבלה
	19.1
	19.2
	19.3

THE STATE OF ISRAEL
MINISTRY OF HEALTH
THE CHIME SHEBA MEDICAL CENTER
Affiliated to the Tel-Aviv University
Sackler School of Medicine
TEL-HASHOMER 52621, ISRAEL

משרד בריאות

מדינת ישראל
המרכז הרפואי המשולב ע"ש חיים שיבא
מסונף לבית הספר לרפואה ע"ש סאקלר
באוניברסיטת תל-אביב
תל-השומר 52621, ישראל



מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פרוט הדגם המוצע	פרוט הנתונים – חלקי חילוף מיטת אשפוז לכוויות מבוגרים
	.19.4
	.19.5
	.19.6
	.19.7
	.19.8
	.19.9
	.19.10



מחלקת מכרזים
טל: 03-5303558

מכרז מס' 10002750

אמות המידה לניקוד איכות – מיטת אשפוז לכוויות מבוגרים

במכרז זה אמות מידה מהוות 30% מהציון המשוקלל, כאשר עלות המיטה מהווה 70% מהציון המשוקלל. מוצר שהניקוד שיינתן לו יהיה נמוך מציון הסף שנקבע לרכיב מסוים - ייפסל. הניקוד להלן ייקבע כדלקמן: בודקים מקצועיים מטעם ביה"ח שיבא יעריכו את המוצר, כ"א בנפרד ללא התייעצות הדדית. הניקוד שיינתן למוצר יקבע לפי נוסחת חישוב בהתבסס על ממוצע ציוני הבודקים.

תיאור	סעיף במפרט	ציון סף	ציון	פרוט לגבי הדגם המוצע
1. חלקים פלסטיים של המיטה (מראשות, מרגלות, דפנות) עשויות מחומר אנטי בקטריאלי	2.11, 4.6, 5.7		10	
2. מיטה עמידה בשטיפה ע"י חומרי ניקוי וחיטוי המאושרים ע"י משרד הבריאות ובחומר מאושר בשיבא: כלור עד 5,000 ppm	10.10.1		10	
3. כושר נשיאה של המיטה:				



מחלקת מכרזים
 טל: 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פרוט לגבי הדגם המוצע	ציון	ציון סף	סעיף במפרט	תיאור
	6 או		10.1	3.1 יותר מ-220 ק"ג ופחות מ-240 ק"ג
	10		10.1	3.2 יותר מ-240 ק"ג
	10	6		4. נוחות בהובלת המיטה
	9	6		5. נוחות בניקוי של המיטה
	12	7	שגיאה! מקור ההפניה לא 2נמצא.. שגיאה! מקור ההפניה לא 3נמצא..	6. מידת הקושי בהפעלת משענת שוקיים
	10	6	6.2	7. מידת הקושי ונוחיות בהפעלה ושחרור של נעילה מרכזית
	10	6	4.1, 4.2	8. מידת הקושי בשליפת מראשות לצורך ביצוע CPR
	9	6	5	9. מידת הקושי בהפעלת דפנות צד

THE STATE OF ISRAEL
MINISTRY OF HEALTH
THE CHIME SHEBA MEDICAL CENTER
Affiliated to the Tel-Aviv University
Sackler School of Medicine
TEL-HASHOMER 52621, ISRAEL

משרד בריאות

מדינת ישראל
המרכז הרפואי המשולב ע"ש חיים שיבא
מסונף לבית הספר לרפואה ע"ש סאקלר
באוניברסיטת תל-אביב
תל-השומר 52621, ישראל



מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פרוט לגבי הדגם המוצע	ציון	ציון סף	סעיף במפרט	תיאור
	10	6	9.1	10. מידת הקושי בהפעלה ידנית של CPR
	100			11. סה"כ



מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

משרד בריאות

מדינת ישראל
המרכז הרפואי המשולב ע"ש חיים שיבא
מסונף לבית הספר לרפואה ע"ש סאקלר
באוניברסיטת תל-אביב
תל-השומר 52621, ישראל

טופס בדיקה למיטת אשפוז לכוויות מבוגרים

דגם מיטת אשפוז: _____
יצרן מיטת אשפוז: _____
שם המציע: _____
שם הבודק: _____

דרג/י בסולם מ-1 עד 5, את הפרמטרים הבאים בהתאם לטבלת נקודות איכות עבור מיטת אשפוז,
כאשר 1 מייצג את הציון הנמוך ביותר ו-5 מייצג את הציון הגבוה ביותר.

פרוט לגבי הדגם המוצע	5	4	3	2	1	תיאור
						1. נוחות בהובלת המיטה
						2. נוחות בניקוי של המיטה
						3. מידת הקושי בהפעלת משענת שוקיים
						4. מידת הקושי ונוחיות בהפעלה ושחרור נעילה מרכזית

THE STATE OF ISRAEL
MINISTRY OF HEALTH
THE CHIME SHEBA MEDICAL CENTER
Affiliated to the Tel-Aviv University
Sackler School of Medicine
TEL-HASHOMER 52621, ISRAEL

משרד בריאות



מדינת ישראל
המרכז הרפואי המשולב ע"ש חיים שיבא
מסונף לבית הספר לרפואה ע"ש סאקלר
באוניברסיטת תל-אביב
תל-השומר 52621, ישראל

מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פרוט לגבי הדגם המוצע	5	4	3	2	1	תיאור
						5. מידת הקושי בשליפת מראשות לצורך ביצוע CPR
						6. מידת הקושי בהפעלת דפנות צד
						7. מידת הקושי בהפעלה ידנית של CPR

חתימת הבודק: _____

תאריך: _____



מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

ריכוז סיכום בדיקת מיטת אשפוז לכוויות

דגם מיטת אשפוז: _____
יצרן מיטת אשפוז: _____
שם המציע: _____

הציון המשוקלל מחושב לפי משוואה –

$$finalGrade = \frac{meanGrade}{max Grade} \cdot Score$$

כאשר –

$finalGrade$ - מייצג את הציון המשוקלל הסופי.

$meanGrade$ - מייצג את הציון הממוצע מבין הבודקים.

$max Grade$ - מייצג את הציון המקסימאלי - 5

$Score$ - מייצג את הניקוד המתאים לפי טבלת נקודות איכות

פרוט לגבי הדגם המוצע	ציון סף לפי טבלת נקודות איכות	תיאור
	6	1. נוחות בהובלת המיטה

מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פרוט לגבי הדגם המוצע	ציון סף לפי טבלת נקודות איכות	תיאור
	6	2. נוחות בניקוי של המיטה
	7	3. מידת הקושי בהפעלת משענת שוקיים
	6	4. מידת הקושי ונוחיות בהפעלה ושחרור נעילה מרכזית
	6	5. מידת הקושי בשליפת מראשות לצורך ביצוע CPR
	6	6. מידת הקושי בהפעלת דפנות צד
	6	7. מידת הקושי בהפעלה ידנית של CPR



מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

הנדון: אפיון טכני למיטת אשפוז לכוויות עבור ילדים עבור ביה"ח שיבא תל השומר

יש לצרף את המסמכים הרלוונטיים, התייחסות למפרט הטכני, כמו כן יש לצרף פרוספקט עם ספציפיקציות של המיטה.
יש לציין אופציות לצבע של המיטה – לבחירת ביה"ח שיבא.

ב. מפרט הטכני עבור מיטת כוויות ילדים:

(1) דגם המיטה: _____

(2) יצרן המיטה: _____

(3) ספק המיטה: _____

פרוט הדגם המוצע	תנאי סף	תכונה/ערך נדרש	נתונים טכניים – מיטת אשפוז לכוויות לילדים
			1. <u>אישורי תקינה</u>



מחלקת מכרזים
 טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פרוט הדגם המוצע	תנאי סף	תכונה/ערך נדרש	נתונים טכניים – מיטת אשפוז לכוויות לילדים
	תנאי סף	יש לצרף	1.1. אישור אמ"ר בתוקף
	תנאי סף	יש לצרף	1.2. תקן EN60601-2-52
			2. מבנה המיטה ונתונים טכניים לציון:
רוחב בס"מ: _____		כ- 85 ÷ 95 cm נא לציין בס"מ	2.1. רוחב מצע
אורך בס"מ: _____		כ- 195 ÷ 205 cm נא לציין בס"מ	2.2. אורך מצע
מידת אורך בס"מ: _____ מידת רוחב בס"מ: _____		נא לציין בס"מ	2.3. מידות חיצוניות של המיטה



מחלקת מכרזים
 טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פרוט הדגם המוצע	תנאי סף	תכונה/ערך נדרש	נתונים טכניים – מיטת אשפוז לכוויות לילדים
	תנאי סף עבור 30% מהמיטות יסופקו מזרנים למאריך	נא לציין בס"מ	2.4. מיטה ניתנת להארכה (מנגנון הארכה מובנה במיטה כולל תוספת מזרון)
סוג החומר: _____ סוג הצבע: _____	תנאי סף	נא לציין סוג החומר, סוג הצבע (אלקטרוסטטי, בתנור וכדומה)	2.5. מיטה עשויה מחומרים לא מחלידים כגון פלסטיק קשיח, מתכת צבוע
	תנאי סף		2.6. על מצע המיטה להיות עשוי מארבע חלקים - Full : Fowler
			2.7. משענת גב (Back Rest Section)



מחלקת מכרזים
 טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פרוט הדגם המוצע	תנאי סף	תכונה/ערך נדרש	נתונים טכניים – מיטת אשפוז לכוויות לילדים
			2.8. משענת גב תחתון-ישבן (Seat Section)
			2.9. משענת ירכיים (Thigh Section)
			2.10. ממשענת שוקיים (Foot Section)
	תנאי סף		2.11. משענת גב שקיפה לצילומי X-ray
	תנאי סף		2.11.1. במשענת גב קיים מקום לקסטה X-ray
חומר מצע מזרן : _____ _____	תנאי סף	נא לציין סוג החומר. העדפה לחומר אנטי-בקטריאלי	2.11.2. ממצע המיטה עשוי מחומר פלסטי: ABS בשיטת Vacuum Forming, או Molding Blow או HPL
	תנאי סף		2.11.2.1. חלקים לא קבועים של המצע ניתנים לשליפה לצורך ניקוי(למעט חלק של משענת גב שקיף X-ray)



מחלקת מכרזים
 טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פרוט הדגם המוצע	תנאי סף	תכונה/ערך נדרש	נתונים טכניים – מיטת אשפוז לכוויות לילדים
		נא לציין קיים/לא קיים	2.12 חלקי המצע כוללים חללים לצורך ניקוז נוזלים ואוורור
	תנאי סף במידה וקיימים		2.12.1 חללים של המצע לא גדולים מ-5×18 cm
	תנאי סף		2.12.2 ההגנה בפינות המיטה (Bumper Wheels)
סוג החומר: _____	תנאי סף	נא לציין סוג החומר	2.12.3 עשויים מחומר גמיש (Vinyl, גומי, פלסטיק) ולא משאיר סימנים על הקיר
	תנאי סף		2.13 מחובר בצורה מובטחת
	תנאי סף		2.14 ניתנים להחלפה
			3. <u>תנועות המיטה:</u>



מחלקת מכרזים
 טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פרוט הדגם המוצע	תנאי סף	תכונה/ערך נדרש	נתונים טכניים – מיטת אשפוז לכוויות לילדים
	תנאי סף		3.1. תנועות המיטה חשמליות: Hi-Lo, משענת גב, משענת רגלים (ירכיים), משענת שוקיים, Trendelenburg / Reverse Trendelenburg
			3.2. פעולת Hi-Lo חשמלית:
גובה בס"מ: _____	תנאי סף	לא יעלה על-43 ס"מ נא לציין בס"מ	3.2.1. הגובה המינימאלי מהרצפה עד מצע המיטה
גובה בס"מ: _____	תנאי סף	לא פחות מ-75 ס"מ נא לציין בס"מ	3.2.2. הגובה המקסימאלי מהרצפה עד מצע המיטה
זווית במע': _____	תנאי סף	מ-0 עד 63 מע' לפחות נא לציין זווית	3.3. פעולת משענת הגב החשמלית של המיטה
Retraction בס"מ: _____	תנאי סף	נא לציין בס"מ	3.4. פעולת משענת הגב עם Retraction (נסיגת משענת גב תוך כידי תנועה)
			3.5. פעולת משענת הרגליים:



מחלקת מכרזים
 טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פרוט הדגם המוצע	תנאי סף	תכונה/ערך נדרש	נתונים טכניים – מיטת אשפוז לכוויות לילדים
זווית במעי : _____	תנאי סף	מ-0 עד 20 מעי לפחות נא לציין זווית	3.5.1 קיימת תנועת משענת ירכיים חשמלית
זווית במעי : _____	תנאי סף	מ-0 עד 15 מעי לפחות נא לציין זווית	3.5.2 קיימת תנועת משענת שוקיים חשמלית
	נא לציין מה קיים		3.5.3 קיימת תנועת משענת שוקיים חשמלית או מכנית נגררת לאחר משענת ירכיים.
			3.5.4 שינוי זווית משענת שוקיים מכני מתבצע באופן הבא :
	תנאי סף	מנגנון Ratchet עם 4 תחנות לפחות לאורך תנוע נא לציין כמות תחנות <u>א</u>	3.5.4.1 ניתן לשנות תנוחה (זווית) של משענת שוקיים באופן ידני ע"י הפעלת מנגנון מסוג Ratchet (מנגנון Ratchet כפול – משני צדי המיטה)



מחלקת מכרזים
 טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פרוט הדגם המוצע	תנאי סף	תכונה/ערך נדרש	נתונים טכניים – מיטת אשפוז לכוויות לילדים
	תנאי סף	מנגנון פנאומטי כולל Gas Spring וידית הפעלה	3.5.4.2. ניתן לשנות תנוחה (זווית) של משענת שוקיים באופן ידני ע"י הפעלת מנגנון פניאומטי כולל Gas Spring וידית הפעלה
זווית: _____	תנאי סף	נא לציין זווית	3.6. פעולות Reverse Trendelenburg ו Trendelenburg
	תנאי סף		3.7. Cardiac Chair position
	תנאי סף		3.8. CPR Position
תנועות נוספות: _____		נא לציין, במידה וקיימות	3.9. תנועות נוספות
			4. מראשות ומרגלות
	תנאי סף		4.1. על המראשות להיות ניתנות לשליפה מהירה, ובעלות מנגנון חיבור מהיר וללא ברגים
קיים/לא קיים		נא לציין קיים/לא קיים	4.2. המרגלות ניתנות לשליפה



מחלקת מכרזים
 טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פרוט הדגם המוצע	תנאי סף	תכונה/ערך נדרש	נתונים טכניים – מיטת אשפוז לכוויות לילדים
	תנאי סף	נא לציין אופן/תמונה	4.3. המראשות והמרגלות כוללות ידיות/מקומות אחיזה לדחיפה
	תנאי סף		4.4. המראשות והמרגלות בעלות פינות מעוגלות
	תנאי סף		4.5. המראשות והמרגלות עשויות כחלק אחד ללא לוח פריק
סוג החומר: _____	תנאי סף	נא לציין סוג החומר. העדפה לחומר אנטי בקטריאלי	4.6. המראשות והמרגלות עשויות מחומר פלסטי: ABS בשיטת Blow Molding או שווה ערך
			5. <u>דפנות צד:</u>
	תנאי סף		5.1. דפנות צד מפוצלות (Split side rails) – קדמיות (אזור ראש וגוף של המטופל) ואחוריות (אזור אגן ורגליים של המטופל)
	תנאי סף		5.2. סגירה מלאה של הדפנות בין מראשון ומרגלות



מחלקת מכרזים
 טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פרוט הדגם המוצע	תנאי סף	תכונה/ערך נדרש	נתונים טכניים – מיטת אשפוז לכוויות לילדים
מרווח בס"מ: _____	תנאי סף		5.2.1. מרווח בין הדפנות המפוצלות לא יותר מ-6 ס"מ
מרווח בס"מ: _____	תנאי סף		5.2.2. מרווח בין דפנות קדמיות ומראשון לא יותר מ-6 ס"מ
מרווח בס"מ: _____	תנאי סף		5.2.3. מרווח בין דפנות אחוריות ומרגלות לא יותר מ-6 ס"מ
	תנאי סף		5.3. מתקפלות כלפי מטה
סוג מנגנון בלימה: _____	תנאי סף	נא לציין אופן עבודה של מנגנון בלימה	5.3.1. פתיחת הדפנות שקטה – קיים מנגנון בלימת הדפנות בעת פתיחתן
גובה בס"מ: _____	תנאי סף	נא לציין בס"מ	5.4. גובה הדפנות – 40 ס"מ לפחות מעל מצע המזרון



מחלקת מכרזים
 טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פרוט הדגם המוצע	תנאי סף	תכונה/ערך נדרש	נתונים טכניים – מיטת אשפוז לכוויות לילדים
	תנאי סף		5.5. נעילת הדפנות היא בטיחותית – לא ניתנות לפתיחה ע"י המטופל
חומר של דפנות: _____ _____	תנאי סף	נא לציין סוג החומר. העדפה לחומר אנטי בקטריאלי	5.6. על דפנות הצד להיות עשויות מחומר פלסטי – ABS Blow Molding או שווה ערך
	תנאי סף		5.7. דפנות כוללות ידיעות/בליטות לאחיזה
	תנאי סף		6. מד זווית מובנה בדפנות קדמיות
			6.1. <u>גלגלים</u> :
קוטר הגלגל: _____	תנאי סף	6" (inch)	6.2. קוטר הגלגלים
	תנאי סף	נא לציין אופן הפעלה מצד המראשות והמרגלות	6.3. קיימת נעילה מרכזית של כל הגלגלים באמצעות מעצור דריכת רגל או בר דריכה בצד המרגלות וגם בצד המראשות



מחלקת מכרזים
 טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פרוט הדגם המוצע	תנאי סף	תכונה/ערך נדרש	נתונים טכניים – מיטת אשפוז לכוויות לילדים
	תנאי סף		6.3.1. על הגלגלים לכלול אפשרות לנעילה לצידוד וגלגול
	תנאי סף		6.3.2. מעצור של נעילה מרכזית כולל שלושה מצבים: נעילת הגלגלים, נעילת כיוון הגלגלים, שחרור הגלגלים
	תנאי סף		6.3.3. גלגל עם נעילת הכיוון נמצא בצד המראשות, או מרגלות – בהתאם לדרישת ביה"ח
יצרן הגלגל : _____	תנאי סף	נא לציין תוצרת ולצרף מפרט הטכני של הגלגל	6.4. על גלגלי המיטה להיות מתוצרת יצרנים: TENTE, ROMBUS, COLSON, STEINCO או שווה ארך
	תנאי סף		6.5. על מסב הגלגל להיות מסב כדורי
	תנאי סף		6.6. גלגלים הם אנטיסטאטיים
	תנאי סף		6.7. עבור כלל פדלי/מעצור דריכת רגל/בר דריכה להפעלת נעילה מרכזית קיימים סימונים גראפיים על גבי גוף המיטה עמידים לשטיפה



מחלקת מכרזים
 טל: 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פרוט הדגם המוצע	תנאי סף	תכונה/ערך נדרש	נתונים טכניים – מיטת אשפוז לכוויות לילדים
			7. שלטי הפעלה מובנים בדפנות:
	תנאי סף נא לציין באיזה דופן נמצא שלט חיצוני: בדופן קדמי או אחורי		7.1. שלט מובנה בתוך שתי הדפנות הקדמיות או אחוריות משני הכיוונים: מצד המטופל ומצד המשתמש
	תנאי סף	נא לציין את הפונקציות הקיימות	7.1.1 מצד פנימי (שלט של המטופל) הפעלת פונקציות בסיסיות בלבד : משענת גב, משענת רגליים לפחות. Cardiac Chair Hi-Lo ,Auto Contour , Position (במידה וקיימת)



מחלקת מכרזים
 טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פרוט הדגם המוצע	תנאי סף	תכונה/ערך נדרש	נתונים טכניים – מיטת אשפוז לכוויות לילדים
	תנאי סף	נא לציין את הפונקציות הקיימות	7.1.2. מצד חיצוני (שלט של המטפל) הפעלת פונקציות: Hi-Lo, משענת גב, משענת רגליים, Trendelenburg/Reverse Trendelenburg לפחות. Cardiac Chair Position or Auto Contour (במידה וקיים)
			8. <u>שלט הפעלה ע"י צוות:</u>
	תנאי סף	יש לציין אופן ואופציות הקיימות	8.1. נמצא במרגלות המיטה (מובנה במרגלות או בתלייה במרגלות, או במגירה ייעודית מתחת למצע המזרון), או מובנה בדפנות אחוריות
	תנאי סף		8.2. מאפשר הפעלה של כלל פונקציות החשמליות
	תנאי סף		8.3. מאפשר נעילת כול פונקציה בודדת בשלט המטופל
	תנאי סף		8.4. מאפשר נעילת הפעלה של השלט המטופל
	תנאי סף		8.5. Cardiac Chair position ו/או Auto contour בלחיצת כפתור



מחלקת מכרזים
 טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פרוט הדגם המוצע	תנאי סף	תכונה/ערך נדרש	נתונים טכניים – מיטת אשפוז לכוויות לילדים
	תנאי סף		8.6 .CPR Position בלחיצת כפתור
			9. <u>בטיחות:</u>
	תנאי סף		9.1 .משענת גב ניתנת לאפוס ידני (מכאני) למצב CPR משני צדי המיטה
	תנאי סף	נא לצרף הצהרת היצרן	9.2 .על החלקים הפלסטיים של המיטה להיות מחומר מעכב בעירה
נתוני הסוללה:	תנאי סף	נא לציין פרמטרים/טווח זמן/כמות פעולות	9.3 .סוללת גיבוי
			10. <u>זרישות כלליות:</u>
כושר נשיאה בק"ג:	תנאי סף	220 kg לפחות, נא לציין SWL	10.1 .כושר נשיאה מקסימאלי (Safety Work Load- SWL):



מחלקת מכרזים
 טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פרוט הדגם המוצע	תנאי סף	תכונה/ערך נדרש	נתונים טכניים – מיטת אשפוז לכוויות לילדים
רמת אטימות: _____	תנאי סף	רמת אטימות IPX6 לפחות	10.2. רמת אטימות של מערכת החשמלית
	תנאי סף		10.3. פיין הארקה להשוואת פוטנציאלים (Grounding pin)
	תנאי סף		10.4. מיטה מוזנת מרשת חשמל 220 V
	תנאי סף	נא לציין סוג הכבל (רגיל, מסולסל) ואופציות קיימות	10.5. כבל הזנת החשמל כולל תקע יצוק ישראלי
	תנאי סף		10.6. על המיטה לכלול הכנה ל-4 עמודי עירווי בכל אחת מפינות המיטה: בצדי המראשות (2 יח') ובצדי המרגלות (2 יח') כולל בידוד מחומר פלסטי (Nylon או שווה ערך)
	תנאי סף		10.7. על המיטה לכלול הכנה לטרפז בצד מראשות



מחלקת מכרזים
 טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פרוט הדגם המוצע	תנאי סף	תכונה/ערך נדרש	נתונים טכניים – מיטת אשפוז לכוויות לילדים
	תנאי סף	4 ווים מכל צד לפחות, נא לציין אורך מתקן תלייה	10.8. על מיטה לכלול מתקן תלייה לנקזים משני הצדדים בחלק התחתון של המיטה
		נא לציין מה קיים	10.9. פונקציות, אביזרים נוספים – דוגמת תאורת לילה, איפוס מלא באמצעות כפתור אחת, תאורת גובה מינימום וכדומה
נא לצרף הצהרת היצרן	תנאי סף		10.10. מיטה עמידה בשטיפה ע"י חומרי ניקוי וחיטוי המאושרים ע"י משרד הבריאות (חוזר מנהל רפואה מספר 12.2006 – הנחיות לניקוי וחיטוי במוסדות רפואיים) ובחומר מאושר בשיבא: כלור עד 1,000 ppm
נא לצרף הצהרת היצרן	אמות מידה		10.10.1. מיטה עמידה בשטיפה ע"י חומרי ניקוי וחיטוי המאושרים ע"י משרד הבריאות ובחומר מאושר בשיבא: כלור עד 5,000 ppm
			11. אביזרים



מחלקת מכרזים
 טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פרוט הדגם המוצע	תנאי סף	תכונה/ערך נדרש	נתונים טכניים – מיטת אשפוז לכוויות לילדים
			11.1. הערה: אביזרים עם סימון "אביזר מדף חובה" הם אביזרים אשר לא מסופקים ביחד עם המיטה, אך ספק מחויב לאספקתם בהתאם לדרישת המוסד ובהתאם למחיר שנקבע
	אביזר מדף חובה		11.2. Trapeze : ידית מחומר פלסטי מתכווננת לגובה (אביזר מדף חובה)
			11.2.1. משקל נשיאה מרבי מותר 150 kg לפחות
			11.2.2. Trapeze לא בולט מהמסגרת המיטה
	אביזר מדף חובה	יש לצרף תמונה ולציין עובי העמוד	11.3. עמוד עירווי טלסקופי נשלף, מכופף (קצה העמוד מרוחק מפס אספקה או מוניטור). חיבור עמוד עירווי למיטה ללא ברגים או פרפרים.



מחלקת מכרזים
 טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פרוט הדגם המוצע	תנאי סף	תכונה/ערך נדרש	נתונים טכניים – מיטת אשפוז לכוויות לילדים
	אביזר מדף חובה		11.4 גיליון למטופל עם אפשרות סגירת שם המטופל
	אביזר מדף חובה		11.5 מגש למוניטור
	אביזר מדף חובה		11.6 מתקן למיכל חמצן
יש לצרף דו"ח מעבדה (ישראלי או אירופאי, או אמריקאי) בנושא עיכוב בעירה עבור חומר המזרן ועבור כיסוי של המזרן או עבור כל המזרן בכללותו	אביזר מדף חובה	יש לצרף מפרט המזרן: סוג ממדים, סוג החומר, צפיפות החומר, סוג כיסוי	11.7 מזרן רפואי מקורי מותאם לממדים של המיטה בעובי של 15 ס"מ עשוי מספוג בצפיפות 32 kg/m ³ לפחות. מזרן כולל כיסוי עשוי מחומר אנטי בקטריאלי, בלתי חדיר לנוזלים, נמתח לכל הכיוונים, עמיד בשטיפה עד 80 מע"צ, עמיד נגד שריפה וכולל רוכסן, אשר מוסתר ע"י בד (חצאית).



מחלקת מכרזים
 טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פרוט הדגם המוצע	תנאי סף	תכונה/ערך נדרש	נתונים טכניים – מיטת אשפוז לכוויות לילדים
<p>יש לצרף דו"ח מעבדה בנושא עיכוב בעירה עבור חומר המזרן ועבור כיסוי של המזרן או עבור כל המזרן בכללותו:</p> <p>תעודה ממכון התקנים המעידה על עמידה בדרישות התקן ישראלי ת"י 5418/518, או עמידה בתקן עיכוב בעירה מהמדינות הבאות: מדינות מערב אירופה/יפן/אוסטרליה/מדינות צפון אמריקה</p>	<p>אביזר מדף חובה</p>	<p>יש לצרף מפרט המזרן: ממדים, סוג החומר, צפיפות החומר, סוג כיסוי</p>	<p>11.8. מזרן רפואי מקורי מותאם לממדים של המיטה בעובי של 15 ס"מ עשוי High Density Pressure Visco Elastic/ Visco Jel/Reducing Foam (לא פחות מ-60 kg/m³)</p> <p>מזרן כולל כיסוי עשוי מחומר אנטי בקטריאלי, בלתי חדיר לנוזלים, נמתח לכל הכיוונים, עמיד בשטיפה עד 80 מע"צ, עמיד נגד שריפה וכולל רוכסן, אשר מוסתר ע"י בד (חצאית).</p>

מחלקת מכרזים
טל: 03-5303558

מכרז מס' 10002750

למען הסר ספק, המחיר המוצע למיטת אשפוז כולל את הפריטים בטבלה לרבות תנאים לאספקה:

פרוט הדגם המוצע	כמות	תיאור לאספקה – מיטת אשפוז לכוויות לילדים
	1 יח'	1. מיטת אשפוז לפי מפרט טכני כוללת הארכה
	1 יח'	2. אחריות 5 שנים כולל חלקי חילוף, עבודה וטיפולים תקופתיים בהתאם להוראות היצרן
	1 יח'	3. עמוד עירוי - סעיף 11.3 של המפרט הטכני לעיל
	1 יח'	4. מזרון רפואי – סעיף 11.8 של המפרט הטכני לעיל
	3 יח' עבור כל 10 מיטות	5. מזרון להשלמה בעת הארכת המיטה
	1 יח'	6. קיים מספר זיהוי נגיש של היצרן המיטה
		7. <u>דרישות לאספקה:</u>



מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

	נדרש נא לצרף	7.1. אישורי תקינה שבסעיף 1 של המפרט הטכני לעיל
	<u>מיטה תאושר להמשך תהליך מכרזי בהתאם לתוצאות מבחן בלבד</u>	7.2. <u>מיטה תעבור מבחן עליה לרמפה של אמבולנס שיבא והעמדה בתוך הרכב</u>
	נדרש נא לצרף	7.3. הוראות החזקה (Service Manual) של המיטה
	נדרש נא לצרף	7.4. הוראות הפעלה ושימוש (User Manual) של המיטה
	נדרש נא לצרף	7.5. התחייבות היצרן לאספקת חלקי חילוף 7 שנים לפחות לאחר תום יצור הדגם
	נדרש	7.6. הדרכה של הצוות עד לקבלת שביעות רצון מלאה



מחלקת מכרזים
 טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

	נדרש נא לצרף	7.7. שרטוט המיטה עם כלל החלקים הקיימים – "שרטוט פצצה" (שרטוט מבט מפורק)
	נדרש נא לציין	7.8. עלות הסכם שירות שנתי לאחר תום תקופת האחריות בת 5 שנים כולל חלקי חילוף, עבודה וטיפולים תקופתיים בהתאם להוראות היצרן
	נדרש נא לציין	7.9. עלות שעת עבודה של טכנאי הספק לקריאת שירות בשעות עבודה רגילות (בין שעות 8 עד 17:00 בימים א' – ה')
	נדרש נא לציין	7.10. עלות שעת נסיעה של טכנאי הספק לקריאת שירות בשעות עבודה רגילות (בין שעות 8 עד 17:00 בימים א' – ה')
	נדרש נא לציין	7.11. עלות שעת עבודה של טכנאי הספק לקריאת שירות בשעות עבודה חריגות (לאחר 17:00 בימים א' – ה' ובסופי שבוע וחגים)



מחלקת מכרזים
 טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

	נדרש נא לציין	7.12 עלות שעת נסיעה של טכנאי הספק לקריאת שירות בשעות עבודה חריגות (לאחר 17:00 בימים א' – ה' ובסופי שבוע וחגים)
	נדרש נא לצרף	7.13 התחייבות ל-SLA – 24 שעות במקרה של תקלה לא משביתה
	נדרש נא לצרף	7.14 התחייבות ל-SLA – 12 שעות במקרה של תקלה משביתה
	נדרש נא לצרף	7.15 התחייבות הספק להחזיק כלל החלקים החיוניים במלאי ארצי (חלקים שהשבתתם מובילה להשבתת המיטה, דוגמת חלקים של מערכת חשמלית, גלגלים, שלטים וכדומה)
	נדרש נא לציין	7.16 השתתפות במכרז כוללת בדיקה פיזית של המיטה ע"י צוות הבודקים. מיטה תיבדקנה לעמידה בתנאי סף ובאופן פונקציונלי (ראה סעיף ה' מתה - אמות מידה).



מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

אביזרים ואביזרים אופציונליים - עלויות:

פרוט הדגם המוצע	מחיר (ללא מע"מ)	תנאי סף	אביזרים ואביזרים אופציונליים – מיטת אשפוז לכוויות לילדים
	מחירון ספק		1. גלגל חמישה לנסיעה
	מחירון ספק		2. גלגלים (inch) 6" כפולים
	מחירון ספק		3. מנוע חשמלי לפעולת Hi-Lo
	מחירון ספק		4. מנוע חשמלי לפעולת משענת גב
	מחירון ספק		5. מנוע חשמלי לפעולת משענת רגליים
	מחירון ספק		6. מנוע חשמלי לפעולת משענת שוקיים
	מחירון ספק		7. מערכת פיקוד חשמלי



מחלקת מכרזים
 טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פרוט הדגם המוצע	מחיר (ללא מע"מ)	תנאי סף	אביזרים ואביזורים אופציונליים – מיטת אשפוז לכוויות לילדים
	מחירון ספק	אביזר חובה	8. גיליון למטופל עם אפשרות סגירת שם המטופל
	מחירון ספק	אביזר חובה	9. מגש למוניטור
	מחירון ספק		10. כפתור זיכרון 30 מע' עבור משענת גב בשלט של הצוות/חולה
	מחירון ספק	אביזר חובה	11. מתקן למיכל חמצן
	מחירון ספק		12. התראה לגובה נמוך
	מחירון ספק		13. התראה על שחרור נעילת הגלגלים



מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פרוט הדגם המוצע	מחיר (ללא מע"מ)	תנאי סף	אביזרים ואביזורים אופציונליים – מיטת אשפוז לכוויות לילדים
	מחירון ספק		14. מעצור דריכת רגל לנעילה מרכזית של המיטה מצד המראשות
	מחירון ספק		15. תאורת לילה
	מחירון ספק		16. פדל רגל משני צדי המיטה לפונקציה Hi- Low
	מחירון ספק	אביזר חובה	17. Trapeze : ידית מחומר פלסטי מתכווננת לגובה – לפי סעיף 11.2 של המפרט הטכני לעיל
	מחירון ספק		18. Trapeze : ידית מחומר פלסטי לא מתכווננת לגובה



מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פרוט הדגם המוצע	מחיר (ללא מע"מ)	תנאי סף	אביזרים ואביזורים אופציונליים – מיטת אשפוז לכוויות לילדים
	מחירון ספק		19. גימור המיטה עבור מחלקת אורטופדיה: הכנות מובנות עבור מערכת Traction, הכנות מובנות עבור Trapeze ב-4 פינות המיטה, מראשות ומרגלות מותאמות לציוד הנ"ל
	מחירון ספק	אביזר חובה	20. עמוד עירוני טלסקופי – לפי מפרט הטכני – סעיף 11.3 של המפרט הטכני לעיל



מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פרוט הדגם המוצע	מחיר (ללא מע"מ)	תנאי סף	אביזרים ואביזורים אופציונליים – מיטת אשפוז לכוויות לילדים
	מחירון ספק	אביזר חובה	21. מזרון רפואי מקורי מותאם לממדים של המיטה בעובי של 15 ס"מ עשוי מספוג – לפי מפרט הטכני בסעיף 11.7 לעיל
	מחירון ספק	אביזר חובה	22. מזרון רפואי ברמת וויסקו-אלסטי (שילוב של ספוג וחומר וויסקו-אלסטי) בעובי 15 ס"מ, יש לצרף מפרט הטכני של המזרון
	מחירון ספק		23. מזרון להארכת המיטה (השלמת מזרון קיים)



מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פרוט הדגם המוצע	מחיר (ללא מע"מ)	תנאי סף	אביזרים ואביזורים אופציונליים – מיטת אשפוז לכוויות לילדים
במידה ומערכת מאזניים קיימת יש לציין האם היא עומדת בתקן IPX6	מחירון ספק		24. מערכת מאזניים מובנת במיטה
	מחירון ספק		25. עצירה אוטומטית ב- 30° בעת הפעלת משענת גב
	מחירון ספק	לציין באיזה שלט קיים	26. כפתור מצב בדיקה (Examination Position)
	מחירון ספק	לציין באיזה שלט קיים	27. כפתור יציאה מהמיטה (Mobilization Position)



מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פרוט הדגם המוצע	מחיר (ללא מע"מ)	תנאי סף	אביזרים ואביזורים אופציונליים – מיטת אשפוז לכוויות לילדים
			28. אביזרים ופונקציות אופציונליים נוספים: במידה וקיימים יש לציין בהמשך הטבלה
			28.1 אפשרות לבסיס מיטה ממתכת אל חלד
			28.2 אפשרות לשלט LCD ידני נוסף עבור מטופל וצוות
			28.3 קופסת נעילה – מאפשרת שינוי הגדרות של מנחים שונים, עדכון מצב סוללה. מוסתרת במגירה מתחת למזרון
			28.4 אפשרות לשלט גמיש מעל ראש המטופל

THE STATE OF ISRAEL
MINISTRY OF HEALTH
THE CHIME SHEBA MEDICAL CENTER
Affiliated to the Tel-Aviv University
Sackler School of Medicine
TEL-HASHOMER 52621, ISRAEL

משרד בריאות

מדינת ישראל
המרכז הרפואי המשולב ע"ש חיים שיבא
מסונף לבית הספר לרפואה ע"ש סאקלר
באוניברסיטת תל-אביב
תל-השומר 52621, ישראל



מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פרוט הדגם המוצע	מחיר (ללא מע"מ)	תנאי סף	אביזרים ואביזורים אופציונליים – מיטת אשפוז לכוויות לילדים
			28.5
			28.6
			28.7



מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

חלקי חילוף – עלויות:

פרוט הדגם המוצע	פרוט הנתונים – חלקי חילוף מיטת אשפוז לכוויות ילדים
	1. מנוע חשמלי עבור משענת גב
	2. מנוע חשמלי עבור פעולת Hi Lo
	3. מנוע חשמלי עבור משענת רגליים
	4. מנוע חשמלי עבור משענת שוקיים
	5. פיקוד של מערכת החשמלית
	6. גלגל קומפלט
	7. דופן קדמית שמאלית קומפלט
	8. דופן קדמית ימנית קומפלט
	9. דופן אחורית שמאלית קומפלט
	10. דופן אחורית ימנית קומפלט
	11. מגן קיר קומפלט



מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פרוט הדגם המוצע	פרוט הנתונים – חלקי חילוף מיטת אשפוז לכוויות ילדים
	12. שלט המטופל מובנה בדופן (פנימי)
	13. שלט של משתמש מובנה בדופן (חיצוני)
	14. שלט של צוות ממוקם במרגלות (מובנה או תלוי, או מובנה בדפנות אחוריות)
	15. מנגנון Ratchet כפול עבור משענת שוקיים
	16. Gas Spring עבור משענת שוקיים
	17. Power Replacement Kit
	18. Battery Replacement Kit
	19. חלקי חילוף נוספים: במידה וקיימים יש לציין בהמשך הטבלה
	19.1
	19.2
	19.3

THE STATE OF ISRAEL
MINISTRY OF HEALTH
THE CHIME SHEBA MEDICAL CENTER
Affiliated to the Tel-Aviv University
Sackler School of Medicine
TEL-HASHOMER 52621, ISRAEL

משרד בריאות

מדינת ישראל
המרכז הרפואי המשולב ע"ש חיים שיבא
מסונף לבית הספר לרפואה ע"ש סאקלר
באוניברסיטת תל-אביב
תל-השומר 52621, ישראל



מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פרוט הדגם המוצע	פרוט הנתונים – חלקי חילוף מיטת אשפוז לכוויות ילדים
	.19.4
	.19.5
	.19.6
	.19.7
	.19.8
	.19.9
	.19.10



מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

אמות המידה לניקוד איכות – מיטת אשפוז לכוויות ילדים

במכרז זה אמות מידה מהוות 30% מהציון המשוקלל, כאשר עלות המיטה מהווה 70% מהציון המשוקלל. מוצר שהניקוד שיינתן לו יהיה נמוך מציון הסף שנקבע לרכיב מסוים - ייפסל. הניקוד בסעיפים מטה ייקבע כדלקמן: בודקים מקצועיים מטעם ביה"ח שיבא יעריכו את המוצר, כ"א בנפרד ללא התייעצות הדדית. הניקוד שיינתן למוצר יקבע לפי נוסחת חישוב בהתבסס על ממוצע ציוני הבודקים.

תיאור	סעיף במפרט	ציון סף	ציון	פרוט לגבי הדגם המוצע
1. חלקים פלסטיים של המיטה (מראשות, מרגלות, דפנות) עשויות מחומר אנטי בקטריאלי	2.11, 4.6, 5.6		11	
2. מיטה עמידה בשטיפה ע"י חומרי ניקוי וחיטוי המאושרים ע"י משרד הבריאות ובחומר מאושר בשיבא: כלור עד 5,000 ppm	10.10.1		11	



מחלקת מכרזים
 טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פרוט לגבי הדגם המוצע	ציון	ציון סף	סעיף במפרט	תיאור
	12	7		3. נוחות בהובלת המיטה
	10	6		4. נוחות בניקוי של המיטה
	12	7	שגיאה! מקור ההפניה לא 2נמצא.. שגיאה! מקור ההפניה לא 3נמצא..	5. מידת הקושי בהפעלת משענת שוקיים
	12	7	6.2	6. מידת הקושי ונוחיות בהפעלה ושחרור של נעילה מרכזית
	12	7	4.1, 4.2	7. מידת הקושי בשליפת מראשות לצורך ביצוע CPR
	10	6	5	8. מידת הקושי בהפעלת דפנות צד
	10	6	9.1	9. מידת הקושי בהפעלה ידנית של CPR
	100			10. סה"כ



מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

משרד בריאות

מדינת ישראל
המרכז הרפואי המשולב ע"ש חיים שיבא
מסונף לבית הספר לרפואה ע"ש סאקלר
באוניברסיטת תל-אביב
תל-השומר 52621, ישראל

טופס בדיקה למיטת אשפוז לכוויות לילדים

דגם מיטת אשפוז: _____
יצרן מיטת אשפוז: _____
שם המציע: _____
שם הבודק: _____

דרג'י/ בסולם מ-1 עד 5, את הפרמטרים הבאים בהתאם לטבלת נקודות איכות עבור מיטת אשפוז,
כאשר 1 מייצג את הציון הנמוך ביותר ו-5 מייצג את הציון הגבוה ביותר.

פרוט לגבי הדגם המוצע	5	4	3	2	1	תיאור
						1. נוחות בהובלת המיטה
						2. נוחות בניקוי של המיטה
						3. מידת הקושי בהפעלת משענת שוקיים
						4. מידת הקושי ונוחיות בהפעלה ושחרור נעילה מרכזית

THE STATE OF ISRAEL
MINISTRY OF HEALTH
THE CHIME SHEBA MEDICAL CENTER
Affiliated to the Tel-Aviv University
Sackler School of Medicine
TEL-HASHOMER 52621, ISRAEL



משרד בריאות

מדינת ישראל
המרכז הרפואי המשולב ע"ש חיים שיבא
מסונף לבית הספר לרפואה ע"ש סאקלר
באוניברסיטת תל-אביב
תל-השומר 52621, ישראל

מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פרוט לגבי הדגם המוצע	5	4	3	2	1	תיאור
						5. מידת הקושי בשליפת מראשות לצורך ביצוע CPR
						6. מידת הקושי בהפעלת דפנות צד
						7. מידת הקושי בהפעלה ידנית של CPR

חתימת הבדוק: _____
תאריך: _____



מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

ריכוז סיכום בדיקת מיטת אשפוז לכוויות לילדים

דגם מיטת אשפוז: _____
יצרן מיטת אשפוז: _____
שם המציע: _____

הציון המשוקלל מחושב לפי משוואה –

$$finalGrade = \frac{meanGrade}{max Grade} \cdot Score$$

כאשר –

finalGrade - מייצג את הציון המשוקלל הסופי.

meanGrade - מייצג את הציון הממוצע מבין הבדקים.

max Grade - מייצג את הציון המקסימאלי - 5

Score - מייצג את הניקוד המתאים לפי טבלת נקודות איכות

פרוט לגבי הדגם המוצע	ציון סף לפי טבלת נקודות איכות	תיאור
	7	1. נוחות בהובלת המיטה

מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פרוט לגבי הדגם המוצע	ציון סף לפי טבלת נקודות איכות	תיאור
	6	2. נוחות בניקוי של המיטה
	7	3. מידת הקושי בהפעלת משענת שוקיים
	7	4. מידת הקושי ונוחיות בהפעלה ושחרור נעילה מרכזית
	7	5. מידת הקושי בשליפת מראשות לצורך ביצוע CPR
	6	6. מידת הקושי בהפעלת דפנות צד
	6	7. מידת הקושי בהפעלה ידנית של CPR



מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

הנדון: אפיון טכני לאלונקת חדרי ניתוח
עבור ביה"ח שיבא תל השומר

ג. מפרט טכני עבור אלונקת חדרי ניתוח:

ספק: _____
דגם: _____
יצרן: _____

פירוט הדגם המוצע	הערכים הנדרשים ע"י שיבא	תיאור הדרישה – אלונקת חדרי ניתוח
		1. אישורי תקינה
	נא לצרף	1.1. אישור אמ"ר בתוקף
		2. דרישות טכניות:



מחלקת מכרזים
 טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט הדגם המוצע	הערכים הנדרשים ע"י שיבא	תיאור הדרישה – אלונקת חדרי ניתוח
		2.1. מידות מצע המזרון:
רוחב מצע בס"מ: _____	תנאי סף: רוחב בין- 73 – 76 ס"מ נא לציין אורך ורוחב בס"מ לרבות אופציות נוספות	2.1.1. רוחב מצע המזרון
אורך מצע בס"מ: _____	תנאי סף: אורך לא פחות מ-190 ס"מ נא לציין אורך ורוחב בס"מ לרבות אופציות נוספות	2.1.2. אורך מצע המזרון
מידת אורך חיצוני בס"מ: _____ מידת רוחב חיצונית בס"מ: _____	נא לציין אורך ורוחב בס"מ, בנוסף יש לציין אופציות רוחב הקיימות	2.2. מידות חיצוניות של אלונקה
		2.3. פעולת HI-LO הידראולית
גובה מינימלי בס"מ: _____	תנאי סף לא יותר מ-58 ס"מ נא לציין בס"מ	2.3.1. גובה מינימום
גובה מקסימלי בס"מ: _____	תנאי סף לא פחות 82 ס"מ נא לציין בס"מ	2.3.2. גובה מקסימום



מחלקת מכרזים
 טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט הדגם המוצע	הערכים הנדרשים ע"י שיבא	תיאור הדרישה – אלונקת חדרי ניתוח
	תנאי סף 2 בוכנות	2.4. כמות בוכנות לפעולת HI-LOW
	תנאי סף	2.5 Trendelenburg/Reverse Trendelenburg
זווית במע': _____	תנאי סף $\pm 16^\circ$ לפחות	2.5.1 זווית פעולת Trendelenburg/Reverse Trendelenburg
	תנאי סף יכולת הפעלה משני צידי אלונקה נא לציין אופציות נוספות	2.6. פדלים להפעלת Hi-Lo ו- Trendelenburg
זווית משענת גב בס"מ: _____	תנאי סף זווית 70° לפחות, נא לציין זווית	2.7. שינוי זווית של משענת גב עליון
אופן הגנה: _____	תנאי סף	2.8. הגנה לכל היקף האלונקה



מחלקת מכרזים
 טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט הדגם המוצע	הערכים הנדרשים ע"י שיבא	תיאור הדרישה – אלונקת חדרי ניתוח
	נא לציין אופן הגנה – פסים לאורך האלונקה, דפנות צד וכדומה	
	תנאי סף	2.9. הגנה בפינות האלונקה
כושר נשיאה מקסימלי בק"ג: _____	תנאי סף 250 ק"ג לפחות, נא לציין משקל	2.10. משקל נשיאה מקסימאלי (SWL)
משקל עצמי בק"ג: _____	נא לציין בק"ג	2.10.1. משקל עצמי של אלונקה
חומר שלד האלונקה: _____ חומר מצע מזרן: _____	נא לציין חומרים	2.11. שלד של אלונקה ומצע של המזרון
		3. גלגלים
שם יצרן הגלגלים: _____	תנאי סף נא לציין ולצרף מפרט הטכני של הגלגל	3.1. תוצרת TENTE או שווה ערך
	תנאי סף	3.2. עשויים מקשה אחת
סוג החומר של גלגלים: _____	תנאי סף	3.3. עשויים מחומר לא מחליד
קוטר בס"מ או inch: _____	תנאי סף	3.4. קוטר הגלגלים 8" (20 ס"מ)
	תנאי סף	3.5. גלגלים לא משאירים סימנים על הרצפה



מחלקת מכרזים
 טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט הדגם המוצע	הערכים הנדרשים ע"י שיבא	תיאור הדרישה – אלונקת חדרי ניתוח
	תנאי סף	3.6. גלגל חמישי
אופן נעילה: _____	תנאי סף נא לציין אופן	3.7. נעילה מרכזית של הגלגלים מ-4 כיווני האלונקה (מקדימה, אחורה ומהצדדים), או מ-4 פינות של אלונקה
	תנאי סף	3.8. מנגנון נעילה מרכזי כולל 3 פונקציות: נעילה, נעילת כיוון, שחרור
נא לציין סוג המעקה: _____	תנאי סף קיפול בשיטת Fold, Collapsible/Glideaway Down נא לציין שיטה ולצרף תמונה	4. מעקה בשני צדי אלונקה מתקפל
		5. מזרן
יש לצרף דו"ח מעבדה בנושא עיכוב בעירה עבור חומר המזרן ועבור כיסוי של המזרן או עבור כל המזרן בכללותו:	תנאי סף	5.1. עשוי מחומרים חסני אש



מחלקת מכרזים
 טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט הדגם המוצע	הערכים הנדרשים ע"י שיבא	תיאור הדרישה – אלונקת חדרי ניתוח
תעודה ממכון התקנים המעידה על עמידה בדרישות התקן ישראלי ת"י 5418/518, או עמידה בתקן עיכוב בעירה מהמדינות הבאות: מדינות מערב אירופה/יפן/אוסטרליה/מדינות צפון אמריקה		
נא לציין סוג החומר: _____	תנאי סף נא לפרט ולציין האם מגומם	5.2. ציפוי בד אנטי סטאטי ואנטי בקטריאלי, בלתי חדיר לנוזלים
עובי מזרן בס"מ או inch: _____	תנאי סף נא לציין סוג וצפיפות הספוג, האם מוגדר למניעת פצי לחץ	5.3. עובי של 4" לפחות (10 ס"מ)
צבע: _____	נא לציין צבע	5.4. צבע מעודף – שחור
		6. דרישות כלליות
	תנאי סף	6.1. מיקום לשמירת חפצים ומיכל חמצן
	תנאי סף	6.2. הכנה לעמוד עירווי ב-4 פינות של אלונקה
	תנאי סף נא לציין חומר	6.3. עמוד עירווי טלסקופי נשלף



מחלקת מכרזים
 טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט הדגם המוצע	הערכים הנדרשים ע"י שיבא	תיאור הדרישה – אלונקת חדרי ניתוח
	תנאי סף	6.4. ידיות אחיזה (כידון) מצד הראש עבור מעקה מסוג Collapsible/Slideaway
	תנאי סף	6.4.1. ידיות אחיזה מובנות במעקה מסוג Folded Down
	תנאי סף	6.5. הכנה לאחיזת אביזרים שונים, Drainage bags וכו'. (נא לציין אפשרויות)
	תנאי סף	6.6. לציין אפשרויות ותנועות נוספות של אלונקה
נא לצרף הצהרת היצרן	תנאי סף	6.7. אלונקה עמידה בשטיפה ע"י חומרי ניקוי וחיטוי המאושרים ע"י משרד הבריאות (חוזר מנהל רפואה מספר 12.2006 – הנחיות לניקוי וחיטוי במוסדות רפואיים)

מחלקת מכרזים
טל: 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט הדגם המוצע	הערכים הנדרשים ע"י שיבא	תיאור הדרישה – אלונקת חדרי ניתוח
		ובחומר מאושר בשיבא: כלור עד 1,000 ppm
נא לצרף הצהרת היצרן	אמות מידה	6.8. אלונקה עמידה בשטיפה ע"י חומרי ניקוי וחיטוי המאושרים ע"י משרד הבריאות ובחומר מאושר בשיבא: כלור עד 5,000 ppm
	תנאי סף	6.9. יכולת סימון ומספור האלונקה לצרכים פנימיים של ביה"ח (הדפסה על גוף אלונקה " חדרי ניתוח" או אחרת (בבסיס))



מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

למען הסר ספק, המחיר המוצע לאלונקת חדרי ניתוח כולל את הפריטים בטבלה לרבות תנאים לאספקה:

פירוט לגבי הדגם המוצע	כמות	תיאור לאספקה – אלונקת חדרי ניתוח
	1 יח'	1. אלונקת חדרי ניתוח לפי מפרט טכני
	1 יח'	2. אחריות 5 שנים כולל חלקי חילוף, עבודה וטיפולים תקופתיים בהתאם להוראות היצרן
	1 יח'	2.1. עמוד עירו טלסקופי נשלף - סעיף 6.3 של המפרט הטכני לעיל
	1 יח'	3. ידיות אחיזה (כידון) מצד הראש בהתאם לסעיפים 6.4, 6.4.1 של המפרט הטכני
	1 יח'	4. קיים מספר זיהוי נגיש של היצרן באלונקה
		5. <u>דרישות לאספקה:</u>
	תנאי סף נא לצרף	5.1. אישורי תקינה שבסעיף 1 של המפרט הטכני לעיל



מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

	תנאי סף נא לצרף	5.2. הוראות החזקה (Service Manual) של הכורסא
	תנאי סף נא לצרף	5.3. הוראות הפעלה ושימוש (User Manual) של הכורסא
	תנאי סף נא לצרף	5.4. התחייבות היצרן לאספקת חלקי חילוף 7 שנים לפחות לאחר תום יצור הדגם
	תנאי סף	5.5. הדרכה של הצוות עד לקבלת שביעות רצון מלאה
	תנאי סף נא לצרף	5.6. שרטוט הכורסא עם כלל החלקים הקיימים – "שרטוט פצצה" (שרטוט מבט מפורק)
	תנאי סף נא לציין	5.7. עלות הסכם שירות שנתי לאחר תום תקופת האחריות בת 5 שנים כולל חלקי חילוף, עבודה וטיפולים תקופתיים בהתאם להוראות היצרן
	תנאי סף נא לציין	5.8. עלות שעת עבודה של טכנאי הספק לקריאת שירות בשעות עבודה רגילות (בין שעות 8 עד 17:00 בימים א' – ה')
	תנאי סף נא לציין	5.9. עלות שעת נסיעה של טכנאי הספק לקריאת שירות בשעות עבודה רגילות (בין שעות 8 עד 17:00 בימים א' – ה')



מחלקת מכרזים
טל: 03-5303558

מכרז מס' 10002750

	תנאי סף נא לציין	5.10. עלות שעת עבודה של טכנאי הספק לקריאת שירות בשעות עבודה חריגות (לאחר 17:00 בימים א' – ה' ובסופי שבוע וחגים)
	תנאי סף נא לציין	5.11. עלות שעת נסיעה של טכנאי הספק לקריאת שירות בשעות עבודה חריגות (לאחר 17:00 בימים א' – ה' ובסופי שבוע וחגים)
	תנאי סף נא לצרף	5.12. התחייבות ל-SLA – 24 שעות במקרה של תקלה לא משביתה
	תנאי סף נא לצרף	5.13. התחייבות ל-SLA – 12 שעות במקרה של תקלה משביתה
	תנאי סף נא לצרף	5.14. התחייבות הספק להחזיק כלל החלקים החיוניים במלאי ארצי (חלקים שהשבתתם מובילה להשבתת המיטה, דוגמת חלקים של מערכת חשמלית, גלגלים, שלטים וכדומה)

THE STATE OF ISRAEL
MINISTRY OF HEALTH
THE CHIME SHEBA MEDICAL CENTER
Affiliated to the Tel-Aviv University
Sackler School of Medicine
TEL-HASHOMER 52621, ISRAEL

משרד בריאות

מדינת ישראל
המרכז הרפואי המשולב ע"ש חיים שיבא
מסונף לבית הספר לרפואה ע"ש סאקלר
באוניברסיטת תל-אביב
תל-השומר 52621, ישראל



מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

	תנאי סף נא לציין	5.15. השתתפות במכרז כוללת בדיקה פיזית של המיטה ע"י צוות הבודקים. מיטה תיבדקנה לעמידה בתנאי סף ובאופן פונקציונלי (ראה סעיף ה'מתה - אמות מידה).
--	---------------------	---

מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

דרישות אופציונליות ואביזרים:

פירוט לגבי הדגם המוצע	מחיר (ללא מע"מ)	תנאי סף	אביזרים ואביזרים אופציונליים – אלונקת חדרי ניתוח
			1. פעולת Fowler לרגלים
			2. פעולת Hi-Lo ו-Trendelenburg מדושה נוספת/נוספות
	מחירון ספק		3. יכולת התקנת Air tag באלונקה
	מחירון ספק	אביזר חובה	4. מוט עירווי טלסקופי נשלף
	מחירון ספק	אביזר חובה	5. מוט עירווי מובנה טלסקופי מתקפל
	מחירון ספק	אביזר חובה	6. ידיות אחיזה (כידון) בהתאם לסעיפים 6.4, 6.4.1 של המפרט הטכני
	מחירון ספק	אביזר חובה	7. מתקן אנכי למיכל חמצן



מחלקת מכרזים
 טל: 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט לגבי הדגם המוצע	מחיר (ללא מע"מ)	תנאי סף	אביזרים ואביזורים אופציונליים – אלונקת חדרי ניתוח
	מחירון ספק		8. חגורות אחיזה (Transport Strap)
	מחירון ספק		9. מתקן לתיק החולה (Chart Holder)
	מחירון ספק		10. מרגלות
	מחירון ספק		11. מדף נשלף למוניטור במרגלות האלונקה כולל רצועות לקיבוע מוניטור (Convertible Footboard)
	מחירון ספק	אביזר חובה	12. מזרן לפי סעיף 5 של המפרט הטכני
	מחירון ספק	אביזר חובה	13. ציפוי של המזרן
	מחירון ספק	אביזר חובה	14. גלגל חמישי
	מחירון ספק		15. מזרן בעובי מעל 4" (10 ס"מ) , נא לציין מה קיים

מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט לגבי הדגם המוצע	מחיר (ללא מע"מ)	תנאי סף	אביזרים ואביזורים אופציונליים – אלונקת חדרי ניתוח
	מחירון ספק יש לציין אופן חיבור		16. מתקן לבקבוק ספטול במרגלות האלונקה
	מחירון ספק		17. ידיות אחיזה (כידון) מתקפלות
	מחירון ספק		18. ידיות אחיזה מצד הראש
	מחירון ספק		19. שחרור נעילת המעקים משני צדי המעקה
			20. אביזרים אופציונליים נוספים: במידה וקיימים יש לציין בהמשך הטבלה
			20.1
			20.2
			20.3

THE STATE OF ISRAEL
MINISTRY OF HEALTH
THE CHIME SHEBA MEDICAL CENTER
Affiliated to the Tel-Aviv University
Sackler School of Medicine
TEL-HASHOMER 52621, ISRAEL



משרד בריאות

מדינת ישראל
המרכז הרפואי המשולב ע"ש חיים שיבא
מסונף לבית הספר לרפואה ע"ש סאקלר
באוניברסיטת תל-אביב
תל-השומר 52621, ישראל

מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט לגבי הדגם המוצע	מחיר (ללא מע"מ)	תנאי סף	אביזרים ואביזורים אופציונליים – אלונקת חדרי ניתוח
			.20.4
			.20.5
			.20.6
			.20.7



מחלקת מכרזים
 טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

חלקי חילוף – עלויות:

פירוט לגבי הדגם המוצע	מק"ט היצרן	מחיר (בש"ח ללא מע"מ)	פרוט הנתונים – חלקי חילוף אלונקת חדרי ניתוח
		מחירון ספק	1. בוכנה הידראולית
		מחירון ספק	2. מעקה שמאלית קומפלט
		מחירון ספק	3. מעקה ימנית קומפלט
		מחירון ספק	4. גלגל קומפלט לפי סעיף 3 של המפרט הטכני
		מחירון ספק	5. Gas Spring עבור משענת גב
		מחירון ספק	6. מזרון לפי סעיף 5 של המפרט הטכני
		מחירון ספק	7. ציפוי של המזרון
		מחירון ספק	8. גלגל חמישי קומפלט
			9. חלקי חילוף נוספים: במידה וקיימים יש לציין בהמשך הטבלה
		מחירון ספק	9.1
		מחירון ספק	9.2



מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט לגבי הדגם המוצע	מק"ט היצרון	מחיר (בש"ח ללא מע"מ)	פרוט הנתונים – חלקי חילוף אלונקת חדרי ניתוח
		מחירון ספק	.9.3
		מחירון ספק	.9.4
		מחירון ספק	.9.5
		מחירון ספק	.9.6
		מחירון ספק	.9.7
		מחירון ספק	.9.8
		מחירון ספק	.9.9
		מחירון ספק	.9.10

מחלקת מכרזים
טל: 03-5303558

מכרז מס' 10002750

אמות המידה לניקוד איכות – אלונקת חדרי ניתוח

במכרז זה אמות מידה מהוות 30% מהציון המשוקלל, כאשר עלות האלונקה מהווה 70% מהציון המשוקלל. מוצר שהניקוד שיינתן לו יהיה נמוך מציון הסף שנקבע לרכיב מסוים - ייפסל. הניקוד להלן ייקבע כדלקמן: בודקים מקצועיים מטעם ביה"ח שיבא יעריכו את המוצר, כ"א בנפרד ללא התייעצות הדדית. הניקוד שיינתן למוצר יקבע לפי נוסחת חישוב בהתבסס על ממוצע ציוני הבודקים.

תיאור	סעיף במפרט	ציון סף	ציון	פירוט לגבי הדגם המוצע
1. כושר נשיאה של המיטה:				
1.1 יותר מ-250 ק"ג ופחות מ-290 ק"ג	2.10		8 או	
1.2 יותר מ-290 ק"ג	2.10		12	
1.3 יכולת התקנת Air tag באלונקה	סעיף 4 דרישות אופציונליות		8	
1.4 אלונקה עמידה בשטיפה ע"י חומרי ניקוי וחיטוי המאושרים ע"י	6.7.1		12	



מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט לגבי הדגם המוצע	ציון	ציון סף	סעיף במפרט	תיאור
				משרד הבריאות ובחומר מאושר בשיבא: כלור עד 5,000 ppm
	20	12		2. נוחות בהובלת האלונקה
	14	8		3. נוחות בניקוי של האלונקה
	14	8	2.7	4. מידת הקושי בהפעלת משענת גב
	20	12	4	5. מידת הקושי בהפעלת המעקה
	100			6. סה"כ



מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

משרד בריאות

מדינת ישראל
המרכז הרפואי המשולב ע"ש חיים שיבא
מסונף לבית הספר לרפואה ע"ש סאקלר
באוניברסיטת תל-אביב
תל-השומר 52621, ישראל

טופס בדיקה לאלונקת חדרי ניתוח

דגם אלונקת חדרי ניתוח: _____

יצרן אלונקת חדרי ניתוח: _____

שם המציע: _____

שם הבודק: _____

דרג/י בסולם מ-1 עד 5, את הפרמטרים הבאים בהתאם לטבלת נקודות איכות עבור אלונקת חדרי ניתוח,
כאשר 1 מייצג את הציון הנמוך ביותר ו-5 מייצג את הציון הגבוה ביותר.

תיאור	1	2	3	4	5	הערות	פירוט לגבי הדגם המוצע
1. נוחות בהובלת האלונקה							
2. נוחות בניקוי של האלונקה							
3. מידת הקושי בהפעלת משענת גב							
4. מידת הקושי בהפעלת המעקה							

חתימת הבודק: _____

תאריך: _____

THE STATE OF ISRAEL
MINISTRY OF HEALTH
THE CHIME SHEBA MEDICAL CENTER
Affiliated to the Tel-Aviv University
Sackler School of Medicine
TEL-HASHOMER 52621, ISRAEL



מחלקת מכרזים
טל: 03-5303558

מכרז מס' 10002750

משרד בריאות

מדינת ישראל
המרכז הרפואי המשולב ע"ש חיים שיבא
מסונף לבית הספר לרפואה ע"ש סאקלר
באוניברסיטת תל-אביב
תל-השומר 52621, ישראל

ריכוז סיכום בדיקת אלונקת חדרי ניתוח

דגם אלונקת חדרי ניתוח: _____

יצרן אלונקת חדרי ניתוח: _____

שם המציע: _____

– הציון המשוקלל מחושב לפי משוואה –

$$finalGrade = \frac{meanGrade}{max Grade} \cdot Score$$

– כאשר

$finalGrade$ - מייצג את הציון המשוקלל הסופי.

$meanGrade$ - מייצג את הציון הממוצע מבין הבודקים.

$max Grade$ - מייצג את הציון המקסימאלי - 5

$Score$ - מייצג את הניקוד המתאים לפי טבלת נקודות איכות



מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט לגבי הדגם המוצע	הערות	ציון סף לפי טבלת נקודות איכות	תיאור
		12	1. נוחות בהובלת האלונקה
		8	2. נוחות בניקוי של האלונקה
		8	3. מידת הקושי בהפעלת משענת גב
		12	4. מידת הקושי בהפעלת המעקה

מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

הנדון: אפיון טכני לאלונקה למטרות כלליות
עבור ביה"ח שיבא תל השומר

ד. מפרט טכני עבור אלונקה:

ספק: _____

דגם: _____

יצרן: _____

פירוט הדגם המוצע	הערכים הנדרשים ע"י שיבא	תיאור הדרישה – אלונקה למטרות כלליות
		1. אישורי תקינה
	נא לצרף	1.1. אישור אמ"ר בתוקף
		2. דרישות טכניות:



מחלקת מכרזים
 טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט הדגם המוצע	הערכים הנדרשים ע"י שיבא	תיאור הדרישה – אלונקה למטרות כלליות
		2.1. מידות מצע המזרון:
רוחב מצע בס"מ: _____	תנאי סף: רוחב בין- 73 – 76 ס"מ נא לציין אורך ורוחב בס"מ לרבות אופציות נוספות	2.1.1. רוחב מצע המזרון
אורך מצע בס"מ: _____	תנאי סף: אורך לא פחות מ-190 ס"מ נא לציין אורך ורוחב בס"מ לרבות אופציות נוספות	2.1.2. אורך מצע המזרון
מידת אורך חיצוני בס"מ: _____ מידת רוחב חיצונית בס"מ: _____	נא לציין אורך ורוחב בס"מ, בנוסף יש לציין אופציות רוחב הקיימות	2.2. מידות חיצוניות של אלונקה
		2.3. פעולת HI-LO הידראולית
גובה מינימלי בס"מ: _____	תנאי סף לא יותר מ-58 ס"מ נא לציין בס"מ	2.3.1. גובה מינימום
גובה מקסימלי בס"מ: _____	תנאי סף לא פחות 82 ס"מ	2.3.2. גובה מקסימום



מחלקת מכרזים
 טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט הדגם המוצע	הערכים הנדרשים ע"י שיבא	תיאור הדרישה – אלונקה למטרות כלליות
	נא לציין בס"מ	
	תנאי סף 2 בוכנות	2.4. כמות בוכנות לפעולת HI-LOW
	תנאי סף	2.5 Trendelenburg/Reverse Trendelenburg
זווית במע': _____	תנאי סף $\pm 16^\circ$ לפחות	2.5.1 זווית פעולת Trendelenburg/Reverse Trendelenburg
	תנאי סף יכולת הפעלה משני צידי אלונקה נא לציין אופציות נוספות	2.6. פדלים להפעלת Hi-Lo ו- Trendelenburg
זווית משענת גב בס"מ: _____	תנאי סף זווית 70° לפחות, נא לציין זווית	2.7. שינוי זווית של משענת גב עליון



מחלקת מכרזים
 טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט הדגם המוצע	הערכים הנדרשים ע"י שיבא	תיאור הדרישה – אלונקה למטרות כלליות
אופן הגנה: _____ _____	תנאי סף נא לציין אופן הגנה – פסים לאורך האלונקה, דפנות צד וכדומה	2.8. הגנה לכל היקף האלונקה
	תנאי סף	2.9. הגנה בפינות האלונקה
כושר נשיאה מקסימלי בק"ג: _____	תנאי סף 250 ק"ג לפחות, נא לציין משקל	2.10. משקל נשיאה מקסימאלי (SWL)
משקל עצמי בק"ג: _____	נא לציין בק"ג	2.10.1. משקל עצמי של אלונקה
חומר שלד האלונקה: _____ חומר מצע מזרן: _____	נא לציין חומרים	2.11. שלד של אלונקה ומצע של המזרון
		3. גלגלים
שם יצרן הגלגלים: _____	תנאי סף נא לציין ולצרף מפרט הטכני של הגלגל	3.1. תוצרת TENTE או שווה ערך
	תנאי סף	3.2. עשויים מקשה אחת
סוג החומר של גלגלים: _____	תנאי סף	3.3. עשויים מחומר לא מחליד
קוטר בס"מ או inch: _____	תנאי סף	3.4. קוטר הגלגלים 8" (20 ס"מ)



מחלקת מכרזים
 טל: 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט הדגם המוצע	הערכים הנדרשים ע"י שיבא	תיאור הדרישה – אלונקה למטרות כלליות
	תנאי סף	3.5. גלגלים לא משאירים סימנים על הרצפה
אופן נעילה: _____	תנאי סף נא לציין אופן	3.6. נעילה מרכזית של הגלגלים מ-4 כיווני האלונקה (מקדימה, אחורה ומהצדדים), או מ-4 פינות של אלונקה
	תנאי סף	3.7. מנגנון נעילה מרכזי כולל 3 פונקציות: נעילה, נעילת כיוון, שחרור
נא לציין סוג המעקה: _____	תנאי סף קיפול בשיטת Fold, Collapsible/Glideaway Down נא לציין שיטה ולצרף תמונה	4. מעקה בשני צדי אלונקה מתקפל
		5. מזרן
יש לצרף דו"ח מעבדה בנושא עיכוב בעירה עבור חומר המזרן ועבור כיסוי של המזרן או עבור כל המזרן בכללותו:	תנאי סף	5.1. עשוי מחומרים חסני אש



מחלקת מכרזים
 טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט הדגם המוצע	הערכים הנדרשים ע"י שיבא	תיאור הדרישה – אלונקה למטרות כלליות
תעודה ממכון התקנים המעידה על עמידה בדרישות התקן ישראלי ת"י 5418/518, או עמידה בתקן עיכוב בעירה מהמדינות הבאות: מדינות מערב אירופה/יפן/אוסטרליה/מדינות צפון אמריקה		
נא לציין סוג החומר: _____	תנאי סף נא לפרט ולציין האם מגומם	5.2. ציפוי בד אנטי סטאטי ואנטי בקטריאלי, בלתי חדיר לנוזלים
עובי מזרן בס"מ או inch: _____	תנאי סף נא לציין סוג וצפיפות הספוג, האם מוגדר למניעת פצי לחץ	5.3. עובי של 4" לפחות (10 ס"מ)
צבע: _____	נא לציין צבע	5.4. צבע מעודף – שחור
		6. דרישות כלליות
	תנאי סף	6.1. מיקום לשמירת חפצים ומיכל חמצן
	תנאי סף	6.2. הכנה לעמוד עירווי ב-4 פינות של אלונקה
	תנאי סף נא לציין חומר	6.3. עמוד עירווי מובנה טלסקופי מתקפל

מחלקת מכרזים
טל: 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט הדגם המוצע	הערכים הנדרשים ע"י שיבא	תיאור הדרישה – אלונקה למטרות כלליות
	תנאי סף	6.4. ידיות אחיזה (כידון) מצד הראש עבור מעקה מסוג Collapsible/Slide away
	תנאי סף	6.4.1. ידיות אחיזה מובנות במעקה מסוג Folded Down
	תנאי סף	6.5. הכנה לאחיזה אביזרים שונים, Drainage bags וכו'. (נא לציין אפשרויות)
	תנאי סף	6.6. לציין אפשרויות ותנועות נוספות של אלונקה
נא לצרף הצהרת היצרן	תנאי סף	6.7. אלונקה עמידה בשטיפה ע"י חומרי ניקוי וחיטוי המאושרים ע"י משרד הבריאות (חוזר מנהל רפואה מספר 12.2006 – הנחיות לניקוי וחיטוי במוסדות רפואיים)

מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט הדגם המוצע	הערכים הנדרשים ע"י שיבא	תיאור הדרישה – אלונקה למטרות כלליות
		ובחומר מאושר בשיבא: כלור עד 1,000 ppm
נא לצרף הצהרת היצרן	אמות מידה	6.8. אלונקה עמידה בשטיפה ע"י חומרי ניקוי וחיטוי המאושרים ע"י משרד הבריאות ובחומר מאושר בשיבא: כלור עד 5,000 ppm
	תנאי סף	6.9. יכולת סימון ומספור האלונקה לצרכים פנימיים של ביה"ח (הדפסה על גוף אלונקה " חדרי ניתוח" או אחרת (בבסיס))



מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

למען הסר ספק, המחיר המוצע לאלונקה כללית כולל את הפריטים בטבלה לרבות תנאים לאספקה:

פירוט לגבי הדגם המוצע	כמות	תיאור לאספקה – אלונקה כללית
	1 יח'	1. אלונקת חדרי ניתוח לפי מפרט טכני
	1 יח'	2. אחריות 5 שנים כולל חלקי חילוף, עבודה וטיפולים תקופתיים בהתאם להוראות היצרן
	1 יח'	3. עמוד עירווי מובנה טלסקופי מתקפל - סעיף 6.3 של המפרט הטכני לעיל
	1 יח'	4. ידיות אחיזה (כידון) מצד הראש בהתאם לסעיפים 6.4, 6.4.1 של המפרט הטכני
	1 יח'	5. קיים מספר זיהוי נגיש של היצרן באלונקה
		6. <u>דרישות לאספקה:</u>
	תנאי סף	6.1. אישורי תקינה שבסעיף 1 של המפרט הטכני לעיל



מחלקת מכרזים
 טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

	נא לצרף	
	<u>אלונקה תאושר</u> <u>להמשך תהליך</u> <u>מכרזי בהתאם</u> <u>לתוצאות מבחן</u> <u>בלבד</u>	6.2. <u>אלונקה תעבור מבחן עליה לרמפה של אמבולנס שיבא והעמדה בתוך הרכב</u>
	תנאי סף נא לצרף	6.3. הוראות החזקה (Service Manual) של הכורסא
	תנאי סף נא לצרף	6.4. הוראות הפעלה ושימוש (User Manual) של הכורסא
	תנאי סף נא לצרף	6.5. התחייבות היצרן לאספקת חלקי חילוף 7 שנים לפחות לאחר תום יצור הדגם
	תנאי סף	6.6. הדרכה של הצוות עד לקבלת שביעות רצון מלאה
	תנאי סף נא לצרף	6.7. שרטוט הכורסא עם כלל החלקים הקיימים – "שרטוט פצה" (שרטוט מבט מפורק)
	תנאי סף נא לציין	6.8. עלות הסכם שירות שנתי לאחר תום תקופת האחריות בת 5 שנים כולל חלקי חילוף, עבודה וטיפוליים בהתאם להוראות היצרן



מחלקת מכרזים
טל: 03-5303558

מכרז מס' 10002750

	תנאי סף נא לציין	6.9. עלות שעת עבודה של טכנאי הספק לקריאת שירות בשעות עבודה רגילות (בין שעות 8 עד 17:00 בימים א' – ה')
	תנאי סף נא לציין	6.10. עלות שעת נסיעה של טכנאי הספק לקריאת שירות בשעות עבודה רגילות (בין שעות 8 עד 17:00 בימים א' – ה')
	תנאי סף נא לציין	6.11. עלות שעת עבודה של טכנאי הספק לקריאת שירות בשעות עבודה חריגות (לאחר 17:00 בימים א' – ה' ובסופי שבוע וחגים)
	תנאי סף נא לציין	6.12. עלות שעת נסיעה של טכנאי הספק לקריאת שירות בשעות עבודה חריגות (לאחר 17:00 בימים א' – ה' ובסופי שבוע וחגים)
	תנאי סף נא לצרף	6.13. התחייבות ל-SLA – 24 שעות במקרה של תקלה לא משביתה
	תנאי סף נא לצרף	6.14. התחייבות ל-SLA – 12 שעות במקרה של תקלה משביתה



מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

	תנאי סף נא לצרף	6.15. התחייבות הספק להחזיק כלל החלקים החיוניים במלאי ארצי (חלקים שהשבתתם מובילה להשבתת המיטה, דוגמת חלקים של מערכת חשמלית, גלגלים, שלטים וכדומה)
	תנאי סף נא לציין	6.16. השתתפות במכרז כוללת בדיקה פיזית של המיטה ע"י צוות הבודקים. מיטה תיבדקנה לעמידה בתנאי סף ובאופן פונקציונלי (ראה סעיף ה'מתה - אמות מידה).

מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

דרישות אופציונליות ואביזרים:

פירוט לגבי הדגם המוצע	מחיר (ללא מע"מ)	תנאי סף	אביזרים ואביזרים אופציונליים – אלונקה למטרות כלליות
			1. פעולת Fowler לרגלים
			2. פעולת Hi-Lo ו-Trendelenburg מדושה נוספת/נוספות
	מחירון ספק		3. יכולת התקנת Air tag באלונקה
	מחירון ספק	אביזר חובה	4. מוט עירווי טלסקופי נשלף
	מחירון ספק	אביזר חובה	5. מוט עירווי מובנה טלסקופי מתקפל
	מחירון ספק	אביזר חובה	6. ידיעות אחיזה (כידון) בהתאם לסעיפים 6.4, 6.4.1 של המפרט הטכני
	מחירון ספק	אביזר חובה	7. מתקן אנכי למיכל חמצן



מחלקת מכרזים
 טל: 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט לגבי הדגם המוצע	מחיר (ללא מע"מ)	תנאי סף	אביזרים ואביזרים אופציונליים – אלונקה למטרות כלליות
	מחירון ספק	אביזר חובה	8. חגורות אחיזה (Transport Strap)
	מחירון ספק		9. מתקן לתיק החולה (Chart Holder)
	מחירון ספק		10. מרגלות
	מחירון ספק		11. מדף נשלף למוניטור במרגלות האלונקה כולל רצועות לקיבוע מוניטור (Convertible Footboard)
	מחירון ספק	אביזר חובה	12. מזרן לפי סעיף 5 של המפרט הטכני
	מחירון ספק	אביזר חובה	13. ציפוי של המזרן
	מחירון ספק	אביזר חובה	14. גלגל חמישי
	מחירון ספק		15. מזרן בעובי מעל 4" (10 ס"מ) , נא לציין מה קיים

מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט לגבי הדגם המוצע	מחיר (ללא מע"מ)	תנאי סף	אביזרים ואביזרים אופציונליים – אלונקה למטרות כלליות
	מחירון ספק יש לציין אופן חיבור		16. מתקן לבקבוק ספטול במרגלות האלונקה
	מחירון ספק		17. ידיות אחיזה (כידון) מתקפלות
	מחירון ספק		18. ידיות אחיזה מצד הראש
	מחירון ספק		19. שיחרור נעילת המעקות משני צדי המעקה
			20. אביזרים אופציונליים נוספים: במידה וקיימים יש לציין בהמשך הטבלה
			20.1
			20.2
			20.3

THE STATE OF ISRAEL
MINISTRY OF HEALTH
THE CHIME SHEBA MEDICAL CENTER
Affiliated to the Tel-Aviv University
Sackler School of Medicine
TEL-HASHOMER 52621, ISRAEL



משרד בריאות

מדינת ישראל
המרכז הרפואי המשולב ע"ש חיים שיבא
מסונף לבית הספר לרפואה ע"ש סאקלר
באוניברסיטת תל-אביב
תל-השומר 52621, ישראל

מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט לגבי הדגם המוצע	מחיר (ללא מע"מ)	תנאי סף	אביזרים ואביזורים אופציונליים – אלונקה למטרות כלליות
			.20.4
			.20.5
			.20.6
			.20.7



מחלקת מכרזים
 טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

חלקי חילוף – עלויות:

פירוט לגבי הדגם המוצע	מק"ט היצרן	מחיר (בש"ח ללא מע"מ)	פרוט הנתונים – חלקי חילוף אלונקה למטרות כלליות
		מחירון ספק	1. בוכנה הידראולית
		מחירון ספק	2. מעקה שמאלית קומפלט
		מחירון ספק	3. מעקה ימנית קומפלט
		מחירון ספק	4. גלגל קומפלט לפי סעיף 3 של המפרט הטכני
		מחירון ספק	5. Gas Spring עבור משענת גב
		מחירון ספק	6. מזרון לפי סעיף 5 של המפרט הטכני
		מחירון ספק	7. ציפוי של המזרון
		מחירון ספק	8. גלגל חמישי קומפלט
			9. חלקי חילוף נוספים: במידה וקיימים יש לציין בהמשך הטבלה
		מחירון ספק	9.1
		מחירון ספק	9.2



מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט לגבי הדגם המוצע	מק"ט היצרון	מחיר (בש"ח ללא מע"מ)	פרוט הנתונים – חלקי חילוף אלונקה למטרות כלליות
		מחירון ספק	.9.3
		מחירון ספק	.9.4
		מחירון ספק	.9.5
		מחירון ספק	.9.6
		מחירון ספק	.9.7
		מחירון ספק	.9.8
		מחירון ספק	.9.9
		מחירון ספק	.9.10



מחלקת מכרזים
טל: 03-5303558

מכרז מס' 10002750

אמות המידה לניקוד איכות – אלונקה למטרות כלליות

במכרז זה אמות מידה מהוות 30% מהציון המשוקלל, כאשר עלות האלונקה מהווה 70% מהציון המשוקלל. מוצר שהניקוד שיינתן לו יהיה נמוך מציון הסף שנקבע לרכיב מסוים - ייפסל. הניקוד להלן ייקבע כדלקמן: בודקים מקצועיים מטעם ביה"ח שיבא יעריכו את המוצר, כ"א בנפרד ללא התייעצות הדדית. הניקוד שיינתן למוצר יקבע לפי נוסחת חישוב בהתבסס על ממוצע ציוני הבודקים.

תיאור	סעיף במפרט	ציון סף	ציון	פירוט לגבי הדגם המוצע
1. כושר נשיאה של המיטה:				
1.1 יותר מ-250 ק"ג ופחות מ-290 ק"ג	2.10		8 או	
1.2 יותר מ-290 ק"ג	2.10		12	
1.3 יכולת התקנת Air tag באלונקה	סעיף 4 דרישות אופציונליות		8	
1.4 אלונקה עמידה בשטיפה ע"י חומרי ניקוי וחיטוי המאושרים ע"י משרד	6.7.1		12	



מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט לגבי הדגם המוצע	ציון	ציון סף	סעיף במפרט	תיאור
				הבריאות ובחומר מאושר בשיבא: כלור עד 5,000 ppm
	20	12		2. נוחות בהובלת האלונקה
	14	8		3. נוחות בניקוי של האלונקה
	14	8	2.7	4. מידת הקושי בהפעלת משענת גב
	20	12	4	5. מידת הקושי בהפעלת המעקה
	100			6. סה"כ

מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

טופס בדיקה לאלונקה למטרות כלליות

דגם האלונקה: _____

יצרן האלונקה: _____

שם המציע: _____

שם הבודק: _____

דרג/י בסולם מ-1 עד 5, את הפרמטרים הבאים בהתאם לטבלת נקודות איכות עבור האלונקה,
כאשר 1 מייצג את הציון הנמוך ביותר ו-5 מייצג את הציון הגבוה ביותר.

פירוט לגבי הדגם המוצע	הערות	5	4	3	2	1	תיאור
							1. נוחות בהובלת האלונקה
							2. נוחות בניקוי של האלונקה
							3. מידת הקושי בהפעלת משענת גב
							4. מידת הקושי בהפעלת המעקה

חתימת הבודק: _____

תאריך: _____

THE STATE OF ISRAEL
MINISTRY OF HEALTH
THE CHIME SHEBA MEDICAL CENTER
Affiliated to the Tel-Aviv University
Sackler School of Medicine
TEL-HASHOMER 52621, ISRAEL



מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

משרד בריאות

מדינת ישראל
המרכז הרפואי המשולב ע"ש חיים שיבא
מסונף לבית הספר לרפואה ע"ש סאקלר
באוניברסיטת תל-אביב
תל-השומר 52621, ישראל

ריכוז סיכום בדיקת אלונקה למטרות כלליות

דגם האלונקה: _____

יצרן האלונקה: _____

שם המציע: _____

– הציון המשוקלל מחושב לפי משוואה –

$$finalGrade = \frac{meanGrade}{max Grade} \cdot Score$$

כאשר –

$finalGrade$ - מייצג את הציון המשוקלל הסופי.

$meanGrade$ - מייצג את הציון הממוצע מבין הבודקים.

$max Grade$ - מייצג את הציון המקסימאלי - 5

$Score$ - מייצג את הניקוד המתאים לפי טבלת נקודות איכות



מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט לגבי הדגם המוצע	הערות	ציון סף לפי טבלת נקודות איכות	תיאור
		12	1. נוחות בהובלת האלונקה
		8	2. נוחות בניקוי של האלונקה
		8	3. מידת הקושי בהפעלת משענת גב
		12	4. מידת הקושי בהפעלת המעקה

מחלקת מכרזים
טל: 03-5303558

מכרז מס' 10002750

הנדון: אפיון טכני לאלונקת מיון/מיון טראומה
עבור ביה"ח שיבא תל השומר

מפרט טכני עבור אלונקה:

_____ ספק:
_____ דגם:
_____ יצרן:

פירוט הדגם המוצע	הערכים הנדרשים ע"י שיבא	תיאור הדרישה – אלונקת מיון/מיון טראומה
		1. אישורי תקינה:
	נא לצרף	1.1. אישור אמ"ר בתוקף
		2. <u>דרישות טכניות:</u>



מחלקת מכרזים
 טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט הדגם המוצע	הערכים הנדרשים ע"י שיבא	תיאור הדרישה – אלונקת מיון/מיון טראומה
		2.1. מידות מצע המזרן:
רוחב מצע בס"מ: _____	תנאי סף: רוחב בין- 73 – 76 ס"מ נא לציין אורך ורוחב בס"מ לרבות אופציות נוספות	2.1.1. רוחב מצע המזרן
אורך מצע בס"מ: _____	תנאי סף: אורך לא פחות מ-190 ס"מ נא לציין אורך ורוחב בס"מ לרבות אופציות נוספות	2.1.2. אורך מצע המזרן
מידת אורך חיצוני בס"מ: _____ מידת רוחב חיצונית בס"מ: _____	נא לציין אורך ורוחב בס"מ, בנוסף יש לציין אופציות רוחב הקיימות	2.2. מידות חיצוניות של אלונקה
		2.3. פעולת HI-LO הידראולית
גובה מינימלי בס"מ: _____	תנאי סף לא יותר מ-62 ס"מ נא לציין בס"מ	2.3.1. גובה מינימום



מחלקת מכרזים
 טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט הדגם המוצע	הערכים הנדרשים ע"י שיבא	תיאור הדרישה – אלונקת מיון/מיון טראומה
גובה מקסימלי בס"מ: _____	תנאי סף לא פחות 85 ס"מ נא לציין בס"מ	2.3.2. גובה מקסימום
	תנאי סף 2 בוכנות	2.4. כמות בוכנות לפעולת HI-LOW
	תנאי סף	2.5. Trendelenburg/Reverse Trendelenburg
זווית במע': _____	תנאי סף $\pm 16^\circ$ לפחות	2.5.1. זווית פעולת Trendelenburg/Reverse Trendelenburg
	תנאי סף יכולת הפעלה משני צידי אלונקה נא לציין אופציות נוספות	2.6. פדלים להפעלת Hi-Lo ו-Trendelenburg
זווית משענת גב בס"מ: _____	תנאי סף זווית 70° לפחות, נא לציין זווית	2.7. שינוי זווית של משענת גב עליון



מחלקת מכרזים
 טל: 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט הדגם המוצע	הערכים הנדרשים ע"י שיבא	תיאור הדרישה – אלונקת מיון/מיון טראומה
אופן הגנה: _____	תנאי סף, נא לציין אופן הגנה – פסים לאורך האלונקה, דפנות צד וכדומה	2.8. הגנה לכל היקף האלונקה
	תנאי סף	2.9. הגנה בפנינות האלונקה
כושר נשיאה מקסימלי בק"ג: _____	תנאי סף 250 ק"ג לפחות, נא לציין משקל	2.10. משקל נשיאה מקסימאלי (SWL)
משקל עצמי בק"ג: _____	נא לציין בק"ג	2.10.1. משקל עצמי של אלונקה
חומר שלד האלונקה: _____ חומר מצע מזרן: _____	נא לציין חומרים	2.11. שלד של אלונקה ומצע של המזרן
		3. גלגלים
שם יצרן הגלגלים: _____	תנאי סף, נא לציין יצרן	3.1. תוצרת TENTE או שווה ערך
	תנאי סף	3.2. עשויים מקשה אחת
סוג החומר של גלגלים: _____	תנאי סף	3.3. עשויים מחומר לא מחליד



מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט הדגם המוצע	הערכים הנדרשים ע"י שיבא	תיאור הדרישה – אלונקת מיון/מיון טראומה
קוטר בס"מ או inch : _____	תנאי סף	3.4. קוטר הגלגלים 8"
	תנאי סף	3.5. גלגלים לא משאירים סימנים על הרצפה
אופן נעילה : _____ _____	תנאי סף נא לציין אופן	3.6. נעילה מרכזית של הגלגלים מ-4 כיווני האלונקה (מקדימה, אחורה ומהצדדים), או מ-4 פינות של אלונקה
	תנאי סף	3.7. מנגנון נעילה מרכזית כולל 3 פונקציות: נעילה, נעילת כיוון, שחרור
	תנאי סף קיפול בשיטת Glide away – מתקפלת מתחת למצע מזרן. יש לצרף תמונה	4. מעקה מתקפל בשני צדי אלונקה
חומר מעקה : _____	תנאי סף	4.1. מעקה עשוי פלב"מ או פלב"מ משולב חומר פלסטי
		5. אפשרות לצילום X-Ray



מחלקת מכרזים
 טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט הדגם המוצע	הערכים הנדרשים ע"י שיבא	תיאור הדרישה – אלונקת מיון/מיון טראומה
	תנאי סף	5.1. מצע מזרן שקיף X-Ray
אופן מקום של קסטה: _____	תנאי סף נא לציין אופן	5.2. מקום לקסטה X-ray לכול האורך מצע מזרן
לציין שיטה: _____	נא לציין, האם קיים, או קיימת שיטה אחרת	5.2.1. משטח לקסטה מתכוונן לגובה לצורך הצמדת קסטה למצע מזרן
אופן הכנסת קסטה בחלק עליו של הגוף _____ אופן הכנסת קסטה בחלק תחתון של הגוף _____	תנאי סף נא לציין אופן הכנסת קסטה	5.3. מידות של הקסטה הגדולה ביותר 48 x 48 cm
	נא לציין האם קיים כסטנדרט	5.4. סרגל מדידה לאורך מצע המזרן
		6. מזרן
יש לצרף דו"ח מעבדה בנושא איכות בעירה עבור חומר המזרן ועבור כיסוי של המזרן או עבור כל המזרן בכללותו: תעודה ממכון התקנים המעידה על עמידה בדרישות התקן ישראלי ת"י 5418/518, או עמידה בתקן איכות בעירה מהמדינות הבאות:	תנאי סף נא לצרף מסמך עמידת המזרן בתקן איכות בעירה	6.1. עשוי מחומר מעכב בעירה



מחלקת מכרזים
 טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט הדגם המוצע	הערכים הנדרשים ע"י שיבא	תיאור הדרישה – אלונקת מיון/מיון טראומה
מדינות מערב אירופה/יפן/אוסטרליה/מדינות צפון אמריקה		
יש לצרף הצהרת היצרן או דף מקטלוג	תנאי סף, נא לפרט ולציין האם מגומם	6.2. ציפוי בד אנטי סטאטי ואנטי בקטריאלי, בלתי חדיר לנוזלים
עובי מזרן בס"מ או inch: _____	תנאי סף, נא לציין סוג וצפיפות הספוג, האם מוגדר למניעת פצי לחץ	6.3. עובי 4" לפחות
צבע המזרן: _____	נא לציין צבעים אפשריים	6.4. צבע המזרן מועדף - שחור
		7. דרישות כלליות
	תנאי סף נא לציין אופן	7.1. מיקום לשמירת חפצים ומיכל חמצן בבסיס האלונקה
	תנאי סף	7.2. מתקן הנכי עבור מיכל חמצן 5 ל'
	תנאי סף	7.3. הכנה לעמוד עירווי ב-4 פינות של אלונקה



מחלקת מכרזים
 טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט הדגם המוצע	הערכים הנדרשים ע"י שיבא	תיאור הדרישה – אלונקת מיון/מיון טראומה
	תנאי סף	7.4. ידיעות אחיזה מתקפלות (כידון) מצד הראש או רגליים
	תנאי סף	7.5. מרגלות
	תנאי סף	7.6. הכנה לאחיות אביזרים שונים, Drainage bags וכו'.. (נא לציין אפשרויות)
	נא לציין	7.7. אפשרויות ותנועות נוספות של אלונקה
נא לצרף הצהרת היצרן	תנאי סף	7.8. אלונקה עמידה בשטיפה ע"י חומרי ניקוי וחיטוי המאושרים ע"י משרד הבריאות (חוזר מנהל רפואה מספר 12.2006 –הנחיות לניקוי וחיטוי במוסדות רפואיים) ובחומר מאושר בשיבא: כלור עד 1,000 ppm
נא לצרף הצהרת היצרן	אמות מידה	7.8.1. אלונקה עמידה בשטיפה ע"י חומרי ניקוי וחיטוי



מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט הדגם המוצע	הערכים הנדרשים ע"י שיבא	תיאור הדרישה – אלונקת מיון/מיון טראומה
		המאושרים ע"י משרד הבריאות ובחומר מאושר בשיבא: כלור עד 5,000 ppm
	תנאי סף	7.9. יכולת סימון ומספור האלונקה לצרכים פנימיים של ביה"ח (הדפסה על גוף אלונקה " מלר"ד כללי" או אחרת (בבסיס))



מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

למען הסר ספק, המחיר המוצע לאלונקת מיון/מיון טראומה כולל את הפריטים בטבלה לרבות תנאים לאספקה:

פירוט לגבי הדגם המוצע	כמות	תיאור לאספקה – אלונקת מיון/מיון טראומה
	1 יח'	1. אלונקת מיון לפי מפרט טכני
	1 יח'	2. אחריות 5 שנים כולל חלקי חילוף, עבודה וטיפולים תקופתיים בהתאם להוראות היצרן
	1 יח'	3. עמוד עירווי - סעיף 7.4 של המפרט הטכני לעיל
	1 יח'	4. ידיות אחיזה (כידון) מצד הראש
	1 יח'	5. קיים מספר זיהוי נגיש של היצרן באלונקה
	1 יח'	6. סרגל מדידה לאורך מצע המזרן
		7. <u>דרישות לאספקה:</u>
	תנאי סף נא לצרף	7.1. אישורי תקינה שבסעיף 1 של המפרט הטכני לעיל



מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

<u>אלונקה תאושר להמשך תהליך מכרזי בהתאם לתוצאות מבחן בלבד</u>	<u>7.2. אלונקה תעבור מבחן עליה לרמפה של אמבולנס שיבא והעמדה בתוך הרכב</u>
תנאי סף נא לצרף	7.3. הוראות החזקה (Service Manual) של הכורסא
תנאי סף נא לצרף	7.4. הוראות הפעלה ושימוש (User Manual) של הכורסא
תנאי סף נא לצרף	7.5. התחייבות היצרן לאספקת חלקי חילוף 7 שנים לפחות לאחר תום יצור הדגם
תנאי סף	7.6. הדרכה של הצוות עד לקבלת שביעות רצון מלאה
תנאי סף נא לצרף	7.7. שרטוט הכורסא עם כלל החלקים הקיימים – "שרטוט פצצה" (שרטוט מבט מפורק)
תנאי סף נא לציין	7.8. עלות הסכם שירות שנתי לאחר תום תקופת האחריות בת 5 שנים כולל חלקי חילוף, עבודה וטיפוליים תקופתיים בהתאם להוראות היצרן



מחלקת מכרזים
טל: 03-5303558

מכרז מס' 10002750

	תנאי סף נא לציין	7.9. עלות שעת עבודה של טכנאי הספק לקריאת שירות בשעות עבודה רגילות (בין שעות 8 עד 17:00 בימים א' – ה')
	תנאי סף נא לציין	7.10. עלות שעת נסיעה של טכנאי הספק לקריאת שירות בשעות עבודה רגילות (בין שעות 8 עד 17:00 בימים א' – ה')
	תנאי סף נא לציין	7.11. עלות שעת עבודה של טכנאי הספק לקריאת שירות בשעות עבודה חריגות (לאחר 17:00 בימים א' – ה' ובסופי שבוע וחגים)
	תנאי סף נא לציין	7.12. עלות שעת נסיעה של טכנאי הספק לקריאת שירות בשעות עבודה חריגות (לאחר 17:00 בימים א' – ה' ובסופי שבוע וחגים)
	תנאי סף נא לצרף	7.13. התחייבות ל-SLA – 24 שעות במקרה של תקלה לא משביתה
	תנאי סף נא לצרף	7.14. התחייבות ל-SLA – 12 שעות במקרה של תקלה משביתה



מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

	תנאי סף נא לצרף	7.15. התחייבות הספק להחזיק כלל החלקים החיוניים במלאי ארצי (חלקים שהשבתתם מובילה להשבתת המיטה, דוגמת חלקים של מערכת חשמלית, גלגלים, שלטים וכדומה)
	תנאי סף נא לציין	7.16. השתתפות במכרז כוללת בדיקה פיזית של המיטה ע"י צוות הבודקים. מיטה תיבדקנה לעמידה בתנאי סף ובאופן פונקציונלי (ראה סעיף ה'מתה - אמות מידה).

מחלקת מכרזים
טל: 03-5303558

מכרז מס' 10002750

דרישות אופציונליות ואביזרים:

פירוט לגבי הדגם המוצע	מחיר (ללא מע"מ)	תנאי סף	אביזרים ואביזרים אופציונליים – אלונקת מיון/מיון טראומה
	מחירון ספק		1. פעולת Fowler לרגלים
	מחירון ספק		2. פעולת Hi-Lo ו-Trendelenburg מדוושה נוספת/נוספות
	מחירון ספק		3. יכולת התקנת Air tag באלונקה
	מחירון ספק	אביזר חובה	4. מוט עירווי טלסקופי נשלף
	מחירון ספק	אביזר חובה	5. מוט עירווי מובנה טלסקופי מתקפל
	מחירון ספק	אביזר חובה	6. ידיות אחיזה (כידון)



מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט לגבי הדגם המוצע	מחיר (ללא מע"מ)	תנאי סף	אביזרים ואביזרים אופציונליים – אלונקת מיון/מיון טראומה
	מחירון ספק	אביזר חובה	7. חגורות אחיזה (Transport Strap) עבור בית החזה, אגן, רגליים – סט של 3 חגורות
	מחירון ספק	אביזר חובה	8. מתקן אנכי למיכל חמצן
	מחירון ספק	אביזר חובה	9. חגורות אחיזה (Transport Strap)
	מחירון ספק	אביזר חובה	10. מתקן לתיק החולה (Chart Holder)
	מחירון ספק	אביזר חובה	11. מרגלות
	מחירון ספק	אביזר חובה	12. מדף נשלף למוניטור במרגלות האלונקה כולל רצועות לקיבוע מוניטור (Convertible Footboard)

מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

אביזרים ואביזרים אופציונליים – אלונקת מיון/מיון טראומה	תנאי סף	מחיר (ללא מע"מ)	פירוט לגבי הדגם המוצע
13. מזרן לפי סעיף 5 של המפרט הטכני	אביזר חובה	מחירון ספק	
14. ציפוי של המזרן	אביזר חובה	מחירון ספק	
15. בוקי עבור קסטה X-Ray	אביזר חובה	מחירון ספק	
16. מערכת שקילה (מאזניים) מובנת באלונקה			
17. מזרן בעובי מעל 4" , נא לציין מה קיים		מחירון ספק	
18. מתקן לבקבוק ספטול במרגלות האלונקה		מחירון ספק יש לציין אופן חיבור	
19. עגלת ציוד מיוחדת מתחברת לאלונקה לצורך הובלת מכשור רפואי		מחירון ספק	



מחלקת מכרזים
 טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט לגבי הדגם המוצע	מחיר (ללא מע"מ)	תנאי סף	אביזרים ואביזרים אופציונליים – אלונקת מיון/מיון טראומה
			: דפיברילטור, משאבות עירוי, ארגז כלים וכדומה
	מחירון ספק		20. "קרש" להעברת המטופל
	מחירון ספק	אביזר חובה	21. ידיות אחיזה (כידון) מתקפלות
	מחירון ספק	אביזר חובה	22. ידיות אחיזה מצד הראש
	מחירון ספק		23. שיחרור נעילת המעקות משני צדי המעקה
	מחירון ספק	אביזר חובה	24. סרגל מדידה לאורך מצע המזרן
	מחירון ספק		25. סרגל מדידה Bradshaw
			26. אביזרים אופציונליים נוספים: במידה וקיימים יש לציין בהמשך הטבלה

THE STATE OF ISRAEL
MINISTRY OF HEALTH
THE CHIME SHEBA MEDICAL CENTER
Affiliated to the Tel-Aviv University
Sackler School of Medicine
TEL-HASHOMER 52621, ISRAEL

משרד בריאות

מדינת ישראל
המרכז הרפואי המשולב ע"ש חיים שיבא
מסונף לבית הספר לרפואה ע"ש סאקלר
באוניברסיטת תל-אביב
תל-השומר 52621, ישראל



מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט לגבי הדגם המוצע	מחיר (ללא מע"מ)	תנאי סף	אביזרים ואביזרים אופציונליים – אלונקת מיון/מיון טראומה
			.26.1
			.26.2
			.26.3
			.26.4
			.26.5
			.26.6



מחלקת מכרזים
טל: 03-5303558

מכרז מס' 10002750

חלקי חילוף – עלויות:

פירוט לגבי הדגם המוצע	מק"ט היצרן	מחיר (בש"ח ללא מע"מ)	פרוט הנתונים – חלקי חילוף אלונקת מיון/מיון טראומה
		מחירון ספק	1. בוכנה הידראולית
		מחירון ספק	2. מעקה שמאלית קומפלט
		מחירון ספק	3. מעקה ימנית קומפלט
		מחירון ספק	4. גלגל קומפלט לפי סעיף 3 של המפרט הטכני
		מחירון ספק	5. Gas Spring עבור משענת גב
		מחירון ספק	6. Gas Spring עבור משענת רגליים
		מחירון ספק	7. מזרן לפי סעיף 5 של המפרט הטכני
		מחירון ספק	8. ציפוי של המזרן
			9. חלקי חילוף נוספים: במידה וקיימים יש לציין בהמשך הטבלה
		מחירון ספק	9.1



מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט לגבי הדגם המוצע	מק"ט היצרון	מחיר (בש"ח ללא מע"מ)	פרוט הנתונים – חלקי חילוף אלונקת מיון/מיון טראומה
		מחירון ספק	.9.2
		מחירון ספק	.9.3
		מחירון ספק	.9.4
		מחירון ספק	.9.5
		מחירון ספק	.9.6
		מחירון ספק	.9.7
		מחירון ספק	.9.8
		מחירון ספק	.9.9
		מחירון ספק	.9.10



מחלקת מכרזים
טל: 03-5303558

מכרז מס' 10002750

אמות המידה לניקוד איכות – אלונקת מיון/מיון טראומה

במכרז זה אמות מידה מהוות 30% מהציון המשוקלל, כאשר עלות האלונקה מהווה 70% מהציון המשוקלל. מוצר שהניקוד שיינתן לו יהיה נמוך מציון הסף שנקבע לרכיב מסוים - ייפסל. הניקוד בסעיפים להלן ייקבע כדלקמן: בודקים מקצועיים מטעם ביה"ח שיבא יעריכו את המוצר, כ"א בנפרד ללא התייעצות הדדית. הניקוד שיינתן למוצר יקבע לפי נוסחת חישוב בהתבסס על ממוצע ציוני הבודקים.

תיאור	סעיף במפרט	ציון סף	ציון	פירוט לגבי הדגם המוצע
1. יכולת התקנת Air tag באלונקה	סעיף 4 דרישות אופציונליות		8	
2. עגלת ציוד מיוחדת מתחברת לאלונקה לצורך הובלת מכשור רפואי (במידה וקיים יש לצרף שרטוט)	סעיף 21 דרישות אופציונליות		7	
3. כושר נשיאה של האלונקה:				
4. יותר מ-250 ק"ג ופחות מ-290 ק"ג	2.10		4 או	
5. יותר מ-290 ק"ג	2.10		8	

מחלקת מכרזים
טל: 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט לגבי הדגם המוצע	ציון	ציון סף	סעיף במפרט	תיאור
	8		7.10.1	6. אלונקה עמידה בשטיפה ע"י חומרי ניקוי וחיטוי המאושרים ע"י משרד הבריאות ובחומר מאושר בשיבא: כלור עד 5,000 ppm
	14	8		7. נוחות בהובלת האלונקה
	11	7		8. נוחות בניקוי של האלונקה
	12	7	2.7	9. מידת הקושי בהפעלת משענת גב
	12	7	4	10. מידת הקושי בהפעלת המעקה
	10	6		11. נוחות ישיבה באלונקה עם מעקה מקופל
	10	6		12. נוחות בהכנסת קסטה X-Ray
	100			13. סה"כ



מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

טופס בדיקה לאלונקת מיון/מיון טראומה

דגם אלונקת מיון: _____

יצרן אלונקת מיון: _____

שם המציע: _____

שם הבודק: _____

דרג/י בסולם מ-1 עד 5, את הפרמטרים הבאים בהתאם לטבלת נקודות איכות עבור אלונקת מיון,
כאשר 1 מייצג את הציון הנמוך ביותר ו-5 מייצג את הציון הגבוה ביותר.

פירוט לגבי הדגם המוצע	הערות	5	4	3	2	1	תיאור
							1. נוחות בהובלת האלונקה
							2. נוחות בניקוי של האלונקה
							3. מידת הקושי בהפעלת משענת גב
							4. מידת הקושי בהפעלת המעקה

THE STATE OF ISRAEL
MINISTRY OF HEALTH
THE CHIME SHEBA MEDICAL CENTER
Affiliated to the Tel-Aviv University
Sackler School of Medicine
TEL-HASHOMER 52621, ISRAEL



משרד בריאות

מדינת ישראל
המרכז הרפואי המשולב ע"ש חיים שיבא
מסונף לבית הספר לרפואה ע"ש סאקלר
באוניברסיטת תל-אביב
תל-השומר 52621, ישראל

מחלקת מכרזים
טל: 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט לגבי הדגם המוצע	הערות	5	4	3	2	1	תיאור
							5. נוחות ישיבה באלונקה עם מעקה מקופל
							6. נוחות בהכנסת קסטת X-Ray

חתימת הבודק: _____

תאריך: _____

THE STATE OF ISRAEL
MINISTRY OF HEALTH
THE CHIME SHEBA MEDICAL CENTER
Affiliated to the Tel-Aviv University
Sackler School of Medicine
TEL-HASHOMER 52621, ISRAEL



מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

משרד בריאות

מדינת ישראל
המרכז הרפואי המשולב ע"ש חיים שיבא
מסונף לבית הספר לרפואה ע"ש סאקלר
באוניברסיטת תל-אביב
תל-השומר 52621, ישראל

ריכוז סיכום בדיקת אלונקת מיון/מיון טראומה

דגם אלונקת מיון: _____
יצרן אלונקת מיון: _____
שם המציע: _____

– הציון המשוקלל מחושב לפי משוואה –

$$finalGrade = \frac{meanGrade}{max Grade} \cdot Score$$

– כאשר –

$finalGrade$ - מייצג את הציון המשוקלל הסופי.

$meanGrade$ - מייצג את הציון הממוצע מבין הבודקים.

$max Grade$ - מייצג את הציון המקסימאלי - 5

$Score$ - מייצג את הניקוד המתאים לפי טבלת נקודות איכות



מחלקת מכרזים
טל: 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט לגבי הדגם המוצע	הערות	ציון סף לפי טבלת נקודות איכות	תיאור
		8	1. נוחות בהובלת האלונקה
		7	2. נוחות בניקוי של האלונקה
		7	3. מידת הקושי בהפעלת משענת גב
		7	4. מידת הקושי בהפעלת המעקה
		6	5. נוחות ישיבה באלונקה עם מעקה מקופל
		6	6. נוחות בהכנסת קסטה X-Ray

הנדון: אפיון טכני לאלונקת מיון / מיון טראומה עם מערכת שקילה
עבור ביה"ח שיבא תל השומר

ה. מפרט טכני עבור אלונקה עם מערכת שקילה:

ספק: _____

דגם: _____

יצרן: _____

פירוט הדגם המוצע	הערכים הנדרשים ע"י שיבא	תיאור הדרישה – אלונקת מיון עם מערכת שקילה
		1. <u>אישורי תקינה:</u>
	נא לצרף	1.1. אישור אמ"ר בתוקף



מחלקת מכרזים
 טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט הדגם המוצע	הערכים הנדרשים ע"י שיבא	תיאור הדרישה – אלונקת מיון עם מערכת שקילה
		2. דרישות טכניות:
		2.1. מידות מצע המזרן:
רוחב מצע בס"מ: _____	תנאי סף: רוחב בין- 73 – 76 ס"מ נא לציין אורך ורוחב בס"מ לרבות אופציות נוספות	2.1.1. רוחב מצע המזרן
אורך מצע בס"מ: _____	תנאי סף: אורך לא פחות מ-190 ס"מ נא לציין אורך ורוחב בס"מ לרבות אופציות נוספות	2.1.2. אורך מצע המזרן
מידת אורך חיצוני בס"מ: _____ מידת רוחב חיצונית בס"מ: _____	נא לציין אורך ורוחב בס"מ, בנוסף יש לציין אופציות רוחב הקיימות	2.2. מידות חיצוניות של אלונקה
		2.3. פעולת HI-LO הידראולית
גובה מינימלי בס"מ: _____	תנאי סף לא יותר מ-62 ס"מ נא לציין בס"מ	2.3.1. גובה מינימום



מחלקת מכרזים
 טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט הדגם המוצע	הערכים הנדרשים ע"י שיבא	תיאור הדרישה – אלונקת מיון עם מערכת שקילה
גובה מקסימלי בס"מ: _____	תנאי סף לא פחות 85 ס"מ נא לציין בס"מ	2.3.2. גובה מקסימום
	תנאי סף 2 בוכנות	2.4. כמות בוכנות לפעולת HI-LOW
	תנאי סף	2.5. Trendelenburg/Reverse Trendelenburg
זווית במע': _____	תנאי סף $\pm 16^\circ$ לפחות	2.5.1. זווית פעולת Trendelenburg/Reverse Trendelenburg
	תנאי סף יכולת הפעלה משני צידי אלונקה נא לציין אופציות נוספות	2.6. פדלים להפעלת Hi-Lo ו-Trendelenburg
זווית משענת גב בס"מ: _____	תנאי סף זווית 70° לפחות, נא לציין זווית	2.7. שינוי זווית של משענת גב עליון



מחלקת מכרזים
 טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט הדגם המוצע	הערכים הנדרשים ע"י שיבא	תיאור הדרישה – אלונקת מיון עם מערכת שקילה
אופן הגנה: _____	תנאי סף, נא לציין אופן הגנה – פסים לאורך האלונקה, דפנות צד וכדומה	2.8. הגנה לכל היקף האלונקה
	תנאי סף	2.9. הגנה בפינות האלונקה
כושר נשיאה מקסימלי בק"ג: _____	תנאי סף 250 ק"ג לפחות, נא לציין משקל	2.10. משקל נשיאה מקסימאלי (SWL)
משקל עצמי בק"ג: _____	נא לציין בק"ג	2.10.1. משקל עצמי של אלונקה
חומר שלד האלונקה: _____ חומר מצע מזרן: _____	נא לציין חומרים	2.11. שלד של אלונקה ומצע של המזרן
		3. גלגלים
שם יצרן הגלגלים: _____	תנאי סף, נא לציין יצרן	3.1. תוצרת TENTE או שווה ערך
	תנאי סף	3.2. עשויים מקשה אחת
סוג החומר של גלגלים: _____	תנאי סף	3.3. עשויים מחומר לא מחליד
קוטר בס"מ או inch: _____	תנאי סף	3.4. קוטר הגלגלים 8"



מחלקת מכרזים
 טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט הדגם המוצע	הערכים הנדרשים ע"י שיבא	תיאור הדרישה – אלונקת מיון עם מערכת שקילה
	תנאי סף	3.5. גלגלים לא משאירים סימנים על הרצפה
אופן נעילה: _____ _____	תנאי סף נא לציין אופן	3.6. נעילה מרכזית של הגלגלים מ-4 כיווני האלונקה (מקדימה, אחורה ומהצדדים), או מ-4 פינות של אלונקה
	תנאי סף	3.7. מנגנון נעילה מרכזית כולל 3 פונקציות: נעילה, נעילת כיוון, שחרור
	תנאי סף קיפול בשיטת Glide away – מתקפלת מתחת למצע מזרן. יש לצרף תמונה	4. מעקה מתקפל בשני צדי אלונקה
חומר מעקה: _____	תנאי סף	4.1. מעקה עשוי פלבי"מ או פלבי"מ משולב חומר פלסטי
		5. אפשרות לצילום X-Ray
	תנאי סף	5.1. מצע מזרן שקיף X-Ray



מחלקת מכרזים
 טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט הדגם המוצע	הערכים הנדרשים ע"י שיבא	תיאור הדרישה – אלונקת מיון עם מערכת שקילה
אופן מקום של קסטה: _____	תנאי סף נא לציין אופן	5.2. מקום לקסטה X-ray לכול האורך מצע מזרן
לציין שיטה: _____	נא לציין, האם קיים, או קיימת שיטה אחרת	5.2.1. משטח לקסטה מתכוונן לגובה לצורך הצמדת קסטה למצע מזרן
אופן הכנסת קסטה בחלק עליון של הגוף אופן הכנסת קסטה בחלק תחתון של הגוף	תנאי סף נא לציין אופן הכנסת קסטה	5.3. מידות של הקסטה הגדולה ביותר 5.4. 48 x 48 cm
	נא לציין האם קיים כסטנדרט	5.5. סרגל מדידה לאורך מצע המזרן
		6. מזרן
יש לצרף דו"ח מעבדה בנושא איכות בעירה עבור חומר המזרן ועבור כיסוי של המזרן או עבור כל המזרן בכללותו: תעודה ממכון התקנים המעידה על עמידה בדרישות התקן ישראלי ת"י 5418/518, או עמידה בתקן איכות בעירה מהמדינות הבאות: מדינות מערב	תנאי סף נא לצרף מסמך עמידת המזרן בתקן איכות בעירה	6.1. עשוי מחומר מעכב בעירה



מחלקת מכרזים
 טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט הדגם המוצע	הערכים הנדרשים ע"י שיבא	תיאור הדרישה – אלונקת מיון עם מערכת שקילה
אירופה/יפן/אוסטרליה/מדינות צפון אמריקה		
יש לצרף הצהרת היצרן או דף מקטלוג	תנאי סף, נא לפרט ולציין האם מגומם	6.2. ציפוי בד אנטי סטאטי ואנטי בקטריאלי, בלתי חדיר לנוזלים
עובי מזרן בס"מ או inch: _____	תנאי סף, נא לציין סוג וצפיפות הספוג, האם מוגדר למניעת פצי לחץ	6.3. עובי 4" לפחות
צבע המזרן: _____	נא לציין צבעים אפשריים	6.4. צבע המזרן מועדף - שחור
		7. דרישות כלליות
משקל שקילה מקסימלי בק"ג: _____ דיוק מערכת שקילה בק"ג: _____	תנאי סף נא לציין מאפיינים	7.1. מערכת שקילה מובנת באלונקה
	תנאי סף נא לציין אופן	7.2. מיקום לשמירת חפצים ומיכל חמצן בבסיס האלונקה
	תנאי סף	7.3. מתקן אנכי עבור מיכל חמצן 5 לי'
	תנאי סף	7.4. הכנה לעמוד עירווי ב-4 פינות של אלונקה



מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט הדגם המוצע	הערכים הנדרשים ע"י שיבא	תיאור הדרישה – אלונקת מיון עם מערכת שקילה
	תנאי סף	7.5. ידיות אחיזה מתקפלות (כידון) מצד הראש או רגליים
	תנאי סף	7.6. מרגלות
	תנאי סף	7.7. הכנה לאחיזת אביזרים שונים, Drainage bags וכו'.. (נא לציין אפשרויות)
	נא לציין	7.8. אפשרויות ותנועות נוספות של אלונקה
נא לצרף הצהרת היצרן	תנאי סף	7.9. אלונקה עמידה בשטיפה ע"י חומרי ניקוי וחיטוי המאושרים ע"י משרד הבריאות (חוזר מנהל רפואה מספר 12.2006 – הנחיות לניקוי וחיטוי במוסדות רפואיים) ובחומר מאושר בשיבא: כלור עד 1,000 ppm

מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט הדגם המוצע	הערכים הנדרשים ע"י שיבא	תיאור הדרישה – אלונקת מיון עם מערכת שקילה
נא לצרף הצהרת היצרן	אמות מידה	7.9.1 אלונקה עמידה בשטיפה ע"י חומרי ניקוי וחיטוי המאושרים ע"י משרד הבריאות ובחומר מאושר בשיבא: כלור עד 5,000 ppm
	תנאי סף	7.10 יכולת סימון ומספור האלונקה לצרכים פנימיים של ביה"ח (הדפסה על גוף אלונקה " מלר"ד כללי" או אחרת (בבסיס))



מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

למען הסר ספק, המחיר המוצע לאלונק מיון כולל את הפריטים בטבלה לרבות תנאים לאספקה:

פירוט לגבי הדגם המוצע	כמות	תיאור לאספקה – אלונקת מיון עם מערכת שקילה
	1 יח'	1. אלונקת מיון לפי מפרט טכני
	1 יח'	2. אחריות 5 שנים כולל חלקי חילוף, עבודה וטיפולים תקופתיים בהתאם להוראות היצרן
	1 יח'	3. מערכת שקילה מובנת באלונקה
	1 יח'	4. עמוד עירווי - סעיף 7.4 של המפרט הטכני לעיל
	1 יח'	5. ידיות אחיזה (כידון) מצד הראש
	1 יח'	6. קיים מספר זיהוי נגיש של היצרן באלונקה
	1 יח'	7. סרגל מדידה לאורך מצע המזרן
		8. <u>דרישות לאספקה:</u>



מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

	תנאי סף נא לצרף	8.1. אישורי תקינה שבסעיף 1 של המפרט הטכני לעיל
	<u>אלונקה תאושר להמשך תהליך מכרזי בהתאם לתוצאות מבחן בלבד</u>	8.2. <u>אלונקה תעבור מבחן עליה לרמפה של אמבולנס שיבא והעמדה בתוך הרכב</u>
	תנאי סף נא לצרף	8.3. הוראות החזקה (Service Manual) של הכורסא
	תנאי סף נא לצרף	8.4. הוראות הפעלה ושימוש (User Manual) של הכורסא
	תנאי סף נא לצרף	8.5. התחייבות היצרן לאספקת חלקי חילוף 7 שנים לפחות לאחר תום יצור הדגם
	תנאי סף	8.6. הדרכה של הצוות עד לקבלת שביעות רצון מלאה
	תנאי סף נא לצרף	8.7. שרטוט הכורסא עם כלל החלקים הקיימים – "שרטוט פצה" (שרטוט מבט מפורק)
	תנאי סף נא לציין	8.8. עלות הסכם שירות שנתי לאחר תום תקופת האחריות בת 5 שנים כולל חלקי חילוף, עבודה וטיפולים תקופתיים בהתאם להוראות היצרן



מחלקת מכרזים
טל: 03-5303558

מכרז מס' 10002750

	תנאי סף נא לציין	8.9. עלות שעת עבודה של טכנאי הספק לקריאת שירות בשעות עבודה רגילות (בין שעות 8 עד 17:00 בימים א' – ה')
	תנאי סף נא לציין	8.10. עלות שעת נסיעה של טכנאי הספק לקריאת שירות בשעות עבודה רגילות (בין שעות 8 עד 17:00 בימים א' – ה')
	תנאי סף נא לציין	8.11. עלות שעת עבודה של טכנאי הספק לקריאת שירות בשעות עבודה חריגות (לאחר 17:00 בימים א' – ה' ובסופי שבוע וחגים)
	תנאי סף נא לציין	8.12. עלות שעת נסיעה של טכנאי הספק לקריאת שירות בשעות עבודה חריגות (לאחר 17:00 בימים א' – ה' ובסופי שבוע וחגים)
	תנאי סף נא לצרף	8.13. התחייבות ל-SLA – 24 שעות במקרה של תקלה לא משביתה
	תנאי סף נא לצרף	8.14. התחייבות ל-SLA – 12 שעות במקרה של תקלה משביתה



מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

	תנאי סף נא לצרף	8.15. התחייבות הספק להחזיק כלל החלקים החיוניים במלאי ארצי (חלקים שהשבתתם מובילה להשבתת המיטה, דוגמת חלקים של מערכת חשמלית, גלגלים, שלטים וכדומה)
	תנאי סף נא לציין	8.16. השתתפות במכרז כוללת בדיקה פיזית של המיטה ע"י צוות הבודקים. מיטה תיבדקנה לעמידה בתנאי סף ובאופן פונקציונלי (ראה סעיף ה'מתה - אמות מידה).



מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

דרישות אופציונליות ואביזרים:

פירוט לגבי הדגם המוצע	מחיר (ללא מע"מ)	תנאי סף	אביזרים ואביזרים אופציונליים – אלונקת מיון עם מערכת שקילה
	מחירון ספק		1. פעולת Fowler לרגלים
	מחירון ספק		2. פעולת Hi-Lo ו-Trendelenburg מדוושה נוספת/נוספות
	מחירון ספק		3. יכולת התקנת Air tag באלונקה
	מחירון ספק	אביזר חובה	4. מוט עירווי טלסקופי נשלף
	מחירון ספק	אביזר חובה	5. מוט עירווי מובנה טלסקופי מתקפל
	מחירון ספק	אביזר חובה	6. ידיות אחיזה (כידון)



מחלקת מכרזים
 טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט לגבי הדגם המוצע	מחיר (ללא מע"מ)	תנאי סף	אביזרים ואביזרים אופציונליים – אלונקת מיון עם מערכת שקילה
	מחירון ספק	אביזר חובה	7. חגורות אחיזה (Transport Strap) עבור בית החזה, אגן, רגליים – סט של 3 חגורות
	מחירון ספק	אביזר חובה	8. מתקן אנכי למיכל חמצן
	מחירון ספק	אביזר חובה	9. חגורות אחיזה (Transport Strap)
	מחירון ספק	אביזר חובה	10. מתקן לתיק החולה (Chart Holder)
	מחירון ספק	אביזר חובה	11. מרגלות
	מחירון ספק	אביזר חובה	12. מדף נשלף למוניטור במרגלות האלונקה כולל רצועות לקיבוע מוניטור (Convertible Footboard)



מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט לגבי הדגם המוצע	מחיר (ללא מע"מ)	תנאי סף	אביזרים ואביזרים אופציונליים – אלונקת מיון עם מערכת שקילה
	מחירון ספק	אביזר חובה	13. מזרן לפי סעיף 5 של המפרט הטכני
	מחירון ספק	אביזר חובה	14. ציפוי של המזרן
	מחירון ספק	אביזר חובה	15. בוקי עבור קסטה X-Ray
	מחירון ספק	אביזר חובה	16. מערכת שקילה (מאזניים) מובנת באלונקה
	מחירון ספק		17. מזרן בעובי מעל 4" , נא לציין מה קיים
	מחירון ספק יש לציין אופן חיבור		18. מתקן לבקבוק ספטול במרגלות האלונקה
	מחירון ספק		19. עגלת ציוד מיוחדת מתחברת לאלונקה לצורך הובלת מכשור רפואי

מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט לגבי הדגם המוצע	מחיר (ללא מע"מ)	תנאי סף	אביזרים ואביזרים אופציונליים – אלונקת מיון עם מערכת שקילה
			: דפיברילטור, משאבות עירוי, ארגז כלים וכדומה
	מחירון ספק		20. "קרש" להעברת המטופל
	מחירון ספק	אביזר חובה	21. ידיות אחיזה (כידון) מתקפלות
	מחירון ספק	אביזר חובה	22. ידיות אחיזה מצד הראש
	מחירון ספק		23. שחרור נעילת המעקים משני צדי המעקה
	מחירון ספק	אביזר חובה	24. סרגל מדידה לאורך מצע המזרן
	מחירון ספק		25. סרגל מדידה Bradshaw
			26. אביזרים אופציונליים נוספים: במידה וקיימים יש לציין בהמשך הטבלה

THE STATE OF ISRAEL
MINISTRY OF HEALTH
THE CHIME SHEBA MEDICAL CENTER
Affiliated to the Tel-Aviv University
Sackler School of Medicine
TEL-HASHOMER 52621, ISRAEL



משרד בריאות

מדינת ישראל
המרכז הרפואי המשולב ע"ש חיים שיבא
מסונף לבית הספר לרפואה ע"ש סאקלר
באוניברסיטת תל-אביב
תל-השומר 52621, ישראל

מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט לגבי הדגם המוצע	מחיר (ללא מע"מ)	תנאי סף	אביזרים ואביזרים אופציונליים – אלונקת מיון עם מערכת שקילה
			.26.1
			.26.2
			.26.3
			.26.4
			.26.5
			.26.6



מחלקת מכרזים
טל: 03-5303558

מכרז מס' 10002750

חלקי חילוף – עלויות:

פירוט לגבי הדגם המוצע	מק"ט היצרן	מחיר (בש"ח ללא מע"מ)	פרוט הנתונים – חלקי חילוף אלונקת מיון עם מערכת שקילה
		מחירון ספק	1. בוכנה הידראולית
		מחירון ספק	2. מעקה שמאלית קומפלט
		מחירון ספק	3. מעקה ימנית קומפלט
		מחירון ספק	4. גלגל קומפלט לפי סעיף 3 של המפרט הטכני
		מחירון ספק	5. Gas Spring עבור משענת גב
		מחירון ספק	6. Gas Spring עבור משענת רגליים
		מחירון ספק	7. מזרן לפי סעיף 5 של המפרט הטכני
		מחירון ספק	8. ציפוי של המזרן
			9. חלקי חילוף נוספים: במידה וקיימים יש לציין בהמשך הטבלה
		מחירון ספק	9.1
		מחירון ספק	9.2



מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט לגבי הדגם המוצע	מק"ט היצרון	מחיר (בש"ח ללא מע"מ)	פרוט הנתונים – חלקי חילוף אלונקת מיון עם מערכת שקילה
		מחירון ספק	.9.3
		מחירון ספק	.9.4
		מחירון ספק	.9.5
		מחירון ספק	.9.6
		מחירון ספק	.9.7
		מחירון ספק	.9.8
		מחירון ספק	.9.9
		מחירון ספק	.9.10



מחלקת מכרזים
טל: 03-5303558

מכרז מס' 10002750

אמות המידה לניקוד איכות – אלונקת מיון עם מערכת שקילה

במכרז זה אמות מידה מהוות 30% מהציון המשוקלל, כאשר עלות האלונקה מהווה 70% מהציון המשוקלל. מוצר שהניקוד שיינתן לו יהיה נמוך מציון הסף שנקבע לרכיב מסוים - ייפסל. הניקוד בסעיפים להלן ייקבע כדלקמן: בודקים מקצועיים מטעם ביה"ח שיבא יעריכו את המוצר, כ"א בנפרד ללא התייעצות הדדית. הניקוד שיינתן למוצר יקבע לפי נוסחת חישוב בהתבסס על ממוצע ציוני הבודקים.

תיאור	סעיף במפרט	ציון סף	ציון	פירוט לגבי הדגם המוצע
1. יכולת התקנת Air tag באלונקה	סעיף 4 דרישות אופציונליות		8	
2. עגלת ציוד מיוחדת מתחברת לאלונקה לצורך הובלת מכשור רפואי (במידה וקיים יש לצרף שרטוט)	סעיף 21 דרישות אופציונליות		7	
3. כושר נשיאה של האלונקה:				
4. יותר מ-250 ק"ג ופחות מ-290 ק"ג	2.10		4 או	
5. יותר מ-290 ק"ג	2.10		8	

מחלקת מכרזים
טל: 03-5303558

מכרז מס' 10002750

תיאור	סעיף במפרט	ציון סף	ציון	פירוט לגבי הדגם המוצע
6. אלונקה עמידה בשטיפה ע"י חומרי ניקוי וחיטוי המאושרים ע"י משרד הבריאות ובחומר מאושר בשיבא: כלור עד 5,000 ppm	7.10.1		8	
7. נוחות בהובלת האלונקה		8	14	
8. נוחות בניקוי של האלונקה		7	11	
9. מידת הקושי בהפעלת משענת גב	2.7	7	12	
10. מידת הקושי בהפעלת המעקה	4	7	12	
11. נוחות ישיבה באלונקה עם מעקה מקופל		6	10	
12. נוחות בהכנסת קסטה X-Ray		6	10	
13. סה"כ			100	



מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

טופס בדיקה לאלונקת מיון עם מערכת שקילה

דגם אלונקת מיון: _____

יצרן אלונקת מיון: _____

שם המציע: _____

שם הבודק: _____

דרג/י בסולם מ-1 עד 5, את הפרמטרים הבאים בהתאם לטבלת נקודות איכות עבור אלונקת מיון עם מערכת שקילה,
כאשר 1 מייצג את הציון הנמוך ביותר ו-5 מייצג את הציון הגבוה ביותר.

פירוט לגבי הדגם המוצע	הערות	5	4	3	2	1	תיאור
							1. נוחות בהובלת האלונקה
							2. נוחות בניקוי של האלונקה
							3. מידת הקושי בהפעלת משענת גב
							4. מידת הקושי בהפעלת המעקה

THE STATE OF ISRAEL
MINISTRY OF HEALTH
THE CHIME SHEBA MEDICAL CENTER
Affiliated to the Tel-Aviv University
Sackler School of Medicine
TEL-HASHOMER 52621, ISRAEL



משרד בריאות

מדינת ישראל
המרכז הרפואי המשולב ע"ש חיים שיבא
מסונף לבית הספר לרפואה ע"ש סאקלר
באוניברסיטת תל-אביב
תל-השומר 52621, ישראל

מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

תיאור	1	2	3	4	5	הערות	פירוט לגבי הדגם המוצע
5. נוחות ישיבה באלונקה עם מעקה מקופל							
6. נוחות בהכנסת קסטת X-Ray							

חתימת הבודק: _____

תאריך: _____

THE STATE OF ISRAEL
MINISTRY OF HEALTH
THE CHIME SHEBA MEDICAL CENTER
Affiliated to the Tel-Aviv University
Sackler School of Medicine
TEL-HASHOMER 52621, ISRAEL



מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

משרד בריאות

מדינת ישראל
המרכז הרפואי המשולב ע"ש חיים שיבא
מסונף לבית הספר לרפואה ע"ש סאקלר
באוניברסיטת תל-אביב
תל-השומר 52621, ישראל

ריכוז סיכום בדיקת אלונקת מיון עם מערכת שקילה

דגם אלונקת מיון: _____
יצרן אלונקת מיון: _____
שם המציע: _____

– הציון המשוקלל מחושב לפי משוואה –

$$finalGrade = \frac{meanGrade}{max Grade} \cdot Score$$

כאשר –

$finalGrade$ - מייצג את הציון המשוקלל הסופי.

$meanGrade$ - מייצג את הציון הממוצע מבין הבודקים.

$max Grade$ - מייצג את הציון המקסימאלי - 5

$Score$ - מייצג את הניקוד המתאים לפי טבלת נקודות איכות

מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

תיאור	ציון סף לפי טבלת נקודות איכות	הערות	פירוט לגבי הדגם המוצע
5. נוחות בהובלת האלונקה	8		
6. נוחות בניקוי של האלונקה	7		
7. מידת הקושי בהפעלת משענת גב	7		
8. מידת הקושי בהפעלת המעקה	7		
9. נוחות ישיבה באלונקה עם מעקה מקופל	6		
10. נוחות בהכנסת קסטה X-Ray	6		

הנדון: אפיון טכני עריסת תינוק בסיסית
עבור ביה"ח שיבא תל השומר

מפרט הטכני עבור עריסת תינוק בסיסית:

שם הספק: _____
דגם: _____
שם היצרן: _____

פירוט הדגם המוצע	הערכים התנאי סף ע"י שיבא	תיאור הדרישה – עריסת תינוק בסיסית	
		<u>אישורי תקינה:</u>	1.
	תנאי סף נא לצרף	אישור אמ"ר בתוקף	1.1.



מחלקת מכרזים
 טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט הדגם המוצע	הערכים התנאי סף ע"י שיבא	תיאור הדרישה – עריסת תינוק בסיסית	
		אופן בניית העריסה ומידות:	2.
חומר הגוף: _____	תנאי סף נא לציין מה קיים	גוף העריסה עשוי מתכת או אלומיניום צבועים בצבע אפוקסי בתנור	2.1.
נא לציין סוג החומר, במידה וקיים כיסוי: _____	תנאי סף במידה וקיים	בסיס גלגלים מכוסה ע"י כיסוי מחומר פלסטי	2.2.
חומר של אמבטיה: _____	תנאי סף נא לציין סוג החומר	אמבטיה עשויה מחומר פלסטי שקוף (Polycarbonate או שוואה ערך)	2.3.
	נא לציין במידה וקיים	בתחתית אמבטיה קיימים חורים לצורך אוורור	2.3.1.
צבעים: _____ _____	נא לציין במידה ואופציה קיימת ולציין כמות אפשרויות	קיימת בחירת צבעים עבור גוף העריסה	2.4.
אורך בס"מ: _____ רוחב בס"מ: _____ גובה בס"מ: _____	נא לציין: מידת בס"מ מידת רוחב בס"מ מידת גובה בס"מ	מידות אמבטיה	2.5.



מחלקת מכרזים
 טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט הדגם המוצע	הערכים התנאי סף ע"י שיבא	תיאור הדרישה – עריסת תינוק בסיסית	
אורך בס"מ: _____ רוחב בס"מ: _____ גובה בס"מ: _____	נא לציין: מידת בס"מ מידת רוחב בס"מ מידת גובה בס"מ	מידות העריסה	2.6.
		<u>תנועות העריסה:</u>	3.
גובה בס"מ: _____	תנאי סף נא לציין מה בס"מ	עריסה גובה קבוע	3.1.
גובה מינימלי בס"מ: _____	תנאי סף לא פחות מ-75 ס"מ נא לציין בס"מ	גובה מינימלי של אמבטיה (קו תחתון)	3.1.1.
	נא לציין במידה וקיים	התאמת גובה של עריסה למיטת לידה	3.1.2.
זווית במע': _____	תנאי סף, 12° לפחות נא לציין זווית	ביצוע פעולת Reverse Trendelenburg באופן מכני – שינוי תנוכת האמבטיה	3.2.



מחלקת מכרזים
 טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט הדגם המוצע	הערכים התנאי סף ע"י שיבא	תיאור הדרישה – עריסת תינוק בסיסית	
		<u>גלגלים</u> :	4.
	תנאי סף	גלגלים מסתובבים סביב הציר (360°)	4.1.
קוטר בס"מ או inch : _____	תנאי סף, נא לציין קוטר ואופציות נוספות	קוטר גלגלים 3" לפחות	4.2.
כמות הגלגלים עם מעצור : _____	תנאי סף	נעילת עם מעצור של 2 גלגלים לפחות (מתוך 4 גלגלים)	4.3.
	תנאי סף	מעצור הגלגל נגד צידוד וגילגול	4.3.1.
יצרן הגלגלים : _____	תנאי סף, נא לציין תוצרת ולצרף מפרט הטכני של היצרן	גלגלים ברמת יצור TENTE או שווה ערך	4.4.
חומר הגלגלין : _____	תנאי סף	גלגלים עשויים פלדה אל חלד (פלבי"מ) או חומר לא מחליד(פלסטיק) או שילוב ביניהם	4.5.
	תנאי סף	אופן בניית הגלגלים מונעת אסיפת שיער - קיים כיסוי פלסטי בכל גלגל	4.6.



מחלקת מכרזים
 טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט הדגם המוצע	הערכים התנאי סף ע"י שיבא	תיאור הדרישה – עריסת תינוק בסיסית	
		<u>דרישות בטיחות:</u>	.5
	תנאי סף	גימור העריסה : צבע לא רעיל, לא מחוספס	.5.1
	תנאי סף	פינות מעוגלות של אמבטיה ועריסה	.5.2
	תנאי סף, נא לציין מידות המזרון	המזרון מתאים בגודל למידות הפנימיות של האמבטיה	.5.3
		<u>דרישות כלליות:</u>	.6
כושר נשיאה בק"ג: _____	תנאי סף לא פחות מ-10 ק"ג, נא לציין	כושר נשיאת העריסה	.6.1
נא לציין מה קיים לאחסון: _____	תנאי סף, נא לציין מה קיים	סלסלה או אמבטיה לאחסון חפצים בתחתית העריסה	.6.2
	נא לציין במידה וקיים	אמבטיה לאחסון חפצים ניתנת לשינוי גובה	.6.3
נא לציין מיקום: _____	תנאי סף	מיקום לגיליון מטופל	.6.4



מחלקת מכרזים
 טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט הדגם המוצע	הערכים התנאי סף ע"י שיבא	תיאור הדרישה – עריסת תינוק בסיסית	
נא לציין מיקום: _____	תנאי סף	כרטיס עריסה	6.5.
	תנאי סף	עריסה עמידה בשטיפה ע"י חומרי ניקוי וחיטוי המאושרים ע"י משרד הבריאות (חוזר מנהל רפואה מספר 12.2006 – הנחיות לניקוי וחיטוי במוסדות רפואיים) ובחומר מאושר בשיבא: כלור עד 1,000 ppm	6.6.
נא לצרף הצהרת היצרן	אמות מידה	עריסה עמידה בשטיפה ע"י חומרי ניקוי וחיטוי המאושרים ע"י משרד הבריאות ובחומר מאושר בשיבא: כלור עד 5,000 ppm	6.6.1.
	נא לציין במידה וקיים	עריסה עמידה בניקוי בקיטור	6.7.
		<u>מזרן</u> :	7.
עובי בס"מ: _____	תנאי סף מעכב בעירה, בעובי של 5 ס"מ לפחות, נא לציין עובי בס"מ	מזרן בגודל המותאם למרחב הפנימי של האמבטיה	7.1.



מחלקת מכרזים
 טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט הדגם המוצע	הערכים התנאי סף ע"י שיבא	תיאור הדרישה – עריסת תינוק בסיסית	
יש לצרף דו"ח מעבדה בנושא עיכוב בעירה עבור חומר המזרן ועבור כיסוי של המזרן או עבור כל המזרן בכללותו: תעודה ממכון התקנים המעידה על עמידה בדרישות התקן ישראלי ת"י 5418/518, או עמידה בתקן עיכוב בעירה מהמדינות הבאות: מדינות מערב אירופה/יפן/אוסטרליה/מדינות צפון אמריקה	תנאי סף מוגן מים, מעכב בעירה, אנטי סטטי, אנטי בקטריאלי. יש לצרף חומר רלוונטי של היצרן או מעבדה המעיד על תכונות הכיסוי יש לצרף הצהרת היצרן בנוגע לעיכוב בעירה	כיסוי המזרן	.7.2
סוג החומר וצפיפות: _____	High Density Pressure Visco Elastic/ /Reducing Foam Visco Jel נא לציין סוג החומר	חומר המזרן	.7.3

מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

מפרט לאספקה עבור עריסת תינוק בסיסית אחת:

פרוט הדגם המוצע	כמות	תיאור לאספקה – עריסת תינוק בסיסית	
	1	עריסת תינוק לפי מפרט הטכני כולל אמבטיה ומזרן	1.
	1	אחריות 5 שנים כולל חלקי חילוף, עבודה וטיפולים תקופתיים בהתאם להוראות היצרן	2.
	1	סלסלה/אמבטיה לאחסון חפצים בתחתית העריסה	3.
		<u>דרישות לאספקה:</u>	4.
	תנאי סף נא לצרף	אישורי תקינה שבסעיף 1 של המפרט הטכני לעיל	5.
	תנאי סף נא לצרף	הוראות אחזקה (Service Manual) של העריסה	6.
	תנאי סף נא לצרף	הוראות הפעלה ושימוש (User Manual) של העריסה	7.



מחלקת מכרזים
 טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פרוט הדגם המוצע	כמות	תיאור לאספקה – עריסת תינוק בסיסית
	תנאי סף נא לצרף	8. התחייבות היצרן לאספקת חלקי חילוף 7 שנים לפחות לאחר תום יצור הדגם
	תנאי סף	9. הדרכה של הצוות עד לקבלת שביעות רצון מלאה
	תנאי סף נא לצרף	10. שרטוט העריסה עם כלל החלקים הקיימים – "שרטוט פצצה" (שרטוט מבט מפורק)
	תנאי סף נא לצייין	11. עלות הסכם שירות שנתי לאחר תום תקופת האחריות בת 5 שנים כולל חלקי חילוף, עבודה וטיפולים תקופתיים בהתאם להוראות היצרן
	תנאי סף נא לצייין	12. עלות שעת עבודה של טכנאי הספק לקריאת שירות בשעות עבודה רגילות (בין שעות 8 עד 17:00 בימים א' – ה')
	תנאי סף נא לצייין	13. עלות שעת נסיעה של טכנאי הספק לקריאת שירות בשעות עבודה רגילות (בין שעות 8 עד 17:00 בימים א' – ה')
	תנאי סף נא לצייין	14. עלות שעת עבודה של טכנאי הספק לקריאת שירות בשעות עבודה חריגות (לאחר 17:00 בימים א' – ה' ובסופי שבוע וחגים)



מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פרוט הדגם המוצע	כמות	תיאור לאספקה – עריסת תינוק בסיסית	
	תנאי סף נא לציין	עלות שעת נסיעה של טכנאי הספק לקריאת שירות בשעות עבודה חריגות (לאחר 17:00 בימים א' – ה' ובסופי שבוע וחגים)	15.
	תנאי סף נא לצרף	התחייבות ל-SLA – 48 שעות במקרה של תקלה לא משביתה	16.
	תנאי סף נא לצרף	התחייבות ל-SLA – 24 שעות במקרה של תקלה משביתה	17.
	תנאי סף נא לצרף	התחייבות הספק להחזיק כלל החלקים החיוניים במלאי ארצי (חלקים שהשבתתם מובילה להשבתת המיטה, דוגמת חלקים של מערכת חשמלית, גלגלים, שלטים וכדומה)	18.
	תנאי סף נא לציין	השתתפות במכרז כוללת בדיקה פיזית של העריסה ע"י צוות הבודקים. עריסה תיבדקנה לעמידה בתנאי סף ובאופן פונקציונלי (ראה סעיף מתה - אמות מידה).	19.

מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

דרישות אופציונליות ואביזרים:

פירוט לגבי הדגם המוצע	מחיר (ללא מע"מ)	תנאי סף	אביזרים ואביזרים אופציונליים – עריסה תינוק בסיסית
	מחירון ספק	אביזר חובה	1. אמבטיה לתינוק
	מחירון ספק	אביזר חובה	2. סלסלה / אמבטיה לאחסון חפצים
	מחירון ספק		3. יכולת סימון ומספור העריסה לצרכים פנימיים של ביה"ח (הדפסה על גוף אלונקה " שם המחלקה " או אחרת (בבסיס))
	מחירון ספק		4. גלגלים בקוטר "4 כולל מעצור
	מחירון ספק		5. גיליון למטופל
	מחירון ספק		6. מקום/כיס באמבטיה לכרטיס רפואי

מחלקת מכרזים
טל: 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט לגבי הדגם המוצע	מחיר (ללא מע"מ)	תנאי סף	אביזרים ואביזרים אופציונליים – עריסה תינוק בסיסית
			7. אביזרים אופציונליים נוספים: במידה וקיימים יש לציין בהמשך הטבלה
			.7.1
			.7.2
			.7.3
			.7.4
			.7.5
			.7.6



מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

חלקי חילוף – עלויות:

פירוט לגבי הדגם המוצע	מק"ט היצרן	מחיר (בש"ח ללא מע"מ)	פרוט הנתונים – חלקי חילוף עריסה תינוק בסיסית
		מחירון ספק	1. אמבטיה לתינוק
		מחירון ספק	2. גלגל קומפלט לפי סעיף 4 של המפרט הטכני
		מחירון ספק	3. מזרן לפי סעיף 7 של המפרט הטכני
		מחירון ספק	4. ציפוי של המזרן
		מחירון ספק	5. סלסלה/אמבטיה לאחסון חפצים
			6. חלקי חילוף נוספים: במידה וקיימים יש לציין בהמשך הטבלה
		מחירון ספק	6.1
		מחירון ספק	6.2

THE STATE OF ISRAEL
MINISTRY OF HEALTH
THE CHIME SHEBA MEDICAL CENTER
Affiliated to the Tel-Aviv University
Sackler School of Medicine
TEL-HASHOMER 52621, ISRAEL

משרד בריאות

מדינת ישראל
המרכז הרפואי המשולב ע"ש חיים שיבא
מסונף לבית הספר לרפואה ע"ש סאקלר
באוניברסיטת תל-אביב
תל-השומר 52621, ישראל



מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט לגבי הדגם המוצע	מק"ט היצרן	מחיר (בש"ח ללא מע"מ)	פרוט הנתונים – חלקי חילוף עריסה תינוק בסיסית
		מחירון ספק	.6.3
		מחירון ספק	.6.4
		מחירון ספק	.6.5



מחלקת מכרזים
טל: 03-5303558

מכרז מס' 10002750

אמות המידה לניקוד איכות – עריסה תינוק בסיסית

במכרז זה אמות מידה מהוות 30% מהציון המשוקלל, כאשר עלות העריסה מהווה 70% מהציון המשוקלל.
מוצר שהניקוד שיינתן לו יהיה נמוך מציון הסף שנקבע לרכיב מסוים - ייפסל.
הניקוד בסעיפים 6-8 להלן ייקבע כדלקמן: בודקים מקצועיים מטעם ביה"ח שיבא יעריכו את המוצר,
כ"א בנפרד ללא התייעצות הדדית. הניקוד שיינתן למוצר יקבע לפי נוסחת חישוב בהתבסס על ממוצע ציוני הבודקים.

פירוט לגבי הדגם המוצע	ציון	ציון סף	סעיף במפרט	תיאור – עריסה תינוק בסיסית
	6		2.3.1	1. בתחתית אמבטיה קיימים חורים לצורך אוורור
	8		2.4	2. קיימת בחירת צבעים עבור גוף העריסה
	10		4.2	3. קוטר גלגל 4" לפחות
	8		6.3	4. קיים מקום לגיליון המטופל
	6		6.4	5. קיים כרטיס עריסה



מחלקת מכרזים
 טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט לגבי הדגם המוצע	ציון	ציון סף	סעיף במפרט	תיאור – עריסה תינוק בסיסית
	10		6.6.1	6. עריסה עמידה בשטיפה ע"י חומרי ניקוי וחיטוי המאושרים ע"י משרד הבריאות ובחומר מאושר בשיבא: כלור עד 5,000 ppm
	18	10		7. נוחות בהובלת העריסה
	16	9		8. נוחות בניקוי של העריסה
	18	10	3.2	9. נוחות בשליפת אמבטיה ושינוי זווית (Reverse TR)
	100			10. סה"כ



מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

טופס בדיקה לעריסה תינוק בסיסית

דגם מיטת אשפוז תינוקות : _____

יצרן מיטת אשפוז תינוקות: _____

שם המציע: _____

שם הבודק: _____

דרג/י בסולם מ-1 עד 5, את הפרמטרים הבאים בהתאם לטבלת נקודות איכות עבור אלונקת מיון,
כאשר 1 מייצג את הציון הנמוך ביותר ו-5 מייצג את הציון הגבוה ביותר.

פירוט לגבי הדגם המוצע	הערות	5	4	3	2	1	תיאור - עריסה תינוק בסיסית
							1. נוחות בהובלת העריסה
							2. נוחות בניקוי של העריסה
							3. נוחות בשליפת אמבטיה ושינוי זווית (Reverse TR)

חתימת הבודק: _____

תאריך: _____
ריכוז סיכום בדיקת לעריסה תינוק בסיסית

THE STATE OF ISRAEL
MINISTRY OF HEALTH
THE CHIME SHEBA MEDICAL CENTER
Affiliated to the Tel-Aviv University
Sackler School of Medicine
TEL-HASHOMER 52621, ISRAEL



מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

משרד בריאות

מדינת ישראל
המרכז הרפואי המשולב ע"ש חיים שיבא
מסונף לבית הספר לרפואה ע"ש סאקלר
באוניברסיטת תל-אביב
תל-השומר 52621, ישראל

דגם מיטת אשפוז תינוקות: _____

יצרן מיטת אשפוז תינוקות: _____

שם המציע: _____

– הציון המשוקלל מחושב לפי משוואה –

$$finalGrade = \frac{meanGrade}{max Grade} \cdot Score$$

– כאשר –

$finalGrade$ - מייצג את הציון המשוקלל הסופי.

$meanGrade$ - מייצג את הציון הממוצע מבין הבודקים.

$max Grade$ - מייצג את הציון המקסימאלי - 5

$Score$ - מייצג את הניקוד המתאים לפי טבלת נקודות איכות

THE STATE OF ISRAEL
MINISTRY OF HEALTH
THE CHIME SHEBA MEDICAL CENTER
Affiliated to the Tel-Aviv University
Sackler School of Medicine
TEL-HASHOMER 52621, ISRAEL



משרד בריאות

מדינת ישראל
המרכז הרפואי המשולב ע"ש חיים שיבא
מסונף לבית הספר לרפואה ע"ש סאקלר
באוניברסיטת תל-אביב
תל-השומר 52621, ישראל

מחלקת מכרזים
טל: 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט לגבי הדגם המוצע	הערות	ציון סף לפי טבלת נקודות איכות	תיאור - עריסה תינוק בסיסית
		10	1. נוחות בהובלת העריסה
		9	2. נוחות בניקוי של העריסה
		10	3. נוחות בשליפת אמבטיה ושינוי זווית (Reverse TR)

מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

הנדון: אפיון טכני עריסת תינוק עם מנגנונים
עבור ביה"ח שיבא תל השומר

מפרט הטכני עבור עריסת תינוק עם מנגנונים:

שם הספק: _____

דגם: _____

שם היצרן: _____

פירוט הדגם המוצע	הערכים התנאי סף ע"י שיבא	תיאור הדרישה – עריסת תינוק עם מנגנונים	
		<u>אישורי תקינה:</u>	.1
	תנאי סף נא לצרף	אישור אמ"ר בתוקף	.1.1
		<u>אופן בניית העריסה ומידות:</u>	.2



מחלקת מכרזים
 טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט הדגם המוצע	הערכים התנאי סף ע"י שיבא	תיאור הדרישה – עריסת תינוק עם מנגנונים	
נא לציין חומר גוף עריסה: _____	תנאי סף נא לציין מה קיים	גוף העריסה עשוי מתכת או אלומיניום צבועים בצבע אפוקסי בתנור	2.1
נא לציין סוג החמר: _____	תנאי סף במידה וקיים	בסיס גלגלים מכוסה ע"י כיסוי מחומר פלסטי	2.2
נא לציין סוג החמר: _____	תנאי סף נא לציין סוג החומר	אמבטיה עשויה מחומר פלסטי שקוף (Polycarbonate או שוואה ערך)	2.3
	נא לציין במידה וקיים	בתחתית אמבטיה קיימים חורים לצורך אוורור	2.3.1
נא לציין צבעים: _____ _____	נא לציין במידה ואופציה קיימת ולציין כמות אפשרויות	קיימת בחירת צבעים עבור גוף העריסה	2.4
מידת רוחב בס"מ: _____ מידת אורך בס"מ: _____ מידת גובה בס"מ: _____	נא לציין: מידת בס"מ מידת רוחב בס"מ מידת גובה בס"מ	מידות אמבטיה	2.5
מידת רוחב בס"מ: _____ מידת אורך בס"מ: _____	נא לציין: מידת בס"מ	מידות העריסה	2.6



מחלקת מכרזים
 טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט הדגם המוצע	הערכים התנאי סף ע"י שיבא	תיאור הדרישה – עריסת תינוק עם מנגנונים	
מידת גובה בס"מ: _____	מידת רוחב בס"מ מידת גובה בס"מ		
		תנועות העריסה:	.3
נא לציין סג מנגנון עליה/ירידה: _____ נא לציין האם ניתן לנעילה: כן/לא אופן הנעילה במידה וקיימת: _____	תנאי סף נא לציין מה בס"מ	עריסה עולה/יורדת באמצעות מנגנון פניאומטי/הדראולי	.3.1
גובה בס"מ: _____	תנאי סף מעל-60 ס"מ נא לציין בס"מ	גובה מינימלי של מצע מזרן (תחתית של אמבטיית תינוק)	.3.1.1
גובה בס"מ: _____	נא לציין בס"מ	גובה מקסימלי של מצע מזרן	.3.1.2
	נא לציין במידה וקיים	התאמת גובה של עריסה למיטת לידה	.3.1.3
נא לציין ב-°: _____ נא לציין האם ניתן לנעילה: כן/לא	תנאי סף, 12° לפחות	ביצוע פעולות הטיית עריסה (אמבטיה) - Reverse Trendelenburg באמצעות בוכנה פנאומטית	.3.2



מחלקת מכרזים
 טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט הדגם המוצע	הערכים התנאי סף ע"י שיבא	תיאור הדרישה – עריסת תינוק עם מנגנונים	
אופן הנעילה במידה וקיימת: _____	נא לציין זווית		
		גלגלים:	4.
	תנאי סף	גלגלים מסתובבים סביב הציר (360°)	4.1.
קוטר בס"מ או inch: _____	תנאי סף, נא לציין קוטר ואופציות נוספות	קוטר גלגלים 3" לפחות	4.2.
נא לציין סוג נעילה: _____	תנאי סף	נעילת כל גלגל בנפרד (4 גלגלים) או נעלה מרכזית של הגלגלים	4.3.
	תנאי סף	מעצור הגלגל נגד צידוד וגילגול	4.3.1.
יצרן הגלגל: _____	תנאי סף, נא לציין תוצרת ולצרף מפרט הטכני של היצרן	גלגלים ברמת יצור TENTE או שווה ערך	4.4.



מחלקת מכרזים
 טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט הדגם המוצע	הערכים התנאי סף ע"י שיבא	תיאור הדרישה – עריסת תינוק עם מנגנונים	
חומר הגלגל: _____	תנאי סף	גלגלים עשויים פלדה אל חלד (פלבי"מ) או חומר לא מחליד(פלסטיק) או שילוב ביניהם	4.5
	תנאי סף	אופן בניית הגלגלים מונעת אסיפת שיער - קיים כיסוי פלסטי בכל גלגל	4.6
		<u>דרישות בטיחות:</u>	5
	תנאי סף	גימור העריסה : צבע לא רעיל, לא מחוספס	5.1
	תנאי סף	פינות מעוגלות של אמבטיה ועריסה	5.2
			5.3
		<u>דרישות כלליות :</u>	6
כושר נשיאה בק"ג: _____	תנאי סף 10 ק"ג לפחות, נא לציין בק"ג	כושר נשיאת העריסה	6.1
	תנאי סף נא לציין מה קיים	אמבטיית לאחסון חפצים בתחתית העריסה	6.2



מחלקת מכרזים
 טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט הדגם המוצע	הערכים התנאי סף ע"י שיבא	תיאור הדרישה – עריסת תינוק עם מנגנונים	
נא לציין: _____	נא לציין במידה וקיים	אמבטיה לאחסון חפצים ניתנת לשינוי גובה	6.2.1
נא לציין מיקום: _____	תנאי סף	מיקום לגיליון מטופל	6.3
נא לציין מיקום: _____	תנאי סף	כרטיס עריסה	6.4
	תנאי סף	עריסה עמידה בשטיפה ע"י חומרי ניקוי וחיטוי המאושרים ע"י משרד הבריאות (חוזר מנהל רפואה מספר 12.2006 – הנחיות לניקוי וחיטוי במוסדות רפואיים) ובחומר מאושר בשיבא: כלור עד 1,000 ppm	6.5
נא לצרף הצהרת היצרן	אמות מידה	עריסה עמידה בשטיפה ע"י חומרי ניקוי וחיטוי המאושרים ע"י משרד הבריאות ובחומר מאושר בשיבא: כלור עד 5,000 ppm	6.5.1
נא לציין: _____	נא לציין במידה וקיים	עריסה עמידה בניקוי בקיטור	6.6
עובי דופן בס"מ: _____	תנאי סף עובי חלק עליון של דופו האמבטיה לא יותר מ-3 ס"מ	אפשרות לתלייה בדופן של אמבטיה בקר של מזרן חימום ו/או מתקן לבקבוק ספטול	6.7



מחלקת מכרזים
 טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט הדגם המוצע	הערכים התנאי סף ע"י שיבא	תיאור הדרישה – עריסת תינוק עם מנגנונים	
			.7 מזרן :
אורך מזרן בס"מ: _____ רוחב מזרן בס"מ: _____ גובה מזרן בס"מ: _____	תנאי סף מעכב בעירה, בעובי של 5 ס"מ לפחות, נא לציין מידות בס"מ	מזרן בגודל המותאם למרחב הפנימי של האמבטיה	.7.1
נא לציין מאפיינים של המזרן: _____ יש לצרף דו"ח מעבדה בנושא עיכוב בעירה עבור חומר המזרן ועבור כיסוי של המזרן או עבור מזרן בכללותו: תעודה ממכון התקנים המעידה על עמידה בדרישות התקן ישראלי ת"י 5418/518, או עמידה בתקן עיכוב בעירה מהמדינות הבאות: מדינות מערב אירופה/יפן/אוסטרליה/מדינות צפון אמריקה	תנאי סף מוגן מים, מעכב בעירה, אנטי סטטי, אנטי בקטריאלי. יש לצרף חומר רלוונטי של היצרן או מעבדה המעיד על תכונות הכיסוי יש לצרף הצהרת היצרן בנוגע לעיכוב בעירה	כיסוי המזרן	.7.2
נא לציין סוג החומר: _____	High Density Pressure Reducing	חומר המזרן	.7.3

THE STATE OF ISRAEL
MINISTRY OF HEALTH
THE CHIME SHEBA MEDICAL CENTER
Affiliated to the Tel-Aviv University
Sackler School of Medicine
TEL-HASHOMER 52621, ISRAEL



משרד בריאות

מדינת ישראל
המרכז הרפואי המשולב ע"ש חיים שיבא
מסונף לבית הספר לרפואה ע"ש סאקלר
באוניברסיטת תל-אביב
תל-השומר 52621, ישראל

מחלקת מכרזים
טל: 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט הדגם המוצע	הערכים התנאי סף ע"י שיבא	תיאור הדרישה – עריסת תינוק עם מנגנונים	
	Visco Elastic/ /Foam Visco Jel נא לציין סוג החומר		



מחלקת מכרזים
 טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

מפרט לאספקה עבור עריסת תינוקות עם מנגנונים אחת:

פרוט הדגם המוצע	כמות	תיאור לאספקה – עריסת תינוק עם מנגנונים	
	1	עריסת תינוק לפי מפרט הטכני כולל אמבטיה ומזרן	1.
	1	אחריות 5 שנים כולל חלקי חילוף, עבודה וטיפולים תקופתיים בהתאם להוראות היצרן	2.
	1	אמבטיה לאחסון חפצים בתחתית העריסה	3.
		<u>דרישות לאספקה:</u>	4.
	תנאי סף נא לצרף	אישורי תקינה שבסעיף 1 של המפרט הטכני לעיל	5.
	תנאי סף נא לצרף	הוראות החזקה (Service Manual) של העריסה	6.
	תנאי סף נא לצרף	הוראות הפעלה ושימוש (User Manual) של העריסה	7.



מחלקת מכרזים
 טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פרוט הדגם המוצע	כמות	תיאור לאספקה – עריסת תינוק עם מנגנונים	
	תנאי סף נא לצרף	התחייבות היצרן לאספקת חלקי חילוף 7 שנים לפחות לאחר תום יצור הדגם	.8
	תנאי סף	הדרכה של הצוות עד לקבלת שביעות רצון מלאה	.9
	תנאי סף נא לצרף	שרטוט העריסה עם כלל החלקים הקיימים – "שרטוט פצה" (שרטוט מבט מפורק)	.10
	תנאי סף נא לציין	עלות הסכם שירות שנתי לאחר תום תקופת האחריות בת 5 שנים כולל חלקי חילוף, עבודה וטיפולים תקופתיים בהתאם להוראות היצרן	.11
	תנאי סף נא לציין	עלות שעת עבודה של טכנאי הספק לקריאת שירות בשעות עבודה רגילות (בין שעות 8 עד 17:00 בימים א' – ה')	.12
	תנאי סף נא לציין	עלות שעת נסיעה של טכנאי הספק לקריאת שירות בשעות עבודה רגילות (בין שעות 8 עד 17:00 בימים א' – ה')	.13



מחלקת מכרזים
 טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פרוט הדגם המוצע	כמות	תיאור לאספקה – עריסת תינוק עם מנגנונים	
	תנאי סף נא לציין	עלות שעת עבודה של טכנאי הספק לקריאת שירות בשעות עבודה חריגות (לאחר 17:00 בימים א' – ה' ובסופי שבוע וחגים)	14.
	תנאי סף נא לציין	עלות שעת נסיעה של טכנאי הספק לקריאת שירות בשעות עבודה חריגות (לאחר 17:00 בימים א' – ה' ובסופי שבוע וחגים)	15.
	תנאי סף נא לצרף	התחייבות ל-SLA – 48 שעות במקרה של תקלה לא משביתה	16.
	תנאי סף נא לצרף	התחייבות ל-SLA – 24 שעות במקרה של תקלה משביתה	17.
	תנאי סף נא לצרף	התחייבות הספק להחזיק כלל החלקים החיוניים במלאי ארצי (חלקים שהשבתתם מובילה להשבתת העריסה, דוגמת חלקים של מערכת חשמלית, גלגלים, שלטים וכדומה)	18.

מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פרוט הדגם המוצע	כמות	תיאור לאספקה – עריסת תינוק עם מנגנונים	
	תנאי סף נא לציין	השתתפות במכרז כוללת בדיקה פיזית של העריסה ע"י צוות הבודקים. עריסה תיבדקנה לעמידה בתנאי סף ובאופן פונקציונלי (ראה סעיף מתה - אמות מידה).	19.

מחלקת מכרזים
טל: 03-5303558

מכרז מס' 10002750

דרישות אופציונליות ואביזרים:

פירוט לגבי הדגם המוצע	מחיר (ללא מע"מ)	תנאי סף	אביזרים ואביזרים אופציונליים – עריסה תינוק עם מנגנונים
	מחירון ספק	אביזר חובה	1. אמבטיה לתינוק
	מחירון ספק	אביזר חובה	2. סלסלה / אמבטיה לאחסון חפצים
	מחירון ספק		3. יכולת סימון ומספור העריסה לצרכים פנימיים של ביה"ח (הדפסה על גוף אלונקה " שם המחלקה " או אחרת (בבסיס))
	מחירון ספק		4. גלגלים בקוטר "4 כולל מעצור
	מחירון ספק		5. גיליון למטופל
	מחירון ספק		6. מקום/כיס באמבטיה לכרטיס רפואי

מחלקת מכרזים
טל: 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט לגבי הדגם המוצע	מחיר (ללא מע"מ)	תנאי סף	אביזרים ואביזורים אופציונליים – עריסה תינוק עם מנגנונים
			7. אביזרים אופציונליים נוספים: במידה וקיימים יש לציין בהמשך הטבלה
			.7.1
			.7.2
			.7.3
			.7.4
			.7.5
			.7.6



מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

חלקי חילוף – עלויות:

פירוט לגבי הדגם המוצע	מק"ט היצרן	מחיר (בש"ח ללא מע"מ)	פרוט הנתונים – חלקי חילוף עריסה תינוק עם מנגנונים
		מחירון ספק	1. אמבטיה לתינוק
		מחירון ספק	2. גלגל קומפלט לפי סעיף 4 של המפרט הטכני
		מחירון ספק	3. Gas Spring עבור מנגנון עליה/ירידה של העריסה
		מחירון ספק	4. Gas Spring עבור פעולת TR/Reverse TR
		מחירון ספק	5. מזרן לפי סעיף 7 של המפרט הטכני
		מחירון ספק	6. ציפוי של המזרן



מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט לגבי הדגם המוצע	מק"ט היצרן	מחיר (בש"ח ללא מע"מ)	פרוט הנתונים – חלקי חילוף עריסה תינוק עם מנגנונים
		מחירון ספק	7. סלסלה/אמבטיה לאחסון חפצים
			8. חלקי חילוף נוספים: במידה וקיימים יש לציין בהמשך הטבלה
		מחירון ספק	8.1
		מחירון ספק	8.2
		מחירון ספק	8.3
		מחירון ספק	8.4
		מחירון ספק	8.5



מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

אמות המידה לניקוד איכות – עריסה תינוק עם מנגנונים

במכרז זה אמות מידה מהוות 30% מהציון המשוקלל, כאשר עלות העריסה מהווה 70% מהציון המשוקלל.
מוצר שהניקוד שיינתן לו יהיה נמוך מציון הסף שנקבע לרכיב מסוים - ייפסל.
הניקוד להלן ייקבע כדלקמן: בודקים מקצועיים מטעם ביה"ח שיבא יעריכו את המוצר,
כ"א בנפרד ללא התייעצות הדדית. הניקוד שיינתן למוצר יקבע לפי נוסחת חישוב בהתבסס על ממוצע ציוני הבודקים.

פירוט לגבי הדגם המוצע	ציון	ציון סף	סעיף במפרט	תיאור – עריסה תינוק עם מנגנונים
	4		2.3.1	1. בתחתית אמבטיה קיימים חורים לצורך אוורור
	7		2.4	2. קיימת בחירת צבעים עבור גוף העריסה

מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט לגבי הדגם המוצע	ציון	ציון סף	סעיף במפרט	תיאור – עריסה תינוק עם מנגנונים
	7		3.1.3	3. התאמת גובה של עריסה למיטת לידה/אשפוז
	8		4.2	4. קוטר גלגלים "4 לפחות
	6		3.1	5. קיימת נעילה של מנגנון פנאומטי/הידראולי של עליה/ירידה של האמבטיה
	4		3.2	6. קיימת יכולת נעילה של מנגנון הטייה של אמבטיה



מחלקת מכרזים
 טל: 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט לגבי הדגם המוצע	ציון	ציון סף	סעיף במפרט	תיאור – עריסה תינוק עם מנגנונים
	8		6.5.1	7. עריסה עמידה בשטיפה ע"י חומרי ניקוי וחיטוי המאושרים ע"י משרד הבריאות ובחומר מאושר בשיבא: כלור עד 5,000 ppm
	12	7		8. נוחות בהובלת העריסה
	12	7		9. נוחות בניקוי של העריסה
	16	9	3.1	10. מידת הקושי בהפעלת מנגנון

מחלקת מכרזים
טל: 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט לגבי הדגם המוצע	ציון	ציון סף	סעיף במפרט	תיאור – עריסה תינוק עם מנגנונים
				פנאומטי/הידראולי Hi-Lo
	16	9	3.2	11. מידת הקושי בהפעלת מנגנון פנאומטי לפעולת Reverse TR של האמבטיה
	100			12. סה"כ

מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

טופס בדיקה לעריסה תינוק עם מנגנונים

דגם עריסת תינוקות : _____

יצרן עריסת תינוקות: _____

שם המציע: _____

שם הבודק: _____

דרג/י בסולם מ-1 עד 5, את הפרמטרים הבאים בהתאם לטבלת נקודות איכות עבור עריסת תינוק,
כאשר 1 מייצג את הציון הנמוך ביותר ו-5 מייצג את הציון הגבוה ביותר.

תיאור - עריסה תינוק עם מנגנונים	1	2	3	4	5	הערות	פירוט לגבי הדגם המוצע
1. נוחות בהובלת העריסה							
2. נוחות בניקוי של העריסה							
3. מידת הקושי בהפעלת מנגנון פנאומטי/הידראולה Hi-Lo							

THE STATE OF ISRAEL
MINISTRY OF HEALTH
THE CHIME SHEBA MEDICAL CENTER
Affiliated to the Tel-Aviv University
Sackler School of Medicine
TEL-HASHOMER 52621, ISRAEL



משרד בריאות

מדינת ישראל
המרכז הרפואי המשולב ע"ש חיים שיבא
מסונף לבית הספר לרפואה ע"ש סאקלר
באוניברסיטת תל-אביב
תל-השומר 52621, ישראל

מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט לגבי הדגם המוצע	הערות	5	4	3	2	1	תיאור - עריסה תינוק עם מנגנונים
							4. מידת הקושי בהפעלת מנגנון פנאומטי לפעולת TR/Reverse TR של האמבטיה

חתימת הבודק: _____

תאריך: _____

THE STATE OF ISRAEL
MINISTRY OF HEALTH
THE CHIME SHEBA MEDICAL CENTER
Affiliated to the Tel-Aviv University
Sackler School of Medicine
TEL-HASHOMER 52621, ISRAEL



מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

משרד בריאות

מדינת ישראל
המרכז הרפואי המשולב ע"ש חיים שיבא
מסונף לבית הספר לרפואה ע"ש סאקלר
באוניברסיטת תל-אביב
תל-השומר 52621, ישראל

ריכוז סיכום בדיקת לעריסה תינוק עם מנגנונים

דגם עריסת תינוקות: _____

יצרן עריסת תינוקות: _____

שם המציע: _____

– הציון המשוקלל מחושב לפי משוואה –

$$finalGrade = \frac{meanGrade}{max Grade} \cdot Score$$

– כאשר –

$finalGrade$ - מייצג את הציון המשוקלל הסופי.

$meanGrade$ - מייצג את הציון הממוצע מבין הבודקים.

$max Grade$ - מייצג את הציון המקסימאלי - 5

$Score$ - מייצג את הניקוד המתאים לפי טבלת נקודות איכות

מחלקת מכרזים
טל: 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט לגבי הדגם המוצע	הערות	ציון סף לפי טבלת נקודות איכות	תיאור - עריסה תינוק עם מנגנונים
		7	1. נוחות בהובלת העריסה
		7	2. נוחות בניקוי של העריסה
		9	3. מידת הקושי בהפעלת מנגנון פנאומטי/הידראולי Hi-Lo
		9	4. מידת הקושי בהפעלת מנגנון פנאומטי לפעולת TR/Reverse TR של האמבטיה

הנדון: אפיון טכני למיטת אשפוז תינוקות חשמלית (Crib)
עבור ביה"ח שיבא תל השומר

מפרט הטכני עבור מיטת אשפוז תינוקות:

שם הספק: _____

דגם: _____

שם היצרן: _____

פירוט הדגם המוצע	הערכים התנאי סף ע"י שיבא	תיאור הדרישה – מיטת אשפוז תינוקות חשמלית	
		<u>אישורי תקינה:</u>	.1
	תנאי סף, נא לצרף	אישור אמ"ר בתוקף	.1.1



מחלקת מכרזים
 טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט הדגם המוצע	הערכים התנאי סף ע"י שיבא	תיאור הדרישה – מיטת אשפוז תינוקות חשמלית	
	תנאי סף, נא לצרף	תקן EN 50637:2017 בתוקף או אישור מכון התקנים על התאמה לתקן	1.2.
		<u>מידות המיטה:</u>	2.
גבהים בס"מ: _____	תנאי סף נא לציין גבהים בס"מ	מיטה מיועדת לילדים בגבהים 75 – 125 ס"מ	2.1.
אורך בס"מ: _____ רוחב בס"מ: _____	אורך עד 160 ס"מ רוחב עד 85 ס"מ נא לציין נתונים	מידות חיצוניות	2.2.
אורך בס"מ: _____ רוחב בס"מ: _____	תנאי סף אורך 130 – 140 ס"מ רוחב 68 – 72 ס"מ נא לציין אורך ורוחב בס"מ	מידות מצע מזרן	2.3.
		<u>תנועות המיטה:</u>	3.



מחלקת מכרזים
 טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט הדגם המוצע	הערכים התנאי סף ע"י שיבא	תיאור הדרישה – מיטת אשפוז תינוקות חשמלית	
	תנאי סף, נא לציין מה קיים	הפעלת פונקציות חשמליות באמצעות פנל הפעלה או שלט יד	3.1
גובה מינימלי ל מצע מזרן בס"מ: _____	תנאי סף עדיפות לגובה מינימום לא יותר מ-60 ס"מ נא לציין גובה מינימום וגובה מקסימום	גובה מינימלי של מצע מזרן לא יותר מ-70 ס"מ	3.1.1
זוית במע': _____	תנאי סף, 12°/12° לפחות נא לציין זוית	ביצוע פעולות Trendelenburg , Reverse Trendelenburg חשמלית	3.2
זוית במע': _____ לציין: מכנית / חשמלית	תנאי סף, נא לציין זוית נא לציין האם מכנית או חשמלית	תנועת משענת גב	3.3
	נא לציין במידה וקיים	פעולת Auto regression של משענת גב	3.4



מחלקת מכרזים
 טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט הדגם המוצע	הערכים התנאי סף ע"י שיבא	תיאור הדרישה – מיטת אשפוז תינוקות חשמלית	
			4. <u>גלגלים</u> :
קוטר בס"מ או ב-inch: _____	תנאי סף, נא לציין קוטר	קוטר גלגלים "6 לפחות	4.1.
	תנאי סף	נעילה מרכזית של הגלגלים	4.2.
	תנאי סף	מעצור הגלגל נגד צידוד וגילגול	4.2.1.
יצרן הגלגלים: _____	תנאי סף, נא לציין תוצרת ולצרף מפרט הטכני של היצרן	גלגלים ברמת יצור TENTE או שווה ערך	4.3.
חומר של גלגלים: _____	תנאי סף	גלגלים עשויים פלדה אל חלד (פלבי"מ) או חומר לא מחליד (פלסטיק) או שילוב ביניהם	4.4.
			5. <u>דפנות המיטה</u> :



מחלקת מכרזים
 טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט הדגם המוצע	הערכים התנאי סף ע"י שיבא	תיאור הדרישה – מיטת אשפוז תינוקות חשמלית	
אופן הפעלה: _____ _____	תנאי סף, נא לציין אופן פעולה: מכאנית, באמצעות בוכנות גז, חשמלית וכדומה	המעקה של המיטה ניתן לעלייה וירידה	5.1.
אופן נעילה: _____ כמות נקודות: _____	תנאי סף, נא לציין אופן נעילה וכמות נקודות עצירה	המעקה ניתן לנעילה ב-5 נקודות לפחות בטווח ירידה / עלייה או באופן רציף	5.2.
מרווחים בס"מ: _____	תנאי סף, נא לציין את המרווחים הקיימים	מרווחים בין שלבי הדפנות לא יותר מ-6 ס"מ	5.3.
נא לציין מה קיים: _____ שיטת עבודה: _____	תנאי סף, נא לציין מה קיים ושיטה	בדפנות או במראשות / מרגלות קיימים אמצעים (חלון או סורגים שנפתחים ונסגרים בצורה בטיחותית) המאפשרים הכנסת נקזים לתוך המיטה	5.3.1.
גובה המעקה במצב נמוך בס"מ: _____	נא לציין בס"מ	גובה של המעקה במצב נמוך ביותר ביחס למזרון	5.4.
		מראשות ומרגלות:	6.



מחלקת מכרזים
 טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט הדגם המוצע	הערכים התנאי סף ע"י שיבא	תיאור הדרישה – מיטת אשפוז תינוקות חשמלית	
	תנאי סף, נא לציין מה קיים	קבועות או נשלפות	6.1
סוג החומר של מראשות ומרגלות: _____	תנאי סף, נא לציין סוג מראשות ומרגלות	מראשות ומרגלות עשויות פסי מתכת (בדומה לדפנות צד) או שקופות ועשויות חומר פלסטי Plexiglas	6.2
		<u>דרישות בטיחות:</u>	7
	תנאי סף	אפשרות ל- CPR משני צדי המיטה לצורך איפוס ידני של משענת גב	7.1
מה קיים: _____	נא לציין האם קיים	אפשרות ל- CPR חשמלי דרך לוח פיקוד או שלט	7.1.1
אפשרויות צבע: _____	תנאי סף נא לציין אפשרויות לצבע	גימור המיטה : צבע לא רעיל, לא מחוספס	7.2
	תנאי סף	פינות מעוגלות	7.3
	תנאי סף	המזרון מתאים בגודל למידות הפנימיות של המיטה , כאשר המרווחים בין המזרון למעקה	7.4



מחלקת מכרזים
 טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט הדגם המוצע	הערכים התנאי סף ע"י שיבא	תיאור הדרישה – מיטת אשפוז תינוקות חשמלית	
		מצומצמים עד המינימום : לא יותר 2 ס"מ מכל צד של המזרון	
	תנאי סף	המרווחים המיוצרים תוך כדי תנועת המיטה עם המזרון בפעולת Trendelenburg מצומצמים עד המינימום	7.5.
		<u>דרישות כלליות :</u>	8.
סוג גוף המיטה : _____	תנאי סף נא לציין מה קיים	גוף המיטה עשוי מתכת או אלומיניום צבועים בצבע אפוקסי בתנור	8.1.
כושר נשיאה בק"ג : _____	תנאי סף לא פחות מ-70 ק"ג, נא לציין	כושר נשיאת המיטה	8.2.
מה קיים : _____	תנאי סף, נא לציין מה קיים	סלסלה/ ארונית/מגירה לאחסון חפצים בתחתית המיטה	8.3.
כמות הכנות לעמודי עירווי : _____	תנאי סף בשתי פינות מיטה לפחות, עדיפות למיטה עם הכנה ב- 4 פינות	הכנה לעמוד עירווי	8.4.

מחלקת מכרזים
 טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט הדגם המוצע	הערכים התנאי סף ע"י שיבא	תיאור הדרישה – מיטת אשפוז תינוקות חשמלית	
	תנאי סף	התקנים עבור נקזים משני צדי המיטה	8.5.
	תנאי סף	מיטה עמידה בשטיפה ע"י חומרי ניקוי וחיטוי המאושרים ע"י משרד הבריאות (חוזר מנהל רפואה מספר 12.2006 – הנחיות לניקוי וחיטוי במוסדות רפואיים) ובחומר מאושר בשיבא: כלור עד 1,000 ppm	8.6.
	אמות מידה	מיטה עמידה בשטיפה ע"י חומרי ניקוי וחיטוי המאושרים ע"י משרד הבריאות ובחומר מאושר בשיבא: כלור עד 5,000 ppm	8.6.1.
	נא לציין במידה וקיים	מיטה עמידה בניקוי בקיטור	8.7.
מה קיים: _____	תנאי סף, נא לציין מה קיים	מגיני המיטה מורכבים ב-4 פינות ("במפרים") או הגנה היקפית	8.8.
		מזרן:	9.
אורך המזרן בס"מ: _____ רוחב המזרן בס"מ: _____	תנאי סף	מזרן בגודל המותאם למרחב הפנימי של המיטה	9.1.



מחלקת מכרזים
 טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט הדגם המוצע	הערכים התנאי סף ע"י שיבא	תיאור הדרישה – מיטת אשפוז תינוקות חשמלית	
<p>גובה המזרן בס"מ: _____</p> <p>יש לצרף דו"ח מעבדה בנושא עיכוב בעירה עבור חומר המזרן ועבור כיסוי של המזרן או עבור המזרן בכללותו :</p> <p>תעודה ממכון התקנים המעידה על עמידה בדרישות התקן ישראלי ת"י 5418/518, או עמידה בתקן עיכוב בעירה מהמדינות הבאות: מדינות מערב אירופה/יפן/אוסטרליה/מדינות צפון אמריקה</p>	<p>מעקב בעירה בעובי של 10 ס"מ לפחות, נא לציין</p>		
<p>ראה דרישות סעיף 9.1 לעיל בנוגע לעיכוב בעירה</p>	<p>תנאי סף מוגן מים, חסין אש, אנטי סטטי, אנטי בקטריאלי יש לצרף חומר רלוונטי של היצרן או מעבדה המעיד על תכונות הכיסוי</p>	<p>כיסוי המזרן</p>	<p>9.2</p>
<p>סוג החומר וצפיפות: _____</p> <p>_____</p>	<p>High Density Pressure Visco /Reducing Foam Elastic/ Visco Jel נא לציין סוג החומר</p>	<p>חומר המזרן</p>	<p>9.3</p>

מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

מפרט לאספקה עבור מיטת תינוקות חשמלית אחת:

פרוט הדגם המוצע	כמות	תיאור לאספקה – מיטת אשפוז תינוקות (Crib)	
	1	מיטת תינוקות לפי מפרט הטכני כולל מזרן	1.
	1	אחריות 5 שנים כולל חלקי חילוף, עבודה וטיפולים תקופתיים בהתאם להוראות היצרן	2.
	1	עמוד עירווי	3.
	2	מתלה לשקיות שתן משני צדי המיטה	4.
	1	סלסלה/ארון/מתקן לשמירת חפצים בתחתית המיטה	5.
	1	קיים מספר זיהוי נגיש של היצרן במיטה	6.
		<u>זרישות לאספקה:</u>	7.



מחלקת מכרזים
 טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פרוט הדגם המוצע	כמות	תיאור לאספקה – מיטת אשפוז תינוקות (Crib)
	תנאי סף נא לצרף	8. אישורי תקינה שבסעיף 1 של המפרט הטכני לעיל
	<u>מיטת תינוקות</u> <u>תאושר להמשך</u> <u>תהליך מכרזי</u> <u>בהתאם לתוצאות</u> <u>מבחן בלבד</u>	9. <u>מיטת תינוקות תעבור מבחן עליה לרמפה של אמבולנס שיבא והעמדה</u> <u>בתוך הרכב</u>
	תנאי סף נא לצרף	10. הוראות החזקה (Service Manual) של המיטה
	תנאי סף נא לצרף	11. הוראות הפעלה ושימוש (User Manual) של המיטה
	תנאי סף נא לצרף	12. התחייבות היצרן לאספקת חלקי חילוף 7 שנים לפחות לאחר תום יצור הדגם
	נדרש	13. הדרכה של הצוות עד לקבלת שביעות רצון מלאה
	תנאי סף נא לצרף	14. שרטוט המיטה עם כלל החלקים הקיימים – "שרטוט פצצה" (שרטוט מבט מפורק)



מחלקת מכרזים
 טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פרוט הדגם המוצע	כמות	תיאור לאספקה – מיטת אשפוז תינוקות (Crib)	
	תנאי סף נא לצרף	עלות הסכם שירות שנתי לאחר תום תקופת האחריות בת 5 שנים כולל חלקי חילוף, עבודה וטיפולים תקופתיים בהתאם להוראות היצרן	.15
	תנאי סף נא לציין	עלות שעת עבודה של טכנאי הספק לקריאת שירות בשעות עבודה רגילות (בין שעות 8 עד 17:00 בימים א' – ה')	.16
	תנאי סף נא לציין	עלות שעת נסיעה של טכנאי הספק לקריאת שירות בשעות עבודה רגילות (בין שעות 8 עד 17:00 בימים א' – ה')	.17
	תנאי סף נא לציין	עלות שעת עבודה של טכנאי הספק לקריאת שירות בשעות עבודה חריגות (לאחר 17:00 בימים א' – ה' ובסופי שבוע וחגים)	.18
	תנאי סף נא לציין	עלות שעת נסיעה של טכנאי הספק לקריאת שירות בשעות עבודה חריגות (לאחר 17:00 בימים א' – ה' ובסופי שבוע וחגים)	.19
	תנאי סף נא לצרף	התחייבות ל-SLA – 48 שעות במקרה של תקלה לא משביתה	.20
	תנאי סף נא לצרף	התחייבות ל-SLA – 24 שעות במקרה של תקלה משביתה	.21

מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פרוט הדגם המוצע	כמות	תיאור לאספקה – מיטת אשפוז תינוקות (Crib)	
	תנאי סף נא לצרף	התחייבות הספק להחזיק כלל החלקים החיוניים במלאי ארצי (חלקים שהשבתתם מובילה להשבתת המיטה, דוגמת חלקים של מערכת חשמלית, גלגלים, שלטים וכדומה)	.22
	תנאי סף נא לציין	השתתפות במכרז כוללת בדיקה פיזית של המיטה ע"י צוות הבודקים. מיטה תיבדקנה לעמידה בתנאי סף ובאופן פונקציונלי (ראה סעיף מתה - אמות מידה).	.23



מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

דרישות אופציונליות ואביזרים:

פירוט לגבי הדגם המוצע	מחיר (ללא מע"מ)	תנאי סף	אביזרים ואביזרים אופציונליים – מיטת אשפוז תינוקות חשמלית
	מחירון ספק	אביזר חובה	1. מתקן לבלון חמצן
	מחירון ספק	אביזר חובה	2. עמוד עירוי
	מחירון ספק	אביזר חובה	3. עמוד עירוי טלסקופי
	מחירון ספק	אביזר חובה	4. סלסלה/ארונית/אמבטיה לאחסון חפצים
	מחירון ספק		5. אפשרות לצילום רנטגן
	מחירון ספק		6. מגש/התקן חיצוני להובלת הציוד
	מחירון ספק	אביזר חובה	7. מתלה לשקיות שתן
	מחירון ספק		8. Medical rails

מחלקת מכרזים
טל: 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט לגבי הדגם המוצע	מחיר (ללא מע"מ)	תנאי סף	אביזרים ואביזרים אופציונליים – מיטת אשפוז תינוקות חשמלית
	מחירון ספק		9. חופה עלית בטיחותית עם וילונות שקופים מעל המיטה
	מחירון ספק		10. סוללת גיבוי
	מחירון ספק		11. יכולת סימון ומספור המיטה לצרכים פנימיים של ביה"ח (הדפסה על גוף המיטה " שם המחלקה " או אחרת (בבסיס))
	מחירון ספק		12. יכולת התקנת Air tag במיטה
			13. אביזרים אופציונליים נוספים: במידה וקיימים יש לציין בהמשך הטבלה
			13.1

THE STATE OF ISRAEL
MINISTRY OF HEALTH
THE CHIME SHEBA MEDICAL CENTER
Affiliated to the Tel-Aviv University
Sackler School of Medicine
TEL-HASHOMER 52621, ISRAEL



משרד בריאות

מדינת ישראל
המרכז הרפואי המשולב ע"ש חיים שיבא
מסונף לבית הספר לרפואה ע"ש סאקלר
באוניברסיטת תל-אביב
תל-השומר 52621, ישראל

מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט לגבי הדגם המוצע	מחיר (ללא מע"מ)	תנאי סף	אביזרים ואביזרים אופציונליים – מיטת אשפוז תינוקות חשמלית
			.13.2
			.13.3
			.13.4
			.13.5
			.13.6



מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

חלקי חילוף – עלויות:

פירוט לגבי הדגם המוצע	מק"ט היצרן	מחיר (בש"ח ללא מע"מ)	פרוט הנתונים – חלקי חילוף מיטת אשפוז תינוקות חשמלית
		מחירון ספק	1. מנוע חשמלי של פונקציית Hi-Lo
		מחירון ספק	2. מעקה שמאלית קומפלט
		מחירון ספק	3. מעקה ימנית קומפלט
		מחירון ספק	4. גלגל קומפלט לפי סעיף 4 של המפרט הטכני
		מחירון ספק	5. Gas Spring עבור משענת גב
		מחירון ספק	6. Gas Spring עבור מעקה
		מחירון ספק	7. מזרן לפי סעיף 9 של המפרט הטכני
		מחירון ספק	8. ציפוי של המזרן



מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט לגבי הדגם המוצע	מק"ט היצרן	מחיר (בש"ח ללא מע"מ)	פרוט הנתונים – חלקי חילוף מיטת אשפוז תינוקות חשמלית
		מחירון ספק	9. פיקוד חשמלי - בקר
		מחירון ספק	10. מדבקת לחצנים של מערכת הפעלה
			11. חלקי חילוף נוספים: במידה וקיימים יש לציין בהמשך הטבלה
		מחירון ספק	11.1
		מחירון ספק	11.2
		מחירון ספק	11.3
		מחירון ספק	11.4
		מחירון ספק	11.5
		מחירון ספק	11.6
		מחירון ספק	11.7

THE STATE OF ISRAEL
MINISTRY OF HEALTH
THE CHIME SHEBA MEDICAL CENTER
Affiliated to the Tel-Aviv University
Sackler School of Medicine
TEL-HASHOMER 52621, ISRAEL

משרד בריאות

מדינת ישראל
המרכז הרפואי המשולב ע"ש חיים שיבא
מסונף לבית הספר לרפואה ע"ש סאקלר
באוניברסיטת תל-אביב
תל-השומר 52621, ישראל



מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט לגבי הדגם המוצע	מק"ט היצרן	מחיר (בש"ח ללא מע"מ)	פרוט הנתונים – חלקי חילוף מיטת אשפוז תינוקות חשמלית
		מחירון ספק	.11.8
		מחירון ספק	.11.9
		מחירון ספק	.11.10



מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

אמות המידה לניקוד איכות – מיטת אשפוז תינוקות חשמלית

במכרז זה אמות מידה מהוות 30% מהציון המשוקלל, כאשר עלות המיטה מהווה 70% מהציון המשוקלל.
מוצר שהניקוד שיינתן לו יהיה נמוך מציון הסף שנקבע לרכיב מסוים - ייפסל.
הניקוד להלן ייקבע כדלקמן: בודקים מקצועיים מטעם ביה"ח שיבא יעריכו את המוצר,
כ"א בנפרד ללא התייעצות הדדית. הניקוד שיינתן למוצר יקבע לפי נוסחת חישוב בהתבסס על ממוצע ציוני הבודקים.

תיאור	סעיף במפרט	ציון סף	ציון	פירוט לגבי הדגם המוצע
1. גובה מינימלי של מצע מזרן לא יותר מ-60 ס"מ	3.1.1		10	
2. הפעלת משענת גב חשמלית	3.3		10	
3. המעקה של המיטה ניתן לעלייה וירידה בשיטה מכנית או פניאומטית	5.1		8	



מחלקת מכרזים
 טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט לגבי הדגם המוצע	ציון	ציון סף	סעיף במפרט	תיאור
	8		8.7.1	4. מיטה עמידה בשטיפה ע"י חומרי ניקוי וחיטוי המאושרים ע"י משרד הבריאות ובחומר מאושר בשיבא: כלור עד 5,000 ppm
	8		סעיף 10 דרישות אופציונליות	5. יכולת סימון ומספור המיטה לצרכים פנימיים של ביה"ח (הדפסה על גוף המיטה " שם המחלקה " או אחרת (בבסיס))
	8		סעיף 11 דרישות אופציונליות	6. יכולת התקנת Air tag במיטה
	12	7		7. נוחות בהובלת המיטה
	12	7		8. נוחות בניקוי של המיטה

THE STATE OF ISRAEL
MINISTRY OF HEALTH
THE CHIME SHEBA MEDICAL CENTER
Affiliated to the Tel-Aviv University
Sackler School of Medicine
TEL-HASHOMER 52621, ISRAEL



משרד בריאות

מדינת ישראל
המרכז הרפואי המשולב ע"ש חיים שיבא
מסונף לבית הספר לרפואה ע"ש סאקלר
באוניברסיטת תל-אביב
תל-השומר 52621, ישראל

מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט לגבי הדגם המוצע	ציון	ציון סף	סעיף במפרט	תיאור
	12	7		9. מידת הקושי בהפעלת המעקה
	12	7		10. מידת הקושי בהפעלת משענת גב
	100			11. סה"כ



מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

טופס בדיקה למיטת תינוקות חשמלית

דגם מיטת אשפוז תינוקות : _____

יצרן מיטת אשפוז תינוקות: _____

שם המציע: _____

שם הבודק: _____

דרג/י בסולם מ-1 עד 5, את הפרמטרים הבאים בהתאם לטבלת נקודות איכות עבור מיטת אשפוז תינוקות,
כאשר 1 מייצג את הציון הנמוך ביותר ו-5 מייצג את הציון הגבוה ביותר.

פירוט לגבי הדגם המוצע	הערות	5	4	3	2	1	תיאור
							1. נוחות בהובלת המיטה
							2. נוחות בניקוי של המיטה
							3. מידת הקושי בהפעלת המעקה

THE STATE OF ISRAEL
MINISTRY OF HEALTH
THE CHIME SHEBA MEDICAL CENTER
Affiliated to the Tel-Aviv University
Sackler School of Medicine
TEL-HASHOMER 52621, ISRAEL



משרד בריאות

מדינת ישראל
המרכז הרפואי המשולב ע"ש חיים שיבא
מסונף לבית הספר לרפואה ע"ש סאקלר
באוניברסיטת תל-אביב
תל-השומר 52621, ישראל

מחלקת מכרזים
טל: 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט לגבי הדגם המוצע	הערות	5	4	3	2	1	תיאור
							4. מידת הקושי בהפעלת משענת גב

חתימת הבודק: _____

תאריך: _____

THE STATE OF ISRAEL
MINISTRY OF HEALTH
THE CHIME SHEBA MEDICAL CENTER
Affiliated to the Tel-Aviv University
Sackler School of Medicine
TEL-HASHOMER 52621, ISRAEL



מחלקת מכרזים
טל: 03-5303558

מכרז מס' 10002750

משרד בריאות

מדינת ישראל
המרכז הרפואי המשולב ע"ש חיים שיבא
מסונף לבית הספר לרפואה ע"ש סאקלר
באוניברסיטת תל-אביב
תל-השומר 52621, ישראל

ריכוז סיכום בדיקת מיטת אשפוז תינוקות חשמלית

דגם מיטת אשפוז תינוקות: _____

יצרן מיטת אשפוז תינוקות: _____

שם המציע: _____

– הציון המשוקלל מחושב לפי משוואה –

$$finalGrade = \frac{meanGrade}{max Grade} \cdot Score$$

– כאשר –

$finalGrade$ - מייצג את הציון המשוקלל הסופי.

$meanGrade$ - מייצג את הציון הממוצע מבין הבודקים.

$max Grade$ - מייצג את הציון המקסימאלי - 5

$Score$ - מייצג את הניקוד המתאים לפי טבלת נקודות איכות



מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט לגבי הדגם המוצע	הערות	ציון סף לפי טבלת נקודות איכות	תיאור
		7	1. נוחות בהובלת המיטה
		7	2. נוחות בניקוי של המיטה
		7	3. מידת הקושי בהפעלת המעקה
		7	4. מידת הקושי בהפעלת משענת גב

מחלקת מכרזים
טל: 03-5303558

מכרז מס' 10002750

הנדון: אפיון טכני למיטת ט.נ. תינוקות (Crib) חשמלית
עבור ביה"ח שיבא תל השומר

מפרט הטכני עבור מיטת ט.נ. תינוקות:

שם הספק: _____

דגם: _____

שם היצרן: _____

פירוט הדגם המוצע	הערכים התנאי סף ע"י שיבא	תיאור הדרישה – מיטת תינוקות ט.נ. חשמלית	
		<u>אישורי תקינה:</u>	1.
	תנאי סף, נא לצרף	אישור אמ"ר בתוקף	1.1.



מחלקת מכרזים
 טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט הדגם המוצע	הערכים התנאי סף ע"י שיבא	תיאור הדרישה – מיטת תינוקות ט.נ. חשמלית	
	תנאי סף, נא לצרף	תקן EN 50637:2017 בתוקף או אישור מכון התקנים על התאמה לתקן	1.2
		<u>מידות המיטה:</u>	2
נא לציין בס"מ: _____	תנאי סף נא לציין גבהים בס"מ	מיטה מיועדת לילדים בגבהים 75 – 125 ס"מ	2.1
אורך בס"מ: _____ רוחב בס"מ: _____	אורך עד 160 ס"מ רוחב עד 85 ס"מ נא לציין נתונים	מידות חיצוניות	2.2
אורך בס"מ: _____ רוחב בס"מ: _____	תנאי סף אורך 130 – 140 ס"מ רוחב 68 – 72 ס"מ נא לציין אורך ורוחב בס"מ	מידות מצע מזרן	2.3
		<u>תנועות המיטה:</u>	3



מחלקת מכרזים
 טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט הדגם המוצע	הערכים התנאי סף ע"י שיבא	תיאור הדרישה – מיטת תינוקות ט.נ. חשמלית	
נא לציין מה קיים: _____	תנאי סף, נא לציין מה קיים	הפעלת פונקציות חשמליות באמצעות פנל הפעלה או שלט יד	3.1.
	תנאי סף	גובה מצע מזרון מתכווננת חשמלית Hi-Lo – מיטה עולה/יורדת	3.2.
גובה בס"מ: _____	תנאי סף עדיפות לגובה מינימום לא יותר מ-60 ס"מ נא לציין גובה מינימום וגובה מקסימום	גובה מינימלי של מצע מזרון לא יותר מ-70 ס"מ	3.2.1.
זווית ב°: _____	תנאי סף, 12°/12° לפחות נא לציין זווית	ביצוע פעולות Trendelenburg, Reverse Trendelenburg חשמלית	3.3.
זווית ב°: _____	תנאי סף, נא לציין זווית	תנועת משענת גב	3.4.



מחלקת מכרזים
 טל: 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט הדגם המוצע	הערכים התנאי סף ע"י שיבא	תיאור הדרישה – מיטת תינוקות ט.נ. חשמלית	
	נא לציין האם מכנית או חשמלית		
	נא לציין במידה וקיים	פעולת Auto regression של משענת גב	3.5
		<u>גלגלים :</u>	4
קוטר בס"מ או-inch: _____	תנאי סף, נא לציין קוטר	קוטר גלגלים "6 לפחות	4.1
	תנאי סף	נעילה מרכזית של הגלגלים	4.2
	תנאי סף	מעצור הגלגל נגד צידוד וגילגול	4.2.1
יצרן הגלגלים: _____	תנאי סף, נא לציין תוצרת ולצרף מפרט הטכני של היצרן	גלגלים ברמת יצור TENTE או שווה ערך	4.3



מחלקת מכרזים
 טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט הדגם המוצע	הערכים התנאי סף ע"י שיבא	תיאור הדרישה – מיטת תינוקות ט.נ. חשמלית	
נא לציין חומר של גלגל: _____	תנאי סף	גלגלים עשויים פלדה אל חלד (פלבי"מ) או חומר לא מחליד(פלסטיק) או שילוב ביניהם	4.4
		<u>דפנות המיטה :</u>	5
אופן פעולה: _____ _____	תנאי סף, נא לציין אופן פעולה: מכאנית, באמצעות בוכנות גז, חשמלית וכדומה	המעקה של המיטה ניתן לעלייה וירידה	5.1
כמות נקודות נעילה: _____	תנאי סף, נא לציין אופן נעילה וכמות נקודות עצירה	המעקה ניתן לנעילה ב-5 נקודות לפחות בטווח ירידה/ עלייה או באופן רציף	5.2
מרווחים קיימים בס"מ: _____ _____	תנאי סף, נא לציין את המרווחים הקיימים	מרווחים בין שלבי הדפנות לא יותר מ-6 ס"מ	5.3



מחלקת מכרזים
 טל: 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט הדגם המוצע	הערכים התנאי סף ע"י שיבא	תיאור הדרישה – מיטת תינוקות ט.נ. חשמלית	
נא לציין שיטה: _____ _____	תנאי סף, נא לציין מה קיים ושיטה	בדפנות או במראשות/מרגלות קיימים אמצעים (חלון או סורגים שנפתחים ונסגרים בצורה בטיחותית) המאפשרים הכנסת נקזים לתוך המיטה	5.3.1
גובה בס"מ: _____	נא לציין בס"מ	גובה של המעקה במצב נמוך ביותר ביחס למזרון	5.4
		<u>מראשות ומרגלות:</u>	6
נא לציין שיטה: _____	תנאי סף, נא לציין מה קיים	יורדות כלפי מטה	6.1
נא לציין סוג המראשות: _____	תנאי סף, נא לציין סוג מראשות ומרגלות	מראשות ומרגלות עשויות פסי מתכת (בדומה לדפנות צד)	6.2
		<u>דרישות בטיחות:</u>	7



מחלקת מכרזים
 טל: 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט הדגם המוצע	הערכים התנאי סף ע"י שיבא	תיאור הדרישה – מיטת תינוקות ט.נ. חשמלית	
	תנאי סף	אפשרות ל- CPR משני צדי המיטה לצורך איפוס ידני של משענת גב	7.1
	נא לציין האם קיים	אפשרות ל- CPR חשמלי דרך לוח פיקוד או שלט	7.1.1
	תנאי סף	גימור המיטה : צבע לא רעיל, לא מחוספס	7.2
אפשרויות צבע: _____ _____	תנאי סף נא לציין אפשרויות צבע	צבע אחיד עבור החלקים הצבועים של המיטה	7.2.1
	תנאי סף	פינות מעוגלות	7.3
	תנאי סף	המרווחים המיוצרים תוך כדי תנועת המיטה עם המזרון בפעולת Trendelenburg מצומצמים עד המינימום	7.4



מחלקת מכרזים
 טל: 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט הדגם המוצע	הערכים התנאי סף ע"י שיבא	תיאור הדרישה – מיטת תינוקות ט.נ. חשמלית	
		דרישות כלליות :	.8
נא לציין חומר גוף המיטה : _____	תנאי סף נא לציין מה קיים	גוף המיטה עשוי מתכת או אלומיניום צבועים בצבע אפוקסי בתנור	.8.1
כושר נשיאה בק"ג: _____	תנאי סף לא פחות מ-70 ק"ג, נא לציין	כושר נשיאת המיטה	.8.2
נא לציין סוג מערכת אחסון : _____	תנאי סף, נא לציין מה קיים	סלסלה/ ארונית/מגירה לאחסון חפצים בתחתית המיטה	.8.3
	תנאי סף ב-4 פינות המיטה	הכנה לעמוד עירווי	.8.4
	תנאי סף	התקנים עבור נקזים משני צדי המיטה	.8.5
	תנאי סף	יכולת ביצוע צילום X-Ray	.8.6
יש לצרף הצהרת היצרן	תנאי סף	מיטה עמידה בשטיפה ע"י חומרי ניקוי וחטוי	.8.7



מחלקת מכרזים
 טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט הדגם המוצע	הערכים התנאי סף ע"י שיבא	תיאור הדרישה – מיטת תינוקות ט.נ. חשמלית	
		המאושרים ע"י משרד הבריאות (חוזר מנהל רפואה מספר 12.2006 – הנחיות לניקוי וחיטוי במוסדות רפואיים) ובחומר מאושר בשיבא : כלור עד 1,000 ppm	
יש לצרף הצהרת היצרן	אמות מידה	מיטה עמידה בשטיפה ע"י חומרי ניקוי וחיטוי המאושרים ע"י משרד הבריאות ובחומר מאושר בשיבא : כלור עד 5,000 ppm	8.7.1.
	נא לציין במידה וקיים	מיטה עמידה בניקוי בקיטור	8.8.
סוג מגיני המיטה : _____	תנאי סף, נא לציין מה קיים	מגיני המיטה מורכבים ב-4 פינות ("במפרים") או הגנה היקפית	8.9.
מקום ואופן אחסון מכל חמצן : _____	תנאי סף,	התקן עבור מיכל חמצן 5L	8.10.



מחלקת מכרזים
 טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט הדגם המוצע	הערכים התנאי סף ע"י שיבא	תיאור הדרישה – מיטת תינוקות ט.נ. חשמלית	
	נא לציין מיקום ואופן אחסון		
ממדים של המגש בס"מ: _____	תנאי סף, נא לציין מה קיים	מגש/מדף תחתון לאורך המיטה (בין גלגלים קדמיים ואחוריים) לשמירת הציוד וחפצים	8.11.
		מזרן:	9.
יש לצרף דו"ח מעבדה בנושא עיכוב בעירה עבור חומר המזרן ועבור כיסוי של המזרן או עבור כל המזרן בכללותו: תעודה ממכון התקנים המעידה על עמידה בדרישות התקן ישראלי ת"י 5418/518, או עמידה בתקן עיכוב בעירה מהמדינות הבאות: מדינות מערב אירופה/יפן/אוסטרליה/מדינות צפון אמריקה	תנאי סף מעכב בעירה, בעובי של 10 ס"מ לפחות, נא לציין	מזרן בגודל המותאם למרחב הפנימי של המיטה	9.1.
אורך המזרן בס"מ: _____ רוחב מזרן בס"מ: _____ עובי מזרן בס"מ: _____	תנאי סף, נא לציין מידות המזרון	המזרן מתאים בגודל למידות הפנימיות של המיטה, כאשר המרווחים בין המזרון למעקה מצומצמים עד המינימום: לא יותר 2 ס"מ מכל צד של המזרון	9.1.1.



מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט הדגם המוצע	הערכים התנאי סף ע"י שיבא	תיאור הדרישה – מיטת תינוקות ט.נ. חשמלית	
נא לציין מאפיינים ולצרף דו"ח מעבדה (ישראלי או אירופאי, או אמריקאי) בנושא עיכוב בעירה כפי שמופיע בסעיף 9.1 לעיל: _____	תנאי סף מוגן מים, מעכב בעירה, אנטי סטטי, אנטי בקטריאלי. יש לצרף חומר רלוונטי של היצרן או מעבדה המעיד על תכונות הכיסוי	כיסוי המזרון	9.2
סוג החומר: _____	High Density Pressure Reducing Visco /Foam Elastic/ Visco Jel נא לציין סוג החומר	חומר המזרון	9.3

מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

מפרט לאספקה עבור מיטת תינוקות ט.נ. חשמלית אחת:

פרוט הדגם המוצע	כמות	תיאור לאספקה – מיטת תינוקות (Crib) ט.נ. חשמלית	
	1	מיטת ט.נ. תינוקות לפי מפרט הטכני כולל מזרן	.1
	1	אחריות 5 שנים כולל חלקי חילוף, עבודה וטיפולים תקופתיים בהתאם להוראות היצרן	.2
	1	עמוד עירווי	.3
	2	מתלה לשקיות שתן משני צדי המיטה	.4
	1	סלסלה/ארון/מתקן לשמירת חפצים בתחתית המיטה	.5
	1	התקן עבור מיכל חמצן	.6
	1	קיים מספר זיהוי נגיש של היצרן במיטה	.7



מחלקת מכרזים
 טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פרוט הדגם המוצע	כמות	תיאור לאספקה – מיטת תינוקות (Crib) ט.נ. חשמלית	
		<u>דרישות לאספקה:</u>	8.
	תנאי סף נא לצרף	אישורי תקינה שבסעיף 1 של המפרט הטכני לעיל	9.
	<u>מיטת תינוק</u> <u>תאשר להמשך</u> <u>תהליך מכרזי</u> <u>בהתאם לתוצאות</u> <u>מבחן בלבד</u>	<u>מיטת תינוק תעבור מבחן עליה לרמפה של אמבולנס</u> <u>שיבא והעמדה בתוך הרכב</u>	10.
	תנאי סף נא לצרף	הוראות החזקה (Service Manual) של המיטה	11.
	תנאי סף נא לצרף	הוראות הפעלה ושימוש (User Manual) של המיטה	12.
	תנאי סף נא לצרף	התחייבות היצרן לאספקת חלקי חילוף 7 שנים לפחות לאחר תום יצור הדגם	13.
	נדרש	הדרכה של הצוות עד לקבלת שביעות רצון מלאה	14.



מחלקת מכרזים
 טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פרוט הדגם המוצע	כמות	תיאור לאספקה – מיטת תינוקות (Crib) ט.נ. חשמלית	
	תנאי סף נא לצרף	שרטוט המיטה עם כלל החלקים הקיימים – "שרטוט פצה" (שרטוט מבט מפורק)	15.
	תנאי סף נא לצרף	עלות הסכם שירות שנתי לאחר תום תקופת האחריות בת 5 שנים כולל חלקי חילוף, עבודה וטיפולים תקופתיים בהתאם להוראות היצרן	16.
	תנאי סף נא לצייין	עלות שעת עבודה של טכנאי הספק לקריאת שירות בשעות עבודה רגילות (בין שעות 8 עד 17:00 בימים א' – ה')	17.
	תנאי סף נא לצייין	עלות שעת נסיעה של טכנאי הספק לקריאת שירות בשעות עבודה רגילות (בין שעות 8 עד 17:00 בימים א' – ה')	18.
	תנאי סף נא לצייין	עלות שעת עבודה של טכנאי הספק לקריאת שירות בשעות עבודה חריגות (לאחר 17:00 בימים א' – ה' ובסופי שבוע וחגים)	19.

מחלקת מכרזים
 טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פרוט הדגם המוצע	כמות	תיאור לאספקה – מיטת תינוקות (Crib) ט.נ. חשמלית	
	תנאי סף נא לציין	עלות שעת נסיעה של טכנאי הספק לקריאת שירות בשעות עבודה חריגות (לאחר 17:00 בימים א' – ה' ובסופי שבוע וחגים)	20.
	תנאי סף נא לצרף	התחייבות ל-SLA – 48 שעות במקרה של תקלה לא משביתה	21.
	תנאי סף נא לצרף	התחייבות ל-SLA – 24 שעות במקרה של תקלה משביתה	22.
	תנאי סף נא לצרף	התחייבות הספק להחזיק כלל החלקים החיוניים במלאי ארצי (חלקים שהשבתתם מובילה להשבתת המיטה, דוגמת חלקים של מערכת חשמלית, גלגלים, שלטים וכדומה)	23.
	תנאי סף נא לציין	השתתפות במכרז כוללת בדיקה פיזית של המיטה ע"י צוות הבודקים. מיטה תיבדקנה לעמידה בתנאי	24.

THE STATE OF ISRAEL
MINISTRY OF HEALTH
THE CHIME SHEBA MEDICAL CENTER
Affiliated to the Tel-Aviv University
Sackler School of Medicine
TEL-HASHOMER 52621, ISRAEL



מחלקת מכרזים
טל: 03-5303558

מכרז מס' 10002750

משרד בריאות

מדינת ישראל
המרכז הרפואי המשולב ע"ש חיים שיבא
מסונף לבית הספר לרפואה ע"ש סאקלר
באוניברסיטת תל-אביב
תל-השומר 52621, ישראל

פרוט הדגם המוצע	כמות	תיאור לאספקה – מיטת תינוקות (Crib) ט.נ. חשמלית	
		סף ובאופן פונקציונלי (ראה סעיף מתה - אמות מידה).	



מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

דרישות אופציונליות ואביזרים:

פירוט לגבי הדגם המוצע	מחיר (ללא מע"מ)	תנאי סף	אביזרים ואביזרים אופציונליים – מיטת תינוקות ט.נ. חשמלית
	מחירון ספק	אביזר חובה	1. מתקן לבלון חמצן
	מחירון ספק	אביזר חובה	2. עמוד עירווי
	מחירון ספק	אביזר חובה	3. עמוד עירווי טלסקופי
	מחירון ספק	אביזר חובה	4. סלסלה/ארונית/אמבטיה לאחסון חפצים
	מחירון ספק		5. מגש/התקן חיצוני להובלת הציוד
	מחירון ספק	אביזר חובה	6. מתלה לשקיות שתן
	מחירון ספק		7. מאזניים מובנים במיטה
	מחירון ספק		8. גלגלים 5"

מחלקת מכרזים
טל: 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט לגבי הדגם המוצע	מחיר (ללא מע"מ)	תנאי סף	אביזרים ואביזרים אופציונליים – מיטת תינוקות ט.נ. חשמלית
	מחירון ספק		9. Medical rails
	מחירון ספק		10. חופה עלית בטיחותית עם וילונות שקופים מעל המיטה
	מחירון ספק		11. הפעלת מעקה בצורה חשמלית
	מחירון ספק		12. סוללת גיבוי
	מחירון ספק		13. יכולת סימון ומספור המיטה לצרכים פנימיים של ביה"ח (הדפסה על גוף המיטה " שם המחלקה " או אחרת (בבסיס))
	מחירון ספק		14. יכולת התקנת Air tag במיטה



מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט לגבי הדגם המוצע	מחיר (ללא מע"מ)	תנאי סף	אביזרים ואביזרים אופציונליים – מיטת תינוקות ט.נ. חשמלית
			15. אביזרים אופציונליים נוספים: במידה וקיימים יש לציין בהמשך הטבלה
			15.1
			15.2
			15.3
			15.4
			15.5
			15.6



מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

חלקי חילוף – עלויות:

פירוט לגבי הדגם המוצע	מק"ט היצרן	מחיר (בש"ח ללא מע"מ)	פרוט הנתונים – חלקי חילוף מיטת תינוקות ט.נ. חשמלית
		מחירון ספק	1. מנוע חשמלי של פונקציית Hi-Lo
		מחירון ספק	2. מעקה שמאלית קומפלט
		מחירון ספק	3. מעקה ימנית קומפלט
		מחירון ספק	4. גלגל קומפלט לפי סעיף 4 של המפרט הטכני
		מחירון ספק	5. פיקוד אלקטרוני של מערכת חשמלית
		מחירון ספק	6. Gas Spring עבור משענת גב
		מחירון ספק	7. Gas Spring עבור מעקה
		מחירון ספק	8. מזרן לפי סעיף 9 של המפרט הטכני



מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט לגבי הדגם המוצע	מק"ט היצרן	מחיר (בש"ח ללא מע"מ)	פרוט הנתונים – חלקי חילוף מיטת תינוקות ט.נ. חשמלית
		מחירון ספק	9. ציפוי של המזרן
		מחירון ספק	10. פיקוד חשמלי - בקר
		מחירון ספק	11. מדבקת לחצנים של מערכת הפעלה
			12. חלקי חילוף נוספים: במידה וקיימים יש לציין בהמשך הטבלה
		מחירון ספק	12.1
		מחירון ספק	12.2
		מחירון ספק	12.3
		מחירון ספק	12.4
		מחירון ספק	12.5
		מחירון ספק	12.6

THE STATE OF ISRAEL
MINISTRY OF HEALTH
THE CHIME SHEBA MEDICAL CENTER
Affiliated to the Tel-Aviv University
Sackler School of Medicine
TEL-HASHOMER 52621, ISRAEL

משרד בריאות

מדינת ישראל
המרכז הרפואי המשולב ע"ש חיים שיבא
מסונף לבית הספר לרפואה ע"ש סאקלר
באוניברסיטת תל-אביב
תל-השומר 52621, ישראל



מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט לגבי הדגם המוצע	מק"ט היצרן	מחיר (בש"ח ללא מע"מ)	פרוט הנתונים – חלקי חילוף מיטת תינוקות ט.נ. חשמלית
		מחירון ספק	.12.7
		מחירון ספק	.12.8
		מחירון ספק	.12.9
		מחירון ספק	.12.10



מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

אמות המידה לניקוד איכות – מיטת אשפוז תינוקות ט.נ. חשמלית

במכרז זה אמות מידה מהוות 30% מהציון המשוקלל, כאשר עלות המיטה מהווה 70% מהציון המשוקלל.
מוצר שהניקוד שיינתן לו יהיה נמוך מציון הסף שנקבע לרכיב מסוים - ייפסל.
הניקוד להלן ייקבע כדלקמן: בודקים מקצועיים מטעם ביה"ח שיבא יעריכו את המוצר,
כ"א בנפרד ללא התייעצות הדדית. הניקוד שיינתן למוצר יקבע לפי נוסחת חישוב בהתבסס על ממוצע ציוני הבודקים.

פירוט לגבי הדגם המוצע	ציון	ציון סף	סעיף במפרט	תיאור – מיטת אשפוז תינוקות ט.נ. חשמלית
	8		3.1.1	1. גובה מינימלי של מצע מזרן לא יותר מ-60 ס"מ
	10		3.3	2. הפעלת משענת גב חשמלית
	8		5.1	3. המעקה של המיטה ניתן לעלייה וירידה בשיטה מכנית או פניאומטית
	8		8.7.1	4. מיטה עמידה בשטיפה ע"י חומרי ניקוי וחיטוי



מחלקת מכרזים
 טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט לגבי הדגם המוצע	ציון	ציון סף	סעיף במפרט	תיאור – מיטת אשפוז תינוקות ט.נ חשמלית
				המאושרים ע"י משרד הבריאות ובחומר מאושר בשיבא: כלור עד 5,000 ppm
	8		סעיף 9 דרישות אופציונליות	5. יכולת סימון ומספור המיטה לצרכים פנימיים של ביה"ח (הדפסה על גוף המיטה " שם המחלקה " או אחרת (בבסיס))
	6		סעיף 10 דרישות אופציונליות	6. יכולת התקנת Air tag במיטה
	10	6		7. נוחות בהובלת המיטה
	10	6		8. נוחות בניקוי של המיטה
	12	7	4	9. מידת הקושי בהפעלת המעקה

THE STATE OF ISRAEL
MINISTRY OF HEALTH
THE CHIME SHEBA MEDICAL CENTER
Affiliated to the Tel-Aviv University
Sackler School of Medicine
TEL-HASHOMER 52621, ISRAEL



משרד בריאות

מדינת ישראל
המרכז הרפואי המשולב ע"ש חיים שיבא
מסונף לבית הספר לרפואה ע"ש סאקלר
באוניברסיטת תל-אביב
תל-השומר 52621, ישראל

מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט לגבי הדגם המוצע	ציון	ציון סף	סעיף במפרט	תיאור – מיטת אשפוז תינוקות ט.נ חשמלית
	10	6		10. מידת הקושי בהורדת/שליפת מראשות/מרגלות
	10	6		11. נוחיות בהכנסת קסטת X-Ray
	100			12. סה"כ



מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

טופס בדיקה מיטת תינוקות ט.ג. חשמלית :

דגם מיטת תינוקות: _____

יצרן מיטת תינוקות : _____

שם המציע: _____

שם הבודק: _____

דרג/י בסולם מ-1 עד 5, את הפרמטרים הבאים בהתאם לטבלת נקודות איכות עבור מיטת ט.ג. תינוקות,
כאשר 1 מייצג את הציון הנמוך ביותר ו-5 מייצג את הציון הגבוה ביותר.

פירוט לגבי הדגם המוצע	הערות	5	4	3	2	1	תיאור - מיטת אשפוז תינוקות ט.ג. חשמלית
							1. נוחות בהובלת המיטה
							2. נוחות בניקוי של המיטה
							3. מידת הקושי בהפעלת המעקה

THE STATE OF ISRAEL
MINISTRY OF HEALTH
THE CHIME SHEBA MEDICAL CENTER
Affiliated to the Tel-Aviv University
Sackler School of Medicine
TEL-HASHOMER 52621, ISRAEL



משרד בריאות

מדינת ישראל
המרכז הרפואי המשולב ע"ש חיים שיבא
מסונף לבית הספר לרפואה ע"ש סאקלר
באוניברסיטת תל-אביב
תל-השומר 52621, ישראל

מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט לגבי הדגם המוצע	הערות	5	4	3	2	1	תיאור - מיטת אשפוז תינוקות ט.נ. חשמלית
							4. מידת הקושי בהורדת/שליפת מראשות/מרגלות
							5. נוחיות בהכנסת קסטה X-Ray

חתימת הבודק: _____

תאריך: _____

THE STATE OF ISRAEL
MINISTRY OF HEALTH
THE CHIME SHEBA MEDICAL CENTER
Affiliated to the Tel-Aviv University
Sackler School of Medicine
TEL-HASHOMER 52621, ISRAEL



מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

משרד בריאות

מדינת ישראל
המרכז הרפואי המשולב ע"ש חיים שיבא
מסונף לבית הספר לרפואה ע"ש סאקלר
באוניברסיטת תל-אביב
תל-השומר 52621, ישראל

ריכוז סיכום בדיקת מיטת ט.נ. תינוקות

דגם מיטת ט.נ. תינוקות: _____
יצרן מיטת ט.נ. תינוקות: _____
שם המציע: _____

– הציון המשוקלל מחושב לפי משוואה –

$$finalGrade = \frac{meanGrade}{max Grade} \cdot Score$$

– כאשר –

$finalGrade$ - מייצג את הציון המשוקלל הסופי.

$meanGrade$ - מייצג את הציון הממוצע מבין הבודקים.

$max Grade$ - מייצג את הציון המקסימאלי - 5

$Score$ - מייצג את הניקוד המתאים לפי טבלת נקודות איכות



מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט לגבי הדגם המוצע	הערות	ציון סף לפי טבלת נקודות איכות	תיאור - מיטת אשפוז תינוקות ט.נ. חשמלית
		6	1. נוחות בהובלת המיטה
		6	2. נוחות בניקוי של המיטה
		7	3. מידת הקושי בהפעלת המעקה
		6	4. מידת הקושי בהורדת/שליפת מראשות/מרגלות
		6	5. נוחות בהכנסת קסטה X-Ray

מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

הנדון: אפיון טכני מיטת אשפוז ילדים

עבור ביה"ח שיבא תל השומר

יש לצרף את המסמכים הרלוונטיים, התייחסות למפרט הטכני, כמו כן יש לצרף פרוספקט עם ספציפיקציות של המיטה.

יש לציין אופציות לצבע של המיטה – לבחירת ביה"ח שיבא.

מפרט הטכני עבור מיטת אשפוז ילדים:

(1) דגם המיטה: _____

(2) יצרן המיטה: _____

(3) ספק המיטה: _____

מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פרוט הדגם המוצע	תנאי סף	תכונה/ערך נדרש ע"י שיבא	נתונים טכניים – מיטת אשפוז ילדים
			1. אישורי תקינה
	תנאי סף	יש לצרף	1.1. אישור אמ"ר בתוקף
	תנאי סף	יש לצרף	1.2. תקן EN60601-2-52
			2. מבנה המיטה ונתונים טכניים לציון:



מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פרוט הדגם המוצע	תנאי סף	תכונה/ערך נדרש ע"י שיבא	נתונים טכניים – מיטת אשפוז ילדים
רוחב מצע בס"מ: _____	תנאי סף	בין 85 ÷ 90 cm נא לציין בס"מ	2.1. רוחב מצע
אורך מצע בס"מ: _____	תנאי סף	בין 195 ÷ 200 cm נא לציין בס"מ	2.2. אורך מצע
מידת רוחב: _____ מידת אורך: _____		נא לציין בס"מ	2.3. מידות חיצוניות של המיטה



מחלקת מכרזים
 טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פרוט הדגם המוצע	תנאי סף	תכונה/ערך נדרש ע"י שיבא	נתונים טכניים – מיטת אשפוז ילדים
מידת הארכה בס"מ : _____	תנאי סף עבור 30% מהמיטות יסופקו מזרונים למאריך	נא לציין בס"מ	2.4. מיטה ניתנת להארכה (מנגנון הארכה מובנה במיטה כולל תוספת מזרן)
סוג החומר : _____	תנאי סף	נא לציין סוג החומר, סוג הצבע (אלקטרוסטטי, בתנור וכדומה)	2.5. מיטה עשויה מחומרים לא מחלידים כגון פלסטיק קשיח, מתכת צבוע
	תנאי סף		2.6. על מצע המיטה להיות עשוי מארבע חלקים - Full: Fowler



מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פרוט הדגם המוצע	תנאי סף	תכונה/ערך נדרש ע"י שיבא	נתונים טכניים – מיטת אשפוז ילדים
מידת אורך בס"מ: _____			2.7. משענת גב (Back Rest Section)
מידת אורך בס"מ: _____			2.8. משענת גב תחתון-ישבן (Seat Section)
מידת אורך בס"מ: _____			2.9. משענת ירכיים (Thigh Section)
מידת אורך בס"מ: _____			2.10. ממשענת שוקיים (Foot Section)
	תנאי סף		2.11. משענת גב שקיפה לצילום X-ray
	תנאי סף		2.12. במשענת גב קיים מקום לקסטה X-ray



מחלקת מכרזים
 טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פרוט הדגם המוצע	תנאי סף	תכונה/ערך נדרש ע"י שיבא	נתונים טכניים – מיטת אשפוז ילדים
סוג החומר: _____	תנאי סף	נא לציין סוג החומר. העדפה ל- חומר אנטי בקטריאלי	2.13. מצע המיטה עשויה מחומר פלסטי: ABS בשיטת Vacuum Forming, או Molding Blow או HPL
	תנאי סף		2.13.1. חלקים לא קבועים של המצע ניתנים לשליפה לצורך ניקוי(למעט חלק של משענת גב שקיף X-ray)
		נא לציין קיים/לא קיים	2.13.2. חלקי המצע כוללים חללים לצורך ניקוז נוזלים ואוורור
	תנאי סף במידה וקיימים		2.13.2.1. חללים של המצע לא גדולים מ-5x18 cm



מחלקת מכרזים
 טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פרוט הדגם המוצע	תנאי סף	תכונה/ערך נדרש ע"י שיבא	נתונים טכניים – מיטת אשפוז ילדים
	תנאי סף		2.14. הגנה בפינות המיטה (Bumper Wheels)
סוג החומר: _____	תנאי סף	נא לציין סוג החומר	2.14.1. עשויים מחומר גמיש (Vinyl, גומי, פלסטיק) ולא משאיר סימנים על הקיר
	תנאי סף		2.14.2. מחובר בצורה מובטחת
	תנאי סף		2.14.3. ניתנים להחלפה
		נא לציין קיים/לא קיים	2.14.4. מיטה עמידה לניקוי בקיטור
			3. <u>תנועות המיטה:</u>



מחלקת מכרזים
 טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פרוט הדגם המוצע	תנאי סף	תכונה/ערך נדרש ע"י שיבא	נתונים טכניים – מיטת אשפוז ילדים
	תנאי סף		3.1. תנועות המיטה חשמליות: Hi-Lo, משענת גב, משענת רגלים (ירכיים), Trendelenburg, Reverse Trendelenburg
			3.2. פעולת Hi-Lo חשמלית :
גובה מהרצפה בס"מ: _____	תנאי סף	לא יעלה על-45 ס"מ נא לציין בס"מ	3.2.1. הגובה המינימאלי מהרצפה עד מצע המיטה
גובה מהרצפה בס"מ: _____	תנאי סף	לא פחות מי-75 ס"מ נא לציין בס"מ	3.2.2. הגובה המקסימאלי מהרצפה עד מצע המיטה
זווית ב-°: _____	תנאי סף	מ-0 עד 63 מעי לפחות נא לציין זווית	3.3. פעולת משענת הגב החשמלית של המיטה



מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פרוט הדגם המוצע	תנאי סף	תכונה/ערך נדרש ע"י שיבא	נתונים טכניים – מיטת אשפוז ילדים
אורך בס"מ: _____	תנאי סף	נא לציין בס"מ	3.4. פעולת משענת הגב עם Retraction (נסיגת משענת גב תוך כידי תנועה)
			3.5. פעולת משענת הרגליים:
זווית ב-°: _____	תנאי סף		3.5.1. קיימת תנועת משענת ירכיים חשמלית
זווית ב-°: _____	נא לציין מה קיים		3.5.2. קיימת תנועת משענת שוקיים חשמלית או מכנית נגררת לאחר משענת ירכיים.
			3.5.3. שינוי זווית משענת שוקיים מכני מתבצע באופן הבא:



מחלקת מכרזים
 טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פרוט הדגם המוצע	תנאי סף	תכונה/ערך נדרש ע"י שיבא	נתונים טכניים – מיטת אשפוז ילדים
	תנאי סף	מנגנון Ratchet עם 4 תחנות לפחות לאורך תנוע נא לציין כמות תחנות או	3.5.3.1. ניתן לשנות תנוחה (זווית) של משענת שוקיים באופן ידני ע"י הפעלת מנגנון מסוג Ratchet (מנגנון Ratchet כפול – משני צדי המיטה)
	תנאי סף	מנגנון פנאומטי כולל Gas Spring וידית הפעלה	3.5.3.2. ניתן לשנות תנוחה (זווית) של משענת שוקיים באופן ידני ע"י הפעלת מנגנון פניאומטי כולל Gas Spring וידית הפעלה
זווית ב-°: ____/____	תנאי סף	נא לציין זווית	3.6. פעולות Reverse Trendelenburg ו-Trendelenburg



מחלקת מכרזים
 טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פרוט הדגם המוצע	תנאי סף	תכונה/ערך נדרש ע"י שיבא	נתונים טכניים – מיטת אשפוז ילדים
	תנאי סף		Cardiac Chair position .3.7
	תנאי סף		CPR Position .3.8
		נא לציין, במידה וקיימות	.3.9 תנועות נוספות
			<u>4. מראשות ומרגלות</u>
	תנאי סף		4.1 על המראשות להיות ניתנות לשליפה מהירה, ובעלות מנגנון חיבור מהיר וללא ברגים
		נא לציין קיים/לא קיים	4.2 המרגלות ניתנות לשליפה



מחלקת מכרזים
 טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פרוט הדגם המוצע	תנאי סף	תכונה/ערך נדרש ע"י שיבא	נתונים טכניים – מיטת אשפוז ילדים
	תנאי סף	נא לציין אופן/תמונה	4.3. המראשות והמרגלות כוללות ידיות/מקומות אחיזה לדחיפה
	תנאי סף		4.4. המראשות והמרגלות בעלות פינות מעוגלות
	תנאי סף		4.5. המראשות והמרגלות עשויות כחלק אחד ללא לוח פריק
סוג החומר: _____	תנאי סף	נא לציין סוג החומר. העדפה לחומר אנטי בקטריאלי	4.6. המראשות והמרגלות עשויות מחומר פלסטי: ABS בשיטת Blow Molding או שווה ערך
			5. <u>דפנות צד</u> :



מחלקת מכרזים
 טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פרוט הדגם המוצע	תנאי סף	תכונה/ערך נדרש ע"י שיבא	נתונים טכניים – מיטת אשפוז ילדים
	תנאי סף		5.1 דפנות צד מפוצלות (Split side rails) – קדמיות (אזור ראש וגוף של המטופל) ואחוריות (אזור אגן ורגליים של המטופל)
	תנאי סף		5.2 מתקפלות כלפי מטה
סוג מנגנון בלימה: _____	תנאי סף	נא לציין אופן עבודה של מנגנון בלימה	5.2.1 פתיחת הדפנות שקטה – קיים מנגנון בלימת הדפנות בעת פתיחתן
	תנאי סף		5.3 דפנות סוגרות את כל המרווח בין מראשות ומרגלות (סגירה מלאה)
מרווח בס"מ: _____	תנאי סף		5.3.1 מרווח בין הדפנות המפוצלות לא יותר מ-6 ס"מ



מחלקת מכרזים
 טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פרוט הדגם המוצע	תנאי סף	תכונה/ערך נדרש ע"י שיבא	נתונים טכניים – מיטת אשפוז ילדים
מרווח בס"מ: _____	תנאי סף		5.3.2. מרווח בין דפנות קדמיות ומראשון לא יותר מ-6 ס"מ
מרווח בס"מ: _____	תנאי סף		5.4. מרווח בין דפנות אחוריות ומרגלות לא יותר מ-6 ס"מ
גובה דפנות בס"מ: _____	תנאי סף	נא לציין בס"מ	5.5. גובה הדפנות – 36 ס"מ לפחות מעל מצע המזרן
	תנאי סף		5.6. נעילת הדפנות היא בטיחותית – לא ניתנות לפתיחה ע"י המטופל
סוג החומר: _____	תנאי סף	נא לציין סוג החומר. העדפה לחומר אנטי בקטריאלי	5.7. על דפנות הצד להיות עשויות מחומר פלסטי – ABS Blow Molding או שווה ערך



מחלקת מכרזים
 טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פרוט הדגם המוצע	תנאי סף	תכונה/ערך נדרש ע"י שיבא	נתונים טכניים – מיטת אשפוז ילדים
	תנאי סף		5.8. דפנות כוללות ידיות/בליטות לאחיה
	תנאי סף		5.9. מד זווית מובנה בדפנות קדמיות
			6. <u>גלגלים</u> :
קוטר: _____	תנאי סף	6" (inch)	6.1. קוטר הגלגלים
אופן הפעלה: _____ _____ _____	תנאי סף	נא לציין אופן הפעלה מצד המראשות והמרגלות	6.2. קיימת נעילה מרכזית של כל הגלגלים באמצעות מעצור דריכת רגל או בר דריכה בצד המרגלות וגם בצד המראשות
	תנאי סף		6.2.1. על הגלגלים לכלול אפשרות לנעילה לצידוד וגלגול



מחלקת מכרזים
 טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פרוט הדגם המוצע	תנאי סף	תכונה/ערך נדרש ע"י שיבא	נתונים טכניים – מיטת אשפוז ילדים
	תנאי סף		6.2.2. מעצור של נעילה מרכזית כולל שלושה מצבים: נעילת הגלגלים, נעילת כיוון הגלגלים, שחרור הגלגלים
	תנאי סף		6.2.3. גלגל עם נעילת הכיוון נמצא בצד המראשות, או מרגלות – בהתאם לדרישת ביה"ח
יצרן הגלגלים: _____	תנאי סף	נא לציין תוצרת ולצרף מפרט הטכני של הגלגל	6.3. על גלגלי המיטה להיות מתוצרת יצרנים: TENTE, ROMBUS, COLSON, STEINCO או שווה ארץ
	תנאי סף		6.4. על מסב הגלגל להיות מסב כדורי
	תנאי סף		6.5. גלגלים הם אנטיסטטיים



מחלקת מכרזים
טל: 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פרוט הדגם המוצע	תנאי סף	תכונה/ערך נדרש ע"י שיבא	נתונים טכניים – מיטת אשפוז ילדים
	תנאי סף		6.6. עבור כלל פדלי/מעצור דריכת רגל/בר דריכה להפעלת נעילה מרכזית קיימים סימונים גראפיים על גבי גוף המיטה עמידים לשטיפה
			7. שלטי הפעלה מובנים בדפנות:
	תנאי סף נא לציין באיזה דופן נמצא שלט חיצוני: בדופן קדמי או אחורי		7.1. שלט מובנה בתוך שתי הדפנות הקדמיות או אחוריות משני הכיוונים: מצד המטופל ומצד המשתמש



מחלקת מכרזים
 טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פרוט הדגם המוצע	תנאי סף	תכונה/ערך נדרש ע"י שיבא	נתונים טכניים – מיטת אשפוז ילדים
פונקציות: _____	תנאי סף	נא לציין את הפונקציות הקיימות	7.1.1. מצד פנימי (שלט של המטופל) הפעלת פונקציות בסיסיות בלבד: משענת גב, משענת רגליים לפחות. Cardiac Chair Hi-Lo , Auto Contour , Position (במידה וקיימת)
פונקציות: _____	תנאי סף	נא לציין את הפונקציות הקיימות	7.1.2. מצד חיצוני (שלט של המטפל) הפעלת פונקציות: Hi-Lo משענת גב, משענת רגליים, Trendelenburg/Reverse Trendelenburg לפחות. Cardiac Chair Position or Auto Contour (במידה וקיים)



מחלקת מכרזים
 טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פרוט הדגם המוצע	תנאי סף	תכונה/ערך נדרש ע"י שיבא	נתונים טכניים – מיטת אשפוז ילדים
	תנאי סף	נא לציין מיקום	7.1.2.1. כפתור יציאה מהמיטה בשלט המותקן בצד חיצוני של הדופן או בשלת צוות
			8. <u>שלט הפעלה ע"י צוות:</u>
	תנאי סף	יש לציין אופן ואופציות הקיימות	8.1. נמצא במרגלות המיטה (מובנה במרגלות או בתלייה במרגלות, או במגירה ייעודית מתחת למצע המזרן), או מובנה בדפנות אחוריות
	תנאי סף		8.2. מאפשר הפעלה של כלל פונקציות החשמליות
	תנאי סף		8.3. מאפשר נעילת כול פונקציה בודדת בשלט המטופל
	תנאי סף		8.4. מאפשר נעילת הפעלה של השלט המטופל



מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פרוט הדגם המוצע	תנאי סף	תכונה/ערך נדרש ע"י שיבא	נתונים טכניים – מיטת אשפוז ילדים
	תנאי סף		Auto contour ו/או Cardiac Chair position 8.5 בלחיצת כפתור
	תנאי סף		8.6 CPR Position בלחיצת כפתור
	תנאי סף		8.7 . איפוס המיטה בלחיצת כפתור אחד
	נא לציין האם קיים		8.8 . פדל רגל משני צדי המיטה להפעלת פונקציית Hi-Lo
			9. <u>בטיחות:</u>
	תנאי סף		9.1 . משענת גב ניתנת לאפוס ידני (מכאני) למצב CPR משני צדי המיטה



מחלקת מכרזים
 טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פרוט הדגם המוצע	תנאי סף	תכונה/ערך נדרש ע"י שיבא	נתונים טכניים – מיטת אשפוז ילדים
	תנאי סף	נא לצרף הצהרת היצרן	9.2. על החלקים הפלסטיים של המיטה להיות מחומר מעכב בעירה
	תנאי סף	נא לציין פרמטרים/טווח זמן/כמות פעולות	9.3. סוללת גיבוי
			10. דרישות כלליות:
כושר נשיאת המיטה בק"ג: _____	תנאי סף	220 kg לפחות, נא לציין SWL	10.1. כושר נשיאה מקסימאלי (Safety Work Load-SWL):
_____ : IPX	תנאי סף	רמת אטימות IPX4 לפחות	10.2. רמת אטימות של מערכת החשמלית



מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פרוט הדגם המוצע	תנאי סף	תכונה/ערך נדרש ע"י שיבא	נתונים טכניים – מיטת אשפוז ילדים
	תנאי סף		10.3. פין הארקה להשוואת פוטנציאלים (Grounding pin)
	תנאי סף		10.4. מיטה מוזנת מרשת חשמל 220 V
	תנאי סף	נא לציין סוג הכבל (רגיל, מסולסל) ואופציות קיימות	10.5. כבל הזנת החשמל כולל תקע יצוק ישראלי
	תנאי סף		10.6. על המיטה לכלול הכנה ל-4 עמודי עירווי בכל אחת מפינות המיטה : בצדי המראשות (2 יח') ובצדי המרגלות (2 יח') כולל בידוד מחומר פלסטי (Nylon או שווה ערך)
	תנאי סף		10.7. על המיטה לכלול הכנה לטרפו בצד מראשות



מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פרוט הדגם המוצע	תנאי סף	תכונה/ערך נדרש ע"י שיבא	נתונים טכניים – מיטת אשפוז ילדים
	תנאי סף	4 ווים מכל צד לפחות, נא לציין אורך מתקן תלייה	10.8. על מיטה לכלול מתקן תלייה לנקזים משני הצדדים בחלק התחתון של המיטה
	תנאי סף	4 ווים	10.9. על מיטה לכלול מתקן תלייה לנקזים מצד הקדמי של המיטה (מראשות)
	תנאי סף		10.10. תאורת לילה
		נא לציין מה קיים	10.11. פונקציות, אביזרים נוספים – דוגמת תאורת לילה, איפוס מלא באמצעות כפתור אחת, תאורת גובה מינימום וכדומה



מחלקת מכרזים
 טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פרוט הדגם המוצע	תנאי סף	תכונה/ערך נדרש ע"י שיבא	נתונים טכניים – מיטת אשפוז ילדים
נא לצרף הצהרת היצרן	תנאי סף		10.12. מיטה עמידה בשטיפה ע"י חומרי ניקוי וחיטוי המאושרים ע"י משרד הבריאות (חוזר מנהל רפואה מספר 12.2006 –הנחיות לניקוי וחיטוי במוסדות רפואיים) ובחומר מאושר בשיבא: כלור עד 1,000 ppm
נא לצרף הצהרת היצרן	אמות מידה		10.12.1. מיטה עמידה בשטיפה ע"י חומרי ניקוי וחיטוי המאושרים ע"י משרד הבריאות ובחומר מאושר בשיבא: כלור עד 5,000 ppm
נא לציין האם קיים/ לא קיים			11. אביזרים
			11.1. הערה: אביזרים עם סימון "אביזר מדף חובה" הם אביזרים אשר לא מסופקים ביחד עם המיטה, אך ספק מחויב לאספקתם בהתאם לדרישת המוסד ובהתאם למחיר שנקבע



מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פרוט הדגם המוצע	תנאי סף	תכונה/ערך נדרש ע"י שיבא	נתונים טכניים – מיטת אשפוז ילדים
	אביזר מדף חובה		11.2. Trapeze : ידית מחומר פלסטי מתכווננת לגובה (אביזר מדף חובה)
			11.2.1. משקל נשיאה מרבי מותר 150 kg לפחות
			11.2.2. Trapeze לא בולט מהמסגרת המיטה
	אביזר מדף חובה	יש לצרף תמונה ולציין עובי העמוד	11.3. עמוד עירווי טלסקופי נשלף, מקופף (קצה העמוד מרוחק מפס אספקה או מונויטור). חיבור עמוד עירווי למיטה ללא ברגים או פרפרים.
	אביזר מדף חובה		11.4. גיליון למטופל עם אפשרות סגירת שם המטופל



מחלקת מכרזים
 טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פרוט הדגם המוצע	תנאי סף	תכונה/ערך נדרש ע"י שיבא	נתונים טכניים – מיטת אשפוז ילדים
	אביזר מדף חובה		11.5 מגש למוניטור
	אביזר מדף חובה		11.6 מתקן למיכל חמצן
יש לצרף דו"ח מעבדה בנושא איכות בעירה עבור מזרן ועבור כיסוי או עבור כל המזרן בכללותו : תעודה ממכון התקנים המעידה על עמידה בדרישות התקן ישראלי ת"י 5418/518, או עמידה בתקן איכות בעירה עבור חומר המזרן ועבור כיסוי של המזרן מהמדינות הבאות : מדינות מערב אירופה/יפן/אוסטרליה/מדינות צפון אמריקה	אביזר מדף חובה	יש לצרף מפרט המזרן: ממדים, סוג החומר, צפיפות החומר, סוג כיסוי	11.7 מזרן רפואי מקורי מסוג ויסקו-אלסטי מותאם לממדים של המיטה בעובי של 15 ס"מ עשוי משכבה תחתונה (ספוג בצפיפות 32 kg/m ³ לפחות בעובי 7-8 ס"מ ושכבה עליונה עשויה מחומר ויסקו אלסטי בצפיפות 56 kg/m ³ לפחות) . מזרן כולל כיסוי עשוי מחומר אנטי בקטריאלי, בלתי חדיר לנוזלים, נמתח לכל הכיוונים, עמיד בשטיפה עד 80 מע"צ, עמיד נגד שריפה וכולל רוחסן , אשר מוסתר ע"י בד (חצאית).

מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

למען הסר ספק, המחיר המוצע למיטת אשפוז כולל את הפריטים בטבלה לרבות תנאים לאספקה:

פרוט הדגם המוצע	כמות	תיאור לאספקה – מיטת אשפוז ילדים
	1 יח'	1. מיטת אשפוז לפי מפרט טכני כוללת הארכה
	1 יח'	2. אחריות 5 שנים כולל חלקי חילוף, עבודה וטיפולים תקופתיים בהתאם להוראות היצרן
	1 יח'	3. עמוד עירווי - סעיף 11.3 של המפרט הטכני לעיל
	1 יח'	4. מזרן רפואי – סעיף 11.4 של המפרט הטכני לעיל
	1 יח'	5. גיליון למטופל עם אפשרות סגירת שם המטופל
	1 יח'	6. מגש למוניטור



מחלקת מכרזים
 טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

	5 יח' עבור כל 10 מיטות	7. מזרן להשלמה בעת הארכת המיטה
	1 סט	8. מתלה נקזים משני צדדים ומקדימה
	1 יח'	9. קיים מספר זיהוי נגיש של היצרן המיטה
		10. <u>דרישות לאספקה:</u>
	נדרש נא לצרף	10.1. אישורי תקינה שבסעיף 1 של המפרט הטכני לעיל
	<u>מיטה תאושר להמשך תהליך מכרזי בהתאם לתוצאות מבחן בלבד</u>	10.2. <u>מיטה תעבור מבחן עליה לרמפה של אמבולנס שיבא והעמדה בתוך הרכב</u>
	תנאי סף נא לצרף	10.3. הוראות החזקה (Service Manual) של המיטה
	תנאי סף נא לצרף	10.4. הוראות הפעלה ושימוש (User Manual) של המיטה



מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

	תנאי סף נא לצרף	10.5. התחייבות היצרן לאספקת חלקי חילוף 7 שנים לפחות לאחר תום יצור הדגם
	נדרש	10.6. הדרכה של הצוות עד לקבלת שביעות רצון מלאה
	תנאי סף נא לצרף	10.7. שרטוט המיטה עם כלל החלקים הקיימים – "שרטוט פצה" (שרטוט מבט מפורק)
	תנאי סף נא לצרף	10.8. עלות הסכם שירות שנתי לאחר תום תקופת האחריות בת 5 שנים כולל חלקי חילוף, עבודה וטיפולים תקופתיים בהתאם להוראות היצרן
	נדרש נא לציין	10.9. עלות שעת עבודה של טכנאי הספק לקריאת שירות בשעות עבודה רגילות (בין שעות 8 עד 17:00 בימים א' – ה')
	נדרש נא לציין	10.10. עלות שעת נסיעה של טכנאי הספק לקריאת שירות בשעות עבודה רגילות (בין שעות 8 עד 17:00 בימים א' – ה')



מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

	נדרש נא לציין	10.11. עלות שעת עבודה של טכנאי הספק לקריאת שירות בשעות עבודה חריגות (לאחר 17:00 בימים א' – ה' ובסופי שבוע וחגים)
	נדרש נא לציין	10.12. עלות שעת נסיעה של טכנאי הספק לקריאת שירות בשעות עבודה חריגות (לאחר 17:00 בימים א' – ה' ובסופי שבוע וחגים)
	נדרש נא לצרף	10.13. התחייבות ל-SLA – 24 שעות במקרה של תקלה לא משביתה
	נדרש נא לצרף	10.14. התחייבות ל-SLA – 12 שעות במקרה של תקלה משביתה
	נדרש נא לצרף	10.15. התחייבות הספק להחזיק כלל החלקים החיוניים במלאי ארצי (חלקים שהשבתם מובילה להשבתת המיטה, דוגמת חלקים של מערכת חשמלית, גלגלים, שלטים וכדומה)
	נדרש נא לציין	10.16. השתתפות במכרז כוללת בדיקה פיזית של המיטה ע"י צוות הבודקים. מיטה תיבדקנה לעמידה

מחלקת מכרזים
טל: 03-5303558

מכרז מס' 10002750

		בתנאי סף ובאופן פונקציונלי (ראה סעיף ה' מתה - אמות מידה).
--	--	--

אביזרים ואביזרים אופציונליים - עלויות:

פרוט הדגם המוצע	מחיר (ללא מע"מ)	תנאי סף	אביזרים ואביזרים אופציונליים – מיטת אשפוז ילדים
	מחירון ספק נא לציין אופן פעולה		1. מערכת הנעה עבור המיטה



מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פרוט הדגם המוצע	מחיר (ללא מע"מ)	תנאי סף	אביזרים ואביזרים אופציונליים – מיטת אשפוז ילדים
	מחירון ספק		.2 גלגלים (inch) 6" כפולים
	מחירון ספק		.3 מנוע חשמלי לפעולת Hi-Lo
	מחירון ספק		.4 מנוע חשמלי לפעולת משענת גב
	מחירון ספק		.5 מנוע חשמלי לפעולת משענת רגליים
	מחירון ספק		.6 מערכת פיקוד חשמלי



מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פרוט הדגם המוצע	מחיר (ללא מע"מ)	תנאי סף	אביזרים ואביזרים אופציונליים – מיטת אשפוז ילדים
	מחירון ספק	אביזר חובה	7. גיליון למטופל עם אפשרות סגירת שם המטופל
	מחירון ספק	אביזר חובה	8. מגש למוניטור
	מחירון ספק		9. כפתור זיכרון 30 מעי עבור משענת גב בשלט של הצוות/חולה
	מחירון ספק	אביזר חובה	10. מתקן למיכל חמצן
	מחירון ספק		11. התראה לגובה נמוך



מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פרוט הדגם המוצע	מחיר (ללא מע"מ)	תנאי סף	אביזרים ואביזרים אופציונליים – מיטת אשפוז ילדים
	מחירון ספק		12. התראה על שחרור נעילת הגלגלים
	מחירון ספק		13. נעילה אוטומטית של הגלגלים בעת חיבור לחשמל
	מחירון ספק	אביזר חובה	14. מערכת שקילה מובנת במיטה
	מחירון ספק	אביזר חובה	15. Trapeze : ידית מחומר פלסטי מתכווננת לגובה – לפי סעיף 11.2 של המפרט הטכני לעיל
	מחירון ספק	אביזר חובה	16. עמוד עירוני טלסקופי – לפי מפרט הטכני – סעיף 11.3 של המפרט הטכני לעיל



מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פרוט הדגם המוצע	מחיר (ללא מע"מ)	תנאי סף	אביזרים ואביזרים אופציונליים – מיטת אשפוז ילדים
	מחירון ספק		17. גימור המיטה עבור מחלקת אורטופדיה: הכנות מובנות עבור מערכת Traction, הכנות מובנות עבור Trapeze ב-4 פינות המיטה, מראשות ומרגלות מותאמות לציוד הנ"ל
	מחירון ספק	אביזר חובה	18. מזרן רפואי וויסקו-אלסטי בהתאם לסעיף 11.6 של המפרט הטכני לעיל
	מחירון ספק		19. מזרן להארכת המיטה (השלמת מזרן קיים)
	מחירון ספק		20. תומך לצורך יציאה מהמיטה



מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פרוט הדגם המוצע	מחיר (ללא מע"מ)	תנאי סף	אביזרים ואביזרים אופציונליים – מיטת אשפוז ילדים
	מחירון ספק		21. התראה במקרה של תנועה לא רצויה של החולה (Bed Exit Alarm)
	מחירון ספק		22. עצירה אוטומטית ב-30° בעת הפעלת משענת גב
	מחירון ספק	לציין באיזה שלט קיים	23. כפתור מצב בדיקה (Examination) (Position)
	מחירון ספק	לציין באיזה שלט קיים	24. כפתור יציאה מהמיטה (Mobilization) (Position)



מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פרוט הדגם המוצע	מחיר (ללא מע"מ)	תנאי סף	אביזרים ואביזרים אופציונליים – מיטת אשפוז ילדים
	מחירון ספק יש לציין תוספת עלות במידה וקיים ולציין נתון IP		25. מיטה ברמת אטימות של מערכת החשמלית IPX6 לפחות
			26. אביזרים ופונקציות אופציונליים נוספים: במידה וקיימים יש לציין בהמשך הטבלה
			26.1
			26.2



מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פרוט הדגם המוצע	מחיר (ללא מע"מ)	תנאי סף	אביזרים ואביזרים אופציונליים – מיטת אשפוז ילדים
			26.3
			26.4
			26.5
			26.6

חלקי חילוף – עלויות:

פרוט הדגם המוצע	פרוט הנתונים – חלקי חילוף מיטת אשפוז ילדים
	1. מנוע חשמלי (בוכנה) עבור משענת גב



מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פרוט הדגם המוצע	פרוט הנתונים – חלקי חילוף מיטת אשפוז ילדים
	2. מנוע חשמלי עבור פעולת Hi Lo
	3. מנוע חשמלי עבור משענת רגליים
	4. מנוע חשמלי עבור משענת שוקיים (במידה וקיים)
	5. בוכנת גז עבור משענת שוקיים (במידה וקיימת)
	6. מנגנון Ratchet עבור משענת שוקיים (במידה וקיים)
	7. פיקוד של מערכת החשמלית
	8. גלגל קומפלט
	9. גלגל כפול קומפלט



מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פרוט הדגם המוצע	פרוט הנתונים – חלקי חילוף מיטת אשפוז ילדים
	10. דופן קדמית שמאלית קומפלט
	11. דופן קדמית ימנית קומפלט
	12. דופן אחורית שמאלית קומפלט
	13. דופן אחורית ימנית קומפלט
	14. מגן קיר קומפלט
	15. שלט המטופל מובנה בדופן (פנימי)
	16. שלט של משתמש מובנה בדופן (חיצוני)
	17. שלט של צוות ממוקם במרגלות (מובנה או תלוי, או מובנה בדפנות אחוריות)



מחלקת מכרזים
טל: 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פרוט הדגם המוצע	פרוט הנתונים – חלקי חילוף מיטת אשפוז ילדים
	18. כבל הזנה עם תקע יצוק ישראלי
	19. פדל רגל קומפלט מצד המיטה להפעלה חשמלית פונקציה Hi-Low
	20. Power Replacement Kit
	21. Battery Replacement Kit
	22. Patient Handset
	23. חלקי חילוף נוספים: במידה וקיימים יש לציין בהמשך הטבלה
	23.1

THE STATE OF ISRAEL
MINISTRY OF HEALTH
THE CHIME SHEBA MEDICAL CENTER
Affiliated to the Tel-Aviv University
Sackler School of Medicine
TEL-HASHOMER 52621, ISRAEL



משרד בריאות

מדינת ישראל
המרכז הרפואי המשולב ע"ש חיים שיבא
מסונף לבית הספר לרפואה ע"ש סאקלר
באוניברסיטת תל-אביב
תל-השומר 52621, ישראל

מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פרוט הנתונים – חלקי חילוף מיטת אשפוז ילדים	פרוט הדגם המוצע
.23.2	
.23.3	
.23.4	
.23.5	
.23.6	
.23.7	
.23.8	
.23.9	



מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פרוט הדגם המוצע	פרוט הנתונים – חלקי חילוף מיטת אשפוז ילדים
	.23.10
	.23.11

אמות המידה לניקוד איכות – מיטת אשפוז ילדים

במכרז זה אמות מידה מהוות 30% מהציון המשוקלל, כאשר עלות המיטה מהווה 70% מהציון המשוקלל.

מוצר שהניקוד שיינתן לו יהיה נמוך מציון הסף שנקבע לרכיב מסוים - ייפסל.

הניקוד להלן ייקבע כדלקמן: בודקים מקצועיים מטעם ביה"ח שיבא יעריכו את המוצר,

כ"א בנפרד ללא התייעצות הדדית. הניקוד שיינתן למוצר יקבע לפי נוסחת חישוב בהתבסס על ממוצע ציוני הבודקים.



מחלקת מכרזים
 טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פרוט לגבי הדגם המוצע	ציון	ציון סף	סעיף במפרט	תיאור אמות מידה – מיטת אשפוז ילדים
	7		2.13, 4.6, 5.8	1. חלקים פלסטיים של המיטה (מראשות, מרגלות, דפנות) עשויות מחומר אנטי בקטריאלי
	7		10 דרישות אופציונליות	2. התראה על שחרור נעילת הגלגלים
			3.5.2	3. תנועת משענת שוקיים:
	5 או			3.1 באמצעות בוכנת גז
	10			3.2 באמצעות מנוע חשמלי
	8		8.8	4. פדל רגל משני צדי המיטה להפעלת פונקציית Hi-Lo



מחלקת מכרזים
 טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פרוט לגבי הדגם המוצע	ציון	ציון סף	סעיף במפרט	תיאור אמות מידה – מיטת אשפוז ילדים
	8		10.12.1	5. מיטה עמידה בשטיפה ע"י חומרי ניקוי וחיטוי המאושרים ע"י משרד הבריאות ובחומר מאושר בשיבא: כלור עד 5,000 ppm
	10	6	9.1	6. מידת הקושי בהפעלה ידנית של CPR
	10	6	4.1, 4.2	7. מידת הקושי בשליפת מראשות לצורך ביצוע CPR
	10	6	5	8. מידת הקושי בהפעלת דפנות צד
	10	6	6.2	9. מידת הקושי ונוחות בהפעלה ושחרור נעילה מרכזית

מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פרוט לגבי הדגם המוצע	ציון	ציון סף	סעיף במפרט	תיאור אמות מידה – מיטת אשפוז ילדים
	10	6		10. נוחות בהובלת המיטה
	10	6		11. נוחות בניקוי של המיטה
	100			12. סה"כ

טופס בדיקה למיטת אשפוז ילדים

דגם מיטת אשפוז: _____

יצרן מיטת אשפוז: _____

שם המציע: _____

שם הבודק: _____



מחלקת מכרזים
טל: 03-5303558

מכרז מס' 10002750

דרג/י בסולם מ-1 עד 5, את הפרמטרים הבאים בהתאם לטבלת נקודות איכות עבור מיטת אשפוז,
כאשר 1 מייצג את הציון הנמוך ביותר ו-5 מייצג את הציון הגבוה ביותר.

תיאור	1	2	3	4	5	הערות	פירוט לגבי הדגם המוצע
1. מידת הקושי בהפעלה ידנית של CPR							
2. מידת הקושי בשליפת מראשות לצורך ביצוע CPR							
3. מידת הקושי בהפעלת דפנות צד							
4. מידת הקושי ונוחיות בהפעלה ושחרור נעילה מרכזית							
5. נוחיות בהובלת המיטה							

THE STATE OF ISRAEL
MINISTRY OF HEALTH
THE CHIME SHEBA MEDICAL CENTER
Affiliated to the Tel-Aviv University
Sackler School of Medicine
TEL-HASHOMER 52621, ISRAEL



מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

משרד בריאות

מדינת ישראל
המרכז הרפואי המשולב ע"ש חיים שיבא
מסונף לבית הספר לרפואה ע"ש סאקלר
באוניברסיטת תל-אביב
תל-השומר 52621, ישראל

פירוט לגבי הדגם המוצע	הערות	5	4	3	2	1	תיאור
							6. נוחיות בניקוי של המיטה

חתימת הבודק: _____

תאריך: _____

ריכוז סיכום בדיקת מיטת אשפוז ילדים

דגם מיטת אשפוז: _____

יצרן מיטת אשפוז: _____

שם המציע: _____

מחלקת מכרזים
טל: 03-5303558

מכרז מס' 10002750

1. הציון המשוקלל מחושב לפי משוואה –

$$finalGrade = \frac{meanGrade}{max Grade} \cdot Score$$

כאשר –

$finalGrade$ - מייצג את הציון המשוקלל הסופי.

$meanGrade$ - מייצג את הציון הממוצע מבין הבודקים.

$max Grade$ - מייצג את הציון המקסימאלי - 5

2. $Score$ - מייצג את הניקוד המתאים לפי טבלת נקודות איכות

פירוט לגבי הדגם המוצע	הערות	ציון סף לפי טבלת נקודות איכות	תיאור
		6	1. מידת הקושי בהפעלה ידנית של CPR



מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט לגבי הדגם המוצע	הערות	ציון סף לפי טבלת נקודות איכות	תיאור
		6	2. מידת הקושי בשליפת מראשות לצורך ביצוע CPR
		6	3. מידת הקושי בהפעלת דפנות צד
		6	4. מידת הקושי ונוחיות בהפעלה ושחרור נעילה מרכזית
		6	5. נוחיות בהובלת המיטה
		6	6. נוחיות בניקוי של המיטה

הנדון: אפיון טכני מיטת אשפוז עבור טיפול נמרץ ילדים

עבור ביה"ח שיבא תל השומר

יש לצרף את המסמכים הרלוונטיים, התייחסות למפרט הטכני, כמו כן יש לצרף פרוספקט עם ספציפיקציות של המיטה.

יש לציין אופציות לצבע של המיטה – לבחירת ביה"ח שיבא.

מפרט הטכני עבור מיטת אשפוז ט.נ. ילדים:

(1) דגם המיטה: _____

(2) יצרן המיטה: _____

(3) ספק המיטה: _____



מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פרוט הדגם המוצע	תנאי סף	תכונה/ערך נדרש	נתונים טכניים – מיטת טיפול נמרץ ילדים
			1. <u>אישורי תקינה</u>
	תנאי סף	יש לצרף	אישור אמ"ר בתוקף
	תנאי סף	יש לצרף	1.1. תקן EN60601-2-52
			2. <u>מבנה המיטה ונתונים טכניים לציון:</u>
רוחב מצע בס"מ: _____	תנאי סף	בין 85 ÷ 90 cm נא לציין בס"מ	2.1. רוחב מצע
אורך מצע בס"מ: _____	תנאי סף	בין 195 ÷ 200 cm נא לציין בס"מ	2.2. אורך מצע



מחלקת מכרזים
 טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פרוט הדגם המוצע	תנאי סף	תכונה/ערך נדרש	נתונים טכניים – מיטת טיפול נמרץ ילדים
מידת רוחב: _____ מידת אורך: _____		נא לציין בס"מ	2.3. מידות חיצוניות של המיטה
מידת הארכה בס"מ: _____	תנאי סף עבור 30% מהמיטות יוסופקו מזרונים למאריך	נא לציין בס"מ	2.4. מיטה ניתנת להארכה (מנגנון הארכה מובנה במיטה כולל תוספת מזרן)
סוג החומר: _____	תנאי סף	נא לציין סוג החומר, סוג הצבע (אלקטרוסטטי, בתנור וכדומה)	2.5. מיטה עשויה מחומרים לא מחלידים כגון פלסטיק קשיח, מתכת צבוע
	תנאי סף		2.6. על מצע המיטה להיות עשוי מארבע חלקים - Full : Fowler



מחלקת מכרזים
טל: 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פרוט הדגם המוצע	תנאי סף	תכונה/ערך נדרש	נתונים טכניים – מיטת טיפול נמרץ ילדים
מידת אורך בס"מ: _____			2.7. משענת גב (Back Rest Section)
מידת אורך בס"מ: _____			2.8. משענת גב תחתון-ישבן (Seat Section)
מידת אורך בס"מ: _____			2.9. משענת ירכיים (Thigh Section)
מידת אורך בס"מ: _____			2.10. ממשענת שוקיים (Foot Section)
	תנאי סף		2.11. משענת גב שקיפה לצילום X-ray
	תנאי סף		2.12. במשענת גב קיים מקום לקסטה X-ray



מחלקת מכרזים
טל: 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פרוט הדגם המוצע	תנאי סף	תכונה/ערך נדרש	נתונים טכניים – מיטת טיפול נמרץ ילדים
סוג החומר: _____	תנאי סף	נא לציין סוג החומר. העדפה ל- חומר אנטי בקטריאלי	2.13 מצע המיטה עשוי מחומר פלסטי: ABS בשיטת Vacuum Forming, או Molding Blow או HPL
	תנאי סף		2.13.1 חלקים לא קבועים של המצע ניתנים לשליפה לצורך ניקוי/למעט חלק של משענת גב שקיף (X-ray)
		נא לציין קיים/לא קיים	2.13.2 חלקי המצע כוללים חללים לצורך ניקוז נוזלים ואוורור
	תנאי סף במידה וקיימים		2.13.2.1 חללים של המצע לא גדולים מ-5×18 cm



מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פרוט הדגם המוצע	תנאי סף	תכונה/ערך נדרש	נתונים טכניים – מיטת טיפול נמרץ ילדים
	תנאי סף		2.14. הגנה בפינות המיטה (Bumper Wheels)
סוג החומר: _____	תנאי סף	נא לציין סוג החומר	2.14.1. עשויים מחומר גמיש (Vinyl, גומי, פלסטיק) ולא משאיר סימנים על הקיר
	תנאי סף		2.14.2. מחובר בצורה מובטחת
	תנאי סף		2.14.3. ניתנים להחלפה
		נא לציין קיים/לא קיים	2.14.4. מיטה עמידה לניקוי בקיטור



מחלקת מכרזים
 טל: 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פרוט הדגם המוצע	תנאי סף	תכונה/ערך נדרש	נתונים טכניים – מיטת טיפול נמרץ ילדים
			3. תנועות המיטה:
	תנאי סף		3.1. תנועות המיטה חשמליות: Hi-Lo, משענת גב, משענת רגלים (ירכיים), Trendelenburg, Reverse Trendelenburg
			3.2. פעולת Hi-Lo חשמלית:
	תנאי סף	לא יעלה על-45 ס"מ נא לציין בס"מ	3.2.1 הגובה המינימאלי מהרצפה עד מצע המיטה
גובה מהרצפה בס"מ: _____	תנאי סף	לא פחות מי-75 ס"מ נא לציין בס"מ	3.2.2 הגובה המקסימאלי מהרצפה עד מצע המיטה
גובה מהרצפה בס"מ: _____	תנאי סף	מ-0 עד 63 מע' לפחות נא לציין זווית	3.3 פעולת משענת הגב החשמלית של המיטה
זווית ב-°: _____	תנאי סף		



מחלקת מכרזים
 טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פרוט הדגם המוצע	תנאי סף	תכונה/ערך נדרש	נתונים טכניים – מיטת טיפול נמרץ ילדים
אורך בס"מ: _____	תנאי סף	נא לציין בס"מ	3.4. פעולת משענת הגב עם Retraction (נסיגת משענת גב תוך כידי תנועה)
			3.5. פעולת משענת הרגליים:
זווית ב-°: _____	תנאי סף		3.5.1. קיימת תנועת משענת ירכיים חשמלית
זווית ב-°: _____	נא לציין מה קיים		3.5.2. קיימת תנועת משענת שוקיים חשמלית או מכנית נגררת לאחר משענת ירכיים.
			3.5.3. שינוי זווית משענת שוקיים מכני מתבצע באופן הבא:



מחלקת מכרזים
 טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פרוט הדגם המוצע	תנאי סף	תכונה/ערך נדרש	נתונים טכניים – מיטת טיפול נמרץ ילדים
	תנאי סף	מנגנון Ratchet עם 4 תחנות לפחות לאורך תנוע נא לציין כמות תחנות או	3.5.3.1. ניתן לשנות תנוחה (זווית) של משענת שוקיים באופן ידני ע"י הפעלת מנגנון מסוג Ratchet (מנגנון Ratchet כפול – משני צדי המיטה)
	תנאי סף	מנגנון פנאומטי כולל Gas Spring וידית הפעלה העדפה למנגנון פנאומטי	3.5.3.2. ניתן לשנות תנוחה (זווית) של משענת שוקיים באופן ידני ע"י הפעלת מנגנון פניאומטי כולל Gas Spring וידית הפעלה
זווית ב-°: ____/____	תנאי סף	נא לציין זווית	3.6. פעולות Reverse Trendelenburg ו-Trendelenburg
	תנאי סף		3.7. Cardiac Chair position



מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פרוט הדגם המוצע	תנאי סף	תכונה/ערך נדרש	נתונים טכניים – מיטת טיפול נמרץ ילדים
	תנאי סף		3.8 .CPR Position
		נא לציין, במידה וקיימות	3.9 .תנועות נוספות
			4. <u>מראשות ומרגלות</u>
	תנאי סף		4.1 .על המראשות להיות ניתנות לשליפה מהירה, ובעלות מנגנון חיבור מהיר וללא ברגים
		נא לציין קיים/לא קיים	4.2 .המרגלות ניתנות לשליפה
	תנאי סף	נא לציין אופן/תמונה	4.3 .המראשות והמרגלות כוללות ידיות/מקומות אחיזה לדחיפה
	תנאי סף		4.4 .המראשות והמרגלות בעלות פינות מעוגלות



מחלקת מכרזים
טל: 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פרוט הדגם המוצע	תנאי סף	תכונה/ערך נדרש	נתונים טכניים – מיטת טיפול נמרץ ילדים
	תנאי סף		4.5. המראשות והמרגלות עשויות כחלק אחד ללא לוח פריק
סוג החומר: _____	תנאי סף	נא לציין סוג החומר. העדפה לחומר אנטי בקטריאלי	4.6. המראשות והמרגלות עשויות מחומר פלסטי: ABS בשיטת Blow Molding או שווה ערך
			5. <u>דפנות צד:</u>
	תנאי סף		5.1. דפנות צד מפוצלות (Split side rails) – קדמיות (אזור ראש וגוף של המטופל) ואחוריות (אזור אגן ורגליים של המטופל)
	תנאי סף		5.2. מתקפלות כלפי מטה



מחלקת מכרזים
 טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פרוט הדגם המוצע	תנאי סף	תכונה/ערך נדרש	נתונים טכניים – מיטת טיפול נמרץ ילדים
סוג מנגנון בלימה: _____	תנאי סף	נא לציין אופן עבודה של מנגנון בלימה	5.2.1. פתיחת הדפנות שקטה – קיים מנגנון בלימת הדפנות בעת פתיחתן
	תנאי סף		5.3. דפנות סוגרות את כל המרווח בין מראשות ומרגלות (סגירה מלאה)
מרווח בס"מ: _____	תנאי סף		5.3.1. מרווח בין הדפנות המפוצלות לא יותר מ-6 ס"מ
מרווח בס"מ: _____	תנאי סף		5.3.2. מרווח בין דפנות קדמיות ומראשון לא יותר מ-6 ס"מ
מרווח בס"מ: _____	תנאי סף		5.4. מרווח בין דפנות אחוריות ומרגלות לא יותר מ-6 ס"מ
גובה דפנות בס"מ: _____	תנאי סף	נא לציין בס"מ	5.5. גובה הדפנות – 36 ס"מ לפחות מעל מצע המזרן



מחלקת מכרזים
 טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פרוט הדגם המוצע	תנאי סף	תכונה/ערך נדרש	נתונים טכניים – מיטת טיפול נמרץ ילדים
	תנאי סף		5.6. נעילת הדפנות היא בטיחותית – לא ניתנות לפתיחה ע"י המטופל
סוג החומר: _____	תנאי סף	נא לציין סוג החומר. העדפה לחומר אנטי בקטריאלי	5.7. על דפנות הצד להיות עשויות מחומר פלסטי – ABS Blow Molding או שווה ערך
	תנאי סף		5.8. דפנות כוללות ידיות/בליטות לאחיזה
	תנאי סף		5.9. מד זווית מובנה בדפנות קדמיות
			6. <u>גלגלים:</u>
6"	תנאי סף	6" (inch)	6.1. קוטר הגלגלים



מחלקת מכרזים
 טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פרוט הדגם המוצע	תנאי סף	תכונה/ערך נדרש	נתונים טכניים – מיטת טיפול נמרץ ילדים
	תנאי סף	נא לציין אופן הפעלה מצד המראשות והמרגלות	6.2. קיימת נעילה מרכזית של כל הגלגלים באמצעות מעצור דריכת רגל או בר דריכה בצד המרגלות וגם בצד המראשות
	תנאי סף		6.2.1. על הגלגלים לכלול אפשרות לנעילה לצידוד וגלגול
	תנאי סף		6.2.2. מעצור של נעילה מרכזית כולל שלושה מצבים: נעילת הגלגלים, נעילת כיוון הגלגלים, שחרור הגלגלים
	תנאי סף		6.2.3. גלגל עם נעילת הכיוון נמצא בצד המראשות, או מרגלות – בהתאם לדרישת ביה"ח
	תנאי סף	נא לציין תוצרת ולצרף מפרט הטכני של הגלגל	6.3. על גלגלי המיטה להיות מתוצרת יצרנים: TENTE, ROMBUS, COLSON, STEINCO או שווה ארך
		יצרן הגלגלים: _____	



מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פרוט הדגם המוצע	תנאי סף	תכונה/ערך נדרש	נתונים טכניים – מיטת טיפול נמרץ ילדים
	תנאי סף		6.4. על מסב הגלגל להיות מסב כדורי
	תנאי סף		6.5. גלגלים הם אנטיסטאטיים
	תנאי סף		6.6. עבור כלל פדלי/מעצור דריכת רגל/בר דריכה להפעלת נעילה מרכזית קיימים סימונים גראפיים על גבי גוף המיטה עמידים לשטיפה
			7. <u>שלטי הפעלה מובנים בדפנות:</u>



מחלקת מכרזים
 טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פרוט הדגם המוצע	תנאי סף	תכונה/ערך נדרש	נתונים טכניים – מיטת טיפול נמרץ ילדים
	תנאי סף נא לציין באיזה דופן נמצא שלט היצוני: בדופן קדמי או אחורי		7.1. שלט מובנה בתוך שתי הדפנות הקדמיות או אחוריות משני הכיוונים: מצד המטופל ומצד המשתמש
פונקציות: _____	תנאי סף	נא לציין את הפונקציות הקיימות	7.1.1. מצד פנימי (שלט של המטופל) הפעלת פונקציות בסיסיות בלבד: משענת גב, משענת רגליים לפחות. Cardiac Chair Hi-Lo ,Auto Contour , Position (במידה וקיימת)



מחלקת מכרזים
 טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פרוט הדגם המוצע	תנאי סף	תכונה/ערך נדרש	נתונים טכניים – מיטת טיפול נמרץ ילדים
פונקציות: _____	תנאי סף	נא לציין את הפונקציות הקיימות	7.1.2. מצד חיצוני (שלט של המטפל) הפעלת פונקציות: Hi-Lo, משענת גב, משענת רגליים, Trendelenburg/Reverse Trendelenburg לפחות. Cardiac Chair Position or Auto Contour (במידה וקיים)
	תנאי סף	נא לציין מיקום	7.1.2.1. כפתור יציאה מהמיטה בשלט המותקן בצד חיצוני של הדופן או בשלט צוות
			8. <u>שלט הפעלה ע"י צוות:</u>
	תנאי סף	יש לציין אופן ואופציות הקיימות	8.1. נמצא במרגלות המיטה (מובנה במרגלות או בתלייה במרגלות, או במגירה ייעודית מתחת למצע המזרן), או מובנה בדפנות אחוריות



מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פרוט הדגם המוצע	תנאי סף	תכונה/ערך נדרש	נתונים טכניים – מיטת טיפול נמרץ ילדים
	תנאי סף		8.2. מאפשר הפעלה של כלל פונקציות החשמליות
	תנאי סף		8.3. מאפשר נעילת כול פונקציה בודדת בשלט המטופל
	תנאי סף		8.4. מאפשר נעילת הפעלה של השלט המטופל
	תנאי סף		8.5. Cardiac Chair position ו/או Auto contour בלחיצת כפתור
	תנאי סף		8.6. CPR Position בלחיצת כפתור
	תנאי סף		8.7. איפוס המיטה בלחיצת כפתור אחד
	נא לציין האם קיים		8.8. פדל רגל משני צדי המיטה להפעלת פונקציית Hi-Lo



מחלקת מכרזים
 טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פרוט הדגם המוצע	תנאי סף	תכונה/ערך נדרש	נתונים טכניים – מיטת טיפול נמרץ ילדים
			9. בטיחות:
	תנאי סף		9.1. משענת גב ניתנת לאפוס ידני (מכאני) למצב CPR משני צדי המיטה
	תנאי סף	נא לצרף הצהרת היצרן	9.2. על החלקים הפלסטיים של המיטה להיות מחומר מעכב בעירה
	תנאי סף	נא לציין פרמטרים/טווח זמן/כמות פעולות	9.3. סוללת גיבוי
			10. זרישות כלליות:
כושר נשיאת המיטה בק"ג: _____	תנאי סף	220 kg לפחות, נא לציין SWL	10.1. כושר נשיאה מקסימאלי (Safety Work Load-SWL):



מחלקת מכרזים
 טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פרוט הדגם המוצע	תנאי סף	תכונה/ערך נדרש	נתונים טכניים – מיטת טיפול נמרץ ילדים
IPX : _____	תנאי סף	רמת אטימות IPX4 לפחות	10.2. רמת אטימות של מערכת החשמלית
	תנאי סף		10.3. פין הארקה להשוואת פוטנציאלים (Grounding pin)
	תנאי סף		10.4. מיטה מוזנת מרשת חשמל 220 V
	תנאי סף	נא לציין סוג הכבל (רגיל, מסולסל) ואופציות קיימות	10.5. כבל הזנת החשמל כולל תקע יצוק ישראלי
	תנאי סף		10.6. על המיטה לכלול הכנה ל-4 עמודי עירווי בכל אחת מפינות המיטה : בצדי המראשות (2 יח') ובצדי המרגלות (2 יח') כולל בידוד מחומר פלסטי (Nylon או שווה ערך)



מחלקת מכרזים
 טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פרוט הדגם המוצע	תנאי סף	תכונה/ערך נדרש	נתונים טכניים – מיטת טיפול נמרץ ילדים
	תנאי סף		10.7. על המיטה לכלול הכנה לטרפז בצד מראשות
	תנאי סף	4 ווים מכל צד לפחות, נא לציין אורך מתקן תלייה	10.8. על מיטה לכלול מתקן תלייה לנקזים משני הצדדים בחלק התחתון של המיטה
	תנאי סף		10.9. תאורת לילה
נא לצרף הצהרת היצרן	תנאי סף		10.10. מיטה עמידה בשטיפה ע"י חומרי ניקוי וחיטוי המאושרים ע"י משרד הבריאות (חוזר מנהל רפואה מספר 12.2006 – הנחיות לניקוי וחיטוי במוסדות רפואיים) ובחומר מאושר בשיבא: כלור עד 1,000 ppm
נא לצרף הצהרת היצרן	אמות מידה		10.10.1. מיטה עמידה בשטיפה ע"י חומרי ניקוי וחיטוי המאושרים ע"י משרד הבריאות ובחומר מאושר בשיבא: כלור עד 5,000 ppm



מחלקת מכרזים
 טל: 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פרוט הדגם המוצע	תנאי סף	תכונה/ערך נדרש	נתונים טכניים – מיטת טיפול נמרץ ילדים
		נא לציין מה קיים	10.11. פונקציות, אביזרים נוספים – דוגמת תאורת לילה, איפוס מלא באמצעות כפתור אחת, תאורת גובה מינימום וכדומה
	נא לציין האם קיים/ לא קיים		11. אביזרים
			11.1. הערה: אביזרים עם סימון "אביזר מדף חובה" הם אביזרים אשר לא מסופקים ביחד עם המיטה, אך ספק מחויב לאספקתם בהתאם לדרישת המוסד ובהתאם למחיר שנקבע
	אביזר מדף חובה		11.2. Trapeze: ידית מחומר פלסטי מתכווננת לגובה
			11.2.1. משקל נשיאה מרבי מותר 150 kg לפחות



מחלקת מכרזים
טל: 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פרוט הדגם המוצע	תנאי סף	תכונה/ערך נדרש	נתונים טכניים – מיטת טיפול נמרץ ילדים
			11.2.2 . Trapeze לא בולט מהמסגרת המיטה
	אביזר מדף חובה	יש לצרף תמונה ולציין עובי העמוד	11.3 . עמוד עירווי טלסקופי נשלף, מכופף (קצה העמוד מרוחק מפס אספקה או מוויטור). חיבור עמוד עירווי למיטה ללא ברגים או פרפרים.
	אביזר מדף חובה		11.4 . גיליון למטופל עם אפשרות סגירת שם המטופל
	אביזר מדף חובה		11.5 . מגש למוניטור
	אביזר מדף חובה		11.6 . מתקן למיכל חמצן



מחלקת מכרזים
טל: 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פרוט הדגם המוצע	תנאי סף	תכונה/ערך נדרש	נתונים טכניים – מיטת טיפול נמרץ ילדים
<p>יש לצרף דו"ח מעבדה בנושא עיכוב בעירה עבור חומר המזרן ועבור כיסוי של המזרן או עבור כל המזרן בכללותו : תעודה ממכון התקנים המעידה על עמידה בדרישות התקן ישראלי ת"י 5418/518, או עמידה בתקן עיכוב בעירה מהמדינות הבאות : מדינות מערב אירופה/יפן/אוסטרליה/מדינות צפון אמריקה</p>	<p>אביזר מדף חובה</p>	<p>יש לצרף מפרט המזרן: ממדים, סוג החומר, צפיפות החומר, סוג כיסוי וכולל כלל אישורי תקינה מתאימים</p>	<p>1.1. מזרן רפואי מקורי מסוג ויסקו-אלסטי מותאם לממדים של המיטה בעובי של 15 ס"מ עשוי משכבה תחתונה (ספוג בצפיפות 32 kg/m³ לפחות בעובי 7- 8 ס"מ ושכבה עליונה עשויה מחומר ויסקו אלסטי בצפיפות 56 kg/m³ לפחות) . מזרן כולל כיסוי עשוי מחומר אנטי בקטריאלי, בלתי חדיר לנוזלים, נמתח לכל הכיוונים, עמיד בשטיפה עד 80 מע"צ, עמיד נגד שריפה וכולל רוכסן , אשר מוסתר ע"י בד (חצאית).</p>



מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

למען הסר ספק, המחיר המוצע למיטת אשפוז כולל את הפריטים בטבלה לרבות תנאים לאספקה:

פרוט הדגם המוצע	כמות	תיאור לאספקה – מיטת טיפול נמרץ ילדים
	1 יח'	1. מיטת אשפוז לפי מפרט טכני כוללת הארכה
	1 יח'	2. אחריות 5 שנים כולל חלקי חילוף, עבודה וטיפולים תקופתיים בהתאם להוראות היצרן
	1 יח'	3. עמוד עירווי - סעיף 11.3 של המפרט הטכני לעיל
	1 יח'	4. מזרן רפואי – סעיף 11.4 של המפרט הטכני לעיל
	5 יח' עבור כל 10 מיטות	5. מזרן להשלמה בעת הארכת המיטה
	1 יח'	6. קיים מספר זיהוי נגיש של היצרן המיטה



מחלקת מכרזים
טל: 03-5303558

מכרז מס' 10002750

7. <u>זרישות לאספקה:</u>		
	נדרש נא לצרף	7.1. אישורי תקינה שבסעיף 1 של המפרט הטכני לעיל
	נדרש נא לצרף	7.2. הוראות החזקה (Service Manual) של המיטה
	נדרש נא לצרף	7.3. הוראות הפעלה ושימוש (User Manual) של המיטה
	נדרש נא לצרף	7.4. התחייבות היצרן לאספקת חלקי חילוף 7 שנים לפחות לאחר תום יצור הדגם
	נדרש	7.5. הדרכה של הצוות עד לקבלת שביעות רצון מלאה
	נדרש נא לצרף	7.6. שרטוט המיטה עם כלל החלקים הקיימים – "שרטוט פצצה" (שרטוט מבט מפורק)
	נדרש נא לציין	7.7. עלות הסכם שירות שנתי לאחר תום תקופת האחריות בת 5 שנים כולל חלקי חילוף, עבודה וטיפולים תקופתיים בהתאם להוראות היצרן



מחלקת מכרזים
 טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

	נדרש נא לציין	7.8. עלות שעת עבודה של טכנאי הספק לקריאת שירות בשעות עבודה רגילות (בין שעות 8 עד 17:00 בימים א' – ה')
	נדרש נא לציין	7.9. עלות שעת נסיעה של טכנאי הספק לקריאת שירות בשעות עבודה רגילות (בין שעות 8 עד 17:00 בימים א' – ה')
	נדרש נא לציין	7.10. עלות שעת עבודה של טכנאי הספק לקריאת שירות בשעות עבודה חריגות (לאחר 17:00 בימים א' – ה' ובסופי שבוע וחגים)
	נדרש נא לציין	7.11. עלות שעת נסיעה של טכנאי הספק לקריאת שירות בשעות עבודה חריגות (לאחר 17:00 בימים א' – ה' ובסופי שבוע וחגים)
	נדרש נא לצרף	7.12. התחייבות ל-SLA – 24 שעות במקרה של תקלה לא משביתה
	נדרש נא לצרף	7.13. התחייבות ל-SLA – 12 שעות במקרה של תקלה משביתה
	נדרש נא לצרף	7.14. התחייבות הספק להחזיק כלל החלקים החיוניים במלאי ארצי (חלקים שהשבתתם מובילה להשבתת המיטה, דוגמת חלקים של מערכת חשמלית, גלגלים, שלטים וכדומה)



מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

	נדרש נא לציין	7.15. השתתפות במכרז כוללת בדיקה פיזית של המיטה ע"י צוות הבודקים. מיטה תיבדקנה לעמידה בתנאי סף ובאופן פונקציונלי (ראה סעיף ה' מתה - אמות מידה).
--	------------------	--

אביזרים ואביזרים אופציונליים - עלויות:

פרוט הדגם המוצע	מחיר (ללא מע"מ)	תנאי סף	אביזרים ואביזרים אופציונליים – מיטת טיפול נמרץ ילדים
	מחירון ספק		1. גלגל חמישה לנסיעה



מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פרוט הדגם המוצע	מחיר (ללא מע"מ)	תנאי סף	אביזרים ואביזרים אופציונליים – מיטת טיפול נמרץ ילדים
	מחירון ספק נא לציין אופן פעולה		2. מערכת הנעה עבור המיטה
	מחירון ספק		3. גלגלים (inch) 6 כפולים
	מחירון ספק	אביזר חובה	4. גיליון למטופל עם אפשרות סגירת שם המטופל
	מחירון ספק	אביזר חובה	5. מגש למוניטור



מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פרוט הדגם המוצע	מחיר (ללא מע"מ)	תנאי סף	אביזרים ואביזרים אופציונליים – מיטת טיפול נמרץ ילדים
	מחירון ספק		6. כפתור זיכרון 30 מע" עבור משענת גב בשלט של הצוות/חולה
	מחירון ספק	אביזר חובה לציין עבור כמה סוגי מיכלי חצן קיים מתקן (3 ל', 10 ל' וכדומה)	7. מתקן למיכל חמצן
	מחירון ספק		8. התראה לגובה נמוך



מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פרוט הדגם המוצע	מחיר (ללא מע"מ)	תנאי סף	אביזרים ואביזורים אופציונליים – מיטת טיפול נמרץ ילדים
	מחירון ספק		9. התראה על שחרור נעילת הגלגלים
	מחירון ספק		10. נעילה אוטומטית של הגלגלים בעת חיבור לחשמל
	מחירון ספק	אביזר חובה	11. מערכת שקילה מובנת במיטה
	מחירון ספק	אביזר חובה	12. Trapeze: ידית מחומר פלסטי מתכווננת לגובה – לפי סעיף 11.2 של המפרט הטכני לעיל
	מחירון ספק	אביזר חובה	13. עמוד עירוני טלסקופי – לפי מפרט הטכני – סעיף 11.3 של המפרט הטכני לעיל



מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פרוט הדגם המוצע	מחיר (ללא מע"מ)	תנאי סף	אביזרים ואביזורים אופציונליים – מיטת טיפול נמרץ ילדים
	מחירון ספק		14. גימור המיטה עבור מחלקת אורטופדיה: הכנות מובנות עבור מערכת Traction, הכנות מובנות עבור Trapeze ב-4 פינות המיטה, מראשות ומרגלות מותאמות לצידוד הנ"ל
	מחירון ספק	אביזר חובה	15. מזרן רפואי וויסקו-אלסטי בהתאם לסעיף 11.6 של המפרט הטכני לעיל
	מחירון ספק		16. מזרן להארכת המיטה (השלמת מזרן קיים)
	מחירון ספק		17. תומך לצורך יציאה מהמיטה



מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פרוט הדגם המוצע	מחיר (ללא מע"מ)	תנאי סף	אביזרים ואביזרים אופציונליים – מיטת טיפול נמרץ ילדים
	מחירון ספק		18. התראה במקרה של תנועה לא רצויה של החולה (Bed Exit Alarm)
	מחירון ספק		19. עצירה אוטומטית ב-30° בעת הפעלת משענת גב
	מחירון ספק	לציין באיזה שלט קיים	20. כפתור מצב בדיקה (Examination Position)
	מחירון ספק	לציין באיזה שלט קיים	21. כפתור יציאה מהמיטה (Mobilization Position)



מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פרוט הדגם המוצע	מחיר (ללא מע"מ)	תנאי סף	אביזרים ואביזרים אופציונליים – מיטת טיפול נמרץ ילדים
	מחירון ספק יש לציין תוספת עלות במידה וקיים ולציין נתון IP		22. מיטה ברמת אטימות של מערכת החשמלית IPX6 לפחות
			23. אביזרים ופונקציות אופציונליים נוספים: במידה וקיימים יש לציין בהמשך הטבלה
			23.1
			23.2

THE STATE OF ISRAEL
MINISTRY OF HEALTH
THE CHIME SHEBA MEDICAL CENTER
Affiliated to the Tel-Aviv University
Sackler School of Medicine
TEL-HASHOMER 52621, ISRAEL

משרד בריאות

מדינת ישראל
המרכז הרפואי המשולב ע"ש חיים שיבא
מסונף לבית הספר לרפואה ע"ש סאקלר
באוניברסיטת תל-אביב
תל-השומר 52621, ישראל



מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פרוט הדגם המוצע	מחיר (ללא מע"מ)	תנאי סף	אביזרים ואביזורים אופציונליים – מיטת טיפול נמרץ ילדים
			23.3
			23.4
			23.5
			23.6



מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

חלקי חילוף – עלויות:

פרוט הדגם המוצע	פרוט הנתונים – חלקי חילוף מיטת נמרץ ילדים
	1. מנוע חשמלי עבור משענת גב
	2. מנוע חשמלי עבור פעולת Hi Lo
	3. מנוע חשמלי עבור משענת רגליים
	4. מנוע חשמלי עבור משענת שוקיים (במידה וקיים)
	5. בוכנת גז עבור משענת שוקיים (במידה וקיימת)
	6. מנגנון Ratchet עבור משענת שוקיים (במידה וקיים)
	7. פיקוד של מערכת החשמלית



מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פרוט הדגם המוצע	פרוט הנתונים – חלקי חילוף מיטת נמרץ ילדים
	8. גלגל קומפלט
	9. גלגל כפול קומפלט
	10. דופן קדמית שמאלית קומפלט
	11. דופן קדמית ימנית קומפלט
	12. דופן אחורית שמאלית קומפלט
	13. דופן אחורית ימנית קומפלט
	14. מגן קיר קומפלט
	15. שלט המטופל מובנה בדופן (פנימי)



מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פרוט הדגם המוצע	פרוט הנתונים – חלקי חילוף מיטת נמרץ ילדים
	16. שלט של משתמש מובנה בדופן (חיצוני)
	17. שלט של צוות ממוקם במרגלות (מובנה או תלוי, או מובנה בדפנות אחוריות)
	18. כבל הזנה עם תקע יצוק ישראלי
	19. פדל רגל קומפלט מצד המיטה להפעלה חשמלית פונקציה Hi-Low
	20. חלקי חילוף נוספים: במידה וקיימים יש לציין בהמשך הטבלה
	20.1 Power Replacement Kit
	20.2 Battery Replacement Kit

THE STATE OF ISRAEL
MINISTRY OF HEALTH
THE CHIME SHEBA MEDICAL CENTER
Affiliated to the Tel-Aviv University
Sackler School of Medicine
TEL-HASHOMER 52621, ISRAEL

משרד בריאות



מדינת ישראל
המרכז הרפואי המשולב ע"ש חיים שיבא
מסונף לבית הספר לרפואה ע"ש סאקלר
באוניברסיטת תל-אביב
תל-השומר 52621, ישראל

מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פרוט הדגם המוצע	פרוט הנתונים – חלקי חילוף מיטת נמרץ ילדים
	Patient Handset .20.3
	.20.4
	.20.5
	.20.6
	.20.7
	.20.8
	.20.9
	.20.10

THE STATE OF ISRAEL
MINISTRY OF HEALTH
THE CHIME SHEBA MEDICAL CENTER
Affiliated to the Tel-Aviv University
Sackler School of Medicine
TEL-HASHOMER 52621, ISRAEL

משרד בריאות

מדינת ישראל
המרכז הרפואי המשולב ע"ש חיים שיבא
מסונף לבית הספר לרפואה ע"ש סאקלר
באוניברסיטת תל-אביב
תל-השומר 52621, ישראל



מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פרוט הדגם המוצע	פרוט הנתונים – חלקי חילוף מיטת נמרץ ילדים
	.20.11



מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

אמות המידה לניקוד איכות – מיטת טיפול נמרץ ילדים

במכרז זה אמות מידה מהוות 30% מהציון המשוקלל, כאשר עלות המיטה מהווה 70% מהציון המשוקלל.

מוצר שהניקוד שיינתן לו יהיה נמוך מציון הסף שנקבע לרכיב מסוים - ייפסל.

הניקוד להלן ייקבע כדלקמן: בודקים מקצועיים מטעם ביה"ח שיבא יעריכו את המוצר,

כ"א בנפרד ללא התייעצות הדדית. הניקוד שיינתן למוצר יקבע לפי נוסחת חישוב בהתבסס על ממוצע ציוני הבודקים.

תיאור אמות מידה – מיטת טיפול נמרץ ילדים	סעיף במפרט	ציון סף	ציון	פרוט לגבי הדגם המוצע
1. חלקים פלסטיים של המיטה (מראשות, מרגלות, דפנות) עשויות מחומר אנטי בקטריאלי	2.13, 4.6, 5.8		8	



מחלקת מכרזים
 טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פרוט לגבי הדגם המוצע	ציון	ציון סף	סעיף במפרט	תיאור אמות מידה – מיטת טיפול נמרץ ילדים
	8		10 דרישות אופציונליות	2. התראה על שחרור נעילת הגלגלים
	10		3.5.2	3. קיימת תנועת משענת שוקיים חשמלית
	10		8.8	4. פדל רגל משני צדי המיטה להפעלת פונקציית Hi-Lo
	8		10.10.1	5. מיטה עמידה בשטיפה ע"י חומרי ניקוי וחיתוי המאושרים ע"י משרד הבריאות ובחומר מאושר בשיבא: כלור עד 5,000 ppm

מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פרוט לגבי הדגם המוצע	ציון	ציון סף	סעיף במפרט	תיאור אמות מידה – מיטת טיפול נמרץ ילדים
	9	5	9.1	6. מידת הקושי בהפעלה ידנית של CPR
	9	5	4.1, 4.2	7. מידת הקושי בשליפת מראשות לצורך ביצוע CPR
	9	5	5	8. מידת הקושי בהפעלת דפנות צד
	9	5	6.2	9. מידת הקושי ונוחות בהפעלה ושחרור נעילה מרכזית
	10	6		10. נוחות בהובלת המיטה
	10	6		11. נוחות בניקוי של המיטה

THE STATE OF ISRAEL
MINISTRY OF HEALTH
THE CHIME SHEBA MEDICAL CENTER
Affiliated to the Tel-Aviv University
Sackler School of Medicine
TEL-HASHOMER 52621, ISRAEL



משרד בריאות

מדינת ישראל
המרכז הרפואי המשולב ע"ש חיים שיבא
מסונף לבית הספר לרפואה ע"ש סאקלר
באוניברסיטת תל-אביב
תל-השומר 52621, ישראל

מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פרוט לגבי הדגם המוצע	ציון	ציון סף	סעיף במפרט	תיאור אמות מידה – מיטת טיפול נמרץ ילדים
	100			12. סה"כ

THE STATE OF ISRAEL
MINISTRY OF HEALTH
THE CHIME SHEBA MEDICAL CENTER
Affiliated to the Tel-Aviv University
Sackler School of Medicine
TEL-HASHOMER 52621, ISRAEL



מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

משרד בריאות

מדינת ישראל
המרכז הרפואי המשולב ע"ש חיים שיבא
מסונף לבית הספר לרפואה ע"ש סאקלר
באוניברסיטת תל-אביב
תל-השומר 52621, ישראל

טופס בדיקה למיטת טיפול נמרץ

דגם מיטת אשפוז: _____

יצרן מיטת אשפוז: _____

שם המציע: _____

שם הבודק: _____

דרג/י בסולם מ-1 עד 5, את הפרמטרים הבאים בהתאם לטבלת נקודות איכות עבור טיפול נמרץ,
כאשר 1 מייצג את הציון הנמוך ביותר ו-5 מייצג את הציון הגבוה ביותר.

פירוט לגבי הדגם המוצע	הערות	5	4	3	2	1	תיאור
							1. מידת הקושי בהפעלה ידנית של CPR



מחלקת מכרזים
 טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט לגבי הדגם המוצע	הערות	5	4	3	2	1	תיאור
							2. מידת הקושי בשליפת מראשות לצורך ביצוע CPR
							3. מידת הקושי בהפעלת דפנות צד
							4. מידת הקושי ונוחיות בהפעלה ושחרור נעילה מרכזית
							5. נוחיות בהובלת המיטה
							6. נוחיות בניקוי של המיטה

חתימת הבודק: _____

תאריך: _____

THE STATE OF ISRAEL
MINISTRY OF HEALTH
THE CHIME SHEBA MEDICAL CENTER
Affiliated to the Tel-Aviv University
Sackler School of Medicine
TEL-HASHOMER 52621, ISRAEL



מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

משרד בריאות

מדינת ישראל
המרכז הרפואי המשולב ע"ש חיים שיבא
מסונף לבית הספר לרפואה ע"ש סאקלר
באוניברסיטת תל-אביב
תל-השומר 52621, ישראל

ריכוז סיכום בדיקת מיטת טיפול נמרץ

דגם מיטת אשפוז: _____

יצרן מיטת אשפוז: _____

שם המציע: _____

– הציון המשוקלל מחושב לפי משוואה –

$$finalGrade = \frac{meanGrade}{max Grade} \cdot Score$$

– כאשר –

finalGrade - מייצג את הציון המשוקלל הסופי.

meanGrade - מייצג את הציון הממוצע מבין הבודקים.

max Grade - מייצג את הציון המקסימאלי - 5

Score - מייצג את הניקוד המתאים לפי טבלת נקודות איכות

מחלקת מכרזים
טל: 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט לגבי הדגם המוצע	הערות	ציון סף לפי טבלת נקודות איכות	תיאור
		5	1. מידת הקושי בהפעלה ידנית של CPR
		5	2. מידת הקושי בשליפת מראשות לצורך ביצוע CPR
		5	3. מידת הקושי בהפעלת דפנות צד
		5	4. מידת הקושי ונוחיות בהפעלה ושחרור נעילה מרכזית
		6	5. נוחיות בהובלת המיטה

THE STATE OF ISRAEL
MINISTRY OF HEALTH
THE CHIME SHEBA MEDICAL CENTER
Affiliated to the Tel-Aviv University
Sackler School of Medicine
TEL-HASHOMER 52621, ISRAEL



משרד בריאות

מדינת ישראל
המרכז הרפואי המשולב ע"ש חיים שיבא
מסונף לבית הספר לרפואה ע"ש סאקלר
באוניברסיטת תל-אביב
תל-השומר 52621, ישראל

מחלקת מכרזים
טל: 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט לגבי הדגם המוצע	הערות	ציון סף לפי טבלת נקודות איכות	תיאור
		6	6. נוחיות בניקוי של המיטה

הנדון: אפיון טכני לאלונקת מיון ילדים

עבור ביה"ח שיבא תל השומר

מפרט טכני עבור אלונקה מיון ילדים :

_____ : ספק
_____ : דגם
_____ : יצרן

פירוט הדגם המוצע	הערכים הנדרשים ע"י שיבא	תיאור הדרישה – אלונקת מיון ילדים
		1. <u>אישורי תקינה :</u>
	נא לצרף	1.1. אישור אמ"ר בתוקף
		2. <u>דרישות טכניות:</u>



מחלקת מכרזים
 טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט הדגם המוצע	הערכים הנדרשים ע"י שיבא	תיאור הדרישה – אלונקת מיון ילדים
		2.1. מידות מצע המזרן :
רוחב מצע מזרן בס"מ: _____	תנאי סף: רוחב בין- 73 – 76 ס"מ נא לציין אורך ורוחב בס"מ לרבות אופציות נוספות	2.1.1. רוחב מצע המזרן
אורך מצע מזרן בס"מ: _____	תנאי סף: אורך לא פחות מ-190 ס"מ נא לציין אורך ורוחב בס"מ לרבות אופציות נוספות	2.1.2. אורך מצע המזרן
אורך חיצוני של אלונקה בס"מ: _____ רוחב חיצוני של אלונקה בס"מ: _____	נא לציין אורך ורוחב בס"מ, בנוסף יש לציין אופציות רוחב הקיימות	2.2. מידות חיצוניות של אלונקה
		2.3. פעולת HI-LO הידראולית
גובה מינימלי בס"מ: _____	תנאי סף לא יותר מ-62 ס"מ	2.3.1. גובה מינימום



מחלקת מכרזים
 טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט הדגם המוצע	הערכים הנדרשים ע"י שיבא	תיאור הדרישה – אלונקת מיון ילדים
	נא לציין בס"מ	
גובה מקסימלי בס"מ: _____	תנאי סף לא פחות 85 ס"מ נא לציין בס"מ	2.3.2. גובה מקסימום
	תנאי סף 2 בוכנות	2.4. כמות בוכנות לפעולת HI-LOW
	תנאי סף	2.5. Trendelenburg/Reverse Trendelenburg
זווית במע': _____	תנאי סף $\pm 16^\circ$ לפחות	2.5.1. זווית פעולת Trendelenburg/Reverse Trendelenburg
	תנאי סף יכולת הפעלה משני צידי אלונקה נא לציין אופציות נוספות	2.6. פדלים להפעלת Hi-Lo ו-Trendelenburg
זווית משענת הגב במע': _____	תנאי סף זווית 70° לפחות, נא לציין זווית	2.7. שינוי זווית של משענת גב עליון



מחלקת מכרזים
 טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט הדגם המוצע	הערכים הנדרשים ע"י שיבא	תיאור הדרישה – אלונקת מיון ילדים
אופן הגנה: _____ _____	תנאי סף נא לציין אופן הגנה – פסים לאורך האלונקה, דפנות צד וכדומה	2.8. הגנה לכל היקף האלונקה
	תנאי סף	2.9. הגנה בפינות האלונקה
כושר נשיאה מרבי בק"ג: _____	תנאי סף 250 ק"ג לפחות, נא לציין משקל	2.10. משקל נשיאה מקסימאלי (SWL)
משקל עצמי של אלונקה בק"ג: _____	נא לציין בק"ג	2.10.1. משקל עצמי של אלונקה
סוג החומר של שלד: _____ סוג החומר של מצע מזרן: _____	נא לציין חומרים	2.11. שלד של אלונקה ומצע של המזרן
		3. גלגלים
שם יצרן הגלגלים: _____	תנאי סף נא לציין יצרן	3.1. תוצרת TENTE או שווה ערך
	תנאי סף	3.2. עשויים מקשה אחת
	תנאי סף	3.3. עשויים מחומר לא מחליד



מחלקת מכרזים
 טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט הדגם המוצע	הערכים הנדרשים ע"י שיבא	תיאור הדרישה – אלונקת מיון ילדים
	תנאי סף	3.4. קוטר הגלגלים 8"
	תנאי סף	3.5. גלגלים לא משאירים סימנים על הרצפה
לציין אופן: _____	תנאי סף נא לציין אופן	3.6. נעילה מרכזית של הגלגלים מ-4 כיווני האלונקה (מקדימה, אחורה ומהצדדים), או מ-4 פינות של אלונקה
	תנאי סף	3.7. מנגנון נעילה מרכזית כולל 3 פונקציות: נעילה, נעילת כיוון, שחרור
	תנאי סף קיפול בשיטת Glideaway – מתקפלת מתחת למצע מזרן. יש לצרף תמונה	4. מעקה מתקפל בשני צדי אלונקה
	תנאי סף	4.1. מעקה לכל אורך של מצע מזרן
חומר של מעקה: _____	תנאי סף	4.2. מעקה עשוי פלבי"מ או פלבי"מ משולב חומר פלסטי
		5. אפשרות לצילום X-Ray



מחלקת מכרזים
 טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט הדגם המוצע	הערכים הנדרשים ע"י שיבא	תיאור הדרישה – אלונקת מיון ילדים
	תנאי סף	5.1. מצע מזרן שקיף X-Ray
לציין אופן: _____	תנאי סף נא לציין אופן	5.2. מקום לקסטה X-ray לכול האורך מצע מזרן
לציין אופן: _____	נא לציין, האם קיים, או קיימת שיטה אחרת	5.2.1. משטח לקסטה מתכוונן לגובה לצורך הצמדת קסטה למצע מזרן
אופן הכנסת קסטה בחלק עליון של הגוף אופן הכנסת קסטה בחלק תחתון של הגוף	תנאי סף נא לציין אופן הכנסת קסטה	5.3. מידות של הקסטה הגדולה ביותר 5.4. 48 x 48 cm
	נא לציין האם קיים כסטנדרט	5.5. סרגל מדידה לאורך מצע המזרן
		6. מזרן
יש לצרף דו"ח מעבדה בנושא עיכוב בעירה עבור חומר המזרן ועבור כיסוי של המזרן או עבור כל המזרן בכללותו: תעודה ממכון התקנים המעידה על עמידה בדרישות התקן ישראלי ת"י 5418/518, או עמידה בתקן עיכוב בעירה	תנאי סף יש לצרף דו"ח מעבדה (ישראלי או אירופאי, או אמריקאי) בנושא עיכוב בעירה עבור חומר המזרן ועבור כיסוי של המזרן	6.1. עשוי מחומר מעכב בעירה



מחלקת מכרזים
 טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט הדגם המוצע	הערכים הנדרשים ע"י שיבא	תיאור הדרישה – אלונקת מיון ילדים
מהמדינות הבאות: מדינות מערב אירופה/יפן/אוסטרליה/מדינות צפון אמריקה		
	תנאי סף נא לפרט ולציין האם מגומם	6.2. ציפוי בד אנטי סטאטי ואנטי בקטריאלי, בלתי חדיר לנוזלים
עובי מזרן בס"מ או inch: _____	תנאי סף נא לציין סוג וצפיפות הספוג, האם מוגדר למניעת פצי לחץ	6.3. עובי 4" לפחות
צבע: _____	נא לציין	6.4. צבע מועדף שחור
		7. דרישות כלליות
	תנאי סף נא לציין אופן	7.1. מיקום לשמירת חפצים ומיכל חמצן בבסיס האלונקה
	תנאי סף	7.2. מתקן הנכי עבור מיכל חמצן 5 ל'
	תנאי סף	7.3. הכנה לעמוד עירוני ב-4 פינות של אלונקה
	תנאי סף	7.4. עמוד עירוני מובנה טלסקופי מתקפל



מחלקת מכרזים
 טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט הדגם המוצע	הערכים הנדרשים ע"י שיבא	תיאור הדרישה – אלונקת מיון ילדים
	נא לציין חומר	
	תנאי סף	7.5. ידיות אחיזה מתקפלות (כידון) מצד הראש או רגליים
	תנאי סף	7.6. הכנה לאחיזת אביזרים שונים, Drainage bags וכו'.. (נא לציין אפשרויות)
	נא לציין	7.7. אפשרויות ותנועות נוספות של אלונקה
נא לצרף הצהרת היצרן	תנאי סף	7.8. אלונקה עמידה בשטיפה ע"י חומרי ניקוי וחיטוי המאושרים ע"י משרד הבריאות (חוזר מנהל רפואה מספר 12.2006 –הנחיות לניקוי וחיטוי במוסדות רפואיים) ובחומר מאושר בשיבא: כלור עד 1,000 ppm
נא לצרף הצהרת היצרן	אמות מידה	7.9. אלונקה עמידה בשטיפה ע"י חומרי ניקוי וחיטוי המאושרים ע"י משרד הבריאות ובחומר מאושר בשיבא: כלור עד 5,000 ppm

THE STATE OF ISRAEL
MINISTRY OF HEALTH
THE CHIME SHEBA MEDICAL CENTER
Affiliated to the Tel-Aviv University
Sackler School of Medicine
TEL-HASHOMER 52621, ISRAEL

משרד בריאות

מדינת ישראל
המרכז הרפואי המשולב ע"ש חיים שיבא
מסונף לבית הספר לרפואה ע"ש סאקלר
באוניברסיטת תל-אביב
תל-השומר 52621, ישראל



מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט הדגם המוצע	הערכים הנדרשים ע"י שיבא	תיאור הדרישה – אלונקת מיון ילדים
	תנאי סף	7.10 יכולת סימון ומספור האלונקה לצרכים פנימיים של ביה"ח (הדפסה על גוף אלונקה " מלר"ד כללי" או אחרת (בבסיס))



מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

למען הסר ספק, המחיר המוצע לאלונקת מיון כולל את הפריטים בטבלה לרבות תנאים לאספקה:

פירוט לגבי הדגם המוצע	כמות	תיאור לאספקה – אלונקת מיון ילדים
	1 יח'	1. אלונקת מיון לפי מפרט טכני
	1 יח'	2. אחריות 5 שנים כולל חלקי חילוף, עבודה וטיפולים תקופתיים בהתאם להוראות היצרן
	1 יח'	3. עמוד עירווי - סעיף 7.4 של המפרט הטכני לעיל
	1 יח'	4. ידיות אחיזה (כידון) מצד הראש
	1 יח'	5. קיים מספר זיהוי נגיש של היצרן באלונקה
	1 יח'	6. סרגל מדידה לאורך מצע המזרן
		7. <u>דרישות לאספקה:</u>
	תנאי סף נא לצרף	7.1. אישורי תקינה שבסעיף 1 של המפרט הטכני לעיל



מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

	<u>אלונקה תאושר להמשך תהליך מכרזי בהתאם לתוצאות מבחן בלבד</u>	7.2. <u>אלונקה תעבור מבחן עליה לרמפה של אמבולנס שיבא והעמדה בתוך הרכב</u>
	תנאי סף נא לצרף	7.3. הוראות החזקה (Service Manual) של הכורסא
	תנאי סף נא לצרף	7.4. הוראות הפעלה ושימוש (User Manual) של הכורסא
	תנאי סף נא לצרף	7.5. התחייבות היצרן לאספקת חלקי חילוף 7 שנים לפחות לאחר תום יצור הדגם
	תנאי סף	7.6. הדרכה של הצוות עד לקבלת שביעות רצון מלאה
	תנאי סף נא לצרף	7.7. שרטוט הכורסא עם כלל החלקים הקיימים – "שרטוט פצצה" (שרטוט מבט מפורק)
	תנאי סף נא לציין	7.8. עלות הסכם שירות שנתי לאחר תום תקופת האחריות בת 5 שנים כולל חלקי חילוף, עבודה וטיפוליים תקופתיים בהתאם להוראות היצרן



מחלקת מכרזים
טל: 03-5303558

מכרז מס' 10002750

	תנאי סף נא לציין	7.9. עלות שעת עבודה של טכנאי הספק לקריאת שירות בשעות עבודה רגילות (בין שעות 8 עד 17:00 בימים א' – ה')
	תנאי סף נא לציין	7.10. עלות שעת נסיעה של טכנאי הספק לקריאת שירות בשעות עבודה רגילות (בין שעות 8 עד 17:00 בימים א' – ה')
	תנאי סף נא לציין	7.11. עלות שעת עבודה של טכנאי הספק לקריאת שירות בשעות עבודה חריגות (לאחר 17:00 בימים א' – ה' ובסופי שבוע וחגים)
	תנאי סף נא לציין	7.12. עלות שעת נסיעה של טכנאי הספק לקריאת שירות בשעות עבודה חריגות (לאחר 17:00 בימים א' – ה' ובסופי שבוע וחגים)
	תנאי סף נא לצרף	7.13. התחייבות ל-SLA – 24 שעות במקרה של תקלה לא משביתה
	תנאי סף נא לצרף	7.14. התחייבות ל-SLA – 12 שעות במקרה של תקלה משביתה



מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

	תנאי סף נא לצרף	7.15. התחייבות הספק להחזיק כלל החלקים החיוניים במלאי ארצי (חלקים שהשבתתם מובילה להשבתת המיטה, דוגמת חלקים של מערכת חשמלית, גלגלים, שלטים וכדומה)
	תנאי סף נא לציין	7.16. השתתפות במכרז כוללת בדיקה פיזית של המיטה ע"י צוות הבודקים. מיטה תיבדקנה לעמידה בתנאי סף ובאופן פונקציונלי (ראה סעיף ה'מתה - אמות מידה).

מחלקת מכרזים
טל: 03-5303558

מכרז מס' 10002750

דרישות אופציונליות ואביזרים:

פירוט לגבי הדגם המוצע	מחיר (ללא מע"מ)	תנאי סף	אביזרים ואביזרים אופציונליים – אלונקת מיון ילדים
	מחירון ספק		1. פעולת Fowler לרגלים
	מחירון ספק		2. פעולת Hi-Lo ו-Trendelenburg מדושה נוספת/נוספות
	מחירון ספק		3. יכולת התקנת Air tag באלונקה
	מחירון ספק	אביזר חובה	4. מוט עירוני טלסקופי נשלף
	מחירון ספק	אביזר חובה	5. מוט עירוני מובנה טלסקופי מתקפל
	מחירון ספק	אביזר חובה	6. ידיעות אחיזה (כידון)



מחלקת מכרזים
 טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט לגבי הדגם המוצע	מחיר (ללא מע"מ)	תנאי סף	אביזרים ואביזורים אופציונליים – אלונקת מיון ילדים
	מחירון ספק	אביזר חובה	7. חגורות אחיזה (Transport Strap) עבור בית החזה, אגן, רגליים – סט של 3 חגורות
	מחירון ספק	אביזר חובה	8. מתקן אנכי למיכל חמצן
	מחירון ספק	אביזר חובה	9. חגורות אחיזה (Transport Strap)
	מחירון ספק	אביזר חובה	10. מתקן לתיק החולה (Chart Holder)
	מחירון ספק	אביזר חובה	11. מרגלות
	מחירון ספק	אביזר חובה	12. מדף נשלף למוניטור במרגלות האלונקה כולל רצועות לקיבוע מוניטור (Convertible Footboard)



מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט לגבי הדגם המוצע	מחיר (ללא מע"מ)	תנאי סף	אביזרים ואביזרים אופציונליים – אלונקת מיון ילדים
	מחירון ספק	אביזר חובה	13. מזרן לפי סעיף 5 של המפרט הטכני
	מחירון ספק	אביזר חובה	14. ציפוי של המזרן
	מחירון ספק		15. בוקי עבור קסטה X-Ray
			16. מערכת שקילה (מאזניים) מובנת באלונקה
	מחירון ספק		17. מזרן בעובי מעל 4" , נא לציין מה קיים
	מחירון ספק יש לציין אופן חיבור		18. מתקן לבקבוק ספטול במרגלות האלונקה
	מחירון ספק		19. עגלת ציוד מיוחדת מתחברת לאלונקה לצורך הובלת מכשור רפואי



מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט לגבי הדגם המוצע	מחיר (ללא מע"מ)	תנאי סף	אביזרים ואביזורים אופציונליים – אלונקת מיון ילדים
			: דפיברילטור, משאבות עירוי, ארגז כלים וכדומה
	מחירון ספק		20. "קרש" להעברת המטופל
	מחירון ספק	אביזר חובה	21. ידיות אחיזה (כידון) מתקפלות
	מחירון ספק	אביזר חובה	22. ידיות אחיזה מצד הראש
	מחירון ספק		23. שיחרור נעילת המעקות משני צדי המעקה
	מחירון ספק	אביזר חובה	24. סרגל מדידה לאורך מצע המזרן
	מחירון ספק		25. סרגל מדידה Bradshaw

מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט לגבי הדגם המוצע	מחיר (ללא מע"מ)	תנאי סף	אביזרים ואביזרים אופציונליים – אלונקת מיון ילדים
			26. אביזרים אופציונליים נוספים: במידה וקיימים יש לציין בהמשך הטבלה
			26.1
			26.2
			26.3
			26.4
			26.5
			26.6



מחלקת מכרזים
 טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

חלקי חילוף – עלויות:

פירוט לגבי הדגם המוצע	מק"ט היצרן	מחיר (בש"ח ללא מע"מ)	פרוט הנתונים – חלקי חילוף אלונקת מיון ילדים
		מחירון ספק	1. בוכנה הידראולית
		מחירון ספק	2. מעקה שמאלית קומפלט
		מחירון ספק	3. מעקה ימנית קומפלט
		מחירון ספק	4. גלגל קומפלט לפי סעיף 3 של המפרט הטכני
		מחירון ספק	5. Gas Spring עבור משענת גב
		מחירון ספק	6. Gas Spring עבור משענת רגליים
		מחירון ספק	7. מזרן לפי סעיף 5 של המפרט הטכני
		מחירון ספק	8. ציפוי של המזרן
			9. חלקי חילוף נוספים: במידה וקיימים יש לציין בהמשך הטבלה
		מחירון ספק	9.1
		מחירון ספק	9.2



מחלקת מכרזים
טל: 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט לגבי הדגם המוצע	מק"ט היצרן	מחיר (בש"ח ללא מע"מ)	פרוט הנתונים – חלקי חילוף אלונקת מיון ילדים
		מחירון ספק	.9.3
		מחירון ספק	.9.4
		מחירון ספק	.9.5
		מחירון ספק	.9.6
		מחירון ספק	.9.7
		מחירון ספק	.9.8
		מחירון ספק	.9.9
		מחירון ספק	.9.10

אמות המידה לניקוד איכות – אלונקת מיון ילדים

במכרז זה אמות מידה מהוות 30% מהציון המשוקלל, כאשר עלות האלונקה מהווה 70% מהציון המשוקלל.
מוצר שהניקוד שיינתן לו יהיה נמוך מציון הסף שנקבע לרכיב מסוים - ייפסל.
הניקוד להלן ייקבע כדלקמן: בודקים מקצועיים מטעם ביה"ח שיבא יעריכו את המוצר,
כ"א בנפרד ללא התייעצות הדדית. הניקוד שיינתן למוצר יקבע לפי נוסחת חישוב בהתבסס על ממוצע ציוני הבודקים.

תיאור	סעיף במפרט	ציון סף	ציון	פירוט לגבי הדגם המוצע
1. יכולת התקנת Air tag באלונקה	סעיף 4 דרישות אופציונליות		8	
2. עגלת ציוד מיוחדת מתחברת לאלונקה לצורך הובלת מכשור רפואי (במידה וקיים יש לצרף שרטוט)	סעיף 21 דרישות אופציונליות		8	
3. כושר נשיאה של האלונקה:				



מחלקת מכרזים
 טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט לגבי הדגם המוצע	ציון	ציון סף	סעיף במפרט	תיאור
	4 או		2.10	3.1 יותר מ-250 ק"ג ופחות מ-290 ק"ג
	8		2.10	3.2 יותר מ-290 ק"ג
	8		7.10.1	4. אלונקה עמידה בשטיפה ע"י חומרי ניקוי וחיטוי המאושרים ע"י משרד הבריאות ובחומר מאושר בשיבא: כלור עד 5,000 ppm
	14	8		5. נוחות בהובלת האלונקה
	10	6		6. נוחות בניקוי של האלונקה
	12	7	2.7	7. מידת הקושי בהפעלת משענת גב
	12	7	4	8. מידת הקושי בהפעלת המעקה
	10	6		9. נוחות ישיבה באלונקה עם מעקה מקופל
	10	6		10. נוחות בהכנסת קסטה X-Ray

THE STATE OF ISRAEL
MINISTRY OF HEALTH
THE CHIME SHEBA MEDICAL CENTER
Affiliated to the Tel-Aviv University
Sackler School of Medicine
TEL-HASHOMER 52621, ISRAEL

משרד בריאות

מדינת ישראל
המרכז הרפואי המשולב ע"ש חיים שיבא
מסונף לבית הספר לרפואה ע"ש סאקלר
באוניברסיטת תל-אביב
תל-השומר 52621, ישראל



מחלקת מכרזים
טל: 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט לגבי הדגם המוצע	ציון	ציון סף	סעיף במפרט	תיאור
	100			11. סה"כ

טופס בדיקה לאלונקת מיון ילדים

דגם אלונקת מיון: _____
יצרן אלונקת מיון: _____
שם המציע: _____
שם הבודק: _____

דרג'י בסולם מ-1 עד 5, את הפרמטרים הבאים בהתאם לטבלת נקודות איכות עבור אלונקת מיון, כאשר 1 מייצג את הציון הנמוך ביותר ו-5 מייצג את הציון הגבוה ביותר.

פירוט לגבי הדגם המוצע	הערות	5	4	3	2	1	תיאור
							1. נוחות בהובלת האלונקה
							2. נוחות בניקוי של האלונקה
							3. מידת הקושי בהפעלת משענת גב
							4. מידת הקושי בהפעלת המעקה

THE STATE OF ISRAEL
MINISTRY OF HEALTH
THE CHIME SHEBA MEDICAL CENTER
Affiliated to the Tel-Aviv University
Sackler School of Medicine
TEL-HASHOMER 52621, ISRAEL



משרד בריאות

מדינת ישראל
המרכז הרפואי המשולב ע"ש חיים שיבא
מסונף לבית הספר לרפואה ע"ש סאקלר
באוניברסיטת תל-אביב
תל-השומר 52621, ישראל

מחלקת מכרזים
טל: 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט לגבי הדגם המוצע	הערות	5	4	3	2	1	תיאור
							5. נוחות ישיבה באלונקה עם מעקה מקופל
							6. נוחות בהכנסת קסטה X-Ray

חתימת הבודק: _____

תאריך: _____

THE STATE OF ISRAEL
MINISTRY OF HEALTH
THE CHIME SHEBA MEDICAL CENTER
Affiliated to the Tel-Aviv University
Sackler School of Medicine
TEL-HASHOMER 52621, ISRAEL



מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

משרד בריאות

מדינת ישראל
המרכז הרפואי המשולב ע"ש חיים שיבא
מסונף לבית הספר לרפואה ע"ש סאקלר
באוניברסיטת תל-אביב
תל-השומר 52621, ישראל

ריכוז סיכום בדיקת אלונקת מיון ילדים

דגם אלונקת מיון: _____

יצרן אלונקת מיון: _____

שם המציע: _____

הציון המשוקלל מחושב לפי משוואה –

$$finalGrade = \frac{meanGrade}{max Grade} \cdot Score$$

כאשר –

finalGrade - מייצג את הציון המשוקלל הסופי.

meanGrade - מייצג את הציון הממוצע מבין הבודקים.

max Grade - מייצג את הציון המקסימאלי - 5

Score - מייצג את הניקוד המתאים לפי טבלת נקודות איכות

מחלקת מכרזים
טל: 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט לגבי הדגם המוצע	הערות	ציון סף לפי טבלת נקודות איכות	תיאור
		8	1. נוחות בהובלת האלונקה
		6	2. נוחות בניקוי של האלונקה
		7	3. מידת הקושי בהפעלת משענת גב
		7	4. מידת הקושי בהפעלת המעקה
		6	5. נוחות ישיבה באלונקה עם מעקה מקופל
		6	6. נוחות בהכנסת קסטה X-Ray

הנדון: אפיון טכני לאלונקת מיון עם מערכת שקילה ילדים

עבור ביה"ח שיבא תל השומר

מפרט טכני עבור אלונקה מיון עם מערכת שקילה ילדים:

_____ : ספק

_____ : דגם

_____ : יצרן

פירוט הדגם המוצע	הערכים הנדרשים ע"י שיבא	תיאור הדרישה – אלונקת מיון ילדים
		1. <u>אישורי תקינה</u> :
	נא לצרף	1.1. אישור אמ"ר בתוקף
		2. <u>דרישות טכניות</u> :
		2.1. מידות מצע המזרן :



מחלקת מכרזים
 טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט הדגם המוצע	הערכים הנדרשים ע"י שיבא	תיאור הדרישה – אלונקת מיון ילדים
רוחב מצע מזרן בס"מ: _____	תנאי סף: רוחב בין- 73 – 76 ס"מ נא לציין אורך ורוחב בס"מ לרבות אופציות נוספות	2.1.1. רוחב מצע המזרן
אורך מצע מזרן בס"מ: _____	תנאי סף: אורך לא פחות מ-190 ס"מ נא לציין אורך ורוחב בס"מ לרבות אופציות נוספות	2.1.2. אורך מצע המזרן
אורך חיצוני של אלונקה בס"מ: _____ רוחב חיצוני של אלונקה בס"מ: _____	נא לציין אורך ורוחב בס"מ, בנוסף יש לציין אופציות רוחב הקיימות	2.2. מידות חיצוניות של אלונקה
		2.3. פעולת HI-LO הידראולית
גובה מינימלי בס"מ: _____	תנאי סף לא יותר מ-62 ס"מ נא לציין בס"מ	2.3.1. גובה מינימום
גובה מקסימלי בס"מ: _____	תנאי סף לא פחות מ-85 ס"מ נא לציין בס"מ	2.3.2. גובה מקסימום
	תנאי סף	2.4. כמות בוכנות לפעולת HI-LOW



מחלקת מכרזים
 טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט הדגם המוצע	הערכים הנדרשים ע"י שיבא	תיאור הדרישה – אלונקת מיון ילדים
	2 בוכנות	
	תנאי סף	2.5 Trendelenburg/Reverse Trendelenburg
זווית במע': _____	תנאי סף $\pm 16^\circ$ לפחות	2.5.1 זווית פעולת Trendelenburg/Reverse Trendelenburg
	תנאי סף יכולת הפעלה משני צידי אלונקה נא לציין אופציות נוספות	2.6 פדלים להפעלת Hi-Lo ו-Trendelenburg
זווית משענת הגב במע': _____	תנאי סף זווית 70° לפחות, נא לציין זווית	2.7 שינוי זווית של משענת גב עליון
אופן הגנה: _____ _____	תנאי סף נא לציין אופן הגנה – פסים לאורך האלונקה, דפנות צד וכדומה	2.8 הגנה לכל היקף האלונקה
	תנאי סף	2.9 הגנה בפינות האלונקה



מחלקת מכרזים
 טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט הדגם המוצע	הערכים הנדרשים ע"י שיבא	תיאור הדרישה – אלונקת מיון ילדים
כושר נשיאה מרבי בק"ג: _____	תנאי סף 250 ק"ג לפחות, נא לציין משקל	2.10. משקל נשיאה מקסימאלי (SWL)
משקל עצמי של אלונקה בק"ג: _____	נא לציין בק"ג	2.10.1. משקל עצמי של אלונקה
סוג החומר של שלד: _____ סוג החומר של מצע מזרן: _____	נא לציין חומרים	2.11. שלד של אלונקה ומצע של המזרן
		3. גלגלים
שם יצרן הגלגלים: _____	תנאי סף נא לציין יצרן	3.1. תוצרת TENTE או שווה ערך
	תנאי סף	3.2. עשויים מקשה אחת
	תנאי סף	3.3. עשויים מחומר לא מחליד
	תנאי סף	3.4. קוטר הגלגלים 8"
	תנאי סף	3.5. גלגלים לא משאירים סימנים על הרצפה
לציין אופן: _____	תנאי סף נא לציין אופן	3.6. נעילה מרכזית של הגלגלים מ-4 כיווני האלונקה (מקדימה, אחורה ומהצדדים), או מ-4 פינות של אלונקה



מחלקת מכרזים
 טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט הדגם המוצע	הערכים הנדרשים ע"י שיבא	תיאור הדרישה – אלונקת מיון ילדים
	תנאי סף	3.7. מנגנון נעילה מרכזית כולל 3 פונקציות: נעילה, נעילת כיוון, שחרור
	תנאי סף קיפול בשיטת Glideaway – מתקפלת מתחת למצע מזרן. יש לצרף תמונה	4. מעקה מתקפל בשני צדי אלונקה
	תנאי סף	4.1. מעקה לכל אורך של מצע מזרן
חומר של מעקה: _____	תנאי סף	4.2. מעקה עשוי פלבי"מ או פלבי"מ משולב חומר פלסטי
		5. אפשרות לצילום X-Ray
	תנאי סף	5.1. מצע מזרן שקיף X-Ray
לציין אופן: _____	תנאי סף נא לציין אופן	5.2. מקום לקסטה X-ray לכול האורך מצע מזרן
לציין אופן: _____	נא לציין, האם קיים, או קיימת שיטה אחרת	5.2.1. משטח לקסטה מתכוונן לגובה לצורך הצמדת קסטה למצע מזרן



מחלקת מכרזים
 טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט הדגם המוצע	הערכים הנדרשים ע"י שיבא	תיאור הדרישה – אלונקת מיון ילדים
אופן הכנסת קסטה בחלק עליון של הגוף _____	תנאי סף נא לציין אופן הכנסת קסטה	5.3. מידות של הקסטה הגדולה ביותר 5.4. 48 x 48 cm
אופן הכנסת קסטה בחלק תחתון של הגוף _____		
	נא לציין האם קיים כסטנדרט	5.5. סרגל מדידה לאורך מצע המזרן
		6. <u>מזרן</u>
יש לצרף דו"ח מעבדה בנושא עיכוב בעירה עבור חומר המזרן ועבור כיסוי של המזרן או עבור כל המזרן בכללותו: תעודה ממכון התקנים המעידה על עמידה בדרישות התקן ישראלי ת"י 5418/518, או עמידה בתקן עיכוב בעירה מהמדינות הבאות: מדינות מערב אירופה/יפן/אוסטרליה/מדינות צפון אמריקה	תנאי סף יש לצרף דו"ח מעבדה	6.1. עשוי מחומר מעכב בעירה
	תנאי סף נא לפרט ולציין האם מגומם	6.2. ציפוי בד אנטי סטאטי ואנטי בקטריאלי, בלתי חדיר לנוזלים



מחלקת מכרזים
 טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט הדגם המוצע	הערכים הנדרשים ע"י שיבא	תיאור הדרישה – אלונקת מיון ילדים
	יש לצרף חומר רלוונטי של היצרן או מעבדה המעיד על תכונות הכיסוי	
עובי מזרן בס"מ או inch: _____	תנאי סף נא לציין סוג וצפיפות הספוג, האם מוגדר למניעת פצי לחץ	6.3. עובי 4" לפחות
צבע: _____	נא לציין	6.4. צבע מועדף שחור
		7. דרישות כלליות
משקל מקסימלי בק"ג: _____ דיוק מערכת שקילה בק"ג: _____	תנאי סף נא לציין מאפיינים: משקל מקסימלי, דיוק	7.1. מערכת שקילה מובנת באלונקה
	תנאי סף נא לציין אופן	7.2. מיקום לשמירת חפצים ומיכל חמצן בבסיס האלונקה
	תנאי סף	7.3. מתקן אנכי עבור מיכל חמצן 5 לי'
	תנאי סף	7.4. הכנה לעמוד עירוני ב-4 פינות של אלונקה
	תנאי סף נא לציין חומר	7.5. עמוד עירוני מובנה טלסקופי מתקפל

מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט הדגם המוצע	הערכים הנדרשים ע"י שיבא	תיאור הדרישה – אלונקת מיון ילדים
	תנאי סף	7.6. ידיעות אחיזה מתקפלות (כידון) מצד הראש או רגליים
	תנאי סף	7.7. הכנה לאחיזת אביזרים שונים, Drainage bags וכו'.. (נא לציין אפשרויות)
	נא לציין	7.8. אפשרויות ותנועות נוספות של אלונקה
נא לצרף הצהרת היצרן	תנאי סף	7.9. אלונקה עמידה בשטיפה ע"י חומרי ניקוי וחיטוי המאושרים ע"י משרד הבריאות (חוזר מנהל רפואה מספר 12.2006 – הנחיות לניקוי וחיטוי במוסדות רפואיים) ובחומר מאושר בשיבא: כלור עד 1,000 ppm
נא לצרף הצהרת היצרן	אמות מידה	7.10. אלונקה עמידה בשטיפה ע"י חומרי ניקוי וחיטוי



מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט הדגם המוצע	הערכים הנדרשים ע"י שיבא	תיאור הדרישה – אלונקת מיון ילדים
		המאושרים ע"י משרד הבריאות ובחומר מאושר בשיבא : כלור עד 5,000 ppm
	תנאי סף	7.11 יכולת סימון ומספור האלונקה לצרכים פנימיים של ביה"ח (הדפסה על גוף אלונקה " מלר"ד כללי" או אחרת (בבסיס))



מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

למען הסר ספק, המחיר המוצע לאלונקת מיון כולל את הפריטים בטבלה לרבות תנאים לאספקה:

פירוט לגבי הדגם המוצע	כמות	תיאור לאספקה – אלונקת מיון ילדים
	1 יח'	1. אלונקת מיון לפי מפרט טכני
	1 יח'	2. אחריות 5 שנים כולל חלקי חילוף, עבודה וטיפולים תקופתיים בהתאם להוראות היצרן
	1 יח'	3. מערכת שקילה מובנת
	1 יח'	4. עמוד עירוי - סעיף 7.4 של המפרט הטכני לעיל
	1 יח'	5. ידיות אחיזה (כידון) מצד הראש
	1 יח'	6. קיים מספר זיהוי נגיש של היצרן באלונקה
	1 יח'	7. סרגל מדידה לאורך מצע המזרן
		8. <u>דרישות לאספקה:</u>



מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

	תנאי סף נא לצרף	8.1. אישורי תקינה שבסעיף 1 של המפרט הטכני לעיל
	<u>אלונקה תאושר להמשך תהליך מכרזי בהתאם לתוצאות מבחן בלבד</u>	8.2. <u>אלונקה תעבור מבחן עליה לרמפה של אמבולנס שיבא והעמדה בתוך הרכב</u>
	תנאי סף נא לצרף	8.3. הוראות החזקה (Service Manual) של הכורסא
	תנאי סף נא לצרף	8.4. הוראות הפעלה ושימוש (User Manual) של הכורסא
	תנאי סף נא לצרף	8.5. התחייבות היצרן לאספקת חלקי חילוף 7 שנים לפחות לאחר תום יצור הדגם
	תנאי סף	8.6. הדרכה של הצוות עד לקבלת שביעות רצון מלאה
	תנאי סף נא לצרף	8.7. שרטוט הכורסא עם כלל החלקים הקיימים – "שרטוט פצה" (שרטוט מבט מפורק)
	תנאי סף נא לציין	8.8. עלות הסכם שירות שנתי לאחר תום תקופת האחריות בת 5 שנים כולל חלקי חילוף, עבודה וטיפולים תקופתיים בהתאם להוראות היצרן



מחלקת מכרזים
טל: 03-5303558

מכרז מס' 10002750

	תנאי סף נא לציין	8.9. עלות שעת עבודה של טכנאי הספק לקריאת שירות בשעות עבודה רגילות (בין שעות 8 עד 17:00 בימים א' – ה')
	תנאי סף נא לציין	8.10. עלות שעת נסיעה של טכנאי הספק לקריאת שירות בשעות עבודה רגילות (בין שעות 8 עד 17:00 בימים א' – ה')
	תנאי סף נא לציין	8.11. עלות שעת עבודה של טכנאי הספק לקריאת שירות בשעות עבודה חריגות (לאחר 17:00 בימים א' – ה' ובסופי שבוע וחגים)
	תנאי סף נא לציין	8.12. עלות שעת נסיעה של טכנאי הספק לקריאת שירות בשעות עבודה חריגות (לאחר 17:00 בימים א' – ה' ובסופי שבוע וחגים)
	תנאי סף נא לצרף	8.13. התחייבות ל-SLA – 24 שעות במקרה של תקלה לא משביתה
	תנאי סף נא לצרף	8.14. התחייבות ל-SLA – 12 שעות במקרה של תקלה משביתה



מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

	תנאי סף נא לצרף	8.15. התחייבות הספק להחזיק כלל החלקים החיוניים במלאי ארצי (חלקים שהשבתתם מובילה להשבתת המיטה, דוגמת חלקים של מערכת חשמלית, גלגלים, שלטים וכדומה)
	תנאי סף נא לציין	8.16. השתתפות במכרז כוללת בדיקה פיזית של המיטה ע"י צוות הבודקים. מיטה תיבדקנה לעמידה בתנאי סף ובאופן פונקציונלי (ראה סעיף ה'מתה - אמות מידה).

מחלקת מכרזים
טל: 03-5303558

מכרז מס' 10002750

דרישות אופציונליות ואביזרים:

פירוט לגבי הדגם המוצע	מחיר (ללא מע"מ)	תנאי סף	אביזרים ואביזרים אופציונליים – אלונקת מיון ילדים
	מחירון ספק		1. פעולת Fowler לרגלים
	מחירון ספק		2. פעולת Hi-Lo ו-Trendelenburg מדושה נוספת/נוספות
	מחירון ספק		3. יכולת התקנת Air tag באלונקה
	מחירון ספק	אביזר חובה	4. מוט עירוני טלסקופי נשלף
	מחירון ספק	אביזר חובה	5. מוט עירוני מובנה טלסקופי מתקפל
	מחירון ספק	אביזר חובה	6. ידיעות אחיזה (כידון)



מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט לגבי הדגם המוצע	מחיר (ללא מע"מ)	תנאי סף	אביזרים ואביזורים אופציונליים – אלונקת מיון ילדים
	מחירון ספק	אביזר חובה	7. חגורות אחיזה (Transport Strap) עבור בית החזה, אגן, רגליים – סט של 3 חגורות
	מחירון ספק	אביזר חובה	8. מתקן אנכי למיכל חמצן
	מחירון ספק	אביזר חובה	9. חגורות אחיזה (Transport Strap)
	מחירון ספק	אביזר חובה	10. מתקן לתיק החולה (Chart Holder)
	מחירון ספק	אביזר חובה	11. מרגלות
	מחירון ספק	אביזר חובה	12. מדף נשלף למוניטור במרגלות האלונקה כולל רצועות לקיבוע מוניטור (Convertible Footboard)



מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט לגבי הדגם המוצע	מחיר (ללא מע"מ)	תנאי סף	אביזרים ואביזורים אופציונליים – אלונקת מיון ילדים
	מחירון ספק	אביזר חובה	13. מזרן לפי סעיף 5 של המפרט הטכני
	מחירון ספק	אביזר חובה	14. ציפוי של המזרן
	מחירון ספק		15. בוקי עבור קסטה X-Ray
	מחירון ספק	אביזר חובה	16. מערכת שקילה (מאזניים) מובנת באלונקה
	מחירון ספק		17. מזרן בעובי מעל 4" , נא לציין מה קיים
	מחירון ספק יש לציין אופן חיבור		18. מתקן לבקבוק ספטול במרגלות האלונקה
	מחירון ספק		19. עגלת ציוד מיוחדת מתחברת לאלונקה לצורך הובלת מכשור רפואי

מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט לגבי הדגם המוצע	מחיר (ללא מע"מ)	תנאי סף	אביזרים ואביזרים אופציונליים – אלונקת מיון ילדים
			: דפיברילטור, משאבות עירוי, ארגז כלים וכדומה
	מחירון ספק		20. "קרש" להעברת המטופל
	מחירון ספק	אביזר חובה	21. ידיות אחיזה (כידון) מתקפלות
	מחירון ספק	אביזר חובה	22. ידיות אחיזה מצד הראש
	מחירון ספק		23. שחרור נעילת המעקים משני צדי המעקה
	מחירון ספק	אביזר חובה	24. סרגל מדידה לאורך מצע המזרן
	מחירון ספק		25. סרגל מדידה Bradshaw

מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט לגבי הדגם המוצע	מחיר (ללא מע"מ)	תנאי סף	אביזרים ואביזרים אופציונליים – אלונקת מיון ילדים
			26. אביזרים אופציונליים נוספים: במידה וקיימים יש לציין בהמשך הטבלה
			26.1
			26.2
			26.3
			26.4
			26.5
			26.6



מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

חלקי חילוף – עלויות:

פירוט לגבי הדגם המוצע	מק"ט היצרן	מחיר (בש"ח ללא מע"מ)	פרוט הנתונים – חלקי חילוף אלונקת מיון ילדים
		מחירון ספק	1. בוכנה הידראולית
		מחירון ספק	2. מעקה שמאלית קומפלט
		מחירון ספק	3. מעקה ימנית קומפלט
		מחירון ספק	4. גלגל קומפלט לפי סעיף 3 של המפרט הטכני
		מחירון ספק	5. Gas Spring עבור משענת גב
		מחירון ספק	6. Gas Spring עבור משענת רגליים
		מחירון ספק	7. מזרן לפי סעיף 5 של המפרט הטכני
		מחירון ספק	8. ציפוי של המזרן
			9. חלקי חילוף נוספים: במידה וקיימים יש לציין בהמשך הטבלה
		מחירון ספק	9.1
		מחירון ספק	9.2



מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט לגבי הדגם המוצע	מק"ט היצרן	מחיר (בש"ח ללא מע"מ)	פרוט הנתונים – חלקי חילוף אלונקת מיון ילדים
		מחירון ספק	.9.3
		מחירון ספק	.9.4
		מחירון ספק	.9.5
		מחירון ספק	.9.6
		מחירון ספק	.9.7
		מחירון ספק	.9.8
		מחירון ספק	.9.9
		מחירון ספק	.9.10



מחלקת מכרזים
טל: 03-5303558

מכרז מס' 10002750

אמות המידה לניקוד איכות – אלונקת מיון עם מערכת שקילה ילדים

במכרז זה אמות מידה מהוות 30% מהציון המשוקלל, כאשר עלות האלונקה מהווה 70% מהציון המשוקלל. מוצר שהניקוד שיינתן לו יהיה נמוך מציון הסף שנקבע לרכיב מסוים - ייפסל. הניקוד ייקבע כדלקמן: בודקים מקצועיים מטעם ביה"ח שיבא יעריכו את המוצר, כ"א בנפרד ללא התייעצות הדדית. הניקוד שיינתן למוצר יקבע לפי נוסחת חישוב בהתבסס על ממוצע ציוני הבודקים.

תיאור	סעיף במפרט	ציון סף	ציון	פירוט לגבי הדגם המוצע
1. יכולת התקנת Air tag באלונקה	סעיף 4 דרישות אופציונליות		8	
2. עגלת ציוד מיוחדת מתחברת לאלונקה לצורך הובלת מכשור רפואי (במידה וקיים יש לצרף שרטוט)	סעיף 21 דרישות אופציונליות		8	
3. כושר נשיאה של האלונקה:				
3.1 יותר מ-250 ק"ג ופחות מ-290 ק"ג	2.10		4 או	
3.2 יותר מ-290 ק"ג	2.10		8	



מחלקת מכרזים
 טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט לגבי הדגם המוצע	ציון	ציון סף	סעיף במפרט	תיאור
	8		7.10.1	4. אלונקה עמידה בשטיפה ע"י חומרי ניקוי וחיטוי המאושרים ע"י משרד הבריאות ובחומר מאושר בשיבא: כלור עד 5,000 ppm
	14	8		5. נוחות בהובלת האלונקה
	10	6		6. נוחות בניקוי של האלונקה
	12	7	2.7	7. מידת הקושי בהפעלת משענת גב
	12	7	4	8. מידת הקושי בהפעלת המעקה
	10	6		9. נוחות ישיבה באלונקה עם מעקה מקופל
	10	6		10. נוחות בהכנסת קסטה X-Ray
	100			11. סה"כ

מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

טופס בדיקה לאלונקת מיון עם מערכת שקילה ילדים

דגם אלונקת מיון: _____

יצרן אלונקת מיון: _____

שם המציע: _____

שם הבודק: _____

דרג/י בסולם מ-1 עד 5, את הפרמטרים הבאים בהתאם לטבלת נקודות איכות עבור אלונקת מיון,
כאשר 1 מייצג את הציון הנמוך ביותר ו-5 מייצג את הציון הגבוה ביותר.

פירוט לגבי הדגם המוצע	הערות	5	4	3	2	1	תיאור
							1. נוחות בהובלת האלונקה
							2. נוחות בניקוי של האלונקה
							3. מידת הקושי בהפעלת משענת גב
							4. מידת הקושי בהפעלת המעקה

THE STATE OF ISRAEL
MINISTRY OF HEALTH
THE CHIME SHEBA MEDICAL CENTER
Affiliated to the Tel-Aviv University
Sackler School of Medicine
TEL-HASHOMER 52621, ISRAEL



משרד בריאות

מדינת ישראל
המרכז הרפואי המשולב ע"ש חיים שיבא
מסונף לבית הספר לרפואה ע"ש סאקלר
באוניברסיטת תל-אביב
תל-השומר 52621, ישראל

מחלקת מכרזים
טל: 03-5303558

מכרז מס' 10002750

פירוט לגבי הדגם המוצע	הערות	5	4	3	2	1	תיאור
							5. נוחות ישיבה באלונקה עם מעקה מקופל
							6. נוחות בהכנסת קסטת X-Ray

חתימת הבודק: _____

תאריך: _____

THE STATE OF ISRAEL
MINISTRY OF HEALTH
THE CHIME SHEBA MEDICAL CENTER
Affiliated to the Tel-Aviv University
Sackler School of Medicine
TEL-HASHOMER 52621, ISRAEL



מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

משרד בריאות

מדינת ישראל
המרכז הרפואי המשולב ע"ש חיים שיבא
מסונף לבית הספר לרפואה ע"ש סאקלר
באוניברסיטת תל-אביב
תל-השומר 52621, ישראל

ריכוז סיכום בדיקת אלונקת מיון עם מערכת שקילה ילדים

דגם אלונקת מיון: _____

יצרן אלונקת מיון: _____

שם המציע: _____

הציון המשוקלל מחושב לפי משוואה –

$$finalGrade = \frac{meanGrade}{max Grade} \cdot Score$$

כאשר –

$finalGrade$ - מייצג את הציון המשוקלל הסופי.

$meanGrade$ - מייצג את הציון הממוצע מבין הבודקים.

$max Grade$ - מייצג את הציון המקסימאלי - 5

$Score$ - מייצג את הניקוד המתאים לפי טבלת נקודות איכות

THE STATE OF ISRAEL
MINISTRY OF HEALTH
THE CHIME SHEBA MEDICAL CENTER
Affiliated to the Tel-Aviv University
Sackler School of Medicine
TEL-HASHOMER 52621, ISRAEL



מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

משרד בריאות

מדינת ישראל
המרכז הרפואי המשולב ע"ש חיים שיבא
מסונף לבית הספר לרפואה ע"ש סאקלר
באוניברסיטת תל-אביב
תל-השומר 52621, ישראל

פירוט לגבי הדגם המוצע	הערות	ציון סף לפי טבלת נקודות איכות	תיאור
		8	1. נוחות בהובלת האלונקה
		6	2. נוחות בניקוי של האלונקה
		7	3. מידת הקושי בהפעלת משענת גב
		7	4. מידת הקושי בהפעלת המעקה
		6	5. נוחות ישיבה באלונקה עם מעקה מקופל
		6	6. נוחות בהכנסת קסטה X-Ray



מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

שירות

הספק יעניק שירותי אחזקה, תמיכה, הדרכה, שירות ואחריות, כמפורט בהסכם ההתקשרות ובנספחיו.

אמנת שרות ו-SLA - חלון שרות, בדיקת המוצר וזמני תגובה

1. אמנת השרות רלבנטית הן לתקופת האחריות והן לתקופת שירות בתום תקופת האחריות
2. על הספק להחליף בתוך 21 ימי עבודה כל מוצר שנתגלה בו פגם / אי התאמה. לשם כך על הספק להחזיק מלאי המאפשר את ביצוע השירות ברמה המיטבית.
3. בתקופת האחריות לא ישולם בגין חלקי חילוף, למעט חלפים הנדרשים בגין שבר.
4. בתום תקופת האחריות, ישולם עבור חלקי חילוף, כאשר אלו כוללים בתוכם את משמעותיות ותנאי השירות ועלות שעות עבודה וכלל היוצא מכך.
5. מחיר הרכישה כולל את האספקה, ההובלה והתקנת הציוד.
6. אספקת המוצר לא תעלה על 90 ימים.
7. על הספק לתאם למול איש הקשר את יום האספקה.
8. האספקה תבצע ישירות למחלקה, בתאום עם איש הקשר.
9. האספקה תבוצע במהלך שעות העבודה המקובלות.
10. בטרם האספקה, יש לתאם הדרכה מול הצוות, בזמני עבודה מקובלים.
11. נדרש לספק את הפריט בתוספת חוברת הדרכה בעברית ובאנגלית.

בדיקת המוצר

1. החל מיום אספקת המוצר ועד חלוף 21 יום ("תקופת בדיקת המוצר") רשאי המזמין לבדוק את המוצר בכל דרך שימצא לנכון, כולל פתיחתו ובדיקת תכולתו.
2. "תקופת בדיקת המוצר" חלה על כל הזמנה, גם אם ציוד זהה, עבר כבר בדיקה בשלב כלשהו, בעבר, ע"י המזמין.



מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

3. המזמין רשאי להעביר את המוצרים לבחינת עבודה במפרטים למכון מוכר.

חלון שירות וזמני תגובה

1. במקרה של מוצר פגום על הספק להגיע תוך 72 שעות מרגע קבלת הקריאה.
2. במקרה של מוצר תקול על הספק להגיע תוך 24 שעות במידה ומדובר בתקלה לא משביתה. במידה שמדובר בתקלה משביתה על הספק להגיע תוך 12 שעות.

	שבת / חג	שישי / ערב חג	א-ה	
שעות, מרגע	24	24	12	תקלה משביתה
פתיחת התקלה	48	48	24	תקלה לא משביתה

3. על הספק להחליף תוך 21 ימי עבודה כל מוצר שנתגלה בו פגם ואי התאמה.



מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

קנסות

1. אם לא מילא הספק את התחייבותו בקשר למועדי האספקה, ההובלה, התקנת הציוד, התאמת המוצר לדרישות, ולא עמד בחלונות השירות זכאי המזמין לפיצוי מוסכם כמפורט בטבלה שלהלן:

2. לחלן טבלה המפרטת את מנגנון הקנסות:

מרכיב	רמת שירות נדרשת	גובה הפיצוי הכספי בגין אי העמידה
פיגור בזמן אספקת המוצר	לפי מועד אספקה שנקבע מעלה (90 ימים)	50 ₪ ליום איחור לכל פריט
אספקת מוצר שלא לפי המפרט	אספקה עפ"י המפרט	1500 ₪ לכל פריט שנתגלה בו אי התאמה למפרט
החלפת מוצר פגום	הגעה תוך 21 ימי עבודה	50 ₪ ליום איחור מהיום ה-21 ואילך
קריאת שירות	תוך 24 שעות מרגע פתיחת קריאה במקרה של תקלה לא משביתה תוך 12 שעות במקרה של תקלה משביתה	100 ₪ לאיחור מרגע פתיחת קריאה

THE STATE OF ISRAEL
MINISTRY OF HEALTH
THE CHIME SHEBA MEDICAL CENTER
Affiliated to the Tel-Aviv University
Sackler School of Medicine
TEL-HASHOMER 52621, ISRAEL



מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

משרד בריאות

מדינת ישראל
המרכז הרפואי המשולב ע"ש חיים שיבא
מסונף לבית הספר לרפואה ע"ש סאקלר
באוניברסיטת תל-אביב
תל-השומר 52621, ישראל

יש לתאם מועד אספקה למול איש הקשר המופיע בהזמנה	יש לתאם מועד אספקה למול איש הקשר המופיע בהזמנה	תיאום אספקה למול איש הקשר המופיע בהזמנה
אספקה ישירות למחלקה	אספקה ישירות למחלקה	אספקת המוצר למקום אחר, ולא ישירות למחלקה
1500 ₪ לכל פריט שלא יימסר למחלקה הייעודית בהזמנה / בתאום	300 ₪ להגעה ללא תיאום מראש	1500 ₪ לכל פריט שלא יימסר למחלקה הייעודית בהזמנה / בתאום



מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

ה ס כ ם

שנערך ונחתם בתל השומר ביום _____

ב י ן : המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא (להלן: "המזמין" או "ביה"ח")

תל השומר- 52621, מצד אחד

ל ב י ן : _____, ח.פ. _____

מרח' _____, מס' פקס: _____

מצד שני (להלן: "הספק")

הואיל: והמזמין פרסם מכרז מס' 10002750 לאספקת מיטות יחודיות בביה"ח (להלן: "המוצר") (להלן: "המכרז");

והואיל: והספק הגיש במסגרת המכרז הצעה לאספקת המוצר והשירותים (להלן: "ההצעה") ומוכן לקבל על עצמו את הביצוע כל ההתחייבויות המפורטות במכרז ע"פ תנאי הסכם זה;

לכן, הוסכם הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:

מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

1. המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
2. מוסכם בין הצדדים כי המסמכים המפורטים להלן לרבות כל נספחיהם והמסמכים והתקנים המוזכרים בהם מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה:
 - 2.1 מסמכי המכרז לרבות המפרטים (להלן: "המפרט") - נספח א'.
 - 2.2 הצעת הספק מיום _____ - נספח ב'.
3. הספק מתחייב לספק ולהתקין את המוצר ולבצע את כל השירותים המפורטים "במכרז" ובמפרט במועדים ובתנאים המפורטים בהם ובהסכם זה (להלן: "העבודות") בהתאם להנחיות המפקח שימונה ע"י ביה"ח (להלן: "המפקח").
 - הספק מצהיר, כי יש בידיו הציוד, האמצעים וכח האדם הדרוש לאספקת והתקנת המוצר, לבצוע העבודות הנדרשות בהתאם לתנאי הסכם זה.
 - הספק יספק את המוצר לבית-החולים ויסיים להתקינו בהתאם ללוח המפורט במפרט, במסמכי המכרז או בהתאם להוראות המפקח.
 - הספק לבדו יהיה אחראי על המוצר וכל מכלליה ואביזריה עד למועד קבלתה הרשמית על ידי ביה"ח, לרבות בגין כל נזק ו/או תקלה מכל סוג שהוא.



מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

- הספק יספק על חשבונו את החלפת המתקנים השבורים ללא תוספת תשלום מהמזמין.
- **מובהר כי במקרה של אספקת פריט פגום, על הספק להחליפו בכל עת. גם לאחר תום תקופת ההתקשרות.**
- הספק מתחייב לבצע את כל הפעולות הדרושות לתיקון, באופן רצוף ולהשתמש בציוד והאנשים באופן אשר יאפשר ביצוע התיקון במהירות, ביעילות ובטיב מרביים.
- הספק מתחייב להתחיל בביצוע תיקון התקלה ממועד פניית ביה"ח לתיקון התקלה, ולהמשיך בביצוע התיקון באופן סדיר ורצוף עד להתגברות על התקלה על פי המקרה. במקרה של מוצר פגום על הספק לפעול בהתאם לאמנת השירות וטבלת ה SLA המצורפת למכרז.
- הספק מתחייב לשלם למזמין וכן הינו מסכים, כי המזמין יהא רשאי לנכות מכל סכום המגיע ממנו לקבלן קנסות בסכומים המפורטים בטבלת הקנסות המפורטת במסמכי המכרז. למעט איחורים הנובעים מכח עליון.

4. א. הספק ינהל יומן עבודה אשר יפורטו בו הנושאים הבאים :

(1) תיאור התקלה ;

(2) יום ושעת הודעת המזמין על התקלה ;

(3) מועד תחילת ביצוע תיקון התקלה, שמות נציגי הספק המועסקים בביצוע השירותים ומשך הזמן הנדרש להם להשלמתם ;



מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

(4) תיאור אופן תיקון התקלה.

ב. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, ימסור הספק לידי המזמין דו"ח על תיקון התקלה והשירותים.

5. למען הסר ספק, מוסכם בזאת במפורש, כי התחייבויות הספק, על פי הסכם זה יחולו גם על מתקנים נוספים אשר יהיה על הספק להתקנם במהלך תקופת ההתקשרות ללא חיוב נוסף.
6. בתמורה לאספקת המוצר והתקנתו ולשאר התחייבויותיו המפורטות בהצעה, במפרט במכרז ובהסכם זה, ישלם המזמין את הסכומים המפורטים בהצעת הספק או כפי שישוכמו במו"מ בין הצדדים (להלן: "התמורה"). לסכומים הנ"ל יצורף מע"מ כדין כנגד מסירת חשבוניות מס כדין.
7. המזמין ישלם לספק את התמורה _____ בהתאם לתנאי התשלום שיקבעו על ידי המזמין ורק לאחר ובכפוף לאישורו בכתב של מנהל הרכש כי הספק ביצע את כל התחייבויותיו והמוצר אכן עמד לשביעות רצונו ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של מנהל המשק מטעם המזמין בכל המבחנים והתנאים המפורטים בהצעה ובמפרט ובמסמכי המכרז, וכנגד קבלת ערבות בנקאית כאמור בסעיף 8 להסכם זה. לא נתן מנהל הרכש את אישורו כאמור יוחזר המוצר לספק (על חשבוננו) ללא כל חיוב כספי של המזמין או ביה"ח עבור השימוש במוצר.
8. עם חתימת החוזה וכתנאי לביצוע תשלום "התמורה", מתחייב הספק להמציא למזמין להבטחת ביצוע התחייבויותיו ערבות בנקאית עצמאית ובלתי מותנת בשיעור של 5% מערך החוזה, צמודה למדד המחירים לצרכן (להלן: "הערבות"), הערבות תהיה בתוקף במשך כל תקופת ההסכם וכן 90 יום לאחר סיום העבודה.

מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

9. ביה"ח / המזמין יהיו רשאים לממש את הערבות הנ"ל לצורך מימוש זכויותיהם ועל מנת לגבות כל סכום שיגיע להם ע"פ ההסכם, לרבות סכומי קנסות.
10. למען הסר ספקות מוסכם ומוצהר בזאת כי "התמורה" כוללת את כל התחייבויות הספק בהתאם לאמור בהסכם זה ולתנאי המכרז, לרבות- אספקת המוצר התקנתו, תיקון תקלות והחלפת המוצר לאורך תקופת ההתקשרות.
11. תקופת ההתקשרות תחל עם חתימת הסכם זה עם הספק ותהא לתקופה של 12 חודשים עם אופציה להארכה לשנה בכל פעם ועד ל-4 שנים ובסה"כ התקשרות של 5 שנים.
12. א. הספק אינו רשאי להסב את זכויותיו ו/או התחייבויותיו ע"פ הסכם זה, לאחרים, ללא קבלת הסכמת המזמין בכתב.
ב. הסכם זה ישונה בכתב בלבד ובחתימת שני הצדדים.
13. מעמדו של הספק בכל הקשור לביצוע ה"עבודות" ושאר התחייבויותיו ע"פ הסכם זה יהיה כשל קבלן עצמאי.
הצדדים מצהירים כי אין בתנאי הסכם זה או ביצועו כדי ליצור יחסי עובד ומעביד בין מי מהם לבין עובדי הצד האחר וכי כל אחד מהצדדים אחראי כלפי עובדיו הוא.



מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

14. הספק יהיה אחראי לכל נזק שיגרם לרכוש ביה"ח ו/או כל אדם או גוף אחר כתוצאה משימוש במוצר.
15. הספק יהיה אחראי לכל נזק שיגרם לגופם של עובדיו או עובדי ביה"ח או של המטופלים או מאושפזים או מוזמנים או מבקרים בביה"ח אשר יגרם כתוצאה או בקשר לשימוש מהמוצר.
16. הספק מתחייב לקיים את מלוא הוראות הביטוח המנויות בנספח הביטוח המצ"ב להסכם זה, ובכלל זה, לערוך על חשבונו את הביטוחים המנויים בנספח הביטוח בחברת ביטוח מורשית. נספח ביטוח זה מהווה חלק בלתי נפרד מההסכם. המזמין שומר לעצמו את הזכות לקבל מהספק אישור על קיום ביטוח או העתקי פוליסות, לפי דרישה. אי עמידה בתנאי סעיף זה מהווה הפרה של הסכם זה.
17. הפרה וביטול:
- א. הוראות סעיפים 3,13, 6,8,11, להסכם זה יחשבו כתנאים יסודיים בהסכם זה.
- ב. מבלי לפגוע בזכויות ביה"ח לכל סעד לפי כל דין, הפר הספק הוראה מההוראות הסעיפים המנויים בסעיף א' לעיל (ו/או כל הפרה אחרת שלא תוקנה תוך 14 יום), יהיה ביה"ח לאחר שנתן הודעה בכתב לספק 7 ימים מראש, רשאי לבטל את הסכם ולקבל חזרה את כל הסכומים ששולמו על חשבון המוצרים שטרם סופקו והמתקנים שטרם הותקנו צמודים למדד המחירים לצרכן מיום ביצוע התשלום לספק ועד מועד ביצוע החזר בפועל בתוספת ריבית חשב משרד האוצר.
- הספק לא יהא זכאי לכל תשלום ו/או פיצוי מכל סוג שהוא מביה"ח, בגין ביטול ההסכם כאמור.



מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

- ג. על אף האמור בסעיף ב' לעניין מתן הודעת ביטול מראש, ביה"ח רשאי לבטל את החוזה ללא מתן כל הודעה מראש במקרה של מינוי מפרק ו/או כונס נכסים לספק, שמינויים לא בוטל תוך 30 יום, והוראות סעיף ב' ו- ג' יחולו.
18. מוסכם בזה כי מנהל הרכש המתאים מטעם ביה"ח או מי שימונה על ידו יהיו המוסמכים להחליט לעניין כל מחלוקת מקצועית בין הצדדים כולל מילוי כל חובותיו של הספק ע"פ הסכם זה על כל נספחיו, וכי הכרעתו תחייב את הספק לכל דבר ועניין.
19. כתובת הצדדים ומספרי הפקסימיליה שלהם הינם כבמבוא להסכם זה.
- א. כל הודעה שתשלח ע"י צד למשנהו תיחשב כאילו הגיעה ליעדה תוך 3 ימים ממועד משלוחה בדואר רשום.
- ב. כל הודעה אשר תשוגר בפקסימיליה תחשב כאילו הגיעה ליעדה עם קבלת אישור תקין על שיגורה ולאחר שדבר קבלת הפקס אושר טלפונית ע"י עובד הצד המקבל ששמו ירשם על גבי ההודעה.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

הספק

ביה"ח



מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

נספח ביטוח

הספק מתחייב לערוך ולקיים ביטוחים הולמים ביחס לשירותים ו/או העבודות נשוא הסכם זה עבור מדינת ישראל - משרד ה- _____ (יש לציין את שם המשרד / יחידה/ מזמין/ת העבודה) (להלן: "המזמין"), ככל שנהוגים בתחום פעילותו (לדוגמה: ביטוח חבות מעבידים, ביטוח אחריות כלפי צד שלישי, ביטוח אחריות מקצועית, ביטוח חבות מוצר, ביטוח עבודות קבלניות, ביטוח משולב אחריות מקצועית / מוצר, ביטוח צמ"ה, ביטוח רכוש, ביטוח סחורה בהעברה או כל ביטוח אחר, לפי העניין), בגבולות אחריות סבירים בהתאם לאופיים והיקפם של השירותים ו/או העבודות נשוא הסכם זה. ככל ויועסקו על ידי הספק קבלני משנה, עליו לוודא שביטוחיו כוללים כיסוי לאחריותו בגינם, וכן לדרוש מהם לערוך ביטוחים לכיסוי אחריותם הישירה, כנדרש בסעיף זה. כחלופה הספק יוודא כי ביטוחיו יכללו כיסוי לפעילותם ולאחריותם הישירה.

הספק יוודא כי בכל הביטוחים שערך לפי סעיף זה (למעט ביטוח מסוג עבודות קבלניות / הקמה), המזמין יתווסף כמבוטח נוסף בכפוף להרחבת שיפוי כמקובל באותו סוג ביטוח.

הספק יוודא כי בביטוח מסוג עבודות קבלניות / הקמה, ככל ונערך ביחס לשירותים ו/או העבודות נשוא הסכם זה, ייכלל המזמין וכן כל הקבלנים וקבלני המשנה, כמבוטחים נוספים.

הספק יוודא כי בכל הביטוחים שערך לפי סעיף זה, ייכלל סעיף ויתור על זכות התחלוף / השיבוב כלפי המזמין ועובדיו (ויתור כאמור לא יחול לטובת האדם שגרם את הנזק בזדון) וכן סעיף לפיו הביטוחים יהיו קודמים וראשוניים ללא זכות השתתפות ו/או חזרה.

למען הסר ספק מובהר כי הספק אחראי בלעדית כלפי המבטח לתשלום דמי הביטוח, ההשתתפויות העצמיות עבור כל הפוליסות ולמילוי כל החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.

המזמין שומר לעצמו את הזכות לקבל מהספק אישור על קיום ביטוח או העתקי פוליסות, מעת לעת ולפי דרישה.

אי עמידה בתנאי סעיף זה מהווה הפרה של הסכם זה.



מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

נוסח ערבות ביצוע (ערבות הסכם)

(ערבות תינתן על ידי הזוכה)

שם הבנק _____
מס' טלפון _____
מס' פקס _____

לכבוד

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא בתל השומר

הנדון: ערבות מס' _____
לבקשת _____
אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך _____
(במילים: _____)

שיוצמד למדד _____ לחודש _____ מתאריך _____
(שם המדד) (תאריך פרסום המדד)

אשר תדרשו מאת: _____ (להלן "החייב")
בקשר עם מכרז מס' _____ שפורסם.

THE STATE OF ISRAEL
MINISTRY OF HEALTH
THE CHIME SHEBA MEDICAL CENTER
Affiliated to the Tel-Aviv University
Sackler School of Medicine
TEL-HASHOMER 52621, ISRAEL



מחלקת מכרזים
טל': 03-5303558

מכרז מס' 10002750

משרד בריאות

מדינת ישראל
המרכז הרפואי המשולב ע"ש חיים שיבא
מסונף לבית הספר לרפואה ע"ש סאקלר
באוניברסיטת תל-אביב
תל-השומר 52621, ישראל

אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 15 יום מתאריך דרישתכם הראשונה בכתב, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחיוב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב. ערבות זו תהיה בתוקף מתאריך _____ עד תאריך _____ ועד בכלל. דרישה על-פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק שכתבתו: _____ מס' הבנק ומס' הסניף

הכתובת

שם הבנק

ערבות זו אינה ניתנת להעברה.

הערה: בשיקול דעת ועדת המכרזים של המזמין לאשר ערבות בנקאית בשינויים לא מהותיים מנוסח זה.

בכבוד רב,

שם הבנק/חברת הביטוח