

השאלה	שם הפרק/נספח	מספר סעיף	מענה
מבוקש לציין מהן הכמויות המבוקשות או צפויים בכל קטגוריה	דף פתיח	1	מדובר במכרז מסגרת ללא התחייבות לכמויות
מבוקש לאפשר להגיש ערבות בנקאית דיגיטלית.	דף פתיח	2	לא ניתן להגיש ערבות דיגיטלית אלא רק פיזית לתיבה
מבוקש לציין כמה זוכים לכל קטגוריה	עמוד 11	12.6	האופציה לפצל שמורה לביה"ח
מבוקש לציין האם ניתן להגיש יותר מדגם אחד בקטגוריה	עמוד 11	12.6	כן, ניתן להגיש יותר מדגם אחד, יש להגיש כ 2 הצעות נפרדות
מיטות טיפול נמרץ ארופאיות מתקדמות הן בעלות גובה מינימלי של 45 סמ אשר מספקות יציבות מבנית גבוהה יותר, יכולת נשיאת משקל משופרת ושילוב מערכת ICU מתקדמות מבלי לפגוע בבטיחות המטופל ונגישות הצוות. מבוקש לאשר מיטה בגובה מינימלי של 45 סמ ככל שהיא עומדת ביתר דרישות התפקוד והאגרונומיה	עמוד 25	3.2.1	האמור בסעיף זה נותר בעינו
מבוקש להוריד את תנאי הסף ממנגנון חשמלי למנגנון מכני, המנגנון החשוב להרמת הרגל הוא מנגנון ירך ולכן מקבל משמעות גבוהה וכתוצאה מכך המנגנון חשמלי, יתר על כך מנגנון מכני מקנה עמידות לאורך זמן לעומת מנגנון חשמלי	עמוד 25	3.5.2.2	סעיף 3.5.2.2 לא קיים. במידה ומדובר בסעיף 5.3.2 הוא לא מגדיר תנועה חשמלית כתנאי סף, אלא חשמלית או מכנית.
מבוקש לקבל פירוט החומרים העומדים ב PPM 5000	עמוד 46	10.11.1	בסעיף 10.11.1 רשום כלור עד 5,000 ppm . ספק המיטה צריך להציג עמידה לריכוז כזה . 1000 ppm חובה, כאשר 5,000 ppm - אמות מידה

השאלה	שם הפרק/נספח	מספר סעיף	מענה
מבוקש לעדכן את הזוית הרצויה ל 35 מעלות לפחות, דבר המאפשר גמישות טיפולית רחבה יותר במצבים קליניים שונים, במידה ולא- מבוקש להתיחס לאפשרות הניקוד גבוה יותר	עמוד 88	3.5	האמור בסעיף זה נותר בעינו
מבוקש לעדכן את הזוית הרצויה ל 16 מעלות לפחות, דבר המאפשר גמישות טיפולית רחבה יותר במצבים קליניים שונים	עמוד 89	3.6	האמור בסעיף זה נותר בעינו
מבוקש לעדכן את הזוית הרצויה ל 20 מעלות לפחות, מאחר והטיה צידיית מתקדמת, משפרת שינוי תנוחה, טיפול נשימתי והפחתת עומס על הצוות הסיעודי - במידה ולא, מבוקש להתיחס לאפשרות הגדלת הזוית בניקוד גבוהה יותר	עמוד 89	3.7	אני יכול לאשר שינוי זוית מ-12 ל-20 מעלות, במידה וניתן בשלב זה. אחרת האמור בסעיף זה נותר בעינו
מבוקש לשנות את כושר הנשיאה המקסימלי ל260 קג, מה שמאפשר שימוש בקהל רחב יותר בעל מורכבות גדולה יותר	עמוד 104	10.1	האמור בסעיף זה נותר בעינו
במפרט מצוין מבנה רמה בסיסי, קיימות אלונקות מתקדמות בעלות מצע רב חלקי- מבוקש לשנות	עמוד 220	2.1	בסעיף 2.1 לא קיימת הגדרה הנוגעת למצע מזרן או התייחסות בנושא זה: עהאם מצע מזרן בנוייה כחלק אחד או כרב חלקי. באלונקה קיים מצע מזרן בבסיס + משענת גב (סעיף 2.7). לא קיים תנאי סף בנושא מצע מזרן - איך הוא בנוי. האמור בסעיף זה נותר בעינו

השאלה	שם הפרק/נספח	מספר סעיף	מענה
<p>במפרט מצוין מבנה מצע בסיסי. קיימות אלונקות מתקדמות בעלות מצע רב-חלקי המאפשר תנוחות טיפול שונות ושימוש כמשטח אשפוז קצר טווח. מבוקש לאפשר אלונקה בעלת מצע רב-חלקי המעניקה גמישות טיפולית משופרת (לפחות 4 חלקים) מבוקש לתת ניקוד גבוה יותר לאלונקה בעלת אפשרות כגון זו</p>	עמוד 220	2.1	<p>בסעיף 2.1 לא קיימת הגדרה הנוגעת למצע מזרן או התייחסות בנושא זה: עהאם מצע מזרן בנוייה כחלק אחד או כרב חלקי. באלונקה קיים מצע מזרן כבסיס + משענת גב (סעיף 2.7). לא קיים תנאי סף בנושא מצע מזרן - איך הוא בנוי. האמור בסעיף זה נותר בעינו. כמו כן אמות מידה נותרים ללא שינויים.</p>
<p>חלק מהאלונקות המתקדמות מאפשרות שימוש גם כמיטת אשפוז יום (Day Bed), דבר המפחית את הצורך בהעברת מטופלים בין ציוד ומייעל את זרימת העבודה במחלקה. מבוקש לתת יתרון יחסי לאלונקות מסוג זה</p>	עמוד 220	2.1	<p>האמור בסעיף זה נותר בעינו</p>
<p>מבוקש לשנות את זווית ההטיה ל 12 מעלות, זווית זו תואמת את הסטנדרטים הטיפוליים ברחבי העולם, זווית מתונה יותר שומרת על יציבות המטופל ומפחית סיכון להחלקת המטופל בזמן העברה.</p>	עמוד 221	2.5.1	<p>האמור בסעיף זה נותר בעינו</p>

השאלה	שם הפרק/נספח	מספר סעיף	מענה
מבוקש להתייחס לנושא הביטוח מלא, מיטה המאפשרת ביות מלא (ROOMING IN) ,תקבל ניקוד גבוהה יותר או להכניס קטגוריה אחרת למיטות מתקדמות יותר	עמוד 317	1	האמור בסעיף זה נותר בעינו
מבוקש לשנות את רוחב המיטה למינימום 78 סמ - מדובר במיטת ילדים ולא במיטת מבוגרים, מיטות ילדים יעודיות מתוכננות לרוחב קטן יותר המותאם אנטומית לילדים ומאפשר בטיחות גבוהה יותר באמצעות מעקות, יתרה מזאת מיטות הילדים תופסות פחות מקום מה שמאפשר הצבת מיטה נוספת בחדר או מרחב נגישות רחב יותר למטופל, להוריו ולצוות הרפואי. מבוקש לאפשר מצע צר יותר ואף לתת יתרון בניקוד ככל שידרש ניתן להתשמש במיטת מבוגרים המגיעה במידות גדולות יותר,	עמוד 417	2.1	בהכנה למכרז זה סוכם ע"י גורמים מקצועיים שמיטת ילדים תיהנה בממדים של מיטת מבוגרים. גם רוב היצרנים לא מייצרים מיטות במידות נוער או ילדים. בשביל זה קיימות מיטות תינוקות (כלוב/CRIB). כאן ספק מבקש לאשר מידות עבור מיטות מותאמות ילדים: רוחב ואורך של המיטה מוקטנים. מדובר בקטגוריה אחרת וצריכים להבין האם קיימת דרישה כזאת בשטח. כעת סעיפים, אשר מגדירים אורך ורוחב של מיטה הם תנאי סף, ולא ברור האם ניתן לשנות, על מנת לכלול גם את המיטה הקטנה. מבקש התייחסות. במידה ושילי האמור בסעיף זה נותר בעינו

השאלה	שם הפרק/נספח	מספר סעיף	מענה
<p>מבוקש לשנות את אורך המיטה למינימום 180 סמ - מדובר במיטת ילדים ולא במיטת מבוגרים, מיטות ילדים יעודיות מתוכננות לאורך קטן יותר המותאם אנטומית לילדים ומאפשר בטיחות גבוהה יותר באמצעות מעקות, יתרה מזאת מיטות הילדים תופסות פחות מקום מה שמאפשר הצבת מיטה נוספת בחדר או מרחב נגישות רחב יותר למטופל, להוריו ולצוות הרפואי. מבוקש לאפשר מצע צר יותר ואף לתת יתרון בניקוד ככל שידרש ניתן להתשמש במיטת מבוגרים המגיעה במידות גדולות יותר,</p>	עמוד 417	2.2	<p>בהכנה למכרז זה סוכם ע"י גורמים מקצועיים שמיטת ילדים תיהנה בממדים של מיטת מבוגרים. גם רוב היצרנים לא מייצרים מיטות במידות נוער או ילדים. בשביל זה קיימות מיטות תינוקות (כלוב/CRIB). כאן ספק מבקש לאשר מידות עבר מיטות מותאמות ילדים: אוחב ואורך של המיטה מוקטנים. מדובר בקטגוריה אחרת וצריכים להבין האם קיימת דרישה כזאת בשטח. כעת סעיפים, אשר מגדירים אורך ורוחב של מיטה הם תנאי סף, ולא ברור האם ניתן לשנות על מנת לכלול גם את המיטה הקטנה. מבקש התייחסות. במידה ושילולי האמור בסעיף זה נותר בעינו</p>
<p>החלפת מוצר רק במקרה שהפגם אינו מאפשר שימוש במיטה. ככל שמדובר בתקלה ברת תיקון המיטה תתוקן. פגם הכוונה פגם ביצור בלבד. פגם שנגרם כתוצאה מנזק או שימוש לא בהתאם להנחיות אינו כלול באחריות ויתוקן בעבור תשלום.</p>	עמוד 567	2	מאושר
<p>לא רק שבר אלא גם נזק ו/או שימוש לא בהתאם להנחיות- מבוקש לשנות</p>	עמוד 567	3	מאושר

השאלה	שם הפרק/נספח	מספר סעיף	מענה
מבוקש להבהיר שהמפקח אינו רשאי להקדים לוחות זמנים לעומת הקבוע במכרז או בהסכם	עמוד 572	3	מאושר
מבוקש להבהיר למה הכוונה אחראי עד למועד קבלתו הרשמית.	עמוד 572	3	הכוונה כי המוצר חייב להגע לביה"ח תקין, וכל תקלה שארעה לפני האספקה לבית החולים באחריות הספק
נדרש להבהיר שמרגע האספקה בפועל לבית החולים ומרגע שהמוצר נמצא בחזקת בית החולים, האחריות לשמור על שלמותו היא של בית החולים ולא של הספק.	עמוד 572	3	רגע האספקה בפועל הוא החל מהשימוש הראשון במחלקת האישיפוז
הסעיף אינו ברור. לאילו מתקנים נוספים הכוונה?	עמוד 574	5	לא הובנה השאלה
מהו ערך החוזה לצורכי הערבות?	עמוד 574	8	מההצעה הזוכה 5%
מה לגבי הצמדה למדד המחירים לצרכן?	עמוד 575	11	לא בנמצא התייחסות הנוגעת להתמדה למדד המחירים ובסעיף המצוין
המכרז אינו נוקב בשום מנגנון הצמדה ובמציאות של היום, למול הלחצים האינפלציוניים הקיימים, חוזה לתקופה של 5 שנים באותו המחיר ללא המצדה הוא בלתי סביר ומקפח את הספק.	עמוד 575	11	לבתייחסות היועץ טורצקי סעיף הזה מדבר על נושא כספי שזה לבתחום אחריותי: הצמדה, אינפלציה וכדומה - זאת התייחסות של מח' הרכש.

השאלה	שם הפרק/נספח	מספר סעיף	מענה
מבוקש לרשום בסעיף במפורש שתוספת הפרשי הצמדה תתבצע במועד כל תשלום ביחס להזמנות הכלולות בו, למול מדד הבסיס הידוע במועד תחילת ההתקשרות לפי המכרז.	עמוד 575	11	לבתייחסות היועץ טורצקי סעיף הזה מדבר על נושא כספי שזה לבתחום אחריותי: הפרשי הצמדה, מדד וכדומה - זאת התייחסות של מח' הרכש.
מבוקש להבהיר כי הדבר כפוף לכך שהשימוש היה למטרת המוצר ובהתאם להנחיות. הספק לא יכול להיות אחראי לתוצאות שימוש שאינו על פי ההנחיות.	עמוד 576	14	מקובל, במקרה מחלוקת ביה"ח יקבע
מבוקש להבהיר כי הדבר כפוף לכך שהשימוש היה למטרת המוצר ובהתאם להנחיות. הספק לא יכול להיות אחראי לתוצאות שימוש שאינו על פי ההנחיות.	עמוד 576	15	מקובל, במקרה מחלוקת ביה"ח יקבע
סעיף זה אינו סביר ואינו חוקי.	עמוד 577	18	להתייחסות של רכש
לא ניתן לקבוע שצד להתקשרות יהיה גורם מכריע ומחייב במחלוקת בין הצדדים לאותה התקשרות.	עמוד 577	18	לא מאושר
חייבת להישמר לספק זכות הפניה לערכאות במקרה של מחלוקת, שהיא זכות יסוד חוקתית.	עמוד 577	18	מקובל

מענה	מספר סעיף	שם הפרק/נספח	השאלה
לא מאושר	16	עמוד 576	מבוקש להוסיף בסיפא - "על אף האמור, מוסכם כי איחור של עד 7 ימי עבודה בהמצאת אישורי ביטוחי המבוטח ו/או עד 7 ימי עבודה ממועד דרישת מבקש האישור בכתב, לא יחשב כהפרה יסודית ובתנאי כי המבוטח ערך את הביטוחים הנדרשים כמפורט בנספח ביטוח זה על נספחיו."
מקובל	שורה 1	עמוד 578	שורה 1 - מבוקש להוסיף לאחר המילים "עבורו ו/או עבור מדינת ישראל – משרד ה" את המילים בכפוף להרחבי שיפוי כמקובל באותו סוג ביטוח.
לא מאושר	שורה 2	עמוד 578	שורה 2 - מבוקש למחוק את המילים "ככל שנהוגים בתחום פעילותו" ולהחליפן ב"הביטוחים להלן".
מקובל	שורה 3	עמוד 578	שורה 3 - מבוקש למחוק את המילים "ביטוח עבודות קבלניות, צמ"ה".
לא מאושר	שורה 4	עמוד 578	שורה 4 - מבוקש למחוק את המילים "כנדרש בסעיף זה" ולהחליפן ב"בהתאם לאופי ההתקשרות".

השאלה	שם הפרק/נספח	מספר סעיף	מענה
מבוקש להוסיף בסיפא - "על אף האמור, מוסכם כי איחור של עד 7 ימי עבודה בהמצאת אישורי ביטוחי המבוטח ו/או עד 7 ימי עבודה ממועד דרישת מבקש האישור בכתב, לא יחשב כהפרה יסודית ובתנאי כי המבוטח ערך את הביטוחים הנדרשים כמפורט בנספח ביטוח זה על נספחיו."	עמוד 578	סעיף ביטוח	לא מאושר
לא צויינו כמויות של המוצרים במכרזים- האם ניתן לציין?	כללי	1	מדובר במכרז מסגרת ללא התחייבות לכמויות
פרק המכרז: איפיון טכני עריסת תינוק בסיסית: גובה העריסה: האם מדובר בגובה מהרצפה לתחתית העריסה?	עמוד 319	3.1.1	בסעיף זה מוגדר : גובה מינימלי של אמבטיה (קו תחתון) , כלומר קו תחתון של אמבטיה, כאשר מידה היא מהרצפה
פרק המכרז: איפיון טכני מיטת אשפוז ילדים: במפרט הטכני נדרש על ידכם התקן נקזים במראשות המיטה. האם כוונתכם למרגלות המיטה, היות והמראשות צמודות לקיר ובדרך כלל מתלה הנקזים מותקן בשני צידי המיטה (צד ימין ובצד שמאל) נודה להבהרתכם	עמוד 437	10.9	בסעיף 10.8 נדרש מתקן לנקזים בשני צדי המיטה. בסעיף 10.9 נדרש מתקן נקזים נוסף בצד קדמי של המיטה. האמור בסעיף זה נותר בעינו
פרק המכרז- איפיון טכני מיטת אשפוז תינוקות חשמלית: האם ניתן להגיש מיטה עם מצע במידות : 160 ס"מ אורך ורוחב 75 ס"מ?	עמוד 361	2.3	בסעיף 2.2 מוגדר שאורך כללי של המיטה כ-160 ס"מ, כאשר בסעיף 2.3 ברמת תנאי סף מוגדרים אורך ורוחב של מצע המזרן שהם קטנים מאורך המיטה. לא ניתן לשנות את המידה של המצע בצורה משמעותית. האמור בסעיף זה נותר בעינו

השאלה	שם הפרק/נספח	מספר סעיף	מענה
פרק המכרז- איפיון טכני מיטת אשפוז תינוקות חשמלית- האם ניתן להגיש הצעה למיטה במידות חיצוניות: 184 ס"מ אורך, 98 ס"מ רוחב?	עמוד 361	2.2	בסעיף 2.2 מוגדר שאורך כללי של המיטה כ-160 ס"מ, כאשר בסעיף 2.3 ברמת תנאי סף מוגדרים אורך ורוחב של מצע המזרן שהם קטנים מאורך המיטה. לא ניתן לשנות את המידה של המצע בצורה משמעותית. האמור בסעיף זה נותר בעינו
פרק איפיון טכני מיטת ט.נ. תינוקות (CRIB) האם ניתן להציע מיטה עם מצע במידות: 160 ס"מ אורך, 75 ס"מ רוחב?	עמוד 387	2.3	בסעיף 2.2 מוגדר שאורך כללי של המיטה כ-160 ס"מ, כאשר בסעיף 2.3 ברמת תנאי סף מוגדרים אורך ורוחב של מצע המזרן שהם קטנים מאורך המיטה. לא ניתן לשנות את המידה של המצע בצורה משמעותית. האמור בסעיף זה נותר בעינו
איפיון טכני מיטת ט.נ. תינוקות (CRIB) האם ניתן להגיש מיטה במידות חיצוניות: אורך 184 ס"מ, רוחב 98 ס"מ?	עמוד 387	2.2	בסעיף 2.2 מוגדר שאורך כללי של המיטה כ-160 ס"מ, כאשר בסעיף 2.3 ברמת תנאי סף מוגדרים אורך ורוחב של מצע המזרן שהם קטנים מאורך המיטה. לא ניתן לשנות את המידה של המצע בצורה משמעותית. האמור בסעיף זה נותר בעינו
מבוקש כי חילוט הערבות או חלק ממנה יבוצע לאחר מתן הודעה מראש ובכתב בת 30 יום לזוכה במהלכה יהיה הזוכה רשאי לתקן את הטעון תיקון. כן מבוקש, כי הסכום שיחולט ישקף את הנזק (סכום קצוב ומוכח) שנגרם לשיבא בפועל.	מסמכי המכר	6.א.	הרישא מאושר, הסיפא לא מאושר
מבוקש כי שיבא תממש את האופציה רק לאחר הסכמת הספק ומתן אפשרות לעדכון תנאי התקשרות.	מסמכי המכר	7	מאושר ללא כל שינוי בתנאי ההתקשרות

השאלה	שם הפרק/נספח	מספר סעיף	מענה
מבוקש כי חילוט הערבות או חלק ממנה יבוצע לאחר מתן הודעה מראש ובכתב בת 30 יום לזוכה במהלכה יהיה הזוכה רשאי לתקן את הטעון תיקון. כן מבוקש, כי הסכום שיחולט ישקף את הנזק (סכום קצוב ומוכח) שנגרם לשיבא בפועל.	מסמכי המכר	6.4	הרישא מאושר, הסיפא לא מאושר
מבוקש ליתן לספק הזדמנות לתיקון ומתן זכות טיעון טרם הביטול.	מסמכי המכר	6.5	מאושר
מבוקש כי שיבא תממש את האופציה רק לאחר הסכמת הספק ומתן אפשרות לעדכון תנאי התקשרות.	מסמכי המכר	7.1	חידוש האופציה היא של ביה"ח
מבוקש כי במקרה זה יתאפשר עדכון תנאי התקשרות, שכן לא ניתן להסתמך על המחיר הנקוב בהצעת המחיר (המתייחס למחירו של פריט במסגרת רכישה של כמות פריטים) ביחס לרכישת פריטים בהיקף שונה.	מסמכי המכר	12.11	לא מאושר
מבוקש כי במקרה זה יתאפשר עדכון תנאי התקשרות, שכן לא ניתן להסתמך על המחיר הנקוב בהצעת המחיר (המתייחס למחירו של פריט במסגרת רכישה של כמות פריטים) ביחס לרכישת פריטים בהיקף שונה.	מסמכי המכר	12.19	לא מאושר

השאלה	שם הפרק/נספח	מספר סעיף	מענה
יכולת סימון ומספור האלונקה לצרכים פנימיים של בית החולים (הדפסה על גוף האלונקה "חדרי ניתוח" או אחרת (בבסיס)) - מבוקש להבהיר האם הכוונה ביכולת זו היא באמצעות הדפסה/ריסוס/הדבקת מדבקה?	אפיון טכני	6.9	השיטה המקובלת ע"י ביה"ח שיבא: הדפסה על לוחית אלומיניום
יכולת סימון ומספור האלונקה לצרכים פנימיים של בית החולים (הדפסה על גוף האלונקה "חדרי ניתוח" או אחרת (בבסיס)) - מבוקש להבהיר האם הכוונה ביכולת זו היא באמצעות הדפסה/ריסוס/הדבקת מדבקה?	אפיון טכני	7.9	השיטה המקובלת ע"י ביה"ח שיבא: הדפסה על לוחית אלומיניום
יכולת סימון ומספור האלונקה לצרכים פנימיים של בית החולים (הדפסה על גוף האלונקה "חדרי ניתוח" או אחרת (בבסיס)) - מבוקש להבהיר האם הכוונה ביכולת זו היא באמצעות הדפסה/ריסוס/הדבקת מדבקה?	אפיון טכני	7.10	השיטה המקובלת ע"י ביה"ח שיבא: הדפסה על לוחית אלומיניום
יכולת סימון ומספור האלונקה לצרכים פנימיים של בית החולים (הדפסה על גוף האלונקה "חדרי ניתוח" או אחרת (בבסיס)) - מבוקש להבהיר האם הכוונה ביכולת זו היא באמצעות הדפסה/ריסוס/הדבקת מדבקה?	אפיון טכני	7.11	השיטה המקובלת ע"י ביה"ח שיבא: הדפסה על לוחית אלומיניום

השאלה	שם הפרק/נספח	מספר סעיף	מענה
מבוקש כי בגין איחור באספקה/מתן שירות עקב נסיבות שאינן תלויות בספק כגון כח עליון, מלחמות, מגפות, שביתות במשק או בנמלים וכיו"ב לא יוטלו על הספק הפיצויים המוסכמים הקבועים בסעיף זה.	שירות - קב	2	לא מאושר
מבוקש למחוק את המילה "לבדו" ולהבהיר כי מדובר על נזק שנמצא באחריות הספק על פי דין בלבד.	הסכם – עמו	נקודה – 3	לא מאושר
מבוקש להוסיף כי הפריט יוחלף רק אם יוכח שהפריט היה פגום כל עוד היה בידי הספק.	הסכם – עמו	נקודה – 3	לא מאושר
מבוקש כי לאחר המילים "מכל סכום" יתווספו המילים "הנובע מהסכם זה בלבד", וכי הניכוי יהיה בהודעה מראש ובכתב בלבד ובכפוף להודעה לספק שתינתן לפחות 14 ימי עבודה מראש.	הסכם – עמו	נקודה - 3	לא מאושר
מבוקש כי שיבא תממש את האופציה רק לאחר הסכמת הספק ומתן אפשרות לעדכון תנאי התקשרות.	הסכם – עמו	11	חידוש האופציה היא של ביה"ח
מבוקש: 1.למחוק את המילה "כל"; להוסיף לאחר המילה "נזק" את המילים "ישיר ומוכח"; 2.להבהיר כי אחריות הספק הינה בהתאם לדין בלבד.	הסכם – עמו	14-15	לא מאושר

השאלה	שם הפרק/נספח	מספר סעיף	מענה
מבוקש להבהיר כי הודעת הביטול תעשה בכתב.	הסכם – עמו	17.ב	מאושר
מדוע לא מצוינות מדינות כמו טיאון/סין/תאילנד/טורקיה/יון וכו'?	3	2.1.1	יוון כן נמצאת ברשימת מדינות מוכרות בסעיף זה. תמהיל המדינות המוכרות מאפשר פריסה רחבה מאוד, כאשר מהות הדרישה לקבל תעודות ממקור אמין. האמור בסעיף זה נותר בעינו
דרישות תקינה אלו מבוססות על איזו מבוססות על איזו 9001/13485 באם היצרן אינו באחת המדינות המוזכרות אך הוא מוסמך על ידי TUVRHISNLAND גרמניה או מוסמך לאיזו 13485 במדינת הייצור. האם כתוצאה מכך הצעתנו אמורה להפסל מבלי שתבחן בצורה שוויונית?	3	2.1.3	סעיף 2.1.1 נותר בעינו. סעיף 2.1.3 מאפשר להגיש מסמכים רלוונטיים לתהליך יצור ובקרה, במידה ואין ליצרן ISO9001/13485 מהמדינה מוכרת. במידה ויצרן מוסמך ע"י מעבדת TUV הגרמנית (מדינה מוכרת) באמצעות שלוחה, אשר נמצאת במדינת ייצור: לא קיימת בעיה במקרה הזה. כמוכן המסמך כזה דורש בדיקה כמו כל מסמך אחר. האמור בסעיף זה נותר בעינו
מוזכר תקן IEC 60601 בטיחות חשמלית למוצרים בשימוש ביתי. האם ניתן להשתמש במוצרים בעלי רמת בטיחות ביתית בהצעתנו במכרז זה? משמע- מיטות ללא הארקה, תקעים שאינם יצוקים (בניגוד לרשום במפרטים הטכניים)	3	2.3.2.4	עבור כלל הדרישות בנושא בטיחות החשמל, בטיחות אלקטרומגנטית לרבות תקן בטיחות חשמלית למוצרים לשימוש ביתי הנמצאות בסעיף 2.3 נדרש להציג תעודות רלוונטיות. תעודה עבור תקן EN/IEC 60601-1-11 בלבד לא מספקת.

השאלה	שם הפרק/נספח	מספר סעיף	מענה
כללי: בהתייחסויות שונות בפרק התקינה, מוזכרת תקינה אמריקאית ו/או אירופאית ואין אזכורים לחוק התקינה הישראלי (1985) האם חיוב תקן ישראלי/ אירופאי/ אמריקאי גובר במקרים בהם ישנה סתירה בין התקנות הישראליות/ אירופאיות/ אמריקאיות?	3	1	בסעיפים 2.3.2.5 ו-2.3.5 רשום שניתן להגיש תעודת מכון התקנים ישראלי במקום תקינה אירופאית או אמריקאית, במידה ומכון התקנים מבצע בדיקות בהתאם לתקינה המאושרת בארץ בתחום בטיחות החשמל ו-EMC.
טיפול נמרץ ילדים: נבקשכם לבטל את הגדרת תנאי סף המידה ולמיטה יש 4 דפנות לאורך המיטה המאפשרות פתיחה חלקית	עמ' 387	5.2	בדף 387 נמצא מפרט למיטה ט.נ. תינוקות ובסעיף 5.2 נמצא אפיון אחר. סעיף 5.2 עבור מיטת ט.נ. ילדים נמצא בדף 467 ותוכן של הסעיף הוא שונה. הבקשה בסעיף זה לא ברורה ונדרש לנסח אותה פעם נוספת.
טיפול נמרץ ילדים: מרווחים לא יותר מ 6 ס"מ- נבקשכם לבטל את ההתניה " תנאי סף" לאור סתירה בין התקן האמריקאי והאירופאי והישראלי	עמוד 361	5.3	מדובר במיטת ט.נ. תינוקות ולא ילדים. לא קיימת סטייה בין דרישות תקינה של ארה"ב, אירופה וישראל. בכל המקרים מידה מקסימלית בין שלווי הדפנות (סורגים) לא יותר מ-60 מ"מ. האמור בסעיף זה נותר בעינו

השאלה	שם הפרק/נספח	מספר סעיף	מענה
מיטות טיפול נמרץ ילדים: נבקשכם לבטל את ההתניה "תנאי סף" במידה ואמצעי הניקוז ניתנים להעברה בין המראשות לדפנות ובמיטה מותקנות 4 דפנות	עמ' 387	5.3.1	מדובר במיטת ט.נ. תינוקות ולא ילדים. בסעיף 5.3 הוגדרו מרווחים מקסימליים בין הסורגים (שלבים) של הדפנות. בסעיף 5.3.1 נדרשת אפשרות הכנסת נקזים דרך מראשות או מרגלות או דפנות. במידה וקיימת אפשרות אחרת, לדוגמה בין מראשות ודפנות ולא נפגעת בטיחות זה גם מקובל. נדרש להציג את הנושא בחומר הגשה. אפשר לעדכן את הסעיף: בדפנות או במראשות / מרגלות או בין מראשות/מרגלות ודפנות קיימים אמצעים (חלון או סורגים שנפתחים ונסגרים בצורה בטיחותית או מרווחים בטיחותיים) המאפשרים הכנסת נקזים לתוך המיטה
מיטות טיפול נמרץ ילדים: נבקשכם לבטל את ההגדרה תנאי סף לאחסון חפצים בתחתית המיטה	עמוד 415	8.3	במידה ומדובר במיטת ט.נ. תינוקות. בסעיף הזה נתנו 3 אופציות לשמירת חפצים. כלומר אחת מהאופציות חייבת להתקיים. האמור בסעיף זה נותר בעינו במיטת ט.נ. ילדים סעיף כזה לא קיים.
מיטות טיפול נמרץ ילדים- נבקשכם לבטל את ההגדרה תנאי סף מהסעיף הנ"ל היות ולמרביית היצרנים אין מגש תחתון לאורך כל המיטה ולהגדירו במקום אחסון ולא כמגש תחתון לאורך כל המיטה	עמוד 415	8.11	שאלה לא ברורה, היות ולא קיים סעיף כזה בעמות המתואר. בעמוד המתואר נמצא מפרט של מיטת אשפוז ילדים, כאשר סעיף כזה לא קיים.