

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	הבריאות
יחידה מזמינה:	
תאריך:	26/05/25

מדינת ישראל X _____ קרן מחקרים

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ 3(29) לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו-7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
10	1109929159	TPX MICRO DRILL
11	1109929142	MICRO DRILL MEDIUM STRAIGHT ATTACHMENT
9	1109500943	TPS STERILIZATION CASE
4	1106510663	JACOBS CHUCH DRILL 1/4
7	1106502660	TPS STRYKER CABLE - CORD
8	1106502652	HANDSWITCH COMPATIBLE-STRYKER
1	1106502645	TPS SAGITAL SAW
3	1106502629	SYNTHESES DRILL
5	1106502611	WIRE COLLET
2	1106502603	TPS UNIVERSAL DRIVER
6	1106502496	PIN COLLET F/FOOT ANKLE SET-STRYKER מחבר למקדחה לכף ניד
12	1095088183	CORE 2 CONSOLE

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)

עפ"י חו"ד מצ"ב ממיטל ביסטרי-פסח

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? _____ כן _____ לא X

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

_____ שירותים _____ ביצוע עבודה _____ טובין X

שם הספק:	א.מ.י טכנולוגיות
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	1012
מספר ספק בשיבא	511283194
ספק זה הינו:	_____ ספק יחיד _____ $\sqrt{\quad}$ ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	\$64,356 + מע"מ
תקופת ההתקשרות	24 חודשים

2/..

- 2 -

נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ

(במקרה הצורך ניתן לצרף עמודים נוספים וכל מסמך רלוונטי נוסף)

נא להתייחס לסעיפים הבאים:

1. **האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת** כולל פירוט מקורות מידע ופעולות שננקטו (לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה).
2. **ממצאי בדיקה** (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט א הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד / ספק חוץ).
3. פירוט הבדיקות שבוצעו לאיתור ספקים נוספים ונימוקים והערות נוספים:

עפ"י חו"ד מצ"ב ממיטל ביסטרי-פסח

לאור הנימוקים שמניתי לעיל, הנני מצהיר כי לפי מיטב בדיקתי וידיעתי הספק המבוקש הינו ספק יחיד ואנו מבקשים לערוך ההתקשרות בהליך פטור ממכרז.

חוות דעתי ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

מיטל ביסטרי-פסח	מהנדסת ביו-רפואית	שם בעל הסמכות המקצועית
	תפקיד בעל הסמכות המקצועית	חתימה

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

1

14 במאי 2025
מספרנו: הנ"ר/2025-0135
תיק: 1141

לכבוד
גב' גילי נעים
מח' הרכש

הנדון: חדר ניתוח מרכזי –

חוו"ד לרכישת מערכות כירורגיות לניתוחי כף-יד ועצמות קטנות תוצרת STRYKER.

נדרשת רכישה של המערכת שבנדון בכמות של 3 יח'.

ברשות חדר ניתוח מערכות מבוססות קונסולה להפעלת מנועים ומסורים כירורגיים מדגם TPS תוצרת STRYKER, המשמשות לניתוחי כף-יד ועצמות קטנות באורתופדיה, בכמות של 7 יח' בחדר ניתוח כללי ועוד 5 יח' לניתוחי יום.

כל ערכה מורכבת מ- 12 פריטים הכוללים: קונסולה, כבלים, מנועים לניסור וקידוח, מחברים (ראשים מחלפים) לחיבור למנועים, וקונטיינר ייעודי לסטריליזציה.

התקבלה הצעת חברת "אמי טכנולוגיות" עבור המערכת הנ"ל בגרסה העדכנית של היצרן, המבוססת על קונסולה מדגם CORE 2 ומנועים מסדרת TPX. לציין כי כל המנועים והמחברים המשמשים כיום בחדר ניתוח, מופעלים ונתמכים ע"י הקונסולות החדשות מדגם CORE 2.

נדרש להמשיך ולשמור על האחידות במערכות הכירורגיות לניתוחי כף-יד ועצמות קטנות מהנימוקים הבאים:

- לאפשר המשך תפעול המכשור באופן רציף וסידור ע"י הצוותים הכירורגיים.
- תאימות בין כלל הערכות תאפשר יכולת החלפה בין המרכיבים השונים, תוך שמירה על יכולת גיבוי וגמישות מקסימלית.

בהתאם לאמור לעיל, יש לממש הצעת חברת "אמי טכנולוגיות" ובזאת לראות ביצרן STRYKER באמצעות נציגו בארץ כספק יחיד לרכש זה.

בברכה,
מיטל ביסטרי-פסח
מהנדסת ביו-רפואית
המחלקה להנדסה רפואית

העתקים: דר' עמיר ערמי
גב' נטלי גרמה
גב' לירון דניאלי