

Department of Biomedical engineering

מחלקת הנדסה ביו-רפואית

8 בפברואר 2026

סימוכין 10-02

שם
מעדת רכישות
100

אלום רב,

**הנדון: רכישת 6 מוניטורים אקג ו- 6 מדולים מגשרים למכונות הנשמה
עבור המערך הכירורגי לב**

במערך כירורגיה לב (טיפול נמרץ ומחלקה) נמצאים כיום בשימוש סך הכל 26 מוניטורים אקג מתוצרת חברת PHILIPS. כמו כן 14 מכשירי טלמטריה של אותו יצרן (סוכן - חבי מדטכניקה) 10 מוניטורים של טיפול נמרץ מדגם MP80. הינם בני כ-15. ללא תמיכת יצרן וללא אפשרות להשגת חלקי חילוף. מוניטורים אלו מחוברים לתחנת אחות חדשה מדגם PICO iX תוצרת חברת PHILIPS המאפשרת העברת נתונים לתיק חולה ממוחשב - METAVISION נדרש להחליף 6 מוניטורים ישנים ולהמשיך להשתמש בתחנת אחות הקיימת. עבור כל המוניטורים החדשים והישנים בטיפול נמרץ למיטב ידיעתי רק ביכולתה של חברת מדטכניקה. שהיא נציגתו הבלעדית של יצרן המוניטורים חברת PHILIPS. לספק לביה"ח מוניטורים היכולים להתחבר לתחנת אחות הקיימת בטיפול נמרץ. וזאת ללא צורך בתוספת שרתים או תשתית נוספת כמו כן תישמר היכולת לעשות שימוש באבזור הקיים של כל מוניטור גם עבור יתר המוניטורים בטיפול נמרץ ובמחלקה (כגון - כבל ולידיים אקג, צינור ושרוול ללחץ דם, פרוב לטמפ' וכו'). על יסוד חוות דעתי המפורטת לעיל, ממליץ לרכוש מוניטורים מדגם MX750 תוצרת חבי PHILIPS. מוניטורים אלו ניתנים לרכישה אך ורק מחברת מדטכניקה. אשר יש לראות בה ספק יחיד במקרה זה.

בברכה,
מנדי מחלוביץ
הנדסה רפואית