

חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ספק חוץ			טופס:
פרק ראשי:	התקשרויות ורכישות	משרד האוצר אגף החשב הכללי תכ"ם – התקשרויות ורכישות	
פרק משני:	התקשרות בפטור ממכרז		
הוראה מקשרת:	7.6.3		
מספר טופס:	7.6.3.1.ט		
מהדורה:	01		

אל: ועדת המכרזים

משרד:	משרד הבריאות
יחידה מזמינה:	מרכז רפואי הלל יפה
תאריך:	15/04/2026

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ ספק חוץ

הבקשה מסתמכת על תקנה 3(29) / 3(31) (סמן את התקנה המתאימה) לתקנות חובת מכרזים ועל הוראות תכ"ם, "פטור מחובת המכרז", מס' 7.8.1 והוראת תכ"ם, "בחירת קיומם של ספקים ומיזמים", מס' 7.8.2.

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין/השירות/העבודה)
כיוול שנתית של רגשי טמפ' במרכז הרפואי הלל יפה
השירות כולל החלפת הרגשים הקיימים ברגשים מכוויילים עם סוללות מלאות (אחד תמורת אחד), הנפקת תעודת כיוול (עם תוקף לשנה) של מעבדה מוסמכת, העומד בנוהל 126 של משרד הבריאות.
הגדרה מחדש ועדכון הנכס במערכת

האם קיים בנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? כן לא

סוג ההתקשרות: (סמן X במקום המתאים)

טובין שירותים ביצוע עבודה

שם הספק:	2 פלאס וויירלס (PLUS2)
מספר הספק (ח.פ.ח.צ.ע.מ/מספר עמותה)	513419762
ספק זה הנו:	<input checked="" type="checkbox"/> ספק יחיד <input type="checkbox"/> ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	54,000 ₪ כולל מע"מ
תקופת ההתקשרות:	1 שנה

חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ספק חוץ			טופס:
התקשרויות ורכישות	פרק ראשי:	משרד האוצר אגף החשב הכללי תכ"ם – התקשרויות ורכישות	
התקשרות בפטור ממכרז	פרק משני:		
7.6.3	הוראה מקשרת:		
7.6.3.1.ט	מספר טופס:		
01	מהדורה:		

נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ
 (במקרה הצורך ניתן לצרף עמודים נוספים וכל מסמך רלוונטי נוסף)

נא להתייחס לסעיפים הבאים:

1. האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת כולל פירוט מקורות מידע ופעולות שננקטו (לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה).
2. ממצאי הבדיקה (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט את הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד/ספק חוץ)
3. נימוקים והערות נוספות

עפ"י נוהל 126 של משרד הבריאות, נדרש לבצע כיוול לרגשי הטמפ' המשמשים לניטור טמפ' אחסנה של תרופות וחומרים לשימוש רפואי.

חב' PLUS2, שהיא הספקית של רגשי הטמפ' במרכז הרפואי הלל יפה, מבצעת שירות של החלפת רגשי הטמפ' (רגש קיים שהותקן בשנה חולפת, מוחלף ברגש תואם מכוייל עם סוללה חדשה), בתהליך מהיר ותוך שימור רצף נתוני ניטור הטמפ' של המקררים/החדרים/המקפיאים/אינקובטורים וכו'.

הרגשים המיועדים להחליף את הרגשים הקיימים (ממלאי החברה), עוברים תהליך של כיוול וכוונן בהתאם לטמפ' המדידה הנומינלית (בהתאם לדרישה בנוהל 126) ע"י מעבדה מוסמכת, המנפיקה עבור כל רגש אישור ייעודי למשך 1 שנה.

תהליך זה מונע את הצורך בפירוק וריכוז הרגשים והעברתם במרוכז לכיוול ולאחר מכן להחזרת כל אחד ואחד מהם למיקומו הראשוני.

יצוין כי אין מעבדת כיוול שמסוגלת לתת שירות זה.

לאור האמור לעיל המרכז הרפואי נדרש לבצע התקשרות עם חברת PLUS2 כספק יחיד.

חוות דעתי זו ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

המרכז הרפואי הלל יפה רוכן אדרי מהנדס ראשי ומנהל מחקר ופיתוח ואחזקה	מהנדס ראשי ומנהל מחלקת בינוי ואחזקה	רוכן אדרי
התימה	תפקיד בעל הסמכות המקצועית	שם בעל הסמכות המקצועית