THE STATE OF ISRAEL
MINISTRY OF HEALTH
TEL AVIV SOURASKY MEDICAL CENTER
Affiliated to the Tel-Aviv University
Sackler Faculty of Medicine
Municipality of Tel Aviv-Yaffo

מדינת ישראל
משרד הבריאות
המרכז הרפואי תל-אביב ע"ש סוראסקי
מסונף לפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר
באוניברסיטת תל-אביב
עיריית תל-אביב-יפו

01.11.26

לכבוד:

כלל המציעים

מכרז פומבי מס': 265691 לאספקת לאספקת מערכת דימות ואנליזה אוטומטית – סריקת סליידים

מס"ד	נספח	מס' סעיף	השאלה	תשובת מרת"א
.1	נספח ג'	1.2	המערכת המוצעת הינה פלטפורמת Whole Slide Imaging מתקדמת, גמישה ואוטומטית, המאפשרת סריקה איכותית ב־Brightfield וב־Fluorescence, תמיכה בעד 10 צבעי פלואורסנציה, מגוון שיטות דימות ועבודה עם מגוון אובייקטיבים בהגדלה של עד X100. יחד עם זאת, חשוב להבהיר כי יכולות האנליזה הייעודיות לציטוגנטיקה אינן חלק מובנה (Onboard) במערכת. המערכת אינה מבצעת באופן מובנה אנליזות כגון FISH signal counting and classification, איתור Metaphases ו־Karyotyping. לאור האמור, נבקש את הבהרת ועדת המכרז האם ניתן להגיש הצעה המבוססת על מערכת לסריקת הסליידים ותיעודם, כאשר יכולות האנליזה הייעודיות לציטוגנטיקה, לרבות FISH, איתור Metaphases ו־Karyotyping, אינן חלק מובנה במערכת.	הסעיף יוותר ללא שינוי. כמפורט בסעיף נדרש שהאנליזה תיהיה חלק מובנה מהמערכת.

בכבוד רב,
יורם הלוי
מנהל יחידת מכרזים